

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 1 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SAFEGUIDE™					Marca/Modello/Nome commerciale SETSIL					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità di scorrimento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	SCORRE BENE SUL FILO GUIDA	30	(*)	(*)	—	NON VALUTABILE PER ASSENZA DI CAMPIONATURA	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ADEGUATAMENTE FLESSIBILE PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Visibilità fluoroscopica del marker radiopaco (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	COMPLETAMENTE RADIOPACO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00														



Scheda analitica di valutazione

LOTTO 5 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MV MEDICAL SOLUTIONS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	_____	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	___	_____	30	(*)	(*)	___	_____
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI ELEVATA QUALITA'	30	(*)	(*)	___	_____	30	(*)	(*)	___	_____
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTIMO	1	10	MOLTO FACILE DA USARE	10	(*)	(*)	___	_____	10	(*)	(*)	___	_____
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 6 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PEG 24® metodo Pull					Marca/Modello/Nome commerciale PEG – KIT PER GASTROSTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale EndoVive™ Standard PEG	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL BOTTONE SI PUO' FISSARE CON UN FERMO DI PLASTICA FORNITO NELLA CONFEZIONE	30	BUONO	0,6	18	IL BOTTONE NON HA UNO SPECIFICO SISTEMA DI FISSAGGIO	30	BUONO	0,6	18,00	IL BOTTONE NON HA UNO SPECIFICO SISTEMA DI FISSAGGIO
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE QUALITA DI TUTTI GLI ACCESSORI PRESENTI NELLA CONFEZIONE, RISPETTO AI CONCORRENTI HA 2 FERMI DI PLASTICA PER FISSARE IN MODO SICURO E RAPIDO IL BOTTONE ED I RACCORDI PER L'ALIMENTAZIONE, I CONNETTORI ENFIT HANNO IL TAPPO A VITE	30	BUONO	0,6	18	I CONNETTORI ENFIT NON HANNO IL TAPPO A VITE, RISPETTO AI CONCORRENTI NON SONO FORNITI NELLA CONFEZIONE FORBICI E PINZA CHIRURGICA	30	BUONO	0,6	18,00	MANCA IL MARKER PER LA SEZIONE
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	IL FERMO SCORRE FACILMENTE SULLA PEG	10	BUONO	0,6	6	IL BOTTONE SCORRE CON DIFFICOLTA' SULLA PEG	10	BUONO	0,6	6,00	IL BOTTONE SCORRE CON DIFFICOLTA SULLA PEG
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

42,00

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 6 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set iniziale completo per gastrostomia					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® PEG ENFit					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18,00	IL BOTTONE NON HA UNO SPECIFICO SISTEMA DI FISSAGGIO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCANO L'ANSA A FREDDO, IL MATERIALE PER MEDICAZIONE ED IL TELO STERILE	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18,00	MANCA IL MARKER PER LA SEZIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6,00	IL BOTTONE SCORRE CON DIFFICOLTA' SULLA PEG	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					42,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 7 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PEG – KIT PER GASTROSTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale Set iniziale completo per gastrostomia					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® PEG ENFit	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTE, OFFRE SOLO LA MISURA 14 FR, INDISPENSABILI PER L'USO CLINICO, VEDI RISPOSTA AI CHIARIMENTI N. 74	30	BUONO	0,6	18	IL BOTTONE NON HA UNO SPECIFICO SISTEMA DI FISSAGGIO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTE, OFFRE SOLO LA MISURA 15 FR, INDISPENSABILI PER L'USO CLINICO, INOLTRE MANCANO LA MEDICAZIONE IL TELO STERILE E L'ANSA DA RECUPERO, VEDI RISPOSTA AI CHIARIMENTI N. 74
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	BUONO	0,6	18	MANCA IL MARKER PER LA SEZIONE	30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	BUONO	0,6	6	IL BOTTONE SCORRE CON DIFFICOLTA' SULLA PEG	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			42		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 8 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda per aspirazione					Marca/Modello/Nome commerciale THROUGH-THE-PEG (TTP) JEJUNAL					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME. OFFRE UN PRODOTTO CHE NON E' UN KIT PER PEG DIGIUNALE COME RICHiesto MA UN SONdINO NASO-DIGIUNALE	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, L'ACCESSORIO VIENE INDICATO COME COMPATIBILE SOLO CON SISTEMA PEG PROPRIETARIO (PEG ENDOVIVE), PERALTRO MANCA DI ATTACCHI ENFIT CHE ORMAI SONO UNO STANDARD INTERNAZIONALE DI SICUREZZA	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 9 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sondino digiunale PEG24®					Marca/Modello/Nome commerciale THROUGH-THE-PEG (TTP) JEJUNAL					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Intestinal Tube FR 12 ENFit	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO OFFERTO NON HA ATTACCHI ENFIT (COME PRECISATO NELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI FORNITE ALLE DITTE IN SEDE DI BANDO)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO OFFERTO NON HA ATTACCHI ENFIT (COME PRECISATO NELLE RISPOSTE AI CHIARIMENTI FORNITE ALLE DITTE IN SEDE DI BANDO)	30	(*)	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	MOLTO MORBIDO PERFETTAMENTE ADATTO ALL'USO CLINICO, ATTACCHI ENFIT
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	OTTIMO	1	10	MOLTO FACILE DA USARE E DA ASSEMBLARE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)			70,00
---	--	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 10 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set per il posizionamento iniziale					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI INTRODUZIONE PER MIC G E MIC-KEY					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Pexact II FR 15 ENFit	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO OFFERTO NON CONSENTE DI FARE LA GASTROPESSI	30	(*)	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTE, OFFRE SOLO 15 FR., INDISPENSABILI PER L'USO CLINICO
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', SISTEMA DI GASTROPESSI INCLUSO	30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	DISTINTO	0,8	8	DILATATORE COASSIALE VELOCE E FACILE DA USARE	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			62		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 11 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER NUTRIZIONE TRANSGASTRICA-					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA TENUTA DEL BLOCCO ESTERNO	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI ELEVATA QUALITA'	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTIMO	1	10	MOLTO FACILE DA USARE	10	(*)	(*)	—	—	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00														

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 12 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda per					Marca/Modello/Nome commerciale Sondino gastrostomico con sistema di					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo per nutrizione sostitutivo con fermo a	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	BUON SITEMA DI TENUTA	30	DISTINTO	0,8	24	BUON SITEMA DI TENUTA	30	DISTINTO	0,8	24	BUON SISTEMA DI TENUTA
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', RISPETTO AI CONCORRENTI NON SONO PRESENTI NELLA CONFEZIONE SIRINGA E GEL LUBRIFICANTE	30	SCARSO	0	0	NON HA RACCORDI ENFIT, NON E' PRESENTE NELLA CONFEZIONE IL GEL LUBRIFICANTE
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	MOLTO FACILE DA USARE	10	BUONO	0,6	6	FACILE DA USARE	10	DISCRETO	0,4	4	MENTRE IL DISPOSITIVO SI IMPIANTA FACILMENTE I RACCORDI DI ALIMENTAZIONE NON SI CONNETTONO ALLE PROLUNGHE CON ATTACCO ENFIT USATE NELLA PRATICA QUOTIDIANA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			42		70			28	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					56,00						42,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 12 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale STANDARD PROFILE BALLOON					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER NUTRIZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale danumed® GastroTube ENFit® / Y-ENFit®		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE SISTEMA DI ANCORAGGIO	30	DISTINTO	0,8	24	BUON SISTEMA DI TENUTA	30	DISTINTO	0,8	24,00	BUON SISTEMA DI TENUTA	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE QUALITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI, PALLONCINO MORBIDO, RISPETTO AI CONCORRENTI HA ANCHE LA MEDICAZIONE ED UNA SIRINGA PER GONFIARE IL PALLONCINO	30	DISCRETO	0,4	12	RACCORDI ENFIT MORBIDI E CON CHIUSURA SIMILE AL SISTEMA A VITE, NON E' PRESENTE NELLA CONFEZIONE IL GEL LUBRIFICANTE	30	DISTINTO	0,8	24,00	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	PRATICITA' D'USO ED ERGONOMIA OTTIMALI	10	BUONO	0,6	6	FACILE DA USARE	10	OTTIMO	1	10,00	PRATICITA' D'USO ED ERGONOMIA OTTIMALI	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70			58		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						42,00						58,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 12 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo gastrico con palloncino HANGZHOU					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE DI SOSTITUZIONE PEG					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	BUON SISTEMA DI TENUTA	30	DISTINTO	0,8	24,00	BUON SISTEMA DI TENUTA	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	PALLONCINO MORBIDO, NELLA CONFEZIONE NON SONO PRESENTI GEL E SIRINGA	30	DISCRETO	0,4	12,00	PALLONCINO MORBIDO, NELLA CONFEZIONE NON SONO PRESENTI GEL E SIRINGA	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	FACILE DA USARE	10	BUONO	0,6	6,00	FACILE DA USARE	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			42		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					42,00				42,00							

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 13 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER NUTRIZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo gastrico con palloncino HANGZHOU					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA L'ELEMENTO DI SUPPORTO ROTANTE E TWIST LOCK	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA L'ELEMENTO DI SUPPORTO ROTANTE E TWIST LOCK	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale MIC-KEY® SONDE A BASSO PROFILO PER					Marca/Modello/Nome commerciale danuButton® Compact Set / Premium Set					Marca/Modello/Nome commerciale Mini ONE® Balloon Button		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	GLI ATTACCHI NON HANNO IL COLORE CHE CODIFICA L'ATTACCO ENFIT	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	ALL'INTERNO DLLA CONFEZIONE MANCA IL GEL PER L'INTRODUZIONE ATTRAVERSO LA FISTOLA	10	OTTIMO	1	10	COLORI ENFIT E GEL LUBRIFICANTE INCLUSO NELLA CONFEZIONE	10	DISCRETO	0,4	4	CHIUSURA DEGLI ATTACCHI ENFIT A PRESSIONE E NON A ROTAZIONE (NO AVVITAMENTO)	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70			70		70			58		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					62,00						70,00						58,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Belly Button Basic KIT					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	SCARSO	0	0	NON SONO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE LE PROLUNGHE NECESSARIE PER L'USO CLINICO E LA SIRINGA CON ATTACCO ENFIT E PRESENTI INVECE NELLE CONFEZIONI OFFERTE DEI	10	(*)	(*)	—	—	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			54		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	54,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale ACCESSORI PER TUBI NUTRIZIONE MIC-KEY®					Marca/Modello/Nome commerciale danumed® Extension Set for Gastrostomy					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo accessorio per alimentazione bottoni		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO BEN VISIBILI	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTEQUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO VISIBILI	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' INFERIORE RISPETTO AI CONCORENTI, SCRITTE DEI CONNETTORI POCO LEGGIBILI	
3	Maneggevolezza QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	CONNETTORI CON CHIUSURA A VITE	10	OTTIMO	1	10	ECCELLENTE SISTEMA DI CHIUSURA A VITE	10	DISCRETO	0,4	4	CHIUSURA ENFIT NON A VITE	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			68		70			70		70			46		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					68,00						70,00						46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale ACCESSORI PER TUBI NUTRIZIONE MIC-KEY®					Marca/Modello/Nome commerciale danumed® Extension Set for Gastrostomy					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo accessorio per alimentazione bottoni		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO BEN VISIBILI	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO VISIBILI	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' INFERIORE RISPETTO AI CONCORENTI, SCRITTE DEI CONNETTORI POCO LEGGIBILI	
3	Maneggevolezza QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	CONNETTORI CON CHIUSURA A VITE	10	OTTIMO	1	10	ECCELLENTE SISTEMA DI CHIUSURA A VITE	10	DISCRETO	0,4	4	CHIUSURA ENFIT NON A VITE	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			68		70			70		70			46		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					68,00						70,00						46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Extension Set ENFit					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	BUONA QUALITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI SCRITTE DEI CONNETTORI BEN VISIBILI	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	CHIUSURA ENFIT A VITE	10	(*)	(*)	—	—	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	62,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14QUATTER - ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale ACCESSORI PER TUBI NUTRIZIONE MIC-KEY®					Marca/Modello/Nome commerciale danumed® Extension Set for Gastrostomy					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo accessorio per alimentazione bottoni		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO BEN VISIBILI	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTEQUALITA', SCRITTE DEI TERMINALI DI RACCORDO VISIBILI	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' INFERIORE RISPETTO AI CONCORENTI, SCRITTE DEI CONNETTORI POCO LEGGIBILI	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	L'ATTACCO A CONO GARANTISCE LA PORTATA OTTIMALE AL FLUSSO DEI LIQUIDI	10	OTTIMO	1	10	ECCELLENTE SISTEMA DI CHIUSURA A VITE	10	DISCRETO	0,4	4	CHIUSURA ENFIT NON A VITE	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70			46		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						70,00						46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 14QUATTER - ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Extension Set ENFit					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	IL BLOCCO NON FA PARTE DELLA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	---	---	30	(*)	(*)	---	---
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA' SCRITTE CONNETTORI BEN VISIBILI	30	(*)	(*)	---	---	30	(*)	(*)	---	---
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	CHIUSURA ENFIT A VITE	10	(*)	(*)	---	---	10	(*)	(*)	---	---
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	62,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 15 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda per					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER NUTRIZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo gastrico con palloncino	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)		NON CONFORME NON E' UNA SONDA A BASSO PROFILO TIPO MIC-KEY	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME NON E' UNA SONDA A BASSO PROFILO TIPO MIC-KEY	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME NON E' UNA SONDA A BASSO PROFILO TIPO MIC-KEY
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)			30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)			10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 15 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE DI SOSTITUZIONE PEG MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)		NON CONFORME NON E' UNA SONDA A BASSO PROFILO TIPO MIC-KEY	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)			30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)			10	(*)	(*)	—	—	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 16 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SET PER GASTROSTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI BUONA QUALITA'	30	(*)	(*)	—	—	30	(*)	(*)	—	—
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	BUONA MANEGGEVOLEZZA, IL SOLO DIAMETRO OFFERTO 16 CH SODDISFA LA NORMALE PRATICA CLINICA	10	(*)	(*)	—	—	10	(*)	(*)	—	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			54		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 17 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda per aspirazione					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® EasyIn ENFit					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)		OFFERTA NON VALUTABILE PER ASSENZA DI CAMPIONATURA	30	(*)	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)			30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)			10	OTTIMO	1	10	OTTIMA MANEGGEVOLEZZA	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 18 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI INTRODUZIONE PER MIC G E MIC-KEY					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI INTRODUZIONE PER MIC G E MIC-KEY					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA TENUTA DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA TENUTA DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO, OFFRE LO STESSO DISPOSITIVO DELLA CONCORRENTE INNOVAMEDICA	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA' SI ACCETTA ANCHE SENZA LA MISURA 24 CH	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA' SI ACCETTA ANCHE SENZA LA MISURA 24 CH	30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	FACILE DA USARE	10	DISTINTO	0,8	8	FACILE DA USARE	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70			62		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00					70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 19 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI INTRODUZIONE PER MIC G E MIC-KEY					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI INTRODUZIONE PER MIC G E MIC-KEY					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino(QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFRE STESSO DISPOSITIVO DEL LOTTO 18, OFFRE UNA PEG E NON UNA PEG PER DIGIUNO, NON CONFORME	30	(*)	(*)	—	OFFRE STESSO DISPOSITIVO DEL LOTTO 18, OFFRE UNA PEG E NON UNA PEG PER DIGIUNO, NON CONFORME	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza(QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 21 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set di suture con ancora					Marca/Modello/Nome commerciale KIT DI ANCORE GASTROINTESTINALI					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del blocco esterno del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	1	30	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	1	30,00	DISPOSITIVO CHE NON PREVEDE LA PRESENZA DI PALLONCINO SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	30	(*)	(*)	---	
2	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', L'AGO E' PIU' FACILE DA UTILIZZARE PERCHE' RICHIEDE L'ESECUZIONE DI UN'UNICA MANOVRA	30	DISCRETO	0,4	12,00	L'AGO RICHIEDE L'ESECUZIONE DI PIU' MANOVRE	30	(*)	(*)	---	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	IL BLOCCO ESTERNO E' AUTOBLOCCANTE E NON CEDE NEANCHE QUANDO SOTTOPOSTO A FORTISSIMA TRAZIONE	10	DISCRETO	0,4	4,00	IL BLOCCO ESTERNO RICHIEDE MANOVRE AGGIUNTIVE PER ESSERE FISSATO IN POSIZIONE	10	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			46		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						46,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 22 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEATH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA VYGON ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CAIR ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda enterale in PVC					Marca/Modello/Nome commerciale Nutrifit - Sonda per alimentazione in					Marca/Modello/Nome commerciale NUTRICAIR SONDA NUTRIZIONALE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO IN PVC, VEDI RISPOSTA AI CHIARIMENTI N. 76	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA DEI DATI NUMERICI	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA DEI DATI NUMERICI
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE MORBIDO E ATRAUMATICO	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE MORBIDO E ATRAUMATICO
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70			70	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										70,00					70,00	

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 22 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TELEFLEX MEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ProNeo Feeding Tube					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER ALIMENTAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda nasogastrica ENFit per nutrizione	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA DEI DATI NUMERICI	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, COME PRCSATO IN SEDE DI CHIARIMENTI AL BANDO NON PRESENTA IL CONNETTORE DI SICUREZZA ENFIT ED E' COSTRUITO IN PVC	20	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	SUFFICIENTE	0,2	5	IL CONNETTORE ENFIT SI CHIUDE SOLO A PRESSIONE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)				50,00												

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 23 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA VYGON ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CAIR ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Nutrifit - Sonda per alimentazione in					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE NASOGASTRICHE TIPO					Marca/Modello/Nome commerciale NUTRICAIR SONDA NUTRIZIONALE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	DATI NUMERICI MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME COME CHIARITO IN SEDE DI BANDO NON HA ATTACCO DI SICUREZZA ENFIT	20	OTTIMO	1	20	DATI NUMERICI MOLTO BEN VISIBILI
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MORBIDO E ATRAUMATICO	25	(*)	(*)	—		25	DISTINTO	0,8	20	MORBIDO E ATRAUMATICO
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			65		70					70			65	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00								70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 23 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Freka® Tube Linear ENFit					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda nasogastrica ENFit per nutrizione					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	DATI NUMERICI MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	DOTATO DI MANDRINO TUTTAVIA CON PUNTA MENO ATRAUMATICA RISPETTO AI CONCORRENTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			65		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)				70,00												

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 24 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDA DUODENALE STERILE MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME DISPOSITIVO OFFERTO CON PUNTA CHIUSA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 26 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CAIR ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda enterale con					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE NASOGASTRICHE					Marca/Modello/Nome commerciale NUTRICAIR ENTERAL SONDINO	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME NON OFFRE LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTE MANCA IL 14 CH INDISPENSABILE NELL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME PER ASSENZA DELLA PUNTA APPESANTITA IN TUNGSTENO	20	OTTIMO	1	20	DATI NUMERICI MOLTO BEN VISIBILI
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELELNTE QUALITA'
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	MOLTO RESISTENTE ALL'USO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70			70	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)														70,00		

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 27 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CAIR ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kangaroo™ Sonda enterale con					Marca/Modello/Nome commerciale NUTRICAIR ENTERAL SONDINO					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA DISPONIBILITA' DEL 6 CH RITENUTO INDISPENSABILE NELLA PRATICA CLINICA	20	OTTIMO	1	20	DATI NUMERICI MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	MOLTO RSISTENTE ALL'USO	25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 28 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA VYGON ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CAIR ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Salem Sump™ Sonda di Salem con					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda gastro-duodenale a due vie					Marca/Modello/Nome commerciale ASTHANE SONA D'ASPIRAZIONE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	PRESENTA SOLO TACCHE DI PROFONDITA'	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA', MISURA DELLA PROFONDITA' SERIGRAFATA	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL SONDINO NON E' TRASPARENTE COME RICHIESTO
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', BUON SISTEMA DI CHIUSURA	25	OTTIMO	1	25	MOLTO MORBIDO E ATRAUMATICO, SISTEMA DI CHIUSURA VALIDO E RAPIDO DA USARE	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALE ROBUSTO LEGGERMENTE RIGIDO	25	OTTIMO	1	25	MOLTO ROBUSTO	25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					52,00				70,00							

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 28 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda doppio lume tipo "Salem" in					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 29 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE				
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale										
					Tubo per lavaggio															
1. Caratteristiche della FORNITURA																				
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	PRESENTA INDICATORI DI PROFONDITA' PRIVI DI NUMERAZIONE, SI ACCETTA LA GAMMA DELLE MISURE OFFERTA DA 32 A 40 CH	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—					
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI QUALITA' MOLTO BUONA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—					
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE PER L'USO ROUTINARIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—					
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			49		70					70								
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00															

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 30 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDINAL HEALTH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA VYGON ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Argyle™ Sonda Lavacuator					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda gastro-duodenale a due vie tipo Salem					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	LIVELLI DI PROFONDITA' NON SERIGRAFATI	20	(*)	(*)	—	PRESENTA PUNTA CHIUSA, NON CONFORME	20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	FLESSIBILITA' ADEGUATA ALL'USO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	MOLTO ROBUSTO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 31 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDE PER NUTRIZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	INDICATORI DI PROFONDITA' MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI QUALITA' ELEVATA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE PER L'USO ROUTINARIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00														

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 32 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDA PER NUTRIZIONE TRANSGASTRICA					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Visibilità dei dati numerici (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	INDICATORI DI PROFONDITA' MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI QUALITA' ELEVATA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE RESISTENTE PER L'USO ROUTINARIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00														

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 33 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA DENTSPLY SIRONA ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Navina Classic System Regular– Sistema					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTE PER L'USO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI QUALITA' ELEVATA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	LE VARIE COMPONENTI SONO MOLTO FACILI DA USARE E DA COLLEGARE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 34 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONVATEC ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EFFEBI HOSPITAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDIVAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale FLEX-SEAL <input type="checkbox"/> SIGNAL FMS <input type="checkbox"/>					Marca/Modello/Nome commerciale PAHSCO Kit per la gestione temporanea					Marca/Modello/Nome commerciale SECCO+ FAECALMANAGEMENT	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RESISTENZA DEI MATERIALI	20	DISTINTO	0,8	16	ROBUSTO E RESISTENTE	20	BUONO	0,6	12	BUONA RESISTENZA DEI MATERIALI
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SONDA MORBIDA E ATRAUMATICA	25	DISTINTO	0,8	20	SONDA MORBIDA E ATRAUMATICA	25	DISTINTO	0,8	20	SONDA MORBIDA E ATRAUMATICA
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	SISTEMA DI CONNESSIONE A PRESSIONE CHE RISCHIA UNA FACILE RIMOZIONE	25	DISTINTO	0,8	20	SISTEMA DI CONNESSIONE TRA TUBO E SACCA VALIDO E SICURO CON BLOCCO A ROTAZIONE	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SISTEMA DI ANCORAGGIO TRA SONDA E SACCA PRIVO DI BLOCCO DI TENUTA E A RISCHIO DI ROTTURA DURANTE LA DISCONNESSIONE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			47		70			56		70			37	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)						47,00					56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 34 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Bard® DigniShield™ Stool Management					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE ROBUSTO ED ESTREMAMENTE RESISTENTE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SONDA MORBIDA E ATRAUMATICA, SISTEMA DI CONNESSIONE TRA TUBO E SACCA ECCELLENTE, CONFEZIONE DOTATA RISPETTO AI CONCORRENTI DI DEODORANTE E SIRINGA CON LUBRIFICANTE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA MANEGGEVOLEZZA, SISTEMA DI AGGANCIO E RIMOZIONE TRA TUBO E SACCA ECCELLENTE, FACILE E COMODO DA UTILIZZARE TRAMITE UN PULSANTE DI AGGANCIO E SGANCIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 35 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SANIFARM	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale LEM LEGATORE EMORROIDARIO					Marca/Modello/Nome commerciale THD BANDY					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO NON STERILE	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO NON STERILE	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 36 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale THE BEAK					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	MATERIALI DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI MOLTO RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	INTRODUZIONE MOLTO AGEVOLE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 37 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale THE BEAK					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	TUTTI I MATERIALI SONO DI QUALITA' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI MOLTO RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	INTRODUZIONE MOLTO AGEVOLE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 38 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SANIFARM	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale THD DIAGNOSTIC					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI PIENAMENTE ADATTI ALL'USO, RIFINITI, PRIVI DI ASPERITA', DISEGNO ERGONOMICO	20	(*)	(*)	—	MANCA LA FONTE DI LUCE RICHIESTA NON CONFORME	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI RESISTENTI PIENAMENTE CONFACENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PROFILO DEL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE PIENA ATRAUMATICITA' E SCORREVOLEZZA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 39 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SANIFARM	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale THD DIAGNOSTIC					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI PIENAMENTE ADATTI ALL'USO, RIFINITI, PRIVI DI ASPERITA', DISEGNO ERGONOMICO	20	(*)	(*)	—	MANCA LA FONTE DI LUCE RICHIESTA NON CONFORME	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI RESISTENTI PIENAMENTE CONFACENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PROFILO DEL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE PIENA ATRAUMATICITA' E SCORREVOLEZZA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 40 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SANIFARM	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-led-Light					Marca/Modello/Nome commerciale THD N-ANO					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	DOTATO DI UN SEPARATORE TRA L'OCCHIO DELL'OPERATORE ED IL DISPOSITIVO CHE PUO' ESSERE UTILE	20	DISTINTO	0,8	16	LA LUCE E' PIU INTENSA RISPETTO ALL'OFFERTA DELLA DITTA CONCPRRENTE	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI RESISTENTI PIENAMENTE CONFACENTI PER L'USO CLINICO	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI RESISTENTI PIENAMENTE CONFACENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PROFILO DEL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE PIENA ATRAUMATICITA' E SCORREVOLEZZA	30	DISTINTO	0,8	24	PROFILO DEL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE PIENA ATRAUMATICITA' E SCORREVOLEZZA	30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			56		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 41 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 42 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 43 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 44 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SELF-Light					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 45 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale MFA Multi-Functional Anoscope					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA', SCALA GRADUATA E' MOLTO BEN VISIBILE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 46 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CANNULA RIGIDA PER ASPIRAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO MEDICO CON DESTINAZIONE D'USO DIFFERENTE E CON LUNGHEZZA DI 266 MM CHE NON SI ADATTANO ALLA PRATICA CLINICA	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 48 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale THE BEAK					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 49 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale THE BEAK					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 50 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale KIT Rettoscopi a LED incorporato con					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 51 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA SAPI MED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale KIT Rettoscopi a LED incorporato con					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 52 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TELEFLEX MEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDA RETTALE IN PVC					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IN PVC E NON IN PVC SILICONATO (OFFRE STESSO DM DI CUI AL SUCCESSIVO LOTTO 54)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 54 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MASCIA BRUNELLI	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TELEFLEX MEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SONDA RETTALE					Marca/Modello/Nome commerciale SONDA RETTALE IN PVC					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 55 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere per decompressione colon					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I MATERIALI SONO DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE RESISTENTI PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Atraumaticità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL DISPOSITIVO E' MOLTO FACILE DA INTRODURRE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 56 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e					Marca/Modello/Nome commerciale Set per irrigazione durante interventi di	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO E RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI SOLUZIONI INFUSIONALI A CADUTA E DI PICCOLO VOLUME
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 56 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ERBE ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set tubi EIP2-Endo Flessibile					Marca/Modello/Nome commerciale Set Per Irrigazione Endoscopica					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO, IL DISPOSITIVO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME E RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI SOLUZIONI INFUSIONALI A CADUTA E DI PICCOLO VOLUME	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 56BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e					Marca/Modello/Nome commerciale Set per irrigazione durante interventi di	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO è MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO E RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI SOLUZIONI INFUSIONALI A CADUTA E DI PICCOLO VOLUME
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 56BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ERBE ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale Set tubi EIP2-Endo Flessibile	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Set Per Irrigazione Endoscopica	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO, IL DISPOSITIVO E MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, E RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI SOLUZIONI INFUSIONALI A CADUTA E DI PICCOLO VOLUME	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 57 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. E' NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE DEL TERMINALE DEL CONTENITORE DELL'ACQUA PER PESCARE IL LIQUIDO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 57 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Accessori per Pompa di Irrigazione EGA-500P					Marca/Modello/Nome commerciale Set Per Irrigazione Endoscopica					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 57BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO è MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO à MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. E' NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE DEL TERMINALE DEL CONTENITORE DELL'ACQUA PER PESCARE IL LIQUIDO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 57BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale											
					Set Per Irrigazione Endoscopica					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 58 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VACUTORE™, TUBO PER IRRIGAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Set di tubi in linea per insufflatore					Marca/Modello/Nome commerciale tubi ENDO SMARTCAP®	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA', NON DOTATO DI FILTRO	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA', DOTATO DI FILTRO	30	DISTINTO	0,8	24	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA', NON DOTATO DI FILTRO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	FACILISSIMO DA MONTARE	10	OTTIMO	1	10	FACILISSIMO DA MONTARE	10	OTTIMO	1	10	FACILISSIMO DA MONTARE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70			70		70			64	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

64,00

70,00

64,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 58 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Accessori per Pompa di Irrigazione EGA-500P					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA IL RACCORDO AGLI ENDOSCOPI E RICHIEDE UNA VALVOLA DI INSUFFLAZIONE DEDICATA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 58BIS - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale VACUTORE™, TUBO PER IRRIGAZIONE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale Set di tubi in linea per insufflatore	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M. Marca/Modello/Nome commerciale tubi ENDO SMARTCAP®	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA', NON DOTATO DI FILTRO	30	OTTIMO	1	30	MATERIALE DI OTTIMA QUALITA', CON FILTRO	30	DISTINTO	0,8	24	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA', NON DOTATO DI FILTRO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	RESISTENZA ADEGUATA ALL'USO	30	OTTIMO	1	30	RESISTENZA ADEGUATA ALL'USO	30	OTTIMO	1	30	RESISTENZA ADEGUATA ALL'USO
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	RACCORDA ALL'EROGATORE DI CO2 ED AGLI STRUMENTI MA NECESSITA DI UNA BOTTIGLIETTA A PARTE	10	OTTIMO	1	10	RACCORDA ALL'EROGATORE DI CO2 E AGLI STRUMENTI USANDO LA NORMALE BOTTIGLIETTA OLYMPUS	10	BUONO	0,6	6	RACCORDA ALL'EROGATORE DI CO2 ED AGLI STRUMENTI MA NECESSITA DI UNA BOTTIGLIETTA A PARTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70			70		70			60	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

60,00

70,00

60,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 59 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO è MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE DELL'ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CONCONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO è MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE DELL'ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CONCONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO è MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO è NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE PRESENTE SU QUESTO TERMINALE PER PESCARE IL LIQUIDO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 59 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set Per Irrigazione Endoscopica					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 60 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VACUTORE™, TUBO PER IRRIGAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Set di tubi in linea per insufflatore					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA' NON DOTATO DI FILTRO	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO DI BUONA QUALITA' DOTATO DI FILTRO	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	FACILISSIMO DA MONTARE	10	OTTIMO	1	10	FACILISSIMO DA MONTARE	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	64,00	70,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 60BIS - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale VACUTORE™, TUBO PER IRRIGAZIONE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale Set di tubi in linea per insufflatore	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON CONNETTE ALL'UNITA' DI INSUFFLAZIONE, MANCA UN ADATTATORE, NON SI CONNETTE ALLA BOTTIGLIETTA DI INSUFFLAZIONE LAVAGGIO OLYMPUS	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON CONNETTE ALL'UNITA' DI INSUFFLAZIONE MANCA UN ADATTATORE, NEL MANUALE D'USO E' DICHIARATO CHE SI DOVREBBE UTILIZZARE CON EROGATORE BRACCO NON SI CONNETTE ALLA BOTTIGLIETTA DI INSUFFLAZIONE LAVAGGIO OLYMPUS	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 61 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema di tubi per irrigazione Hydra					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e valvole	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL RACCORDO PER IL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E VA CAMBIATO PER OGNI ESAME MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E' PER USO GIORNALIERO. E' NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE DEL TERMINALE PER IL CONTENITORE DELL'ACQUA PER PESCARE IL LIQUIDO OPPURE VA USATO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 61 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile					Marca/Modello/Nome commerciale MAY -1607 TUBO DI LAVAGGIO PER					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL RACCORDO PER IL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E VA CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTER IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO E' NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE DI QUESTO TERMINALE PER PESCARE IL LIQUIDO	30	OTIMO	1	30	DISPOSITIVO DI ECCELLENTE FATTURA	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	OTTIMO	1	10	SI MONTA MOLTO RAPIDAMENTE	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 62 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE +					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema di tubi per irrigazione Hydra					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e valvole	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO 'E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE DELL'ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CONCONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA IL RACCORDO PER IL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME ILTERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 62 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile					Marca/Modello/Nome commerciale MAY -1608 TUBO DI LAVAGGIO PER					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO è NECESSARIO RIMUOVERE IL CONNETTORE PRESENTE SU QUESTO TERMINALE PER PESCARE IL LIQUIDO	30	OTIMO	1	30	DISPOSITIVO DI ECCELLENTE FATTURA	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	OTTIMO	1	10	ASSEMBLAGGIO IMMEDIATO	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 63 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo per il lavaggio forzato per endoscopi					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema di tubi per irrigazione Hydra					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e valvole	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' UN CONNETTORE PER CANALE AUSILIARIO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, E' UN RACCORDO MONOUSO PER CANALE AUSILIARIO E NON UN TUBO DI RACCORDO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO. IL TERMINALE ACQUA ESCE DURANTE L'USO IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 65 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "BioShield" VALVOLA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale DEFENDO™ Valvole monouso sterili					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, FUORIESCE ABBONDANTE QUANTITA' DI ACQUA DURANTE L'USO ANCHE SE LA VALVOLA E' CHIUSA. LA FLANGIA DI CHIUSURA SI APRE SPONTANEAMENTE FACENDO USCIRE TUTTO IL GETTO D'ACQUA, L'UNICO MODO DI USARE IL DISPOSITIVO E' QUELLO DI TENERLO PREMUTO CON UN DITO	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	ABBASTANZA ROBUSTI CHE NON PERMETTONO FUORIUSCITA DI ACQUA	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	OTTIMO	1	10	POSIZIONAMENTO IMMEDIATO CHE GARANTISCE PRESTAZIONI OTTIMALI	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 66 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOGATOR® Tubi, connettori e valvole					Marca/Modello/Nome commerciale Accessori per Pompa di Irrigazione EGA-500P	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO, IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL CONNETTORE AL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO E' MONOUSO E DOVREBBE ESSERE CAMBIATO PER OGNI ESAME, MENTRE IL TUBO DI IRRIGAZIONE E PER USO GIORNALIERO IL TAPPO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI DI VOLUME LIMITATO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, VIENE OFFERTO SOLO IL CONNETTORE (RELATIVO AL LOTTO 57)
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 66 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA HMC PREMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set Per Irrigazione Endoscopica					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTO 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		
---	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 68 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Palloncino filoguidato a 3 stadi Hercules®					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere a palloncino per la dilatazione del					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PALLONCINO DI QUALITA' ECCELLENTE MOLTO RESISTENTE ALLA PRESSIONE, FORNITO CON GUIDA IN ACCIAIO NON IDROFILA E BUON SISTEMA DI BLOCCO	30	SUFFICIENTE	0,2	6	COMPLESSIVAMENTE LA QUALITA' DEI MATERIALI DI TUTTE LE PARTI DEL DISPOSITIVO E' SUFFICIENTE	30	BUONO	0,6	18	PALLONCINO DI QUALITA' ECCELLENTE MOLTO RESISTENTE ALLA PRESSIONE, FORNITO CON GUIDA IN ACCIAIO CON PUNTA IDROFILA
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	SCARSO	0	0	NON SONO PRESENTI I DATI RELATIVI AI DIAMETRI E PRESSIONI DI GONFIAGGIO	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70			26		70			58	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	64,00		58,00
---	-------	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 68 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS Marca/Modello/Nome commerciale CRE™ PRO PALLONE DA DILATAZIONE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI DI DILATAZIONE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	LA QUALITA' DEL PALLONCINO E' INFERIORE RISPETTO AI CONCORRENTI, MANCA DI FILO GUIDA	30	OTTIMO	1	30	PALLONCINO DI QUALITA' ECCELLENTE MOLTO RESISTENTE ALLA PRESSIONE, FORNITO CON GUIDA IN ACCIAIO NON IDROFILA MA CON CON OTTIMO SISTEMA DI BLOCCO E CONNETTORE AGGIUNTIVO	30	DISCRETO	0,4	12	LA QUALITA' DEL PALLONCINO E' INFERIORE RISPETTO AI CONCORRENTI , MANCA DI FILO GUIDA
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			70		70			52	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

52,00

70,00

52,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 68 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
				Marca/Modello/Nome commerciale Palloncini Serie EGBD-400P Palloncini Serie					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA															
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	PALLONCINO DI QUALITA' ECCELLENTE MOLTO RESISTENTE ALLA PRESSIONE, FORNITO CON GUIDA IN ACCIAIO NON IDROFILA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			58		70				70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	58,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 69 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere a palloncino per la dilatazione del					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	COMPLESSIVAMENTE LA QUALITA' DEI MATERIALI DI TUTTE LE PARTI DEL DISPOSITIVO E' SUFFICIENTE	30	DISCRETO	0,4	12	PALLONCINO DI DISCRETA QUALITA', RESISTENTE ALLA PRESSIONE, OFFERTO SENZAFILO GUIDA	30	BUONO	0,6	18	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA', OFFERTO SENZA IL FILO GUIDA
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	I DATI DI GONFIAGGIO SONO DISCRETAMENTE VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			34		70			52		70			58	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		52,00	58,00
---	--	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 69 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CRE™ PRO PALLONE DA DILATAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Le Puffer™ CATETERE A PALLONCINO PER					Marca/Modello/Nome commerciale LÉPUFFER™ - DILATATORI A	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PALLONCINO DI QUALITA' ECCELLENTE MOLTO RESISTENTE ALLA PRESSIONE, FORNITO CON GUIDA IN ACCIAIO NON IDROFILA MA CON CON OTTIMO SISTEMA DI BLOCCO E CONNETTORE AGGIUNTIVO	30	BUONO	0,6	18	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA', MA VIENE OFFERTO SENZA IL FILO GUIDA	30	BUONO	0,6	18	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA', MA VIENE OFFERTO SENZA IL FILO GUIDA
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			58		70			58	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

58,00

58,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 69 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDIOMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
				Marca/Modello/Nome commerciale Palloni per dilatazione progressiva - Monouso					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA															
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	I MATERIALI DI COMPOSUZIONE DEL DISPOSITIVO SONO DI QUALITA' MOLTO BUONA, DOTATO DI FILO GUIDA IN ACCIAIO SENZA PUNTA IDROFILO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70				70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

64,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 70 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Rigidflex™ II PALLONE DA DILATAZIONE PER					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	IL MATERIALE DI COMPOSIZIONE DEL PALLONCINO E' PIU' SOTTILE RISPETTO AL CONCORRENTE I MARKER SONO SOLO DUE PIU PICCOLI MENO VISIBILI E NON INDICANO LA PARTE CENTRALE DEL PALLONCINO	30	OTTIMO	1	30	IL MATERIALE DI COMPOSIZIONE DEL PALLONCINO E' MOLTO SPESSO E ROBUSTO, PRESENTA INTRODUTTORE LUNGO MORBIDO E CON DIAMETRI CRESCENTI, CINQUE MARKER GRANDI E BEN VISIBILI DI CUI DUE INDICANO IN MODO SICURO LA PARTE INTERMEDIA DEL PALLONCINO, NEL KIT E' PRESENTE ANCHE UN FILO GUIDA A PUNTA MORBIDA	30	(*)	(*)	---	
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' E COMPLETEZZA DEI DATI	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' E COMPLETEZZA DEI DATI	20	(*)	(*)	---	
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO E OTTIMALE	20	OTTIMO	1	20	SGONFIAGGIO COMPLETO E OTTIMALE	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			46		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					46,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 71 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
				Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER DILATAZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA															
1	Caratteristiche dei materiali con particolare riguardo alla resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PALLONCINO ROBUSTO E RESISTENTE ANCHE AL MASSIMO GONFIAGGIO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro sul catetere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	DATI DI GONFIAGGIO MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
3	Sgonfiaggio totale del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL PALLONCINO SI SGONFIA COMPLETAMENTE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70				70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 72 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità di scorrimento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMO SCORRIMENTO IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RIGIDITA' OTTIMALE PER FUORIUSCIRE DAL CANALE E DILATARE LE STENOSI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Visibilità fluoroscopica del marker radiopaco (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' DURANTE LA DILATAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 73 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità di scorrimento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMO SCORRIMENTO IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RIGIDITA' OTTIMALE PER FUORIUSCIRE DAL CANALE E DILATARE LE STENOSI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Visibilità fluoroscopica del marker radiopaco (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' DURANTE LA DILATAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 74 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago endoscopico per scleroterapia sterile.					Marca/Modello/Nome commerciale AGO PER INIEZIONE – MONOUSO Wilson					Marca/Modello/Nome commerciale Aghi per iniezione monouso ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SCARSO	0	0	NON HA LA PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO PUO' ACCIDENTALMENTE BUCARE LA GUAINA	30	BUONO	0,6	18	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO FUORIESCE A SCATTI	30	DISTINTO	0,8	24	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO ESCE IN MODO PROGRESSIVO
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	SONO PRESENTI N. 4 ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO	10	OTTIMO	1	10	PRESENTA N. 3 ETICHETTE MOLTO BEN VISIBILI CHE RIPORTANO DATI COMPLETI	10	SUFFICIENTE	0,2	2	PRESENTA N. 2 ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			26		70			58		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										67,67						65,33
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 74 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLANEEDLE – AGHI DA INIEZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO ESCE IN MODO PROGRESSIVO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	PRESENTA N. 3 ETICHETTE GRANDI E BEN LEGGIBILI	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 75 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago endoscopico per scleroterapia sterile.					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER INIEZIONE - MONOUSO Micro-					Marca/Modello/Nome commerciale AGO PER INIEZIONE - MONOUSO Wilson	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SCARSO	0	0	NON HA LA PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO PUO' ACCIDENTALMENTE BUCARE LA GUAINA	30	OTTIMO	1	30	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, ECCELLENTE SISTEMA DI APERTURA GRADUATO, CON BLOCCO E RILASCIO A PULSANTE	30	BUONO	0,6	18	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO FUORIESCE A SCATTI
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	SONO PRESENTI N. 4 ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO	10	OTTIMO	1	10	SONO PRESENTI N. 4 ETICHETTE MOLTO BEN VISIBILI CHE RIPORTANO DATI COMPLETI	10	OTTIMO	1	10	PRESENTA N. 3 ETICHETTE MOLTO BEN VISIBILI CHE RIPORTANO DATI COMPLETI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			26		70			70		70			58	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	58,00
---	--	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 75 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER SCLEROTERAPIA					Marca/Modello/Nome commerciale Aghi per iniezione monouso ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale STELLANEEDLE – AGHI DA INIEZIONE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO MOLTO LUNGA, SISTEMA DI BLOCCO MOLTO BUONO, L'AGO ESCE IN MODO SCORREVOLE	30	DISTINTO	0,8	24	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO ESCE IN MODO PROGRESSIVO	30	DISTINTO	0,8	24	PUNTA DI PROTEZIONE IN METALLO, L'AGO ESCE IN MODO PROGRESSIVO
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISCRETO	0,4	4	SONO PRESENTI N. 3 ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO	10	SUFFICIENTE	0,2	2	PRESENTA N. 2 ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO	10	BUONO	0,6	6	PRESENTA N. 3 ETICHETTE GRANDI E BEN LEGGIBILI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			58		70			56		70			60	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	58,00	56,00	60,00
---	-------	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 76 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER INIEZIONE - MONOUSO Micro-					Marca/Modello/Nome commerciale AGO PER INIEZIONE - MONOUSO Wilson					Marca/Modello/Nome commerciale Aghi per iniezione monouso ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTA	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTA	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTA
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 76 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLANEEDLE – AGHI DA INIEZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)		NON CONFORME MANCA LA GAMMA DELLE MISURE RICHIESTA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)			30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)			10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 77 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Carr-Locke" STERIS Endoscopy					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER INIEZIONE MONOUSO – MANTA					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	NON PERFORA LA GUAINA ED ESCE IN TUTTE LE CONDIZIONI D'USO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA GUAINA METALLICA RIVESTITA INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	GUAINA CON COLORE INCONFONDIBILE LA CONFEZIONE PRESENTA 3 DOPPIE ETICHETTE	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 79 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Articulator" AGO PER INIEZIONE MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30,00	FUORIUSCITA DELL'AGO GARANTITA DA GUAINA IN ACCIAIO FLESSIBILE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30,00	RESISTENZA OTTIMALE DOVUTA ALLA GUAINA IN ACCIAIO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10,00	TRIPLA ETICHETTA ADESIVA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 80 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Articulator" AGO PER INIEZIONE MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Fuoriuscita dell'ago in linea con la guaina (non la perfora) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30,00	FUORIUSCITA DELL'AGO GARANTITA DA GUAINA IN ACCIAIO FLESSIBILE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30,00	RESISTENZA OTTIMALE DOVUTA ALLA GUAINA IN ACCIAIO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10,00	TRIPLA ETICHETTA ADESIVA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 81 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale Hemoclip con Rotella Endo-Flex®	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale DURACLIP	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME , OFFRE UNA SOLA MISURA DI APERTURA
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	IL RILASCIO E' FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE, I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			52		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					56,54						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 81 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA NEOS MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP - Sistema monouso di					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE					Marca/Modello/Nome commerciale Clips emostatiche riposizionabili	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTI 1 E 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA MOLTO BENE TRAMITE UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			46		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						61,92					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 82 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale Hemoclip con Rotella Endo-Flex®	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale DURACLIP	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME , OFFRE UNA SOLA MISURA DI APERTURA
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	IL RILASCIO E' FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE, I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			52		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	56,54	70,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 82 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP - Sistema monouso di					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE					Marca/Modello/Nome commerciale STELLACLIP – CLIP PER EMOSTASI	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA MOLTO BENE TRAMITE UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			46		70			52	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

61,92

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 83 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale Hemoclip endoscopica Instinct™					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE					Marca/Modello/Nome commerciale CLIPS EMOSTATICHE RIPOSIZIONABILI E		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI OTTIMA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA PERFETTAMENTE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	30	BUONO	0,6	18	IL RILASCIO E' FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	I TRE DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO PERFETTAMENTE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE, I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE IN MODO PROGRESSEDIVO I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO MOLTO BENE I TESSUTI	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70			52		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						42,00						52,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 83 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Hemoclip con Rotella Endo-Flex®					Marca/Modello/Nome commerciale Resolution 360 ULTRA					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP MONOUSO VDK	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	DISTINTO	0,8	16	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI ALTA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE IN MODO PROGGRESSIVO I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO MOLTO BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			48		70			56		70			48	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

48,00

56,00

48,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 83 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale POWERFUL CLIP AGS					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP - Sistema monouso di					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA BENE	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA BENE
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			48		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

42,00

48,00

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 83 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLA CLIP – CLIP PER EMOSTASI					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE IL DISPOSITIVO GIRA MOLTO BENE SEGUENDO I MOVIMENTI IMPRESSI AL MANICO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO MOLTO BENE I TESSUTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

52,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 84 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE					Marca/Modello/Nome commerciale Hemoclip con Rotella Endo-Flex®					Marca/Modello/Nome commerciale Resolution 360	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	DISPOSITIVO NON CERTIFICATO PER LA CHIUSURA PROFILATTICA E PER IL CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DEL PRIMO OPERATORE	20	SUFFICIENTE	0,2	4	DISPOSITIVO NON CERTIFICATO PER LA CHIUSURA PROFILATTICA E PER IL CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DEL PRIMO OPERATORE	20	OTTIMO	1	20	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI ALTA QUALITA' IL DISPOSITIVO E CERTIFICATO PER LA CHIUSURA PROFILATTICA E PER IL CONTROLLO DELLA ROTAZIONE DA PARTE DEL PRIMO OPERATORE
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	IL RILASCIO E' FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL RILASCIO E' MOLTO FACILE AGEVOLATO NELLA ROTAZIONE DA UNA ROTELLA PRESENTE NEL MANICO
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	SI CHIUDE BENE, I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	SI CHIUDE BENE I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISTINTO	0,8	16	SI CHIUDE IN MODO PROGREGSSIVO I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			30		70			40		70			60	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)															70,00	

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 84 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale POWERFUL CLIP AGS					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	DISPOSITIVO CERTIFICATO SOLO PER LA PROFILASSI DEI SANGUINAMENTI	20	BUONO	0,6	12	DISPOSITIVO CERTIFICATO SOLO PER SINGOLO OPERATORE	20	(*)	(*)	—	
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA BENE	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE IL RILASCIO E' FACILE GIRA BENE	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	(SI CHIUDE BENE) I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	DISCRETO	0,4	8	(SI CHIUDE BENE) I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			38		70			38		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 85 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE					Marca/Modello/Nome commerciale "HEMOCLIP" Jiangsu Vedkang					Marca/Modello/Nome commerciale Resolution 360 ULTRA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA' MANCANO I MARKER VISIBILI DISTALI	20	BUONO	0,6	12	NON CERTIFICATA PER DUODENOSCOPIO TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA' NON SONO PRESENTI I MARKER DISTALI	20	DISTINTO	0,8	16	NON CERTIFICATA PER DUODENOSCOPIO TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI ALTA QUALITA' MANCANO I MARKER VISIBILI DISTALI
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	SI CHIUDE BENE	30	BUONO	0,6	18	SI CHIUDE BENE	30	BUONO	0,6	18	SI CHIUDE BENE
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			38		70			42		70			46	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		63,91	70,00
---	--	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 85 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CLIPS EMOSTATICHE RIPOSIZIONABILI E					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP - Sistema monouso di					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	CERTIFICATA PER DUODENOSCOPIO TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA' MANCANO I MARKER VISIBILI DISTALI	20	BUONO	0,6	12	NON CERTIFICATA PER DUODENOSCOPIO TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA' MANCANO I MARKER DISTALI	20	DISTINTO	0,8	16	CERTIFICATA PER DUODENOSCOPIO TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO SONO DI BUONA QUALITA' MANCANO I MARKER VISIBILI DISTALI
2	Facilit� di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	SI CHIUDE BENE	30	BUONO	0,6	18	SI CHIUDE BENE	30	BUONO	0,6	18	L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA CLIP FA UNO SCATTO NELLA FASE INIZIALE TUTTAVIA LA CLIP SI CHIUDE BENE
3	Facilit� di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	BUONO	0,6	12	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO BENE I TESSUTI	20	DISCRETO	0,4	8	I DENTI PRESENTI IN PUNTA CATTURANO ABBASTANZA BENE I TESSUTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			46		70			42		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00	63,91	63,91
---	-------	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 86 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA NEOS MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Cartuccia con clip emostatica monouso					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTI 1 E 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 87 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP GASTROINTESTINALE					Marca/Modello/Nome commerciale "HEMOCLIP" Jiangsu Vedkang					Marca/Modello/Nome commerciale QuickClip2 HX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	LA CLIP E' ESPOSTA E RUOTA CON DIFFICOLTA'	20	DISCRETO	0,4	8	CLIP ESPOSTA CON DISCRETA ROTAZIONE	20	OTTIMO	1	20	SISTEMA DI PROTEZIONE IN PUNTA CON MECCANISMO DI BLOCCO PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DEL CANALE BUONA ROTAZIONE
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	LA CLIP SI APRE E SI CHIUDE BENE	30	DISTINTO	0,8	24	LA CLIP SI APRE E SI CHIUDE BENE	30	DISTINTO	0,8	24	LA CLIP SI APRE E SI CHIUDE BENE
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	LA CLIP SI CHIUDE CON MOLTA DIFFICOLTA'	20	DISCRETO	0,4	8	LA CLIP SI CHIUDE CON UNA CERTA DIFFICOLTA'	20	OTTIMO	1	20	LA CLIP SI CHIUDE FACILMENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			32		70			40		70			64	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																70,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 87 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale APPLICATORE DI CLIP ROTANTE					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOCLIP - Sistema monouso di					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	CLIP ESPOSTA HA UNA BUONA ROTAZIONE	20	DISCRETO	0,4	8	CLIP ESPOSTA HA UNA BUONA ROTAZIONE	20	(*)	(*)	—	
2	Facilità di rilascio della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	LA CLIP SI APRE E SI CHIUDE BENE	30	DISTINTO	0,8	24	LA CLIP SI APRE E SI CHIUDE BENE	30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di chiusura della clip (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	LA CLIP SI CHIUDE ABBASTANZA FACILMENTE	20	OTTIMO	1	20	LA CLIP SI CHIUDE FACILMENTE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			44		70			52		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	48,13	56,88	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 88 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Dispositivo di legatura multi-elastico Saeed®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI ELEVATA QUALITA'	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL RILASCIO DEGLI ELASTICI E' MOLTO FACILE E PRECISO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL MONTAGGIO DELLE VARIE COMPONENTI E' MOLTO RAPIDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 89 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale KIT LEGATURA MULTI ELASTICO PER VARICI					Marca/Modello/Nome commerciale Speedband Superview Super 7TM					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, PRESENTA UN NUMERO INFERIORE DI LACCI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI	30	OTTIMO	1	30	TUTTI I MATERIALI COMPONENTI SONO DI ELEVATA QUALITA'	30	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	IL RILASCIO DEGLI ELASTICI E' MOLTO FACILE E PRECISO	20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	IL MONTAGGIO DELLE VARIE COMPONENTI E' MOLTO RAPIDO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 90 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA DIALTEC	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HaemoCer™ Endoscopic Set					Marca/Modello/Nome commerciale Hemospray® Dispositivo					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità d'uso di utilizzo dello spray/gel (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE CATETERE SINGOLO DISPONIBILE IN UN SOLO CALIBRO CHE SI AVVICINA AI 7 FR	20	OTTIMO	1	20	LA CONNESSIONE CATETERE-PISTOLA E L'APERTURA DELLE VALVOLE RENDONO IL PRODOTTO IMMEDIATAMENTE PRONTO PER L'USO. LA POLVERE E' DISPONIBILE IN NOTEVOLE QUANTITA' E SI APPLICA CON LA SOLA PRESSIONE DI UN DITO. DISPONIBILE UN SECONDO CATETERE DI RISERVA	20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	DI ECCELLENTE FATTURA	30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	N. 3 DOPPIE ETICHETTE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 91 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PuraStat Kit di idrogel emostatico assorbibile					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità d'uso di utilizzo dello spray/gel (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL CATETERE E' MANEGGEVOLE, NON SI INGINOCCHIA E NON SI OCCLUDE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMALI PROPRIETA' EMOSTATICHE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Tracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	GARANTITA DA QUATTRO ETICHETTE ADESIVE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 92 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDIOMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale GLUBRAN®2					Marca/Modello/Nome commerciale HISTOACRYL® B.Braun Surgical SA					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità emostatiche (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTI CAPACITA' EMOSTATICHE	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE ESCLUSIVAMENTE CONFEZIONI DI 0,5ML CON VOLUME INSUFFICIENTE RISPETTO ALLE QUANTITA' MEDIE USATE NELLA PRATICA CLINICA ED HA INDICAZIONI CLINICHE LIMITATE	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	COAGULAZIONE IMMEDIATA ED EFFICACE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	RICHIEDE PARTICOLARI CAUTELE PER NON DANNEGGIARE GLI ENDOSCOPI E GLI ACCESSORI	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			66		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 93 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale "Padlock clip device" U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' UNA CLIP METALLICA A FORMA DI STELLA CON 6 PUNTE RADIALI, STESSO DM OFFERTO AL LOTTO 94 CHE SEGUE	20	OTTIMO	1	20	CLIP ROBUSTE DALLA PRESA EFFICACE E DURATURA SUI TESSUTI	20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	FACILE DA USARE ED EFFICACE	30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	BUONO	0,6	12	IL MONTAGGIO RICHIEDE UNA CURA PARTICOLARE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			62		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 94 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ROBUSTO E RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RILASCIO FACILE E PRECISO E MONTAGGGIO RAPIDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 95 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE ROBUSTO E RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RILASCIO FACILE E PRECISO E MONTAGGGIO RAPIDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 96 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE ROBUSTO E RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RILASCIO FACILE E PRECISO E MONTAGGGIO RAPIDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 97 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE DI OTTIMA QUALITA' IN RELAZIONE AL TIPO DI PROCEDURA DA SVOLGERE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO FACILE E PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	—	1	20	SUB CRITERIO NON APPLICABILE SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 98 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE DI OTTIMA QUALITA' IN RELAZIONE AL TIPO DI PROCEDURA DA SVOLGERE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO FACILE E PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	—	1	20	SUB CRITERIO NON APPLICABILE SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 99 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema Reolader OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE DI OTTIMA QUALITA' IN RELAZIONE AL TIPO DI PROCEDURA DA SVOLGERE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO FACILE E PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	—	1	20	SUB CRITERIO NON APPLICABILE SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 100 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema OTSC e mini OTSC Ovesco					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO FACILE E PRATICO DA USARE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RILASCIO FACILE E PRECISO E MONTAGGIO RAPIDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 104 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA APOLLO ENDOSURGERY	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SISTEMA SUTURA ENDOSCOPICA GERD					Marca/Modello/Nome commerciale OverStitch™ Endoscopic Suturing					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	L'ACCESSORIO NELL'USO E' SIMILE AD UN ENDOSCOPIO CHE CONSENTE SOLO SUTURE A PUNTI STACCATI PER MALATTIE DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO CHE NON RISPONDE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA O PER IL TRATTAMENTO DEI GIST DELLO STOMACO	30	DISTINTO	0,8	24	RICHIEDE UNA PARTICOLARE FORMAZIONE PER L'USO, L'ACCESSORIO E' MOLTO VERSATILE SI PUO UTILIZZARE CON DIVERSI TIPI DI ENDOSCOPI, PER IL TRATTAMENTO DI NUMEROSE PATOLOGIE DIVERSE IN TUTTO IL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE ED INFERIORE SIA PER FARE SUTURE A PUNTI STACCATI CHE CONTINUE	30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	OGNI VOLTA CHE VENGONO APPLICATI I PUNTI L'ACCESSORIO DEVE ESSERE ESTRATTO DALLA BOCCA E RICARICATO, INOLTRE RICHIEDE L'USO CONTEMPORANEO DI UN GASTROSCOPI DA 6MM DI DIAMETRO	20	OTTIMO	1	20	CONSENTE DI ESEGUIRE TUTTA LA PROCEDURA SENZA DOVER RICARICARE L'ACCESSORIO SE NON IN CASI PARTICOLARI, FACILE DA MONTARE SU VARI TIPI DI ENDOSCOPI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			34		70			64		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 105 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale LE CLAMP™ - Loop preassemblato LEO					Marca/Modello/Nome commerciale HX – 400U – 30 Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale Speedband Superview Super 7TM	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
2	Maneggevolezza e funzionalità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SI PUO' APRIRE E CHIUDERE PIU' VOLTE ANCHE QUANDO SONO PRESENTI PIU' ANSE DELL'ACCESSORIO	30	BUONO	0,6	18	RISPETTO ALLA DITTA CONCORRENTE E' PIU' DIFFICILE APRIRE E CHIUDERE L'ACCSSORIO PIU' VOLTE QUANDO SONO PRESENTI ANSE	30	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del sistema di rilascio e praticità di montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SISTEMA INTEGRATO	20	OTTIMO	1	20	SISTEMA INTEGRATO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			58		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

58,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 107 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 108 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 109 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 110 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 111 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 112 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 113 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sonda FIAPC®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione dell'erogazione della corrente (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SONDA ROBUSTA CONNESSIONE DEL CAVO SICURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Grado di isolamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ISOLAMENTO OTTIMALE PRIVO DI RISCHI DI DISPERSIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 115 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Cartuccia pompa plus ERBEJET® 2					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	EROGAZIONE COSTANTE E OTTIMALE PER L'APPLICAZIONE CLINICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMO PASSAGGIO DEI GAS	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO MANEGGEVOLE, OTTIME CONNESSIONI CON GLI ACCESSORI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 117 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema VIVA RF Generator ELRA					Marca/Modello/Nome commerciale HABIB Catetere a radiofrequenza					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	RISULTA PIU' VERSATILE IN BASE ALLE LUNGHEZZE OFFERTE DELLA PARTE ATTIVA	30	BUONO	0,6	18	HA UN RANGE DI LUNGHEZZE DELLA PARTE ATTIVA PIU' LIMITATO	30	(*)	(*)	---	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	NON E'SUPPORTATA DA EVIDENZE SCIENTIFICHE PUBBLICATE	20	OTTIMO	1	20	SUPPORTATA DA AMPIA EVIDENZA SCIENTIFICA PUBBLICATA	20	(*)	(*)	---	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			58		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

67,59

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 118 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale BICAP SONDE BIPOLARI PER EMOSTASI CONMED					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	COAGULAZIONE ESTREMAMENTE PRECISA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA CAPACITA' DI EMOSTASI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 119 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema VIVA RF Generator EUSRA					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SISTEMA PRECISO E OTTIMO BLOCCO PER MISURARE LA PROFONDITA' DI PENETRAZIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FUNZIONALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE DI ALTA QUALITA' CONSENTE L'APERTURA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 120 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale INJECTION GOLD PROBE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ALTA PRECISIONE NELL'USO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO EFFICACE PER LE EMOSTASI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 121 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK IATLIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa AcuSnare®					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale PFS - ANSE PER POLIPECTOMIA -	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, IL MANIPOLO IMPRIME UNA BUONA ROTAZIONE ALLA GUAINA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			54		70			50		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

54,00

50,00

56,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 121 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale CAPTIVATORTM II ANSE PER					Marca/Modello/Nome commerciale SnareMaster SD-210U	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA BENE ANCHE SENZA ROTELLA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO, GIRA BENISSIMO ANCHE SENZA ROTELLA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE SENZA ROTELLA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	OTTIMO	1	20	ANSA DALLA RIGIDITA' OTTIMALE	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	OTTIMO	1	20	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70			70		70			52	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	50,00	70,00	52,00
---	-------	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 121 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
					POL1 ANSE MONOUSO PER					ANSA POLIPECTOMIA ALTON					Anse diatermiche per polipectomia	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE SENZA ROTELLA	30	DISCRETO	0,4	12	APRE E SCORRE CON UNA CERTA DIFFICOLTA'	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	SUFFICIENTE	0,2	4	ANSA NON MOLTO RIGIDA	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	SUFFICIENTE	0,2	4	NON MANTIENE TANTO BENE LA FORMA	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			20		70			48	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	56,00		48,00
---	-------	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 121 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDIOMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale Anse per polipectomia rotanti - Monouso					Marca/Modello/Nome commerciale STELLALOOP - ANSA DIATERMICA PER	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			52		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

52,00

52,00

56,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 122 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA ROTANTI ENDO-FLEX					Marca/Modello/Nome commerciale ORBIT-SNARE MEDI-GLOBE GMBH	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	APRE E SCORRE BENE, NON GIRA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE ANCHE SENZA ROTELLA	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA A SCATTI
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			44		70			56		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

55,00

70,00

52,50

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 122 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA ROTANTE POLIPECTOMIA ALTON					Marca/Modello/Nome commerciale Anse diatermiche ovale per polipectomia					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	APRE E SCORRE CON UNA CERTA DIFFICOLTA', NON GIRA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	ANSA NON MOLTO RIGIDA	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA	20	BUONO	0,6	12	ANSA DISCRETAMENTE RIGIDA
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	NON MANTIENE TANTO BENE LA FORMA	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			20		70			48		70			52	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

60,00

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 122 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLALOOP - ANSA DIATERMICA PER					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA DOTATA DI BUONA RIGIDITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 123 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa a trazione "Traction Snare"					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO SCORREVOLE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ADEGUATA ALL'USO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO ROBUSTA ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 124 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA Anrei					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER POLIPECTOMIA A					Marca/Modello/Nome commerciale "Exacto" MINI ANSA DA POLIPECTOMIA A	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	ANSA MOLLE MA UTILIZZABILE A FREDDO	20	DISCRETO	0,4	8	ANSA MOLLE, A FREDDO SI USA CON MINORE FACILITA' RISPETTO AI CONCORRENTI	20	OTTIMO	1	20	ANSA RIGIDA PERFETTA PER L'USO
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	TENDE A PERDERE LA FORMA	20	DISCRETO	0,4	8	CONSERVA POCO LA FORMA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMO MANTENIMENTO DELLA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			34		70			34		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 124 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CrossSnare ZERO POL1 – Z2					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA A					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA RIGIDA MOLTO BUONA PER L'USO	20	BUONO	0,6	12	ANSA MOLLE MA UTILIZZABILE A FREDDO	20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUON MANTENIMENTO DELLA FORMA	20	SUFFICIENTE	0,2	4	TENDE A PERDERE LA FORMA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70			34		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

62,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 125 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA MONOFILAMENTO -					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER POLIPECTOMIA E					Marca/Modello/Nome commerciale POL1 ANSE MONOUSO PER	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA POCO	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO, GIRA MOLTO BENE ANCHE SENZA RUOTA DEDICATA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA A SCATTI, PRIVA DI RUOTA DEDICATA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	RIGIDITA' MOLTO BUONA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMO GRADO DI RIGIDITA'
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	OTTIMO	1	20	MANTIENE BENISSIMO LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			62		70			64	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

47,42

67,81

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 125 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA POLIPECTOMIA ALTON					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa ovale diatermica per polipectomia					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI DI QUALITA' DISCRETA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA MOLTO BENE ANCHE SENZA RUOTA DEDICATA	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA POCO
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RIGIDITA'	20	DISTINTO	0,8	16	RIGIDITA' MOLTO BUONA	20	BUONO	0,6	12	BUONA RIGIDITA'
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			36		70			56		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

61,25

45,94

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 125 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDIOMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Anse per polipectomia rotanti - Monouso					Marca/Modello/Nome commerciale SD-990-XX Medizintechnik					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO, GIRA MOLTO BENE ANCHE SENZA RUOTA DEDICATA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORRIMENTO, GIRA A SCATTI PRIVA DI RUOTA DEDICATA	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	RIGIDITA' MOLTO BUONA	20	DISTINTO	0,8	16	RIGIDITA' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE MOLTO BENE LA FORMA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70			62		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

67,81

67,81

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 126 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER POLIPECTOMIA E					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	L'ANSA SI APRE E SCORRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO CLINICO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFERTA ANSA OVALE NON CRESCENT	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME PER MISURA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 127 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Lariat™" U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA PRESA PER TUTTI I DIAMETRI, TAGLIA BENISSIMO, COAGULAZIONE PERFETTA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MANTIENE LA FORMA ANCHE DOPO RIPETUTE SEZIONI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 128 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale PFS ANSE PER POLIPECTOMIA -					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, NON GIRA	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE CON SISTEMA A ROTELLA
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA RIGIDA	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA RIGIDA	20	BUONO	0,6	12	ANSA ABBASTANZA RIGIDA
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70			56		70			52	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

62,50

70,00

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 128 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Anse per polipectomia rotanti - Monouso					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE, GIRA BENE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA RIGIDA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 129 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa monouso a becco d'anatra AcuSnare®					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER POLIPECTOMIA E	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	APRE E SCORRE MOLTO BENE	30	DISCRETO	0,4	12	APRE E SCORRE CON UNA CERTA DIFFICOLTA'	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA BENE
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	ANSA RIGIDA	20	DISCRETO	0,4	8	ANSA MOLLE	20	BUONO	0,6	12	ANSA MOLLE
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	DISCRETO	0,4	8	MANTIENE POCO LA FORMA	20	DISCRETO	0,4	8	MANTIENE POCO LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			28		70			38	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 129 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Anse diatermiche per polipectomia					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa polipectomia asimmetrica monouso	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA BENE SU SISTEMA A RUOTA	30	BUONO	0,6	18	APRE E SCORRE BENE, GIRA BENE SU SISTEMA A RUOTA	30	SUFFICIENTE	0,2	6	APRE, ESCORRE CON MOLTA DIFFICOLTA', MANICO NON ERGONOMICO
2	Flessibilit� dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	ANSA MOLLE	20	BUONO	0,6	12	ANSA MOLLE	20	SUFFICIENTE	0,2	4	ANSA ECCESSIVAMENTE MOLLE
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	MANTIENE ABBASTANZA BENE LA FORMA	20	DISTINTO	0,8	16	MANTIENE BENE LA FORMA	20	SCARSO	0	0	NON MANTIENE LA FORMA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			46		70			10	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

52,50

57,50

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 130 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Histolock" US Endoscopy					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SI APRE E SI CHIUDE DOPO RIPETUTI UTILIZZI, ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE, LA SEZIONE QUADRATA PERMETTE LA FACILE CATTURA DI POLIPI PIATTI	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ANSA DALLA RIGIDITA' OTTIMALE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	LA FORMA RESTA INALTERATA DOPO MULTIPLI UTILIZZI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 131 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Anse diatermiche tipo Erlangen per					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA PER MUSECTOMIA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	L'ANSA SI APRE E SCORRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, LA SEZIONE DELL'ANSA E' ROTONDA PER TUTTA LA SUA ESTENSIONE	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL MANIPOLO NON E' AD ANELLI
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RIGIDITA' CHE PERMETTE DI CATTURARE I TESSUTI ALL'INTERNO DELL'ANSA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 132 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale POL1 ANSE MONOUSO PER					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE DA POLIPECTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, LE DIMENSIONI SI LIMITANO A 15MM E MANCA DELL'ANELLO IN PUNTA RITENUTO INDISPENSABILE PER IL MANTENIMENTO DELLA FORMA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA APERTURA E SCORREVOLEZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	ANSA RIGIDA COME RICHIESTO	20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	MANTIENE LA FORMA DOPO RIPETUTE APERTURE E CHIUSURE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 133 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale ANSE PER POLIPECTOMIA Anrei Medical (Hz)	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS Marca/Modello/Nome commerciale CAPTIVATORTM II ANSE PER	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale SD-400U-XX SnareMaster Plus	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA TUTTE LE MISURE RICHIESTE, DISPONIBILE SOLO DIAM. ANSA 10MM	30	OTTIMO	1	30	L'ANSA SI APRE E SCORRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, L'ANSA E' ESAGONALE E CON MISURE DISPONIBILI SOLO DA 10-15 MM
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RIGIDITA' CHE PERMETTE DI CATTURARE I TESSUTI ALL'INTERNO DELL'ANSA	20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 133 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale POL1 - X1 ANSA IBRIDA PER POLIPECTOMIA A					Marca/Modello/Nome commerciale Ansa polipectomia a freddo monouso MTW					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, L'ANSA E' ESAGONALE E CON MISURE DISPONIBILI SOLO DA 10-15 MM	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE TUTTE LE MISURE RICHIESTE, DISPONIBILE SOLO CON APERTURA ANSA DA 10MM	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 134 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale K-001/+ Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFERTA INCOMPLETA, MANCANO I KIT PER MUCOSECTOMIA COLICA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 135 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Dispositivo di legatura multi-elastico per					Marca/Modello/Nome commerciale CAPTIVATOR™ EMR					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico-funzionali (apertura dell'ansa, scorrevolezza) (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO MEDICO PRIVO DEL KIT ISTOLOGICO	30	OTTIMO	1	30	SCORRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	30	(*)	(*)	—	
2	Flessibilità dell'ansa metallica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	ANSA CON IL GIUSTO GRADO DI RIGIDITA'	20	(*)	(*)	—	
3	Mantenimento della forma dopo ripetuti utilizzi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	LA FORMA VIENE MANTENUTA ANCHE DOPO RIPETUTE APERTURE E CHIUSURE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 137 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale DISSETTORE ELETTROCHIRURGICO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale ITKnife2 KD-611L Olympus Medical	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA Marca/Modello/Nome commerciale CLEARCUT KNIFE - Elettrodo monouso per	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL DISPOSITIVO SI APRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO CON LUNGHEZZA OPERATIVA DI 1650 MM INSUFFICIENTE	30	DISTINTO	0,8	24	IL DISPOSITIVO SI APRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 138 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CLEARCUT KNIFE - Elettrodo monouso per					Marca/Modello/Nome commerciale HookKnife KD-620-XX Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO, L'ACCESSORIO NON RUOTA	30	OTTIMO	1	30	TAGLIO PRECISO, ANCHE PERCHE' IL DM RUOTA SU SE STESSO ANCHE QUANDO L'ENDOSCOPIO E' ANGOLATO	30	(*)	(*)	---	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA CAPACITA' DI TAGLIO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA CAPACITA' DI TAGLIO	20	(*)	(*)	---	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			54		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

54,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 139 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "MUCOSECTOM" DISPOSITIVO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	CONSENTE RESEZIONI CON GRADO DI PRECISIONE ELEVATO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	LA CAPACITA' DI RESECARE I TESSUTI E' ELEVATA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	FINITURE E CONFORMAZIONE DELL'ESTREMITA' OTTIMALI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 140 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale DISSETTORE ELETTROCHIRURGICO					Marca/Modello/Nome commerciale KD-650 DualKnife Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale CLEARCUT KNIFE - Elettrodo monouso per	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	IL DISPOSITIVO SI APRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL DISPOSITIVO SI APRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	DISTINTO	0,8	24	IL DISPOSITIVO SI APRE BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DI TAGLIO
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			60		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

65,33

70,00

65,33

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 141 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale AQANIFE Ovesco Endoscopy AG					Marca/Modello/Nome commerciale CLEARCUT KNIFE - Elettrodo monouso per					Marca/Modello/Nome commerciale "Splash-M-Knife" DISPOSITIVO	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	BUONO	0,6	18	SI APRE IN MODO SODDISFACENTE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	30	BUONO	0,6	18	SI APRE IN MODO SODDISFACENTE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TAGLIO ESTREMAMENTE PRECISO	20	BUONO	0,6	12	TAGLIO PRECISO	20	BUONO	0,6	12	TAGLIO PRECISO
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			46		70			46	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

46,00

46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 142 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CLEARCUT KNIFE - Elettrodo monouso per					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO BEN MANOVRABILE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA SUPERFICIE DI TAGLIO, APERTURA PRECISA ANCHE IN CONDIZIONI SVANTAGGIOSE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 143 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SB Knife™ SUMITOMO BAKELITE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SI RUOTA FACILMENTE E AFFERRA BENE IL TESSUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	TAGLIO FACILE E PRECISO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 147 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AREAMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale EndoRotor® Interscope.					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Precisione del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	PRODOTTO ANCORA IN FASE SPERIMENTALE NELL'APPLICAZIONE CLINICA, IN BASE AI DATI LIMITATI PUBBLICATI IN LETTERATURA NON SI RITIENE DI ATTRIBUIRE PUNTEGGI PIU ELEVATI	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Efficacia del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	PRODOTTO ANCORA IN FASE SPERIMENTALE NELL'APPLICAZIONE CLINICA, IN BASE AI DATI LIMITATI PUBBLICATI IN LETTERATURA NON SI RITIENE DI ATTRIBUIRE PUNTEGGI PIU ELEVATI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 149 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Reveal" Cappuccio distale per strumenti					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE D-201 Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale Cappucci per endoscopio TOP	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Aderenza del cappuccio al distale dello strumento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	I VARI DIAMETRI DEL DISPOSITIVO SI ADATTANO BENE AGLI ENDOSCOPI CORRISPONDENTI	30	OTTIMO	1	30	I VARI DIAMETRI DEL DISPOSITIVO SI ADATTANO BENE AGLI ENDOSCOPI CORRISPONDENTI	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, LA GAMMA DELLE MISURE OFFERTE NON CONSENTE L'USO CON MOLTI TIPI DI COLONSCOPIO
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE MOLTO ROBUSTO	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE MOLTO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL GRADO DI TRASPARENZA ED IL FORO DI DRENAGGIO PERMETTONO UN USO OTTIMALE IN TUTTE LE CONDIZIONI CLINICHE	20	OTTIMO	1	20	IL GRADO DI TRASPARENZA ED IL FORO DI DRENAGGIO PERMETTONO UN USO OTTIMALE IN TUTTE LE CONDIZIONI CLINICHE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 149 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA NEOS MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CAPs distali distanziatori monouso					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Aderenza del cappuccio al distale dello strumento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	OFFERTA NON VALUTABILE, PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PUNTI 1 E 3 DEL CAPITOLATO TECNICO RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 151 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SB Hood™ Cappucci distanziali monouso					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Aderenza del cappuccio al distale dello strumento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	SI INCASTRA IN MODO SICURO SULLO STRUMENTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALE COMPONENTE MOLTO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SILICONE ROBUSTO E DI QUALITA', LA DISPOSIZIONE DELLE APERTURE FAVORISCE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 152 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere per ERCP Glo-Tip®					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERE PER E.R.C.P. MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale Cannule Contour	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Scorrevolezza e facilità di iniezione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	PIENAMENTE ADEGUATO ALL'USO CLINICO	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE SOLO CANNULA PRECURVATA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE SOLO CANNULA PRECURVATA
2	Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FLESSIBILITA' DELLA CANNULA DRTTA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza del filo guida (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI PUNTA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 154 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere per ERCP Glo-Tip®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Scorrevolezza e facilità di iniezione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	PIENAMENTE ADEGUATO ALL'USO CLINICO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FLESSIBILITA' DELLA CANNULA DRITTA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza del filo guida (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI PUNTA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 155 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere per ERCP a doppio lume Glo-Tip II®					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERE PER E.R.C.P. MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale Cannule Contour	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Scorrevolezza e facilità di iniezione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	PIENAMENTE ADEGUATO ALL'USO CLINICO	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE SOLO CANNULA PRECURVATA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE SOLO CANNULA PRECURVATA
2	Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FLESSIBILITA' DELLA CANNULA DRTTA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza del filo guida (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI PUNTA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 156 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CANNULA TANDEM XL Boston Scientific					Marca/Modello/Nome commerciale PROFORMA HF 4.5 CANNULE TRILUME					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Scorrevolezza e facilità di iniezione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA NEL CANALE DELL'ENDOSCOPIO OTTIMA CAPACITA' DI INIEZIONE	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA NEL CANALE DELL'ENDOSCOPIO OTTIMA CAPACITA' DI INIEZIONE	25	(*)	(*)	—	
2	Capacità della punta di essere curvata dal comando manuale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	NON SI DEFORMA	20	OTTIMO	1	20	NON SI DEFORMA	20	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza del filo guida (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA NEL CANALE DEL FILO GUIDA ANCHE IN PRESENZA DI ANSE MULTIPLE	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA NEL CANALE DEL FILO GUIDA ANCHE IN PRESENZA DI ANSE MULTIPLE	25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 157 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomo DASH®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	INCANNULAMENTO MOLTO AGEVOLE, OTTIMALE ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICOLTOSE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MANTIENE PERFETTAMENTE L'ASSE DI TAGLIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	IL MATERIALE COSTITUTIVO LO RENDE RESISTENTE E PERFETTAMENTE ADEGUATO ALL'USO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 158 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomo Billroth II					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomi monouso Medi-Globe GmbH					Marca/Modello/Nome commerciale AXS_tome PAP1 PAPILLOTOMI	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPONIBILE IN UNA SOLA MISURA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPONIBILE IN UNA SOLA MISURA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPONIBILE IN UNA SOLA MISURA
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 159 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Classic Cotton® CannulaTome®					Marca/Modello/Nome commerciale PAPILLOSFINTEROTO MO BILUME Anrei					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomi monouso Medi-Globe GmbH	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA CAPACITA' DI INCANNULARE LA VIA BILIARE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI GRAZIE ANCHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA PUNTA RASTREMATA	25	DISTINTO	0,8	20	FACILE INCANNULAMENTO DELLA VIA BILIARE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI, BUONA RASTREMATURA DELLA PUNTA, FILO DI TAGLIO PROTETTO NELLA PARTE PROSSIMALE	25	BUONO	0,6	15	BUONA CAPACITA' DI INCANNULARE LA VIA BILIARE, PUNTA MENO RASTREMATA RISPETTO AI CONCORRENTI
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA STABILITA'	25	BUONO	0,6	15	BUONA STABILITA'	25	DISCRETO	0,4	10	DISCRETA STABILITA', SI ACCETTANO LE DUE MISURE OFFERTE CON TAGLIANTE DA 20MM E 30MM
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO E' MOLTO BUONA	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO E' MOLTO BUONA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			51		70			41	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

51,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 159 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale LEKNIFE SFINTEROTOMO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA CAPACITA' DI INCANNULARE LA VIA BILIARE, PUNTA MENO RASTREMATA RISPETTO AI CONCORRENTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA STABILITA'	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			46		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 160 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomo a triplo lume Tri-Tome pc®					Marca/Modello/Nome commerciale PAPILLOSFINTEROTO MO TRILUME Anrei					Marca/Modello/Nome commerciale Papilotomi monouso triplo lume -	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA CAPACITA' DI INCANNULARE LA VIA BILIARE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA IL FILO INTRECCIATO COME RICHIESTO	25	DISTINTO	0,8	20	FACILE INCANNULAMENTO DELLA VIA BILIARE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI, FILO INTRECCIATO RILEVABILE DA CAMPIONE
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA STABILITA'	25	(*)	(*)	—		25	DISTINTO	0,8	20	STABILITA' MOLTO BUONA
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70			60	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

60,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 160 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SFINTEROTOMO TRIPLOLUME					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUON INCANNULAMENTO DELLA VIA BILIARE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	STABILITA' MOLTO BUONA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			51		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

51,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 161 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sfinterotomo a triplo lume Tri-Tome pc®					Marca/Modello/Nome commerciale PAPILLOSFINTEROTO MO TRILUME					Marca/Modello/Nome commerciale Papillotomi monouso triplo lume -	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA LA PUNTA ORIENTABILE CONTROLLATA	25	OTTIMO	1	25	HA LA PUNTA ORIENTABILE CONTROLLATA TRAMITE UNA RUOTA DEDICATA CONSENTENDO UN OTTIMO INCANNULAMENTO DELLE VIE BILIARI	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA LA PUNTA ORIENTABILE CONTROLLATA. IL CAMPIONE NON CORRISPONDE ALL'OFFERTA
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	DISTINTO	0,8	20	STABILITA' MOLTO BUONA	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			61		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 161 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SFINTEROTOMO TRIPLOLUME					Marca/Modello/Nome commerciale Papillotomo tre lumi, anche con sistema a					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA LA PUNTA RASTREMATA COME RICHIESTO	25	DISTINTO	0,8	20	NON HA LA ROTELLA DI CONTROLLO, TUTTAVIA E' POSSIBILE ORIENTARE LA PUNTA RUOTANDO IL MANICO	25	(*)	(*)	—	
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	BUONO	0,6	15	BUONA STABILITA'	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			51		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		58,52	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 162 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Papilotomo ad ago a tre lumi Huibregtse®					Marca/Modello/Nome commerciale SPHINX - Sfinterotomo monouso triplo lume-					Marca/Modello/Nome commerciale SFINTEROTOMI MONOUSO Medi-Globe	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE CON AGO DA 4MM, EFFETTUATO IL TAGLIO LA PUNTA RASTREMATA ENTRA MOLTO FACILMENTE NEL COLEDOCO	25	BUONO	0,6	15	EFFETTUATO IL TAGLIO LA PUNTA RASTREMATA ENTRA MENO FACILMENTE NEL COLEDOCO RISPETTO AI CONCORRENTI	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE DISPOSITIVO MONOLUME
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMO MANTENIMENTO DELL'ASSE ANCHE GRAZIE AL BLOCCO SUL MANICO PER FISSARE LA LUNGHEZZA DELL'AGO, OTTIMA STABILITA'	25	BUONO	0,6	15	BUON MANTENIMENTO DELL'ASSE DI TAGLIO	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI DEL DISPOSITIVO	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			46		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						46,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 162 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SFINTEROTOMO A TRIPLO LUME AD AGO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità della punta di impegnarsi nella via biliare (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	EFFETTUATO IL TAGLIO LA PUNTA RASTREMATA ENTRA MOLTO FACILMENTE NEL COLEDOCO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Mantenimento asse di taglio dopo inserzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUON MANTENIMENTO DELL'ASSE DI TAGLIO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	LA RESISTENZA DI TUTTI I COMPONENTI E' MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

56,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 163 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set per drenaggio nasobiliare con					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di drenaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI DRENAGGIO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Facilità di visione radioscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	PERFETTAMENTE VISIBILE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 164 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set per drenaggio naso-biliare SERIE ENBD					Marca/Modello/Nome commerciale FLEXIMA NASOBILIARY					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di drenaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI DRENAGGIO	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI DRENAGGIO	30	(*)	(*)	—	
2	Facilità di visione radioscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 165 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Set per il drenaggio naso-pancreatico					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di drenaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI DRENAGGIO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Facilità di visione radioscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 166 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SPYSCOPETM DS II CATETERE + Ansa da					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Facilità di utilizzo nel canale operatore del duodenoscopio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	UTILIZZO MOLTO AGEVOLE DEL DISPOSITIVO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO DI OTTIMA QUALITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Qualità della visualizzazione ottica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PIENAMENTE CONFACENTE ALL'UTILIZZO CLINICO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 167 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
					FILO GUIDA IDROFILO IN NITINOL					DREAMWIRE					FILO GUIDA IN	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA PUNTA IDROFILO DA 10 CM	20	OTTIMO	1	20	PIENAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA PUNTA IDROFILO DA 10 CM
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTTIMO	1	25	ECCELLENTE RADIOPACITA' E VISIONE ENDOSCOPICA	25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 167 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale WIR1 FILI GUIDA-ERCP					Marca/Modello/Nome commerciale FILI GUIDA MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA PUNTA IDROFILA DA 10 CM NELLA LUNGHEZZA DI 260 CM (RILEVABILE DA CAMPIONATURA)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA PUNTA IDROFILA DA 10 CM NELLA VERSIONE ANGOLATA	20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 168 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Guida Tracer Metro® Direct™					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	PIENAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE RADIOPACITA' E VISIONE ENDOSCOPICA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 169 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale FILO GUIDA "BLACK TIP"					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	PUNTA ADEGUATAMENTE FLESSIBILE PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MOLTO BEN VISIBILE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE SCORREVOLE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			66		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 170 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Guida Tracer Metro® Direct™					Marca/Modello/Nome commerciale FILI GUIDA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale Guide ad elevato rendimento Jagwire™	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA VERSIONE STIFF	20	OTTIMO	1	20	PIENAMENTE ADEGUATA PER L'USO CLINICO	20	OTTIMO	1	20	PIENAMENTE ADEGUATA PER L'USO CLINICO
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	BUONO	0,6	15	ECCELLENTE RADIOPACITA', I MARKER, SEBBENE COLORATI, HANNO MINORE VISIBILITA'	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE RADIOPACITA', MARKER NERI E GIALLI PERFETTAMENTE VISIBILI
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			60		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		60,00	70,00
---	--	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 170 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale FILO GUIDA, MONOUSO HANGZHOU					Marca/Modello/Nome commerciale FIL GUIDA MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	PIENAMENTE ADEGUATA PER L'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DALLA SCHEDA TECNICA NON SI EVINCE LA DISPONIBILITA' DELLA VERSIONE STIFF	20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	ECCELLENTE RADIOPACITA', I MARKER, SEBBENE COLORATI, HANNO MINORE VISIBILITA'	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					60,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 171 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale GUIDA Anrei Medical (Hz) CHINA					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	RIGIDITA' ADEGUATA ALL'USO CLINOCO MOLTO RESISTENTE AL PIEGAMENTO, STIFF ANGOLATA SOLO DA 0.025"	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MOLTO BEN VISIBILE	25	(*)	(*)	---		25	(*)	(*)	---	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ESTREMAMENTE SCORREVOLE	25	(*)	(*)	---		25	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			66		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 172 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale FILI GUIDA MONOUSO Micro-Tech (Nanjing)					Marca/Modello/Nome commerciale Radifocus® Guide Wire					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO NON E' INTERAMENTE IDROFILICO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FLESSIBILITA', PIENAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA RADIOPACITA' E VISIONE ENDOSCOPICA	25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 173 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Guida a punta calibrata Acrobat® 2					Marca/Modello/Nome commerciale VisiGlide SERIE G-240					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	PERFETTAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA LA PUNTA FLESSIBILE CALIBRATA ED A SPIRALE IN PLATINO COME RICHIESTO	20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	RADIOPACITA' E VISIONE ENDOSCOPICA ECCELLENTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 174 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale NovaGoldTM					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Flessibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE SOPRATTUTTO IN PUNTA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Radiopacità e visione endoscopica (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	PERFETTE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MOLTO ADATTO ALLE STENOSI SERRATE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 175 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Palloncino estrattore a doppio lume Escort II®					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERE A PALLONCINO PER					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI PER ESTRAZIONE CALCOLI	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	40	OTTIMO	1	40	OTTIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED AL MASSIMO GONFIAGGIO	40	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DIAMETRO INFERIORE E' DI 12 MM	40	OTTIMO	1	40	OTTIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED AL MASSIMO GONFIAGGIO
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISCRETO	0,4	4	DATO DI GONFIAGGIO SINGOLO, PERCHE' AD OGNI MISURA CORRISPONDE UN DIFFERENTE DISPOSITIVO	10	(*)	(*)	—		10	DISTINTO	0,8	8	I DATI DI GONFIAGGIO SONO BEN RAPPRESENTATI SU TRE DIFFERENTI SIRINGHE, UN SOLO DISPOSITIVO SI USA PER TUTTE LE MISURE RICHIESTE
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	SCORRE MOLTO BENE SU GUIDA	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	SCORRE MOLTO BENE SU GUIDA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70			64	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

63,64

67,88

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 175 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PALLONCINI A TRIPLO LUME PER					Marca/Modello/Nome commerciale UNO-TRACT – Catetere a palloncino per					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERE A PALLONCINO PER	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	40	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DIAMETRO INFERIORE E' DI 13 MM	40	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE SOLO 16 MM DI DIAMETRO	40	OTTIMO	1	40	OTTIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED AL MASSIMO GONFIAGGIO
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	OTTIMO	1	10	I DATI DI GONFIAGGIO SONO MOLTO BEN VISIBILI RIPORTATI SU SINGOLA SIRINGA, UN SOLO DISPOSITIVO SI USA PER TUTTE LE MISURE RICHIESTE
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	SCORRE MOLTO BENE SU GUIDA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70			66	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																70,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 175 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale FIT - FLEXIBLE INTELLIGENT					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza e tenuta del palloncino al gonfiaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	40	OTTIMO	1	40	OTTIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED AL MASSIMO GONFIAGGIO	40	(*)	(*)	—		40	(*)	(*)	—	
2	Dati di gonfiaggio riportati in modo chiaro (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	I DATI DI GONFIAGGIO SONO MOLTO BEN VISIBILI RIPORTATI SU SINGOLA SIRINGA, UN SOLO DISPOSITIVO SI USA PER TUTTE LE MISURE RICHIESTE	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	SCORRE MOLTO BENE SU GUIDA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			66		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 177 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CESTELLI PER ESTRAZIONE DEI					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE BK1 Cestelli per estrazione in					Marca/Modello/Nome commerciale CESTELLI FILO-GUIDATI PER	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	25	BUONO	0,6	15	BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	25	OTTIMO	1	25	CESTELLO REALIZZATO IN NITINOL CHE CONFERISCE OTTIMA MEMORIA DI FORMA
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA CAPACITA' DI APERTURA	25	BUONO	0,6	15	BUONA CAPACITA' DI APERTURA	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RESISTENZA DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	BUONO	0,6	12	BUONA RESISTENZA DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ANCHE DOPO RIPETUTI PASSAGGI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			42		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	42,00	42,00	70,00
---	-------	-------	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 177 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CESTELLO RETRAZIONE CALCOLI					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE BK1 - Cestello per l'estrazione di					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	CESTELLO REALIZZATO IN NITINOL CHE CONFERISCE OTTIMA MEMORIA DI FORMA	25	BUONO	0,6	15	BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI	25	BUONO	0,6	15	BUONA CAPACITA' DI APERTURA	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ANCHE DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	BUONO	0,6	12	BUONA RESISTENZA DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00	42,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 178 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CESTELLI FILO-GUIDATI PER					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE BAS1 "twist 'n' CATCH" BASKET					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO MONOFILAMENTO	25	OTTIMO	1	25	MANTIENE LA FORMA ORIGINARIA NONOSTANTE RIPETUTE TORSIONI	25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA IN TUTTE LE CONDIZIONI D'USO	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 180 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Cestelli per estrazione in Nitinol pluriuso					Marca/Modello/Nome commerciale INNOFLEX - CESTELLI PER ESTRAZIONE AD					Marca/Modello/Nome commerciale Cestello per estrazione calcoli - pluriuso	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL CESTELLO OFFERTO NON E' ELICOIDALE	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, I FILAMENTI DEL CESTELLO SONO IN ACCIAIO E DI FILO INTRECCIATO
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI SIACCETTANO SOLO CODICI CON FILI ELICOIDALI	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ANCHE DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 181 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Retrattore di stent Soehendra®					Marca/Modello/Nome commerciale "Raptor" PINZE RECUPERO CORPI					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MANTIENE LA FORMA ORIGINARIA NONOSTANTE RIPETUTE TORSIONI	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME. E' STATA OFFERTA UNA PINZA PER IL RECUPERO DEI CORPI ESTRANEI	25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA IN TUTTE LE CONDIZIONI D'USO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RESISTENZA ANCHE DOPO RIPETUTI PASSAGGI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 183 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA A RETE PER RECUPERO POLIPL					Marca/Modello/Nome commerciale RescueNetTM Boston Scientific					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE A RETE MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 30 MM, MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 30 MM, MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	OTTIMO	1	25	MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI, RUOTA PERFETTAMENTE	25	DISTINTO	0,8	20	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI, RUOTA A SCATTI	25	DISTINTO	0,8	20	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI, RUOTA A SCATTI
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			65		70			65	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

65,00

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 183 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER CORPI ESTRANEI PENTAX					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 30 MM, MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI, RUOTA A SCATTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			65		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 184 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUJIFILM ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CESTELLI PER L'ESTRAZIONE DEI					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE FOR1-N RETINI MONOUSO PER					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA DA RECUPERO CORPI ESTRANEI	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' UN CESTELLO PER CORPI ESTRANEI MA UN DORMIA PER CALCOLI BILIARI	25	DISCRETO	0,4	10	DISCRETAMENTE RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE ED ALLA TRAZIONE	25	DISTINTO	0,8	20	RESISTE BENE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	DISCRETO	0,4	10	DISCRETA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI	25	DISTINTO	0,8	20	BUONA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	DISCRETO	0,4	8	ABBASTANZA ROBUSTO	20	DISTINTO	0,8	16	MOLTO ROBUSTO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			28		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)			
---	--	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 184 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE A RETE MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	RESISTE BENE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	BUONA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	MOLTO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 185 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE A RETINO Anrei medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale "Roth Net" U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale EASY NET FORESIGHT	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 25-32 MM, BUONA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	DISCRETO	0,4	10	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 30 MM, DISCRETA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL CODICE FST-FG-18-160-C2 NON E' CONFORME PER LUNGHEZZA, PER I RESTANTI CODICI LA SCHEDA TECNICA NON CORRISPONDE ALL'OFFERTA
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI	25	SCARSO	0	0	DOPO RIPETUTA APERTURA E CHIUSURA LA RETE SI ROMPE E LA GUAINA SI DEFORMA E NON PERMETTE LA RETRAZIONE COMPLETA DEL RETINO	25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	ROBUSTEZZA ADEGUATA ALL'USO	20	SUFFICIENTE	0,2	4	POCO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			14		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 185 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CARDIOMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE A RETE MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale "EasyCollect" Dispositivo per					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER CORPI ESTRANEI PENTAX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO DI RECUPERO NON HA UNA RETE, MA UNA MEMBRANA DI PLASTICA	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA IL DIAMETRO DI 30 MM, MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 186 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Roth Net" U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale ANSA DA RECUPERO CORPI ESTRANEI					Marca/Modello/Nome commerciale ANSE A RETE MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	BUONO	0,6	15	BUONA RESISTENZA ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE	25	DISTINTO	0,8	20	SI ACCETTA LA LUNGHEZZA DI 300 CM, RESISTE BENE ALLA TRAZIONE ED ALLA DEFORMAZIONE
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI	25	SCARSO	0	0	DOPO LA PRIMA APERTURA IL IL RETINO NON RIENTRA CORRETTAMENTE DENTRO LA GUAINA	25	DISTINTO	0,8	20	BUONA APERTURA E CHIUSURA ANCHE DOPO RIPETUTI USI
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMENTE ROBUSTO	20	SCARSO	0	0	MOLTO POCO ROBUSTO	20	DISTINTO	0,8	16	MOLTO ROBUSTO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			15		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

56,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 187 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Pinza da recupero RescueTM a dente di					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO E' PRIVO DI CAPPuccio, UTILE PER LA RIMOZIONE SICURA DEL CORPO ESTRANEO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 188 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale TRAPPOLA PER POLIPI A QUATTRO CAMERE					Marca/Modello/Nome commerciale TRAPPOLA PER IL RECUPERO DEI POLIPI					Marca/Modello/Nome commerciale Trappola per recupero polipi TrapEase	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA APERTURA DEL SISTEMA, NON RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, LA SERIGRAFIA E' MOLTO VISIBILE	25	BUONO	0,6	15	BUONA APERTURA DEL SISTEMA, NON RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, LA SERIGRAFIA E' MOLTO VISIBILE	25	DISCRETO	0,4	10	BUONA APERTURA DEL SISTEMA, NON RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, LA SERIGRAFIA E' VISIBILE
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70			60		70			55	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

60,00

60,00

55,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 188 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI POLIPI					Marca/Modello/Nome commerciale "EASYTRAP" TRAPPOLE PER POLIPI					Marca/Modello/Nome commerciale POLYP-TRAP PENTAX Medical Jiangsu	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	1	25	SUB CRITERIO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA APERTURA DEL SISTEMA, NON RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, LA SERIGRAFIA E' MOLTO VISIBILE	25	DISTINTO	0,8	20	OTTIMA APERTURA DEL SISTEMA, DISPOSITIVO RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, TUTTAVIA PRESENTA SERIGRAFIA POCO VISIBILE	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA APERTURA DEL SISTEMA, DISPOSITIVO RICHIDIBILE PER IL TRASPORTO, LA SERIGRAFIA E' MOLTO BEN VISIBILE
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE	20	OTTIMO	1	20	ESTREMAMANTE RESISTENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70			65		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

60,00

65,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 189 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					DITTA FUJIFILM ITALIA												
					Marca/Modello/Nome commerciale rotaCRUSH CESTELLO MONOUSO												
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	DISPOSITIVO PREMONTATO DI ALTO LIVELLO ALTAMENTE RESISTENTE ALLA DEFORMAZIONE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	APERTURA E CHIUSURA MOLTO FACILE ED EFFICACE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	DI ELEVATA ROBUSTEZZA SIA IL CESTELLO CHE IL MANIPOLO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70					

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 192 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE SP2 - Spirale in acciaio per Litotriisia.					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE ANCHE SE SOTTOPOSTO A PIEGAMENTO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	1	25	SUB PARAMETRO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	REALIZZATO IN ACCIAIO INOX MOLTO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 193 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE SP2 - Spirale in acciaio per Litotriisia.					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di mantenere la forma originaria (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE ANCHE SE SOTTOPOSTO A PIEGAMENTO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Corretta apertura dei fili del cestello o del sistema di recupero (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	1	25	SUB PARAMETRO NON APPLICABILE, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	REALIZZATO IN ACCIAIO INOX MOLTO ROBUSTO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 194 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO RAPID					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO ELEVATA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Praticità nel montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	LO SCAMBIO RAPIDO FAVORISCE E OTTIMIZZA I TEMPI DELLA PROCEDURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 195 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale GUIDE A ELEVATO RENDIMENTO HYDRA					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO ELEVATA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Praticità nel montaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	LO SCAMBIO RAPIDO FAVORISCE E OTTIMIZZA I TEMPI DELLA PROCEDURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 196 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA APOLLO ENDOSURGERY	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ORBERA365™ IntraGastric Balloon					Marca/Modello/Nome commerciale KIT PALLONCINO INTRAGASTRICO					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del palloncino (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ESTREMAMENTE ROBUSTO	30	OTTIMO	1	30	ROBUSTO FINO A 12 MESI	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza nell'inserimento e nell'estrazione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA LA MANEGGEVOLEZZA SEPPURE CON RIEMPIMENTO NON REGOLABILE NELLE FASI SUCCESSIVE AL PRIMO POSIZIONAMENTO	20	DISTINTO	0,8	16	IL RIEMPIMENTO E LA RIMOZIONE SONO ABBASTANZA AGEVOLI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			62		70			66		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	65,76	70,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 198 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Black Eye" The Standard Co					Marca/Modello/Nome commerciale SPOT Ex™ – Endoscopic Tattoo					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di marcatura dell'inchiostro (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI MARCATURA DELL'INCHIOSTRO	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI MARCATURA DELL'INCHIOSTRO	30	(*)	(*)	—	
2	Biocompatibilità (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	COME CERTIFICATA IN SCHEDA TECNICA	30	OTTIMO	1	30	COME CERTIFICATA IN SCHEDA TECNICA	30	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA MANEGGEVOLEZZA	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA MANEGGEVOLEZZA	10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 199 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Blue Eye" Agente da iniezione sottomucosa					Marca/Modello/Nome commerciale BLUE-EYE The Standard Co					Marca/Modello/Nome commerciale BLUE-EYE AGENTE PER INIEZIONE	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità di marcatura del colorante (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA VISIBILITA'	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA VISIBILITA'	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA VISIBILITA'
2	Durata elevazione della soluzione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DURATA COERENTE CON LA RICHIESTA DI CAPITOLATO	30	OTTIMO	1	30	DURATA COERENTE CON LA RICHIESTA DI CAPITOLATO	30	OTTIMO	1	30	DURATA COERENTE CON LA RICHIESTA DI CAPITOLATO
3	Maneggevolezza (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	PRONTO ALL'USO	10	OTTIMO	1	10	PRONTO ALL'USO	10	OTTIMO	1	10	PRONTO ALL'USO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 200 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Oracle" Latex Balloon "Palloncino monouso					Marca/Modello/Nome commerciale ECHO-HOOD – Palloncino per eco-					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE ANCHE AL GONFIAGGIO CON ACQUA	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE ANCHE AL GONFIAGGIO CON ACQUA	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	FACILE MONTAGGIO E BEN SI ADATTA AL DISTALE DELLO STRUMENTO	20	OTTIMO	1	20	FACILE MONTAGGIO E BEN SI ADATTA AL DISTALE DELLO STRUMENTO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 201 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Oracle" Latex Balloon "Palloncino monouso					Marca/Modello/Nome commerciale ECHO-HOOD – Palloncino per eco-					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE ANCHE AL GONFIAGGIO CON ACQUA	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE ANCHE AL GONFIAGGIO CON ACQUA	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
3	Maneggevolezza e facilità di utilizzo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	FACILE MONTAGGIO E BEN SI ADATTA AL DISTALE DELLO STRUMENTO	20	OTTIMO	1	20	FACILE MONTAGGIO E BEN SI ADATTA AL DISTALE DELLO STRUMENTO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00	70,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 202 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CAPPUCCIO PROTEZIONE CORPI					Marca/Modello/Nome commerciale HOOD – Cappuccio di protezione per la					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Atraumaticità e rigidità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO FLESSIBILE E MORBIDO CHE NON CREA TRAUMI	30	OTTIMO	1	30	MOLTO FLESSIBILE E MORBIDO CHE NON CREA TRAUMI	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	LA GOMMA E' MOLTO RESISTENTE AL TAGLIO ED ALLA PERFORAZIONE	20	OTTIMO	1	20	LA GOMMA E' MOLTO RESISTENTE AL TAGLIO ED ALLA PERFORAZIONE	20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio e mantenimento posizione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO FACILE DA MONTARE	20	OTTIMO	1	20	MOLTO FACILE DA MONTARE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 204 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA APOLLO ENDOSURGERY	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale OverTube Endoscopic Access System					Marca/Modello/Nome commerciale "Guardus" OVERTUBES					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Atraumaticità e rigidità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, PERCHE' PER PROCEDURE OPERATIVE SU ESOFAGO, TROPPO CORTO PER RAGGIUNGERE LO STOMACO	30	OTTIMO	1	30	ATRAUMATICO ALL'INTRODUZIONE, ADEGUATAMENTE RIGIDO E/O FLESSIBILE NEL CONTESTO DELL'USO CLINICO	30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	MATERIALICOMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio e mantenimento posizione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMO ASSEMBLAGGIO IMMEDIATO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 206 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale EnteroPro Olympus Corporation					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Atraumaticità e rigidità del dispositivo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	DISPOSITIVO IN SILICONE MORBIDO, SI ACCETTA ANCHE SENZA CAMPIONATURA IN QUANTO DI USO QUOTIDIANO E UNICO PRODUTTORE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Caratteristiche e resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ROBUSTO ANCHE SE FLESSIBILE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio e mantenimento posizione (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	ASSEMBLAGGIO FACILE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DIPENDE DALLE CONDIZIONI CLINICHE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			58		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 208 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA  Marca/Modello/Nome commerciale Ago Echotip® per ultrasuoni	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDTRONIC ITALIA  Marca/Modello/Nome commerciale SISTEMA BNXTM COVIDIEN LLC	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA  Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER ECOENDOSCOPIA FNA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE VISUALIZZAZIONE DELL'AGO	30	(*)	(*)	—	DOCUMENTAZIONE TECNICA INSUFFICIENTE NON SPECIFICA IL DIAMETRO DELLA GUAINA, NON VALUTABILE	30	BUONO	0,6	18	BUONA ECOLUCENZA
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE MOLTO MANEGGEVOLE ESEGUIBILE CON UNA UNICA MANOVRA	25	(*)	(*)	—		25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI	15	(*)	(*)	—		15	BUONO	0,6	9	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 208 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CONMED ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema monouso ad ago per FNA "Fine					Marca/Modello/Nome commerciale CLEARVIEW MEDI-GLOBE GMBH					Marca/Modello/Nome commerciale Clear Tip - Ago da biopsia eco-endo	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	AGO BEN VISIBILE, TUTTAVIA E' DIFFICOLTOSA LA VISUALIZZAZIONE DEL RIFERIMENTO NUMERICO DI PROFONDITA' ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'AGO	30	BUONO	0,6	18	AGO BEN VISIBILE, TUTTAVIA E' DIFFICOLTOSA LA VISUALIZZAZIONE DEL RIFERIMENTO NUMERICO DI PROFONDITA' ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'AGO	30	(*)	(*)	---	DOCUMENTAZIONE TECNICA INSUFFICIENTE NON SPECIFICA IL DIAMETRO DELLA GUAINA, NON VALUTABILE
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	(*)	(*)	---	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	DISCRETO	0,4	6	ADEGUATA ALL'USO CLINICO	15	DISCRETO	0,4	6	ADEGUATA ALL'USO CLINICO	15	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			39		70			39		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 209 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER ECOENDOSCOPIA FNB TRIDENT™	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale SonoTip®TopGain® MEDI-GLOBE GmbH	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS Marca/Modello/Nome commerciale ACQUIRE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	SI ACCETTA ANCHE SE DOTATO DI TRE PUNTE NON SIMMETRICHE, AGO POCO VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	SUFFICIENTE	0,2	6	SI ACCETTA ANCHE SE L'AGO E' IN ACCIAIO, AGO POCO VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE ECOLUCENZA
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	BUONO	0,6	9	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI	15	DISCRETO	0,4	6	LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI MATERIALI CONFERISCONO UNA MINORE RESISTENZA RISPETTO AI CONCORRENTI	15	OTTIMO	1	15	ECCELLENTE RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			30		70			27		70			60	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																70,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 210 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago per ecografia ad alta definizione EchoTip®					Marca/Modello/Nome commerciale Expect™ Slimline (SL) FLEX					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELENTE ECOLUCENZA	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, L'AGO NON PRESENTA LA CARATTERISTICA APERTURA DOTATA DI UNCINO CIOE' TIPO PRO-CORE (AGO DI MENGHINI)	30	(*)	(*)	—	
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	LA SIRINGA CHE E' INCLUSA NEL KIT CONSENTE DI CREARE UN OTTIMO VUOTO PER IL PRELIEVO CITOLOGICO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	DI ECCELLENTE FATTURA FLESSIBILITA' E RESISTENZA CHE CONSENTONO UN'OTTIMA PENETRAMENTO	15	(*)	(*)	—		15	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 211 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago per neurolisi del plesso celiaco EchoTip® Ultra					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE ECOLUCENZA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SUB PARAMETRO NON APPLICABILE; SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI	15	(*)	(*)	—		15	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 212 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDTRONIC ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago Echotip® per ultrasuoni					Marca/Modello/Nome commerciale Il SISTEMA BNXTM COVIDIEN LLC					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER ECOENDOSCOPIA FNA	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE VISUALIZZAZIONE DELL'AGO	30	BUONO	0,6	18	BUONA ECOLUCENZA	30	BUONO	0,6	18	BUONA ECOLUCENZA
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA ANCHE CON SIRINGA DA 10 ML	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI	15	DISTINTO	0,8	12	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI	15	BUONO	0,6	9	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70			45		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

58,33

52,50

49,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 212 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema monouso ad ago per FNA "Fine					Marca/Modello/Nome commerciale Clear Tip - Ago da biopsia eco-endo					Marca/Modello/Nome commerciale EZ Shot 3 Olympus Medical	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	AGO BEN VISIBILE, TUTTAVIA E' DIFFICOLTOSA LA VISUALIZZAZIONE DEL RIFERIMENTO NUMERICO DI PROFONDITA' ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'AGO	30	DISTINTO	0,8	24	AGO MOLTO BEN VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTI ECOLUCENZA
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	DISCRETO	0,4	6	RESISTENZA DEI MATERIALI ADEGUATA ALL'USO CLINICO	15	SUFFICIENTE	0,2	3	RESISTENZA DEI MATERIALI SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			39		70			42		70			60	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)						49,00						70,00				

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 213 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDTRONIC ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema per biopsia con ago sottile					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER ECOENDOSCOPIA FNB TRIDENT™					Marca/Modello/Nome commerciale SonoTip®TopGain® MEDI-GLOBE GmbH	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE ECOLUCENZA	30	SUFFICIENTE	0,2	6	AGO POCO VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	SUFFICIENTE	0,2	6	AGO POCO VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI	15	BUONO	0,6	9	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI	15	DISCRETO	0,4	6	LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI MATERIALI CONFERISCONO UNA MINORE RESISTENZA RISPETTO AI CONCORRENTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70			30		70			27	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 213 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Clear Tip - Ago da biopsia eco-endo					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	AGO MOLTO BEN VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	SUFFICIENTE	0,2	3	RESISTENZA DEI MATERIALI SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINICO	15	(*)	(*)	—		15	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	49,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 214 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Ago per accesso ecoguidato ad alta definizione					Marca/Modello/Nome commerciale AGHI PER ECOENDOSCOPIA FNB					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Corretta visualizzazione dell'ago durante le procedure di campionamento (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE VISUALIZZAZIONE DELL'AGO	30	SUFFICIENTE	0,2	6	AGO POCO VISIBILE DURANTE LA PROCEDURA	30	(*)	(*)	---	
2	Garanzia del mantenimento del vuoto necessario per il prelievo citologico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE MOLTO MANEGGEVOLE ESEGUIBILE CON UN'UNICA MANOVRA	25	BUONO	0,6	15	BUONA GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEL VUOTO, DOTATO DI SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ASPIRAZIONE CHE NECESSITA DI CHIUSURA CON MANOVRA SUPPLEMENTARE	25	(*)	(*)	---	
3	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	15	OTTIMO	1	15	MATERIALI COMPONENTI MOLTO ROBUSTI	15	BUONO	0,6	9	MATERIALI COMPONENTI ROBUSTI E RESISTENTI	15	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			30		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 215 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale TECHBITE™ - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE DA BIOPSIA MONOUSO Anrei Medical (HZ) Co.,	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA SI ACCETTA SOLO PEDIATRICA DIAM. 1.8MM	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONA
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DEL PRELIEVO MOLTO BUONA, AGEVOLATA DA MARKER SULLA GUAINA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA GRAZIE AL MANICO ERGONOMICO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			70		70			60	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					56,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 215 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA, MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale STELLABITE – PINZA DA BIOPSIA PENTAX		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	DISTINTO	0,8	16	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA GRAZIE ALLA QUALITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			56		70			70		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					56,00						56,00						70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 215 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA PER BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	SUFFICIENTE CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	PRECISIONE DEL PRELIEVO LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO CHE INFLUISCE ANCHE SULL'APERTURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	PRECISIONE DEL PRELIEVO LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO CHE INFLUISCE ANCHE SULL'APERTURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			14		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 216 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale TECHBITE™ - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE DA BIOPSIA MONOUSO Anrei Medical (HZ) Co.,		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA FAVORITA ANCHE DALLE VALVE DENTELLATE	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONA	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRESSIONE DEL PRELIEVO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DEL PRELIEVO MOLTO BUONA, AGEVOLATA DA MARKER SULLA GUAINA	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			70		70			60		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					56,00						70,00						60,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 216 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE FB ENDOJAW Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA, MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONA	30	DISCRETO	0,4	12	DISCRETA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	DISCRETA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	SCARSO	0	0	A CAUSA DELLA SCARSA QUALITA' DEL MANICO LA PRECISIONE DEL PRELIEVO E' SCADENTE
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	SCARSO	0	0	A CAUSA DELLA SCARSA QUALITA' DEL MANICO LA FACILITA' DI APERTURA E' SCADENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			46		70			56		70			12	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					46,00						56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 216 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLABITE - PINZA DA BIOPSIA PENTAX					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA FAVORITA ANCHE DALLE VALVE DENTELLATE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 217 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale INNOFLEX - PINZE DA BIOPSIA PLURIUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA PLURIUSO ENDO-					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA	30	(*)	(*)	---	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE	20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 218 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale TRUEBITE™ - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA, MONOUSO	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	SI ACCETTA ANCHE SE NON HA IL TERMINALE RASTREMATO, DENTELLATA E CON CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	OTTIMO	1	30	SI ACCETTA ANCHE SE NON HA IL TERMINALE RASTREMATO, OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA FAVORITA DALLA PRESENZA DI VALVE DENTELLATE	30	(*)	(*)	---	NON CONFORME, SONO RICHIESTE PINZE DI GROSSO CALIBRO QUELLE OFFERTE SONO STANDARD
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	FACILITA' DI APERTURA MOLTO BUONA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA FAVORITA DAL MANIPOLO ERGONOMICO	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					52,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 218 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale STELLABITE - PINZA DA BIOPSIA PENTAX					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA PER BIOPSIA MONOUSO	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISCRETO	0,4	12	SI ACCETTA ANCHE SE NON HA IL TERMINALE RASTREMATO, DENTELLATA MA CON CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA DISCRETE	30	(*)	(*)	---	NON CONFORME,SONO RICHIESTE PINZE DI GROSSO CALIBRO QUELLE OFFERTE SONO STANDARD	30	SUFFICIENTE	0,2	6	SUFFICIENTE CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	DISCRETA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	(*)	(*)	---		20	SUFFICIENTE	0,2	4	PRECISIONE DEL PRELIEVO LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO CHE INFLUISCE ANCHE SULL'APERTURA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	FACILITA' DI APERTURA DISCRETA LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO	20	(*)	(*)	---		20	SUFFICIENTE	0,2	4	PRECISIONE DEL PRELIEVO LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO CHE INFLUISCE ANCHE SULL'APERTURA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			28		70					70			14	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 219 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale TRUEBITE™ - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO MDD					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	BUONO	0,6	18	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DEL PRELIEVO MOLTO BUONA FACILITATA DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	BUONO	0,6	12	NONOSTANTE IL MANICO ERGONOMICO LA PRECISIONE DEL PRELIEVO E' BUONA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA GRAZIE AL MANIPOLO ERGONOMICO	20	DISTINTO	0,8	16	FACILITA' DI APERTURA MOLTO BUONA	20	DISCRETO	0,4	8	NONOSTANTE IL MANICO ERGONOMICO LA FACILITA' DI APERTURA E' SOLO DISCRETA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			56		70			38	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 220 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale TECHBITE™ - PINZE DA BIOPSIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA PER BIOPSIA MONOUSO MEDI-	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE SI ACCETTANO I SOLI CODICI CON AGO
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			64		70			64	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					42,00						64,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 220 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE FB ENDOJAW Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA, MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA MONOUSO ITAFLEX	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	BUONA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	DISCRETO	0,4	12	DISCRETA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISCRETO	0,4	8	DISCRETA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	SCARSO	0	0	A CAUSA DELLA SCARSA QUALITA' DEL MANICO LA PRECISIONE DEL PRELIEVO E' SCADENTE
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	SCARSO	0	0	A CAUSA DELLA SCARSA QUALITA' DEL MANICO LA FACILITA' DI APERTURA E' SCADENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			46		70			56		70			12	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					46,00						56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 220 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale STELLABITE - PINZA DA BIOPSIA PENTAX					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA FORMA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA PRECISIONE DEL PRELIEVO AGEVOLATO DALLA PRESENZA DI MARKER SULLA GUAINA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA FACILITA' DI APERTURA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 221 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale MULTICROC® - Pinze da biopsia					Marca/Modello/Nome commerciale MULTIBITE MULTIPLE SAMPLE BIOPSY					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA IL CILINDRO METALLICO ALLA BASE DELLA PINZA PER METTERE LA BIOPSIA IN MEMORIA	30	DISTINTO	0,8	24	BUONA CONSERVAZIONE DEI PRELIEVI MULTIPLI	30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	PINZA MOLTO PRECISA	20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			64		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 222 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA A CALDO Anrei Medical (Hz)					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE DA BIOPSIA "HOT BIOPSY"					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA BIOPTICA A CALDO "Hot Biopsy"	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA PRECISIONE DELLA PRESA	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DELLA PRESA MOLTO BUONA	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DELLA PRESA MOLTO BUONA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	BUONO	0,6	12	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	DISTINTO	0,8	16	FACILITA' DI APERTURA MOLTO BUONA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			48		70			52		70			56	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					60,00						65,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 222- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ALMED	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale RADIAL JAW 4 HOT BIOPSY					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA PER BIOPSIA A CALDO ALTON					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER BIOPSIA A CALDO MONOUSO	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE	30	DISCRETO	0,4	12	DISCRETA CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA	30	DISTINTO	0,8	24	CAPACITA' E MANTENIMENTO DELLA PRESA MOLTO BUONE
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DELLA PRESA MOLTO BUONA	20	DISCRETO	0,4	8	DISCRETA PRECISIONE DEL PRELIEVO	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE DELLA PRESA MOLTO BUONA
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA FACILITA' DI APERTURA	20	SUFFICIENTE	0,2	4	FACILITA' DI APERTURA LIMITATA DALLA QUALITA' DEL MANIPOLO	20	DISTINTO	0,8	16	FACILITA' DI APERTURA MOLTO BUONA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			24		70			56	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

65,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 223 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					LORENZATTO											
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA RECUPERO CORPI ESTRANEI CON					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	LA PARTE GOMMATA E' POCO SPORGENTE DAL PIANO DELLA VALVA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 224 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					LORENZATTO											
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA RECUPERO CORPI ESTRANEI CON					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	LA PARTE GOMMATA E' POCO SPORGENTE DAL PIANO DELLA VALVA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 225 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA RECUPERO CORPI ESTRANEI CON					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	LA PINZA TIENE BENE MA L'APERTURA E' LIMITATA A 10 MM	30	OTTIMO	1	30	LA PINZA TIENE BENE CON MAGGIORE APERTURA SINO A 20MM	30	(*)	(*)	---	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	OTTIMO	1	20	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					50,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 226 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA RECUPERO CORPI ESTRANEI CON					Marca/Modello/Nome commerciale PINZE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	LA PINZA TIENE BENE CON MAGGIORE APERTURA RISPETTO ALLA DITTA CONCORRENTE	30	BUONO	0,6	18	LA PINZA TIENE BENE MA L'APERTURA E' LIMITATA A 10MM	30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	BUONO	0,6	12	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			50		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

50,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 227 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA RECUPERO CORPI ESTRANEI CON					Marca/Modello/Nome commerciale GRASPING A 3 BRACCIA PER					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA E DI TRAZIONE	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI PRESA E DI TRAZIONE	30	(*)	(*)	---	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	OTTIMO	1	20	AFFERRA BENE I CORPI ESTRANEI SINO AD UNO SPESSORE POCO INFERIORE ALL'APERTURA DELLA PINZA	20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	OTTIMO	1	20	SI APRE MOLTO BENE IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)				70,00			70,00									

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 228 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					LORENZATTO											
					Marca/Modello/Nome commerciale "Pinze Biottiche" U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMALE PER MECCANISMO E AGO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70		1	70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 230 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE				
					LORENZATTO															
					Marca/Modello/Nome commerciale HISTOGUIDE- pinza U.S. Endoscopy Group					Marca/Modello/Nome commerciale										
1. Caratteristiche della FORNITURA																				
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ECCELLENTE ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—					
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE, GARANTITA DALLA GUAINA IN ACCIAIO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—					
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—					
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70								
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00															

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 231 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA TM TECNOLOGIE	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Moray" MICRO PINZA BIOPTICA					Marca/Modello/Nome commerciale PINZA PER BIOPSIA "MICRO BITE"					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PIENAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINIOCO	30	OTTIMO	1	30	PIENAMENTE ADEGUATA ALL'USO CLINIOCO	30	(*)	(*)	—	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	VIENE GARANTITA DA UN MARGINE DI SICUREZZA RAPPRESENTATO DA UNA GUAINA DI PROTEZIONE CHE INDICA LA FINE CORSA E CHE PERTANTO CONSENTE UNA PRESA PIU' EFFICACE	20	SUFFICIENTE	0,2	4	NON DOTATA DI SISTEMA CHE CONSENTE DI AVERE UN MARGINE DI SICUREZZA CON CONSEGUENTE PRESA MENO EFFICACE E RISCHIO DI IMPRECISIONE TENUTO CONTO ANCHE DELL'UTILIZZO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	DOTATA DI MANIPOLO MOLTO MANEGGEVOLE ED ERGONOMICO E DI SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA CHE RISPONDE IN MANIERA ECCELLENTE AL COMANDO DELL'OPERATORE	20	SUFFICIENTE	0,2	4	RISPETTO AL CONCORRENTE PRESENTA UN SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA NON AGEVOLE E NON PIENAMENTE RISPONDENTE AL COMANDO DELL'OPERATORE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			38		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 233 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SERIE FD Coagrasper Olympus Medical					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PER MERO REFUSO E' STATA INDICATA UNA APERTURA DI 5MM PER LA LUNGHEZZA DI 1950 MM, SI ACCETTA CON APERTURA DA 4MM LA PIU' UTILIZZATA NELLA PRATICA CLINICA, ECCELLENTE GRAZIE ALLA ZIGRINATURA DELLE VALVE	30	(*)	(*)	---		30	(*)	(*)	---	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA DEL DISPOSITIVO	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA ANCHE IN SITUAZIONI SVANTAGGIOSE	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 234 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ERBE ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HEMOSTAT WIDECUP PINZA BIPOLARE					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Capacità e mantenimento della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	MOLTO BUONA LA CAPACITA' DI PRESA MA NON OTTIMALE PERCHE' LA ZIGRINATURA NON E' PRESENTE SU TUTTO IL FRONTE DI PRESA	30	(*)	(*)	---		30	(*)	(*)	---	
2	Precisione della presa (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	PRECISIONE MOLTO BUONA	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
3	Facilità di apertura (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	APERTURA MOLTO AGEVOLE	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 235 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINO PER CITOLOGIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	SPAZZOLINO CON DUE GRUPPI DI SETOLE A DIVERSA RIGIDITA' PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 2 CM, SI ACCETTA NONOSTANTE IL MANIPOLO NON SIA DISASSEMBLABILE E CON DIAMETRO INFERIORE A 3 MM	30	SUFFICIENTE	0,2	6	SPAZZOLINO AD UN UNICO GRUPPO DI SETOLE LUNGO CIRCA 10 MM, SI ACCETTA NONOSTANTE IL MANIPOLO NON SIA DISASSEMBLABILE E CON DIAMETRO INFERIORE A 3 MM	30	(*)	(*)	---	
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	2 GRUPPI DI SETOLE DI DIVERSO DIAMETRO PIUTTOSTO DURE	30	DISCRETO	0,4	12	SETOLE DI UN UNICO DIAMETRO MENO RIGIDE RISPETTO ALLA DITTA CONCORRENTE	30	(*)	(*)	---	
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI USO CLINICO	10	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70			28		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 236 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINI PER PULIZIA Anrei					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINI PULIZA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale Spazzolini per pulizia Endoscopi e	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE IL CANALE	30	DISTINTO	0,8	24	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE IL CANALE	30	DISTINTO	0,8	24	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE IL CANALE
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA, LE SETOLE SONO DI RIGIDITA' ADEGUATA	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA, LE SETOLE SONO DI RIGIDITA' ADEGUATA	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA, LE SETOLE SONO DI RIGIDITA' ADEGUATA
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			64		70			64		70			64	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

64,00

64,00

64,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 236 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINI PER PULIZIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale Spazzolini di pulizia PENTAX Medical					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE L'ACCESSO DEL CANALE, GRAZIE ANCHE AD UN PICCOLO MANIPOLO ERGONOMICO	30	BUONO	0,6	18	BUONA PULIZIA DEL CANALE	30	(*)	(*)	---	
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA, LE SETOLE SONO DI RIGIDITA' ADEGUATA	30	BUONO	0,6	18	LE SETOLE SONO DI RIGIDITA' ADEGUATA, MA CON FRONTE DI SPAZZOLAMENTO LIMITATO	30	(*)	(*)	---	
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA	10	BUONO	0,6	6	BUONA SCORREVOLEZZA	10	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						42,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 237 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale DISPOSITIVI PER LA PULIZIA DELLA					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINI PULIZA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale UNO-CLEAN – Spazzolino monouso	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	PRESENTA LE SETOLE SOLO ALLE ESTREMITA', PER PULIRE IL CANALE E' NECESSARIO FARE RIPETUTI PASSAGGI	30	OTTIMO	1	30	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE IL CANALE	30	BUONO	0,6	18	BUONA PULIZIA DEL CANALE
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	SETOLE DI BUONA QUALITA' E RIGIDITA'	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA E SETOLE DI ECCELLENTE FATTURA E RIGIDITA'	30	BUONO	0,6	18	SETOLE DI BUONA QUALITA' E RIGIDITA'
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	BUONO	0,6	6	BUONA SCORREVOLEZZA	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA	10	DISTINTO	0,8	8	BUONA SCORREVOLEZZA
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			30		70			70		70			44	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

30,00

70,00

44,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 237 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SPAZZOLINI PER PULIZIA MONOUSO					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ESTREMAMENTE EFFICACE PER PULIRE IL CANALE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PUNTA PROTETTA E SETOLE SONO ECCELLENTE FATTURA E RIGIDITA'	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA SCORREVOLEZZA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 238 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CBC Co. Japan					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche tecnico funzionali intese anche come efficacia nello spazzolamento tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	CONSENTE UN'ACCURATA PULIZIA DEI CANALI E SI EFFETTUA VELOCEMENTE ASPIRANDO LE TRE SFERE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Tipologia delle setole e della punta e/o delle sfere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	CONFORMAZIONE OTTIMALE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Scorrevolezza nel canale operativo (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	MOLTO BUONA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 239 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale "Bite-Block" BOCCAGLI PER ENDOSCOPIA					Marca/Modello/Nome commerciale Boccaglio per endoscopia monouso					Marca/Modello/Nome commerciale BOCCAGLIO MONOUSO MDD	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del boccaglio e dell'elastico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SET COMPLETO, OTTIMA TENUTA DEI BOCCAGLI E DELL'ELASTICO OVE PREVISTO	25	BUONO	0,6	15	SET COMPLETO, BUONA TENUTA DEI BOCCAGLI E DELL'ELASTICO OVE PREVISTO	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO DI CUI AL SUB PUNTO D NON E' PROVVISIO DI ABBASSALINGUA
2	Scorrevolezza dell'endoscopio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	BUONO	0,6	15	BUONA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA' ; NEI SUB PUNTI B -D ECCELLENTE SAGOMATURA DEL DISPOSITIVO	20	BUONO	0,6	12	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA' ; NEI SUB PUNTI B -D BUONA SAGOMATURA DEL DISPOSITIVO	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 239 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale BOCCAGLI PER GASTROENTEROLOGI					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Tenuta del boccaglio e dell'elastico (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SET COMPLETO, TENUTA DEI BOCCAGLI E DELL'ELASTICO OVE PREVISTO MOLTO BUONA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza dell'endoscopio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	L'ENDOSCOPIO SCORRE MOLTO BENE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Caratteristiche del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' MOLTO BUONA , NEI SUB PUNTI B -D SAGOMATURA OTTIMALE DEL DISPOSITIVO, NEL SUB PUNTO E E' INCLUSO IL TUBO DI RACCORDO PER L'OSSIGENO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	60,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 240 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Cappuccio per canale operativo OF-B190					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	GOMMA ROBUSTA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE AD APERTURE E CHIUSURE MULTIPLE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 241 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA BIOPTICA MB-358					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	GOMMA ROBUSTA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	RESISTENTE AD APERTURE E CHIUSURE MULTIPLE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 242 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.D.M.	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA con ATTACCO PER					Marca/Modello/Nome commerciale "BioShield" VALVOLA MONOUSO PER I					Marca/Modello/Nome commerciale DEFENDO™ Valvole monouso sterili	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', OFFRE DUE LINEE DI PRODOTTO, IL DISPOSITIVO SENZA TUBO DI RACCORDO (OLYMPUS) E' SCOMODO DA USARE, QUELLO CON IL TUBO DI RACCORDO (PENTAX) FUNZIONA BENE E SI INIETTA FACILMENTE	30	DISTINTO	0,8	24	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' MOLTO BUONA, IL TUBO DI RACCORDO NE FACILITA L'USO	30	BUONO	0,6	18	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' MOLTO BUONA, IL DISPOSITIVO CHE E' PRIVO DI TUBO DI RACCORDO E' SCOMODO DA USARE
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	SI CHIUDE BENE DOPO L'USO RIPETUTO E SENZA PERDITA DI LIQUIDI	30	DISTINTO	0,8	24	SI CHIUDE BENE DOPO L'USO RIPETUTO E SENZA PERDITA DI LIQUIDI	30	DISTINTO	0,8	24	SI CHIUDE BENE DOPO L'USO RIPETUTO E SENZA PERDITA DI LIQUIDI
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	FACILE DA MONTARE	10	DISTINTO	0,8	8	FACILE DA MONTARE	10	SUFFICIENTE	0,2	2	FACILE DA MONTARE SULL'ENDOSCOPIO, MA E' NECESSARIO COLLEGARE A PARTE IL TUBO DI INIEZIONE DEI LIQUIDI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			50		70			56		70			44	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

62,50

70,00

55,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 242 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Valvole per canale di lavoro monouso					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLE BIOPTICHE MONOUSO ITAFLEX					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' LIMITATA, IL TUBO DI RACCORDO NE FACILITA L'USO MA PER INIETTARE BISOGNA ESERCITARE MOLTA FORZA	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI COMPONENTI DI DISCRETA QUALITA', IL TUBO DI RACCORDO NE FACILITA L'USO	30	(*)	(*)	---	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	SI CHIUDE BENE DOPO L'USO RIPETUTO E SENZA PERDITA DI LIQUIDI	30	DISTINTO	0,8	24	SI CHIUDE BENE DOPO L'USO RIPETUTO E SENZA PERDITA DI LIQUIDI	30	(*)	(*)	---	
3	Facilit� di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	SUFFICIENTE	0,2	2	DURO DA MONTARE	10	DISTINTO	0,8	8	FACILE DA MONTARE	10	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			32		70			44		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

55,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 243 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ACQUA PULSE™ TUBO PER IRRIGAZIONE GA					Marca/Modello/Nome commerciale Tubo di irrigazione con doppio LL compatibile					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA IL CONNETTORE PER IL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO, IL TERMINALE CHE ENTRA NEL SERBATOIO DELL'ACQUA OLYMPUS DURANTE L'USO FUORIESCE DAL TAPPO PER UNA SPROPORZIONE DI DIAMETRI, IL TAPPO FORNITO CON IL DISPOSITIVO RACCORDA SOLO CON CONTENITORI CHE HANNO UN VOLUME LIMITATO PER L'USO CLINICO	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA IL CONNETTORE PER IL CANALE AUSILIARIO DELL'ENDOSCOPIO, PER INRRERIRE IL TERMINALE NEL CONTENITORE DELL'ACQUA OLYMPUS BISOGNA TAGLIARE IL TERMINALE CHE ENTRA NEL CONTENITORE OLYMPUS, A CAUSA DELLA PRESENZA DEL CONNETTORE DEL FLACONE TROPPO LARGO	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 244 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale BOTTIGLIETTA PER CO2 MAJ-902					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO NELL'USO RIPETUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 245 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kit di valvole monouso per endoscopi Pentax®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	BUONO	0,6	18	SI RILEVA UNA ADEGUATA MA NON OTTIMALE DEPRESSIONE DEL PULSANTE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	ADEGUATO ALL'USO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			52		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 246 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					DITTA INNOVAMEDICA											
					Marca/Modello/Nome commerciale Kit di valvole monouso per endoscopi											
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	DI BUONA FATTURA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	ADEGUATO ALL'USO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			58		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 247 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kit di valvole monouso per endoscopi					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	SUFFICIENTE	0,2	6	LA VALVOLA DI ASPIRAZIONE TENDE AD INCASTRARSI QUANDO VIENE DEPRESSA SIA PARZIALMENTE CHE COMPLETAMENTE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	ADEGUATO ALL'USO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	DISTINTO	0,8	8	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			38		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 248 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Kit di valvole monouso per endoscopi Pentax®					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	DI BUONA FATTURA	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	DISTINTO	0,8	24	ADEGUATO ALL'USO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			58		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 251 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA CANALE ARIA/ACQUA MH-438					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA' , PRODOTTO VALUTABILE ANCHE SENZA CAMPIONATURA IN QUANTO DI USO QUOTIDIANO E UNICO PRODUTTORE.	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO NELL'USO RIPETUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 252 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA CANALE DI ASPIRAZIONE MH-443					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA' , PRODOTTO VALUTABILE ANCHE SENZA CAMPIONATURA IN QUANTO DI USO QUOTIDIANO E UNICO PRODUTTORE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO NELL'USO RIPETUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 253 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA CANALE ARIA/ACQUA MAJ-1444					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO NELL'USO RIPETUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 254 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale VALVOLA CANALE DI ASPIRAZIONE MAJ-					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MOLTO ROBUSTO NELL'USO RIPETUTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 255 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERI PER IL LAVAGGIO					Marca/Modello/Nome commerciale Catetere spray per colorazione vitale					Marca/Modello/Nome commerciale CATETERE SPRAY PENTAX Medical	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA QUALITA' E CAPACITA' DI DIFFONDERE IL COLORANTE IN FORMA SPRAY	30	SUFFICIENTE	0,2	6	CATETERE SOTTILE, NON DIFFONDE IL COLORANTE IN MODO UNIFORME	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA QUALITA' E CAPACITA' DI DIFFONDERE IL COLORANTE IN FORMA SPRAY
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA	30	SUFFICIENTE	0,2	6	IL CATETERE SI PIEGA FACILMENTE	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	1	10	NON PREVEDE ASSEMBLAGGIO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	10	(*)	1	10	NON PREVEDE ASSEMBLAGGIO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	10	(*)	1	10	NON PREVEDE ASSEMBLAGGIO, SI ATTRIBUISCE IL MASSIMO PUNTEGGIO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			22		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		70,00
---	-------	--	-------

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 256 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA PENTAX ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale PlasmaBAG per sistema					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	PERMETTONO DI TRASPORTARE GLI STRUMENTI IN MODO SICURO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALE PLASTICO MOLTO RESISTENTE ALLA TRAZIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	CHIUSURA MOLTO SEMPLICE E TENACE	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 257 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale SISTEMA DI GONFIAGGIO CON	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale FLUXY Manometro per gonfiaggio	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS Marca/Modello/Nome commerciale Encore 26™ Boston Scientific	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA', CON SCALA MOLTO BEN VISIBILE	30	DISCRETO	0,4	12	MATERIALI ROBUSTI CON SCALA LEGGIBILE	30	BUONO	0,6	18	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', CON SCALA BEN VISIBILE, SI ACCETTA ANCHE SE ARRIVA SOLO A 26 BAR
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI	30	DISCRETO	0,4	12	RESISTENZA ADEGUATA ALL'USO	30	BUONO	0,6	18	BUONA RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	USO ESTREMAMENTE FACILE, CON RAPIDO RAGGIUNGIMENTO ANCHE DELLE PRESSIONI PIU' ELEVATE	10	DISCRETO	0,4	4	FACILE DA USARE, PER RAGGIUNGERE LE PRESSIONI PIU' ELEVATE, ES. 6 ATM, E' NECESSARIO RICARICARE PIU' VOLTE IL DISPOSITIVO	10	BUONO	0,6	6	FACILE DA USARE, PER RAGGIUNGERE LE PRESSIONI PIU' ELEVATE, ES. 6 ATM, E' NECESSARIO RICARICARE IL DISPOSITIVO
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			28		70			42	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 258 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale CAVO MONOPOLARE 20192-119					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	ESTREMAMENTE ROBUSTO	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	OTTIMA INSTALLAZIONE IMMEDIATA	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 259 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ERBE ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CERACARTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale NESSY OMEGA 20193-082					Marca/Modello/Nome commerciale PIASTRE MONOUSO ADULTI A 1 ZONA					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Rintracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	N. 5 DOPPIE ETICHETTE ADESIVE ED ALTRI ELEMENTI DI RICONOSCIMENTO BEN VISIBILI SULLA CONFEZIONE	30	BUONO	0,6	18	PRIVA DI DOPPIA ETTICHETTA ADESIVA, PRESENZA DI ALTRI ELEMENTI DI RICONOSCIMENTO BEN VISIBILI SULLA CONFEZIONE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI DI QUALITA' ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
3	Aderenza alla cute (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA ADERENZA ALLA CUTE ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI	20	BUONO	0,6	12	BUONA ADESIONE ALLA CUTE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			46		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

46,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 261 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA ERBE ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA CERACARTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale NESSY OMEGA 20193-082					Marca/Modello/Nome commerciale PIASTRE MONOUSO ADULTI A 2 ZONE					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Rintracciabilità del prodotto (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, DISPOSITIVO PRIVO DI CAVETTO INCORPORATO	30	BUONO	0,6	18	PRIVA DI DOPPIA ETTICHETTA ADESIVA, PRESENZA DI ALTRI ELEMENTI DI RICONOSCIMENTO BEN VISIBILI SULLA CONFEZIONE	30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza del materiale (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	DISTINTO	0,8	16	MATERIALI DI QUALITA' ADEGUATA ALL'USO CLINICO	20	(*)	(*)	—	
3	Aderenza alla cute (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	BUONO	0,6	12	BUONA ADESIONE ALLA CUTE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			46		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 262 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COLOPLAST	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Peristeen Anal Plug Coloplast AS -					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	MATERIALE COMPONENTE MOLTO RESISTENTE AD ESPANSIBILITA' GRADUALE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA RESISTENZA DOPO IMBIBIZIONE	30	(*)	(*)	—		30	(*)	(*)	—	
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	OTTIMO	1	10	FACILE INTRODUZIONE E RIMOZIONE	10	(*)	(*)	—		10	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 263 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Lubrificante EndoGlide+ Jiangsu					Marca/Modello/Nome commerciale GEL LUBRIFICANTE EasyLube - STERILE					Marca/Modello/Nome commerciale GEL LUBRIFICANTE OptiLube™ - STERILE -	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—	NON CONFORME, VOLUME OFFERTO DI 32G INSUFFICIENTE NELLA NORMALE PRATICA CLINICA (BUSTINA NON FACILMENTE RICHIUDIBILE)	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' LUBRIFICANTE DEL GEL CHE E' IDROSOLUBILE, NON IRRITANTE E IPOALLERGENICO	30	OTTIMO	1	30	OTTIMA CAPACITA' LUBRIFICANTE DEL GEL CHE E' IDROSOLUBILE, NON IRRITANTE E IPOALLERGENICO
2	Resistenza dei materiali (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	30	(*)	(*)	—		30	OTTIMO	1	30	PERMANE A LUNGO SULLA SUPERFICIE LUBRIFICANDOLA	30	OTTIMO	1	30	PERMANE A LUNGO SULLA SUPERFICIE LUBRIFICANDOLA
3	Facilità di assemblaggio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	10	(*)	(*)	—		10	(*)	1	10	NON PREVEDE ASSEMBLAGGIO, SI ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO MASSIMO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	10	(*)	1	10	NON PREVEDE ASSEMBLAGGIO, SI ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO MASSIMO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70			70	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 264 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, TTS, a rilascio distale NITI-S					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ALTAMENTE FLESSIBILI E DOTATI DI ELEVATA FORZA DI ESPANSIONE RADIALE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MOVIMENTI RICHIESTI SONO FACILI E PRECISI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RADIPPACITA' PUNTI DI REPERE MOLTO BEN VISIBILI ANCHE AD OCCHIO NUDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 264BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, TTS, a rilascio distale NITI-S					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT EPBA M.J. Tech Co.					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', RESISTENTI E DOTATI DI OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	DISTINTO	0,8	20	SISTEMA DI INTRODUZIONE DI BUONA FATTURA, PROTESI RESISTENTI E DOTATE DI OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA DELLA PROTESI CONSENTITA DA UNA GUAINA RESISTENTE AGLI INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTA DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO, CON TENDENZA ALL'INGINOCCHIAMENTO E LENTO RILASCIO DELLA PROTESI	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA'	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA'	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			45		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00	45,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 264TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL <div>Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, TTS, a rilascio distale NITI-S</div>	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO <div>Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co</div>	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA <div>Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® ECBA*</div>	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', RESISTENTI E DOTATI DI OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE UN DISPOSITIVO OTW	25	DISTINTO	0,8	20	SISTEMA DI INTRODUZIONE DI BUONA FATTURA, PROTESI RESISTENTI E DOTATE DI OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA DELLA PROTESI CONSENTITA DA UNA GUAINA RESISTENTE AGLI INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	25	(*)	(*)	—		25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTA DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO, CON TENDENZA ALL'INGINOCCHIAMENTO E LENTO RILASCIO DELLA PROTESI
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA'	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA'
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70			70		70					70			45	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

45,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 265 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, OTW, a rilascio prossimale e					Marca/Modello/Nome commerciale PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI IN					Marca/Modello/Nome commerciale EasyStent CHANGZHOU HEALTH	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, PROTESI CON BUONA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON IDONEA, MANCA IL SEGNO DI NON RITORNO, ALLA PROVA PRATICA LA PROTESI NON SI RICHIUDE	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA NONOSTANTE L'AMPIEZZA DI GAMMA MOLTO LIMITATA, PROTESI CON FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA SUFFICIENTI
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SEGNO DI NON RITORNO BEN VISIBILE, RI RICHIUDE MOLTO BENE	25	(*)	(*)	—		25	SUFFICIENTE	0,2	5	LA PROTESI SI CHIUDE ABBASTANZA BENE MA MANCA IL SEGNO DI NON RITORNO
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	TUTTI I MARKER RICHIESTI SONO PRESENTI E BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—		20	SUFFICIENTE	0,2	4	RADIOPACITA' DELLA PROTESI E PUNTI DI REPERE MENO VISIBILI RISPETTO AL CONCORRENTE
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70					70			14	

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 265BIS - ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale Stent a rilascio controllato Evolution®	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, OTW, a rilascio prossimale e	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI IN	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	DISTINTO	0,8	20	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, PROTESI CON BUONA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, LA PROTESI HA UNA DISCRETA FORZA RADIALE MA CON ESTREMITA' MENO ACCENTUATE RISPETTO AI CONCORRENTI
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA CON SISTEMA DI INTRODUZIONE E RILASCIO UTILIZZABILE DA SINGOLO OPERATORE	25	DISTINTO	0,8	20	SEGNO DI NON RITORNO BEN VISIBILE, RI RICHIUDE MOLTO BENE	25	DISCRETO	0,4	10	SEGNO DI NON RITORNO BEN VISIBILE, RI RICHIUDE BENE
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA' DI TUTTI I MARKER	20	DISTINTO	0,8	16	TUTTI I MARKER RICHIESTI SONO PRESENTI E BEN VISIBILI	20	SUFFICIENTE	0,2	4	I MARKER SONO VISIBILI MA IN NUMERO MINORE RISPETTO AI CONCORRENTI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			56		70			19	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 265BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale EasyStent CHANGZHOU HEALTH					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA NONOSTANTE L'AMPIEZZA DI GAMMA MOLTO LIMITATA, PROTESI CON FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA SUFFICIENTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	SUFFICIENTE	0,2	5	LA PROTESI SI CHIUDE ABBASTANZA BENE MA MANCA IL SEGNO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	SUFFICIENTE	0,2	4	RADIOPACITA' DELLA PROTESI E PUNTI DI REPERE MENO VISIBILI RISPETTO AI CONCORRENTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			14		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 265TER - DI ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale Sistema con stent esofageo Evolution®	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, OTW, a rilascio prossimale e	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA Marca/Modello/Nome commerciale PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI IN	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	DISTINTO	0,8	20	SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA TUTTI I DIAMETRI E LUNGHEZZE RICHIESTE, PROTESI CON BUONA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON VALUTABILE , LA CAMPIONATURA NON CONSENTE DI PROVARE LE CARATTERISTICHE DI SCORREVOLEZZA E FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA CON SISTEMA DI INTRODUZIONE E RILASCIO UTILIZZABILE DA SINGOLO OPERATORE	25	DISTINTO	0,8	20	SEGNO DI NON RITORNO BEN VISIBILE, RI RICHIUDE MOLTO BENE	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA' DI TUTTI I MARKER	20	DISTINTO	0,8	16	TUTTI I MARKER RICHIESTI SONO PRESENTI E BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			56		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						56,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 265TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SX-ELLA Stent Esofageo FLEXELLA					Marca/Modello/Nome commerciale EasyStent CHANGZHOU HEALTH					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, L'ESTREMITA' DISTALE NON E' SVASATA	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA NONOSTANTE L'AMPIEZZA DI GAMMA MOLTO LIMITATA, PROTESI CON FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA SUFFICIENTI	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	SUFFICIENTE	0,2	5	LA PROTESI SI CHIUDE ABBASTANZA BENE MA MANCA IL SEGNO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	SUFFICIENTE	0,2	4	RADIOPACITA' DELLA PROTESI E PUNTI DI REPERE MENO VISIBILI RISPETTO AI CONCORRENTI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			14		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 266 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent antimigrazione, OTW, a rilascio distale					Marca/Modello/Nome commerciale SX-ELLA Stent Esofageo HV STENT					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® EBN® /ECV®	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON PRESENTA I DUE BUMPER, HA UN SOLO FILO PER IL RECUPERO	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON PRESENTA I DUE BUMPER, HA UNA VARIETA' DI LUNGHEZZE E DIAMETRI TROPPO DIFFORMI DA QUANTO RICHIESTO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ECCELLENTE SCORREVOLEZZA, CON SISTEMA DI INTRODUZIONE E DI RILASCIO UTILIZZABILE DA SINGOLO OPERATORE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE VISIBILITA' DI TUTTI I MARKER	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 267 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, OTW, a rilascio prossimale e					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	ALTAMENTE FLESSIBILI ED ELEVATA FORZA DI ESPANSIONE RADIALE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MOVIMENTI RICHIESTI SONO FACILI E PRECISI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RADIPPACITA', PUNTI DI REPERE MOLTO BEN VISIBILI ANCHE AD OCCHIO NUDO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 268 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent esofagei, OTW, a rilascio prossimale e					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® ECW*					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' DOTATO DI ALETTE DISPOSTE SU TUTTA LA MAGLIA ESTERNA, NON HA ANELLI DI ACCIAIO PROSSIMALI E DISTALI PER LA RIMOZIONE, LA VALVOLA DI REFLUSSO NON E' TRICUSPIDE E NON HA IL SISTEMA DI RILASCIO ERGONOMICO A GRILLETTO PER POSIZIONAMENTO CON UNA SOLA MANO, QUESTO CAMBIA COMPLETAMENTE L'OPERATIVITA' DEL DISPOSITIVO	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' DOTATO DI ALETTE DISPOSTE SU TUTTA LA MAGLIA ESTERNA, NON HA ANELLI DI ACCIAIO PROSSIMALI E DISTALI PER LA RIMOZIONE, LA VALVOLA DI REFLUSSO NO E' TRICUSPIDE E NON HA IL SISTEMA DI RILASCIO ERGONOMICO A GRILLETTO PER POSIZIONAMENTO CON UNA SOLA MANO, QUESTO CAMBIA COMPLETAMENTE L'OPERATIVITA' DEL DISPOSITIVO	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 269 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent antimigrazione, OTW, a rilascio distale					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® ECBS Bariatrica*					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	AMATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON E' CERTIFICATA LA COPERTURA IN PTFE	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SCORRE BENE SUL FILO GUIDA E SI POSIZIONA FACILMENTE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 270 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale SX-ELLA Stent Esofageo					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, LA DITTA OFFRE SOLO LE PROTESI PER IL TRATTAMENTO DELLE STENOSI ESOFAGEE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 271 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEDTRONIC ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ARCHIMEDES™ biodegradable biliary					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	USO AGEVOLE E PRECISO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISUALIZZAZIONE IN SCOPIA E GRAFIA	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 272 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliare Cotton-Huibregtse®/Stent					Marca/Modello/Nome commerciale PROTESI BILIARI IN PLASTICA LATERALI					Marca/Modello/Nome commerciale Protesi biliari e pancreatiche	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA' E MAGGIORE RIGIDITA' RISPETTO AI CONCORRENTI	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI QUALITA' MOLTO BUONA, CON ADEGUATA RIGIDITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON HA LA PIEGA PROSSIMALE COME RICHIESTA
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RADIOCAPITA'	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RADIOCAPITA'	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			65		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

65,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 272 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale ENDOPROTESI BILIARE in plastica.					Marca/Modello/Nome commerciale serie PBD QuickPlace V					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA MISURA DA 11.5 FR.	25	BUONO	0,6	15	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', MA IL DISPOSITIVO E' MENO RIGIDO RISPETTO GLI ALTRI CONCORRENTI	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE BENE, MA A CAUSA DELLA MINORE RIGIDITA', LE MISURE PIU' LUNGHE SI IMPIANTANO CON PIU' DIFFICOLTA'	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA RADIOPACITA'	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			55		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

55,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 273 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema premontato di introduzione di stent					Marca/Modello/Nome commerciale SISTEMA DI INTRODUZIONE					Marca/Modello/Nome commerciale Posizionatore con 1 anello metallico +		
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', SI ACCETTA ANCHE SE NON PRESENTA SPINGIPROTESI DA 7 FR., LE PROTESI DI QUESTO DIAMETRO SI IMPIANTANO USANDO IL CATETERE GUIDA DA DELLE CONFEZIONI DA 8.5 FR.	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA'	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA SU SISTEMA PREMONTATO	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, SI APPREZZA IN MODO PARTICOLARE LA RIGIDITA' DEL CATETERE INTERNO	25	SUFFICIENTE	0,2	5	BUONA SCORREVOLEZZA, MA E' NECESSARIO ASSEMBLARE I COMPONENTI CHE SONO OFFERTI IN DUE CONFEZIONI DISTINTE	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA' GRAZIE AI QUATTRO MARKER DISTALI IN METALLO	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOCAPITA', UN SOLO MARKER DISTALE IN METALLO	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOCAPITA', DUE MARKER DISTALI IN METALLO	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			62		70			42		
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						62,00						42,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 273 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema per posizionamento					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON PRESENTA LA MISURA DA 12 FR.	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 274 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA AORTA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent a doppio pigtail con introduttore Solus®					Marca/Modello/Nome commerciale Set con Protesi a doppia coda di maiale e					Marca/Modello/Nome commerciale LE TUBE™ - Endoprotesi biliari in	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', 4 FORI PER ESTREMITA'	25	DISCRETO	0,4	10	MATERIALI COMPONENTI DI DISCRETA QUALITA', SOLO 2 O 3 FORI PER ESTREMITA'	25	BUONO	0,6	15	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', 4 FORI PER ESTREMITA'
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA SU SISTEMA PREMONTATO	25	DISTINTO	0,8	20	BUONA SCORREVOLEZZA SU SISTEMA PREMONTATO	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SPINGIPROTESI DA ORDINARE SEPARATAMENTE E OFFERTO IN DUE CONFEZIONI DISTINTE
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA' GRAZIE ALLA PRESENZA DI 4 MARKER DISTALI IN METALLO SUL SISTEMA DI INSERIMENTO E DI 2 MARKER NELLA PARTE CENTRALE DELLA PROTESI	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOCAPITA', CON 1 MARKER SUL SISTEMA DI INSERIMENTO E 1 MARKER SULLA PROTESI	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOCAPITA' CON 1 MARKER SUL SISTEMA DI INSERIMENTO E 1 MARKER SULLA PROTESI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			42		70			32	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						42,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 275 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Posizionatore di protesi serie PC					Marca/Modello/Nome commerciale Posizionatore con 1 anello metallico					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SPINGIPROTESI DI ECCELENTE FATTURA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA MISURA DI 3FR. INDISPENSABILE NELLA PRATICA CLINICA	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SPINGE FACILMENTE LE PROTESI DEI DIAMETRI RICHIESTI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	CRITERIO NON APPLICABILE SI ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO MASSIMO PER CONSENTIRE LA SUCCESSIVA RIPARAMETRAZIONE A 70 PUNTI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 276 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Protesi Biliari e Pancreatiche					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LA PROTESI CON DOPPIO PIG-TAIL, LE PROTESI RETTE NON SONO DISPONIBILI INCUNI DIAMETRI ED IN ALCUNE LUNGHEZZE RITENUTE UTILI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 277 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema con stent biliare Evolution® –					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S ("S-					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE SE CON LUNGHEZZE FINO A 10 CM, MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LE ESTREMITA' SVASATE	25	SUFFICIENTE	0,2	5	LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MATERIALI DEL DISPOSITIVO SONO DI QUALITA' APPENA SUFFICIENTE PER L'USO CLINICO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, REESISTENTE AD INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, DOTATO DI SISTEMA DI RILASCIO ANCHE A SINGOLO OPERATORE	25	(*)	(*)	—		25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTANO DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO E LENTO RILASCIO DELLA PROTESI, NON HA BLOCCO DI SICUREZZA
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA', GRAZIE ALLA PRESENZA DI 4 MARKER SUL SISTEMA DI INTRODUZIONE	20	(*)	(*)	—		20	SUFFICIENTE	0,2	4	RADIOCAPITA' SUFFICIENTE PER IL MINOR NUMERO DI MARKER RADIOPACHI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70			14	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 277 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Biliari standard –					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE CODICI PRODOTTO CON LE ESTREMITA' SVASATE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 278 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliare a rilascio controllato Evolution®-					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S ("S-					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE SE CON LUNGHEZZE FINO A 8 CM, MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LE ESTREMITA' SVASATE	25	SUFFICIENTE	0,2	5	LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI MATERIALI DEL DISPOSITIVO SONO DI QUALITA' APPENA SUFFICIENTE PER L'USO CLINICO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, REESISTENTE AD INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, DOTATO DI SISTEMA DI RILASCIO ANCHE A SINGOLO OPERATORE	25	(*)	(*)	—		25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTANO DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO E LENTO RILASCIO DELLA PROTESI, NON HA BLOCCO DI SICUREZZA
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOPACITA', GRAZIE ALLA PRESENZA DI 4 MARKER SUL SISTEMA DI INTRODUZIONE	20	(*)	(*)	—		20	SUFFICIENTE	0,2	4	RADIOPACITA' SUFFICIENTE PER IL MINOR NUMERO DI MARKER RADIOPACHI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70			14	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 278 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Biliari standard –					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, REESISTENTE AD INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOPACITA', GRAZIE ALLA PRESENZA DI 4 MARKER SUL SISTEMA DI INTRODUZIONE	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 279 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Sistema con stent biliare Evolution® –					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S ("S-					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI ACCETTA ANCHE SE CON LUNGHEZZE FINO A 8 CM, MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA. SI ACCETTANO CODICI CON TESTE SVASATE ANTIMIGRAZIONE	25	(*)	(*)	—	NON IDONEA, IL RIVESTIMENTO DELLA PROTESI PRESENTA NUMEROSE SOLUZIONI DI CONTINUITA'
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, REESISTENTE AD INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, DOTATO DI SISTEMA DI RILASCIO ANCHE A SINGOLO OPERATORE	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, REESISTENTE AD INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA', GRAZIE ALLA PRESENZA DI 4 MARKER SUL SISTEMA DI INTRODUZIONE	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA', GRAZIE ALLA PRESENZA DI NUMEROSI MARKER SUL SISTEMA DI INTRODUZIONE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 279 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Biliari standard –					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE DUE MODELLI DI STENT, DI CUI UNO CON ESTREMITA' SVASATE SENZA FILO DI RECUPERO, L'ALTRO CON UNA SOLA ESTREMITA' SVASATA E FILO DI RECUPERO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 280 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliare autoespandibile Zilver 635® Cook					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S ("D-Type)					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA, LE MAGLIE SONO ABBASTANZA LARGHE DA CONSENTIRE L'AGEVOLE PASSAGGIO DELLA SECONDA PROTESI	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA, LE MAGLIE SONO MOLTO LARGHE PER CONSENTIRE L'AGEVOLE PASSAGGIO DELLA SECONDA PROTESI	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SI ACCETTA ANCHE CON LUNGHEZZE FINO A 10 CM, COMPLESSIVAMENTE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E LA LIMITATA LARGHEZZA DELLE MAGLIE LA RENDONO SUFFICIENTE ALL'USO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORREVOLEZZA MOLTO BUONA	25	DISTINTO	0,8	20	SCORREVOLEZZA MOLTO BUONA	25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTA DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO E MANCA IL SISTEMA DI BLOCCO DI SICUREZZA
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA'	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA'	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOCAPITA' DELL'AREA DOVE DOVRA' PASSARE LA SECONDA PROTESI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70			65		70			22	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					64,62						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 280 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® SERIE BNY*					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Biliari MOVING CELL -					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	COMPLESSIVAMENTE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E LA LIMITATA LARGHEZZA DELLE MAGLIE LA RENDONO SUFFICIENTE ALL'USO	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE E MEMORIA DI FORMA, LE MAGLIE SONO MOLTO LARGHE PER CONSENTIRE L'AGEVOLE PASSAGGIO DELLA SECONDA PROTESI	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	DOTATA DI BLOCCO DI SICUREZZA, MA PRESENTA QUALCHE DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO	25	DISTINTO	0,8	20	SCORREVOLEZZA MOLTO BUONA	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOPACITA' CON MARKER VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOPACITA'	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			65		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					45,23						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 281 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S "S-	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® SERIE BCT*	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCA LA DOPPIA COPERTURA	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE ENTRAMBE LE ESTREMITA' SVASATE, MANCA LA DOPPIA COPERTURA, MANCA DI INDICAZIONE PER IL PANCREAS
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOCAPITA'	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 282 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti-S "D-Type"/"ComVi					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Biliari Percutaneo -					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SCORRONO, SI APRONO E SI RECUPERANO FACILMENTE	25	OTTIMO	1	25	SCORRONO, SI APRONO E SI RECUPERANO FACILMENTE	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00	70,00	
---	-------	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent a rilascio controllato Evolution®					Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ECCELLENTE QUALITA', OTTIMA FORZA RADIALE, CON CAMPANE ALLE ESTREMITA'	25	BUONO	0,6	15	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA', PROTESI PRIVA DI CAMPANE	25	SUFFICIENTE	0,2	5	COMPLESSIVAMENTE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE LA RENDONO SUFFICIENTE PER L'USO
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	OTTIMA SCORREVOLEZZA, RESISTENTI AGLI INGINOCCHIAMENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI IMPIEGO, CON SISTEMA DI RILASCIO CHE PUO' ESSERE USATO DA UN SINGOLO OPERATORE	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE, TUTTAVIA MANCA IL PUNTO DI NON RITORNO	25	SUFFICIENTE	0,2	5	PRESENTA DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO, MANCA DI SISTEMA DI BLOCCO DI SICUREZZA E DI PUNTO DI NON RITORNO
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	ECCELLENTE RADIOPACITA' GRAZIE A 3 MARKER SUL DELIVERY, ALTRI MARKER AGLI ESTREMI DELLA PROTESI, CHE HA ANCHE UN MARKER ELICOIDALE CENTRALE	20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL DELIVERY CHE SULLA PROTESI	20	SUFFICIENTE	0,2	4	SUFFICIENTE NUMERO DI MARKER AGLI ESTREMI DELLA PROTESI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			55		70			14	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						55,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie CNZ' /DNZL' /					Marca/Modello/Nome commerciale Protesi Piloriche e Enterali					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	COMPLESSIVAMENTE MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA', CON CAMPANE	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA', CON CAMPANE	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	BUONO	0,6	15	DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO DI SICUREZZA E DI PUNTO DI NON RITORNO, MA PRESENTA QUALCHE EDIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO	25	BUONO	0,6	15	SI APRE E SI RECUPERA ABBASTANZA BENE, MANCA IL PUNTO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOPACITA' CON MARKER VISIBILI	20	BUONO	0,6	12	UN SOLO MARKER SUL DELIVERY, NUMERO ADEGUATO DI MARKER SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			42		70			47		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					42,00						47,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico- duodenali ed	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie DPC*/	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON IDONEA, IL RIVESTIMENTO DELLA PROTESI PRESENTA NUMEROSE SOLUZIONI DI CONTINUITA'	25	BUONO	0,6	15	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE, TUTTAVIA MANCA IL PUNTO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—		25	BUONO	0,6	15	DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO DI SICUREZZA E DI PUNTO DI NON RITORNO, MA PRESENTA QUALCHE DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL DELIVERY CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	BUONO	0,6	12	BUONA RADIOPIACITA' CON MARKER VISIBILI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70			42	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					64,62						45,23					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Pilorico Enterale –	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA', CON CAMPANE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	DISTINTO	0,8	20	SI APRE E SI RECUPERA MOLTO BENE, CON PUNTO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' CON NUMEROSI MARKER SUL DELIVERY E SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70			65		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici Niti- S "S-Type TaeWoong	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie CCBA*	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, RIVESTIMENTO IN SILICONE CHE HA CARATTERISTICHE FUNZIONALI INFERIORI AL PTFE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, PROTESI CON COPERTURA PARZIALE IN SILICONE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, RIVESTIMENTO IN SILICONE CHE HA CARATTERISTICHE FUNZIONALI INFERIORI AL PTFE
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)																

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 283TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Pilorico Enterale –					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI OTTIMA QUALITA' CON RIVESTIMENTO IN PTFE E CON CAMPANE	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SI APRE E SI RECUPERA MOLTO BENE, CON PUNTO DI NON RITORNO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMA VISIBILITA' CON NUMEROSI MARKER SUL DELIVERY E SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			65		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 284 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed					Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.					Marca/Modello/Nome commerciale EASYSSTENT - Protesi Enterocoliche	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE PROTESI COLORETTALE E NON ENTEROCOLICHE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE PROTESI COLORETTALE E NON ENTEROCOLICHE, LA DESTINAZIONE D'USO NELLA SCHEDA TECNICA E' PER IL TRATTO COLORETTALE
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE ANCHE SE IL PUNTO DI NON RITORNO NON E' SEGNALATO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 284BIS ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico- duodenali ed	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO Marca/Modello/Nome commerciale BONASTENT® Sewoon Medical Co.	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Enterocoliche –	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE PROTESI COLORETTALE E NON ENTEROCOLICHE	25	(*)	(*)	—	LA DESTINAZIONE D'USO NELLA SCHEDA TECNICA E' PER IL TRATTO COLORETTALE
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE ANCHE SE IL PUNTO DI NON RITORNO NON E' SEGNALATO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70			60		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)						70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 284TER ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		- DI	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico- duodenali ed	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA Marca/Modello/Nome commerciale HILZO Stent Enterocoliche –	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																	
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, MANCANTE DELLA COPERTURA ALTAMENTE IDROFILA IN PTFE	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, LA DESTINAZIONE D'USO NELLA SCHEDA TECNICA E' PER IL TRATTO COLORETTALE	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 285 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent a rilascio controllato Evolution® Colonic -					Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed					Marca/Modello/Nome commerciale EASYSTENT - Protesi Coloretali	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, IL DISPOSITIVO NON E' OTW, IL DIAMETRO DEL CORPO E' DISPONIBILE NELLA MISURA UNICA DI 25MM	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, GAMMA LIMITATA CON DIAMETRI DI SOLI 22 E 24 MM
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE ANCHE SE IL PUNTO DI NON RITORNO NON E' SEGNALATO	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			60		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)										70,00						

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 285BIS - ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA Marca/Modello/Nome commerciale EASYSYNTENT - Protesi Colorettali	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO Marca/Modello/Nome commerciale	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA' , I DIAMETRI VARIANO FINO A 28 MM	25	(*)	(*)	---	NON CONFORME, GAMMA LIMITATA CON DIAMETRI CORPO DI SOLI 22 E 24 MM	25	(*)	(*)	---	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE ANCHE SE IL PUNTO DI NON RITORNO NON E' SEGNALATO	25	(*)	(*)	---		25	(*)	(*)	---	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	---		20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

70,00

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 285TER - DI ELEMENTI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie CCN*	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA FUTURA MEDICA Marca/Modello/Nome commerciale EASYSTENT - Protesi Coloretali	VALUTAZIONI COMMISSIONE
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA' , I DIAMETRI VARIANO FINO A 28 MM	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, OFFRE PROTESI CON UNICO DIAMETRO DEL CORPO DI 24 MM	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, GAMMA LIMITATA CON DIAMETRI CORPO DI SOLI 22 E 24 MM
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE E SI RECUPERA MOLTO BENE ANCHE SE IL PUNTO DI NON RITORNO NON E' SEGNALATO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			60		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 286 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent TTS & OTW pilorico-duodenali ed					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA', SI ACCETTA ANCHE SE IL FILO DI SUTURA PER LA RIMOZIONE E' SOLO PROSSIMALE, NON SI ACCETTA LA SERIE "CST" (TTS) PER MANCATA CONFORMITA'	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	SI APRE E SI RECUPERA PIU'VOLTE SENZA PROBLEMI	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	OTTIMI SIA PER LA PROTESI CHE PER IL SISTEMA DI RILASCIO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			65		70					70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 287 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA INNOVAMEDICA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici per drenaggi ecoquidati Niti					Marca/Modello/Nome commerciale PROTESI AUTOESPANDIBILI IN					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie BCF*	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	SCORRE, SI APRE E SI RICHIUDE SMOLTO BENE, HA IL PUNTO DI NON RITORNO	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SCORRE BENE, TUTTAVIA MANCA IL PUNTO DI NON RITORNO E NON SI RICHIUDE	25	BUONO	0,6	15	SCORRE BENE, HA IL PUNTO DI NON RITORNO, MA SI APRE E SI RICHIUDE CON UNA CERTA DIFFICOLTA'
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	DISTINTO	0,8	16	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	DISTINTO	0,8	16	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI	20	DISTINTO	0,8	16	HA MOLTI MARKER SIA SUL SITEMA DI RILASCIO CHE SULLA PROTESI
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			56		70			41		70			51	
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00						63,75					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 288 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Protesi Biliari e Pancreatiche serie L-					Marca/Modello/Nome commerciale STENT BILIARE ADVANIX RX					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	25	DISTINTO	0,8	20	MATERIALI COMPONENTI DI BUONA QUALITA'	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	SUFFICIENTE	0,2	5	SISTEMA DI INTRODUZIONE NON MANEGGEVOLE PRIVO DI CATETERE GUIDA INTERNO	25	OTTIMO	1	25	SISTEMA DI INTRODUZIONE COMPLETO CON BLOCCO CHE PERMETTE L'INSERIMENTO DELLA PROTESI PRECARICATA RIDUCENDO I TEMPI DELLA PROCEDURA	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILE	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			45		70			65		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					48,46						70,00					

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 289 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA MEMIS	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici per drenaggi ecoquidati					Marca/Modello/Nome commerciale HOT AXIOS™ Boston Scientific					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON CONSENTE IL RILASCIO CONTROLLATO DA UN SINGOLO OPERATORE	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA', ECCELLENTE DISEGNO ERGONOMICO, CON FASCIA NERA ALL'ESTREMITA' DEL CATETERE CHE CONSENTE DI POSIZIONARE LA SECONDA FLANGIA CON VISUALIZZAZIONE DIRETTA	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	OTTIMO	1	25	IL SISTEMA DI RILASCIO E' MOLTO ELABORATO MA DI FACILE UTILIZZO TANTO DA POTER ESSERE CONTROLLATO DA UN SINGOLO OPERATORE, INDICATO SIA PER IL DRENAGGIO BILIARE CHE PANCREATICO	25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70			70		70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)		70,00	
---	--	-------	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 290 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici per drenaggi ecoquidati					Marca/Modello/Nome commerciale					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ALTA QUALITA'	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	TUTTI I MOVIMENTI RICHIESTI SONO FACILI E PRECISI IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	RADIOPACITA' ADEGUATA ALL'USO	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)	70,00		
---	-------	--	--

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 291 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA EUROMEDICAL	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA OLUYMPUS ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Stent biliari Endoscopici per drenaggi ecoquidati					Marca/Modello/Nome commerciale HANAROSTENT® serie BPD'/BPE*					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—	NON CONFORME, NON OFFRE LE LUNGHEZZE RICHIESTE	25	(*)	(*)	—	NON VALUTABILE, E' PRESENTE MA NON COMPILATO IL DOCUMENTO "COPIA DELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI" RICHIESTO A PENA DI ESCLUSIONE	25	(*)	(*)	—	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—		25	(*)	(*)	—	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—		20	(*)	(*)	—	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70					70					70				

RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)

Scheda analitica di valutazione

LOTTO 292 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA		Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA COOK ITALIA	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO DITTA M.G. LORENZATTO	VALUTAZIONI COMMISSIONE	Punteggio max	Giudizio	Coefficiente	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONI COMMISSIONE
					Marca/Modello/Nome commerciale Papillotomo ad ago per cisto-enterostomia					Marca/Modello/Nome commerciale SET PER CISTOGASTROSTOMIA					Marca/Modello/Nome commerciale	
1. Caratteristiche della FORNITURA																
1	Caratteristiche dei materiali delle protesi (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	MATERIALI COMPONENTI DI ELEVATA QUALITA'	25	DISCRETO	0,4	10	DI QUALITA' ISPETTIVAMENTE INFERIORE RISPETTO AL CONCORRENTE	25	(*)	(*)	---	
2	Scorrevolezza delle protesi e funzionalità del sistema di introduzione e rilascio (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	25	OTTIMO	1	25	CON AGO DI DIAMETRO E RIGIDITA' OTTIMALI PER L'IMPIEGO CLINICO, IMPUGNATURA DEL MANICO ERGONOMICA DI ECCELLENTE DISEGNO E FATTURA, CHIARA INDICAZIONE DEI FILI GUIDA COMPATIBILI ECCELLENTE SCORREVOLEZZA DI TUTTI I SISTEMI COASSIALI, AGO TERMINALE CORTO E DI CALIBRO ADEGUATO PER CONSENTIRE LA PRECISIONE D'USO	25	DISCRETO	0,4	10	AGO LUNGO E POCO RIGIDO CHE NON CONSENTE LA STESSA PRECISIONE DI UTILIZZO DEL CONCORRENTE, MANIPOLO MENO ERGONOMICO PER DISEGNO E FATTURA RISPETTO AL CONCORRENTE	25	(*)	(*)	---	
3	Radiopacità della protesi e punti di repere (QUALITATIVO-DISCREZIONALE)	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	OTTIMO	1	20	MOLTO BEN VISIBILI	20	(*)	(*)	---	
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative		70			70		70			40		70				
RIPARAMETRAZIONE (art. 18.2 - Disciplinare di gara)					70,00											