

Carbonia, 16/12/2021

Spett.le Direttore Struttura Complessa  
Acquisti Servizi non Sanitari

Oggetto: manutenzione straordinaria impianto trattamento acque del Centro Dialisi di Carloforte

L'impianto di trattamento delle acque del centro dialisi di Carloforte, in funzione ormai da oltre 25 anni, presenta segni vistosi di vetustà (come segnalato dai tecnici della ditta aggiudicatrice del contratto di manutenzione).

I segni di usura strutturale del sistema sono già evidenti alla sola osservazione esterna; in caso di cedimento strutturale potrebbe essere in pericolo di interruzione tutto il sistema di trattamento delle acque e relativa interruzione del servizio.

Si ritiene necessaria ed urgente la sostituzione del modulo in oggetto (1° stadio del sistema di biosmosi CWP62).

Si fa presente, come da comunicazione della ditta Medical, che una analoga apparecchiatura è stata venduta alla azienda Tepor ed è in fase di installazione presso il centro di rianimazione della AOU di Sassari.

dott. Raffaele Pistis

Responsabile UO Dialisi

ASSL Carbonia

