

**Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in otto lotti, per l'affidamento del servizio di noleggio di sistemi per litorissia extracorporea per le UU.OO. dei PP.OO. delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna**

#### **CHIARIMENTI**

**6) DOMANDA:** Chiediamo chiarimenti in relazione a quanto descritto nel documento ALLEGATO 3A al capitolato tecnico nella sezione "Caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione", al punto 13 "Lettino porta paziente con movimentazione lungo i tre assi e dotato di sistema di sicurezza paziente con inclinazione Trendelenburg con eventuali accessori per la stabilizzazione del paziente". Trattandosi di caratteristica minima pena esclusione, si chiede di esplicitare se sia necessaria la sola inclinazione trendelenburg o se debba esse presente anche l'anti-Trendelenburg.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto previsto in capitolato, per cui si richiede la sola inclinazione Trendelenburg con movimentazione lungo i tre assi.