

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3189 DEL 24/10/2022

Proposta n. 3468 del 18/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA. S.C. INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su SardegnaCAT, per fornitura funzionalità aggiuntiva per garantire il Tilting longitudinale e laterale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$ dell'Angiografo Artis Zee Floor Siemens da destinare alla U.O. Cardiologia-Emodinamica del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia. Affidatario Ditta Siemens Healthcare S.r.l. di Milano. CIG: ZDC3816810

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rag. Salvatore Seoni	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Giovanni Scarteddu	
Il Dirigente SC Ingegneria Clinica	Ing. Davide Angius	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [X]

NO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di direzione all'Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO

- che con determina dirigenziale della SC Ingegneria Clinica n. 1346 del 10/03/2020 è stata disposta l'acquisizione di un Angiografo cardiologico fisso in configurazione base Siemens Artis Zee Floor di prossima installazione presso l'Unità Operativa di Cardiologia-Emodinamica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia;
- che per meglio ottimizzare l'attività clinica del reparto è stata ravvisata la necessità di integrare delle funzionalità per garantire il Tilting longitudinale e laterale al tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$ a corredo dell'Angiografo Artis Zee Floor Siemens da destinare alla suddetta Unità Operativa di Cardiologia-Emodinamica;
- che la suddetta apparecchiatura è stata acquistata attraverso la procedura Consip, la quale non prevede l'estensione delle funzionalità per garantire il Tilting longitudinale e laterale al suddetto tavolo portapaziente;
- che la Dott.ssa Rosanna Pes, Direttore della suddetta Unità Operativa di Cardiologia-Emodinamica, ha specificato che la suddetta estensione al tavolo dell'Angiografo Siemens è necessaria per garantire le emergenze cardiache (come shock ipovolemico o emorragico in sala di emodinamica) ma anche per facilitare gli accessi delle vene centrali ed eventualmente per proiezioni angiografiche off axis;

APPURATO che tale acquisizione non rientra nelle ordinarie attività della convenzione stipulata con l'RTI HC - GE - Siemens e non essendo ricompresa nella suddetta convenzione è opportuno affidare direttamente a casa madre l'acquisizione in argomento;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSTATATA l'urgenza di eseguire l'acquisizione sopra descritta, si è ritenuto di invitare direttamente l'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, in qualità di ditta fornitrice, in grado di garantire l'acquisizione con la dovuta tempestività e di certificarne la conformità alle normative in materia;

ATTESO che sulla base delle motivazioni sopra descritte, in data 11/10/2022, si è proceduto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, all'indizione di una Richiesta di Offerta sul portale della centrale di committenza regionale SardegnaCAT, per la fornitura relativa alle funzionalità aggiuntiva per garantire il Tilting longitudinale e laterale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$ dell'Angiografo Artis Zee Floor Siemens, fissando il termine per la presentazione dell'offerta in data 17/10/2022 alle ore 18:00;

PRECISATO che le funzionalità aggiuntive prevedono nello specifico:

- **Head-end table tilting**

Tilting longitudinale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$; Funzione Iso-Tilt per il mantenimento dell'isocentrismo, quindi della proiezione, al variare dell'inclinazione del tavolo, compensata da un'analogia rotazione dell'arco a C. Portata massima: 250 kg Paziente + 100 kg per massaggio cardiaco + 40 kg per accessori collocati lungo le guide del lettino.

- **Cradle table tilting**

Tilting laterale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$; Portata massima: 200 kg Paziente + 100 kg per massaggio cardiaco + 40 kg per accessori collocati lungo le guide del lettino.

DATO ATTO

- che in data 18/10/2022 si è proceduto in seduta telematica, mediante la piattaforma SardegnaCat, all'apertura della busta telematica nella Sezione "*Busta di Qualifica*" per verificare la presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. DI Milano, per poi proseguire all'esame del contenuto della stessa al fine di verificarne la conformità con i documenti di gara e accettare la sussistenza, in capo al concorrente, dei requisiti di partecipazione previsti per la presente gara;
- che si è successivamente proceduto all'apertura dell'offerta economica inserita nella Sezione "*Busta Economica*", accertando che l'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, ha offerto per l'attività in oggetto la somma complessiva di euro 36.999,00 oltre Iva di legge;

CONSTATATO che a seguito della positiva valutazione della documentazione, la gara viene aggiudicata all'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano che ha offerto la somma complessiva di euro 36.999,00 + Iva, per la fornitura relativa alle funzionalità aggiuntiva per garantire il Tilting longitudinale e laterale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$ dell'Angiografo Artis Zee Floor Siemens da destinare all'Unità Operativa di Cardiologia-Emodinamica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia;

DATO ATTO che le diverse fasi di tale procedura sono descritte, contenute e tracciate nella predetta piattaforma SardegnaCAT e nel report rfq_399834 generato dal sistema della stessa piattaforma, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato la conformità dell'offerta presentata dall'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano relativamente alla rispondenza dell'acquisizione richiesta e della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile;

PRECISATO

- che affidare direttamente all'Operatore Economico Siemens Healthcare la predetta attività determina maggiori garanzie di sicurezza in ordine alla competenza e conoscenza da parte del personale Siemens;
- che Siemens dispone di tecnici competenti, debitamente addestrati e formati per attività su apparecchiature di propria commercializzazione ed è pertanto idonea ad assicurare interventi a regola d'arte secondo le indicazioni previste dal costruttore;
- che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche;
- che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità assistenziale nonché al perseguitamento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica;

ATTESO che in relazione all'affidamento sopra decretto, anche per il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato sulla piattaforma ANAC il seguente Cig: ZC137DE19E;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione di tutti gli atti e operazioni di gara disponendo conseguentemente di aggiudicare all'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano l'attività in argomento;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico SardegnaCat ed è, comunque, depositata agli atti d'ufficio della S.C. Ingegneria Clinica;

VISTI

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. R. 24/2020;
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
oltre alle altre fonti di riferimento

DETERMINA

- DI APPROVARE** tutti gli atti e operazioni di gara relativi alla procedura in modalità telematica espletata mediante la piattaforma SardegnaCat di cui al report rfq_399834 e per l'effetto di affidare a favore dell'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. di Milano, la fornitura relativa alle funzionalità aggiuntiva per garantire il Tilting longitudinale e laterale del tavolo portapaziente di $\pm 15^\circ$ dell'Angiografo Artis Zee Floor Siemens da destinare all'Unità Operativa di Cardiologia-Emodinamica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia, attività meglio descritta nell'offerta economica citata in premessa e nei documenti di gara, per l'importo complessivo di euro **36.999,00 + Iva**;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva conseguente all'aggiudicazione della procedura ammonta all'importo di euro **36.999,00 + Iva**, corrispondente all'importo di euro **45.138,78** Iva inclusa, che trova integrale copertura nelle risorse finanziarie in conto capitale previste per l'intervento NP 57 "apparecchiature varie per emodinamica e cardiologia", CUP B72C19000200002, di cui al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021, approvato in via definitiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 29/11/2019;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DALIC	3/2022 sub 77	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	A2GPDM0399 CARDIOLOGIA- EMODINAMICA - P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA	€ 45.138,78

- DI AUTORIZZARE** la S.C. Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente fattura, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura;
- DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 24 /10 /2022 al 08 /11 /2022

Il Dirigente Responsabile della pubblicazione o il suo delegato.

□