



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3942 DEL 20/12/2022

Proposta n. 4257 del 15/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA. S.C. INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta, per ripristino funzionale a seguito di danno accidentale della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D, s/n 257376KR4, in dotazione alla U.O. Ginecologia del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Affidatario Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano. CIG: ZE13914E5B

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Rag. Salvatore Seoni	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Martina Ballocu	
Il Dirigente SC Ingegneria Clinica	Ing. Davide Angius	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [X] NO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di direzione all'Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 541 del 27/08/2020 è stata disposta l'adesione alla convenzione SardegnaCAT relativa ai Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 ATS Sardegna, affidati al RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria), GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti);

CONSTATATO

- che l'Unità Operativa di Ginecologia del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale ha in uso una Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D s/n 257376KR4;
- che il suddetto reparto di Ginecologia ha segnalato il malfunzionamento della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D ed ha contestualmente richiesto il suo ripristino funzionale;
- che è stato accertato che il guasto sulla Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D è stato causato da danno accidentale per cui il suo ripristino funzionale non rientra nelle ordinarie attività manutentive della convenzione stipulata con l'RTI HC - GE - Siemens;

APPURATO che non essendo ricompresa nella suddetta convenzione è opportuno affidare a casa madre l'intervento di ripristino funzionale della suddetta Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO che la manovra finanziaria 2019, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130, articolo 1, ha innalzato a 5.000,00 euro la soglia dell'obbligo del ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche nei casi di acquisizione di beni e servizi;

ACCERTATA l'urgenza di eseguire il ripristino funzionale della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D, si ritiene di affidarlo direttamente a ditta in grado di garantire l'attività con la dovuta tempestività e di certificarne la conformità alle normative in materia;

PRECISATO

- che per attivare la regolare funzionalità dell'attrezzatura in argomento è necessario un intervento preciso ed eseguito da soggetti qualificati ed autorizzati dal fabbricante;
- che a tal fine è stata individuata la Ditta G.E. Medical Systems in quanto costruttrice della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D in argomento;

PRESO ATTO che la SC Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano un'offerta economica per il ripristino della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D s/n 257376KR4 in dotazione all'Unità Operativa di Ginecologia del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale;

VISTA l'offerta economica n. 26203821/02 del 13/12/2022 presentata dalla Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, dell'importo complessivo di Euro 2.850,00 + Iva, relativa al ripristino funzionale della suddetta Sonda endocavitaria volumetrica, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato la conformità dell'offerta presentata dalla Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano relativamente alla rispondenza dell'attività richiesta e alla regolarità sotto il profilo tecnico e contabile;

PRECISATO

- che affidare direttamente alla Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano il predetto servizio determina maggiori garanzie di sicurezza in ordine alla competenza e conoscenza da parte del personale tecnico preposto all'attività di ripristino di detta attrezzatura;
- che il servizio di assistenza tecnica di G.E. Medical Systems dispone di tecnici competenti, debitamente addestrati e formati ed è pertanto idonea ad assicurare interventi a regola d'arte secondo le indicazioni tecniche previste dal costruttore e a fornire ricambi originali;
- che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche;
- che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità assistenziale nonché al perseguitamento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica;

ATTESO che in relazione all'affidamento sopra decritto, anche per il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato sulla piattaforma ANAC il seguente Cig: ZE13914E5B;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano il ripristino funzionale della Sonda endocavitaria volumetrica in argomento;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è acquisita agli atti del procedimento;

VISTI

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;

la L. R. 24/2020;

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

oltre alle altre fonti di riferimento

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** a favore della Ditta G.E. Medical Systems Italia S.p.A. di Milano il ripristino funzionale a seguito di danno accidentale della Sonda endocavitaria volumetrica RIC5-9-D s/n 257376KR4 in dotazione all'Unità Operativa di Ginecologia del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, attività meglio descritta nell'offerta economica citata in premessa, per l'importo complessivo pari a Euro **2.850,00 + Iva**;
2. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro **2.850,00** oltre IVA 22% pari a Euro **3.477,00** IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DALIC	1/2022 Sub 280	A507020102 "Manutenzioni attrezzature sanitarie a richiesta"	A6SGAC0002 Ginecologia - P.O. NS Signora di Bonaria San Gavino	€ 3.477,00

3. **DI AUTORIZZARE** la S.C. Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente fattura, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 20 / 12 / 2022 al 04 / 01 / 2022

Il Dirigente Responsabile della pubblicazione o il suo delegato.

