

	FORNITURA DI SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CND V03 PER AA.SS.LL. REGIONE SARDEGNA - GARA SIMOG 8887718														
CIG	LOTTO	Sub Lotto	CND	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PZ. ANNO ASL 1 SASSARI	PZ. ANNO ASL 2 GALLURA	PZ. ANNO ASL 3 NUORO	PZ. ANNO ASL 4 OGLIASTRA	PZ. ANNO ASL 5 ORISTANO	PZ. ANNO ASL 6 MEDIO CAMPIDANO	PZ. ANNO ASL 7 CSULCIS	PZ. ANNO ASL 8 CAGLIARI	N. PZ. TOTALE ANNUO	Campioni
95871774BD	1	a	V03010102	TERMOMETRO AURICOLARE A RAGGI INFRAROSSI, CON ERRORE MAX +/- 0,1 °C, SCANNER CUTANEO, TIMER CONTASECONDI ED ALLARME DI BASSA BATTERIA, CON TEMPO DI RILEVAZIONE MAX 3 SECONDI, CON SISTEMA DI INSERIMENTO E ESPULSIONE DEL COPRISONDA. COMPLETO DI BASE PER LA RICARICA. LO STRUMENTO SI INTENDE FORNITO IN USO GRATUITO IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI CON GARANZIA TOTALE (ASSICURATIVA FULL RISK) SINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.	PZ	230	120	300	80	50	80	140	550	1.550	1
		b	V03010102	COPRISONDA MONOUSO PER DETTI TERMOMETRI, PRIVI DI LATTICE E DI FTALATI, ANATOMICI ADATTI ANCHE AD USO PEDIATRICO/NEONATALE.	PZ	450.000	200.000	509.856	130.000	250.000	140.000	320.000	950.000	2.949.856	confezione di vendita
9587189EA1	2		V03010102	TERMOMETRO CON TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA PER USO OSPEDALIERO (RANGE DA 34 A 42,5 °C) ERRORE MAX +/-0,3°C.	PZ	305	50	200	80	180	90	100	450	1.455	2
9587195398	3		V03010199	TERMOMETRO CON TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A CONTATTO PER USO OSPEDALIERO, ERRORE MAX +/-0,1°C., TEMPO DI RISPOSTA INFERIORE AI 5 SECONDI, GARANZIA DI ALMENO 5 ANNI .	PZ	31	5	80		6		27	0	149	1
958720295D	4		V03010102	TERMOMETRO ELETTRONICO, CON PRECISIONE MAX +/- 0,1 °C, IMPERMEABILE, INFRANGIBILE CON BREVE TEMPO DI MISURAZIONE E CON BATTERIA DI LUNGA DURATA, CON CUSTODIA, PER USO ASCELLARE E RETTALE	PZ	2500	400	1000	30	50	50	100	1250	5.380	2
95872175BF	5		V03010199	TERMOMETRO CLINICO IN VETRO CON MISCELA DI GALLIO, INDIO E STAGNO.	PZ	2240	0	500		30	20	120	1200	4.110	2