

Oggetto: Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in otto lotti, per l'affidamento del servizio di noleggio di sistemi per litorissia extracorporea per le UU.OO. dei PP.OO. delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna – Esame della documentazione tecnica delle offerte in gara.

VERBALE N. 4) DEL 13/01/2023 – SEDUTA RISERVATA

In data 13/01/2023 alle ore 10:30 presso gli uffici della S.C. Acquisti Servizi Sanitari siti in Nuoro in via Demurtas n. 1, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 3962 del 21.12.2022, per procedere alla disamina della documentazione tecnica presentata dalle Ditte in gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così costituita:

Dott. Marco Esposito, Dirigente Medico U.O. Urologia – componente con funzioni di presidente
Dott. Antonio Sale, Collaboratore Amministrativo SC Acquisti Servizi Sanitari – componente
Ing. Carla Meloni, Funzionario Ingegnere Clinico ARES – componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP della procedura, Sig.ra Francesca Puggioni

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il RUP, dapprima, riassume le operazioni svolte dal seggio di gara, riportate nel verbale n. 3) del 30/12/2022, in merito alla apertura della busta tecnica e alla verifica inventariale della documentazione prodotta dalle Ditte in gara, ovvero Alliance Medical Technologies Srl e Storz Medical Italia Srl, conclusasi con esito positivo per entrambe; successivamente provvede a consegnare alla Commissione Giudicatrice tutta la documentazione estratta e scaricata su supporto informatico.

La Commissione procede quindi all'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta Alliance Medical Technologies Srl per ciascun lotto, analizzando nel dettaglio i contenuti delle singole sezioni della stessa, al fine di stabilire la rispondenza di quanto proposto alle caratteristiche richieste negli atti di gara.

La Commissione analizza la scheda "caratteristiche minime a pena di esclusione" – Allegato 3B:

quanto proposto e descritto dall'offerente viene puntualmente riscontrato nella documentazione esaminata per tutti i criteri prescritti;

segue l'analisi della scheda "caratteristiche migliorative" – Allegato 3C – recante la descrizione delle caratteristiche e funzionalità soggette a punteggio: anche in questo caso, quanto proposto dal concorrente trova pieno riscontro nella documentazione esaminata.

I punteggi attribuiti con le modalità descritte negli atti di gara, vengono dettagliatamente riportati nella tabella che segue:

	APPARECCHI PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA			ALLIANCE								
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore ponderale Wi	Valore	COEFF COMM. 1	COEFF COMM. 2	COEFF COMM. 3	Media COEFF	PUNTEGGIO			
1	In grado di trattare le patologie di interesse fisiatricio	TABELLARE	6	SI					6,00			
2	In grado di trattare le patologie di interesse ortopedico	Quantitativo Indicare numero	6	SI					6,00			
3	Pressione massima focale superiore a 50 MPa V(a)=- Pa(i)/ Pmax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Pa(i) è la pressione massima in MPa superiore a 50 MPa indicata dal concorrente i-esimo; Pmax è la pressione massima in MPa superiore a 50 MPa tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	6	126					6,00			
4	Energia regolabile su più di 9 livelli V(a)=- Ea(i)/ Emax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Ea(i) è il numero massimo di livelli di energia superiore a 9 indicato dal concorrente i-esimo; Emax è il numero massimo di livelli di energia superiore a nove tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	7	60					7,00			
5	Frequenza di erogazione della terapia superiore a 3 Hz V(a)=- Fa(i)/ Fmax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Fa(i) è la frequenza massima superiore a 3Hz indicata dal concorrente i-esimo; Fmax è la frequenza massima superiore a 3 Hz tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	6	6					6,00			
6	Profondità focale, misurata dal centro del fuoco al piano passante per il bordo della testa terapeutica, superiore ai 15 cm per permettere di trattare pazienti obesi V(a)=- Pa(i)/ Pmax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Pa(i) è la massima profondità focale superiore ai 15 cm indicata dal concorrente i-esimo; Pmax è la massima profondità focale superiore ai 15 cm tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	7	16,5					6,60			
7	Dimensioni focali ottimali per ogni tipo di trattamento	Discrezionale descrivere	7		1	1	1	1	7			
8	Numero di dimensioni focali impostabili con relativi livelli di potenza V(a)=- Na(i)/ Nmax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Na(i) è il massimo numero di fuochi indicato dal concorrente i-esimo; Nmax è il massimo numero di fuochi tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	6	3					6,00			
9	Elevata mobilità della testata terapeutica	Quantitativo Indicare numero	7	Totalmente libera					7,00			
10	Ampia superficie di accoppiamento membrana/paziente, superiore a 100 cmq V(a)=- Sa(i)/ Smax Dove: V(a): è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Sa(i) è la massima superficie di accoppiamento superiore a 100 cmq indicata dal concorrente i-esimo; Smax è la massima superficie di accoppiamento superiore a 100 cmq tra le concorrenti.	Quantitativo Indicare numero	6	570					6,00			
11	Letino portapaziente utilizzabile in manovre endourologiche anche in configurazione indipendente dal sistema di litotrixxia	SI/NO	6	SI					6,00			
			70	Totale					69,60			
				Totale riparametrizzato					70			

In conclusione, dopo attenta e approfondita analisi della documentazione, la Commissione stabilisce che l'offerta presentata dalla Ditta Alliance Medical Technologies risponde pienamente a quanto richiesto.

La Commissione decide di aggiornare i lavori alle ore 10:30 del 26/01/2022 per procedere all'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Storz Medical Italia Srl.

La seduta odierna si conclude alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Dott. Marco Esposito

F.to Dott. Antonio Sale

F.to Ing. Carla Meloni

Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Francesca Puggioni