

Oggetto: Procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in otto lotti, per l'affidamento del servizio di noleggio di sistemi per litorissia extracorporea per le UU.OO. dei PP.OO. delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna – Esame della documentazione tecnica delle offerte in gara.

VERBALE N. 5) DEL 26/01/2023 – SEDUTA RISERVATA

In data 26/01/2023 alle ore 10:30 presso gli uffici della S.C. Acquisti Servizi Sanitari siti in Nuoro in via Demurtas n. 1, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 3962 del 21.12.2022, per procedere alla disamina della documentazione tecnica presentata dalle Ditte in gara.

Sono presenti tutti i componenti:

Dott. Marco Esposito, Dirigente Medico U.O. Urologia – componente con funzioni di presidente
Dott. Antonio Sale, Collaboratore Amministrativo SC Acquisti Servizi Sanitari – componente
Ing. Carla Meloni, Funzionario Ingegnere Clinico ARES – componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP della procedura, Sig.ra Francesca Puggioni

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta Storz Medical Italia Srl, per ciascun lotto, analizzando nel dettaglio i contenuti delle singole sezioni della stessa, al fine di stabilire la rispondenza di quanto proposto alle caratteristiche richieste negli atti di gara.

La Commissione analizza la scheda "caratteristiche minime a pena di esclusione" – Allegato 3B:

Dopo attento esame, la Commissione rileva un'incongruenza tra quanto dichiarato nella scheda – Allegato 3B e quanto riscontrato a pagina 39, sezione 3 "Istruzioni di sicurezza punto 3.1 Avvertenze generali" del "manuale d'uso Modulith SLK, in relazione al seguente criterio:

CARATTERISTICHE MINIME A PENA ESCLUSIONE	CARATTERISTICA PROPOSTA DALL'OFFERENTE
In grado di trattare la calcolosi di tutto l'apparato urinario (compresi pazienti pediatrici, critici, o trapiantati), IPP	In gradi di trattare tutta la calcolosi urinaria (compresi pazienti in età pediatrica, critici o trapiantati) e, grazie all'elevata mobilità della sorgente, l'IPP.

Nella scheda "AVVERTENZA", viene invece riportata la seguente dicitura **"È di vitale importanza che in prossimità di eventuali organi e tessuti trapiantati non vengano emesse delle onde terapeutiche"**, dando atto, quindi, che l'apparecchiatura non può essere utilizzata per il trattamento di pazienti trapiantati.

La Commissione stabilisce pertanto che l'offerta della Ditta Storz Medical Italia Srl, non è conforme a quanto richiesto, poiché non possiede il requisito sopra richiamato, indicato, nella scheda Allegato 3B e al punto 3 –caratteristiche tecniche e configurazione minima delle apparecchiature, del capitolato tecnico – Allegato 3, tra quelli minimi a pena di esclusione.

La Commissione all'unanimità propone l'esclusione della Ditta Storz Medical Italia Srl dal proseguo della gara.

Il RUP, in esito ai lavori svolti dalla Commissione, riportati nel presente verbale, provvederà a trasmettere alla Ditta Storz Medical Italia Srl il provvedimento di esclusione.

La seduta odierna si conclude alle ore 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Dott. Marco Esposito

F.to Dott. Antonio Sale

F.to Ing. Carla Meloni

Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Francesca Puggioni