

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI  
“DISPOSITIVI IVD SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CND  
A010105 OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., ALLE AOU DI SASSARI E CAGLIARI E ALL’ARNAS  
G.BROTZU PER UN PERIODO DI 48 MESI E CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE  
Gara n. 9050574**

**Riscontro Chiarimenti alla data del 22.05.2023**

**Richiesta di chiarimento n° 5**

Nel documento “allegato A – Capitolato Tecnico” – sub lotto A voci 9 e 10 vengono richieste “Provette da siero senza alcun additivo per liquor”. Stante l’incompatibilità della richiesta di provette contemporaneamente idonee alla raccolta di siero e alla raccolta di liquor, si chiede conferma che trattasi di refuso e si chiede di rettificare la suddetta descrizione nei seguenti termini “Provette senza alcun additivo”.

**Risposta al chiarimento n° 5**

Trattasi di refuso e pertanto la dicitura è da intendersi: *“Provette da siero senza alcun additivo”*.

**Richiesta di chiarimento n° 6**

Nel documento “allegato A – Capitolato Tecnico” – sub lotto A voce 26 “Provette con ACD - 16x100 con ACD soluzione B volume 7 ml tappo giallo” si chiede conferma che la dimensione indicata 16x100 sia un refuso e che sia da intendersi dimensione 13x100. L'accoglimento di tale richiesta è peraltro compatibile con l'indicazione di un volume di riempimento pari a 7 ml.

In caso di non accoglimento di tale richiesta la scrivente non sarà in grado di partecipare alla procedura de qua.

**Risposta al chiarimento n° 6**

Possono essere offerte sia *provette 16X100 da 9 ml circa* sia *provette 13X100 da 7 ml circa*.

**Richiesta di chiarimento n° 7**

Si chiede conferma che anche in riferimento alla voce 26 sub lotto A “Provette con ACD - 16x100 con ACD soluzione B volume 7 ml tappo giallo”, il volume di riempimento indicato sia da intendersi preceduto dal termine “circa” in analogia a tutte le altre voci.”

**Risposta al chiarimento n° 7**

Si rinvia alla risposta ai chiarimenti n. 4 e n. 7.

**Richiesta di chiarimento n° 8**

Nel documento “allegato A – Capitolato Tecnico” – sono richieste le seguenti voci del sub lotto B:

- voce 3: “Aghi sterili per prelievo multiplo sottovuoto con dispositivo di protezione varie misure tra cui obbligatoriamente G20 - G21 - G 22, possibilmente anche G18”
- voce 4: “Ago sterile preassemblato completo di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di protezione, interamente latex free - varie misure, tra cui obbligatoriamente G20 - G21 - G 22, possibilmente anche G18 - confezionati in singoli strip”

Si chiede conferma di quanto segue:

1. quanto richiesto dopo la dicitura “possibilmente anche [...]” è da considerarsi quale caratteristica “auspicabile” e NON un requisito minimo pena esclusione

2. la scrivente non dispone di alcuni dei calibri indicati, si chiede pertanto di rettificare, nei modi opportuni, le descrizioni come a seguire:

- voce 3: "Aghi sterili per prelievo multiplo sottovuoto con dispositivo di protezione varie misure tra cui obbligatoriamente G21 - G 22, possibilmente anche G18 - G20"
- voce 4: "Ago sterile preassemblato completo di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di protezione, interamente latex free - varie misure, tra cui obbligatoriamente G21 - G 22, possibilmente anche G18 e G20 - confezionati in singoli strip"

In caso di non accoglimento di tale richiesta la scrivente non sarà in grado di partecipare alla procedura de qua, con l'indubbio svantaggio circa la limitata concorrenza.

#### **Risposta al chiarimento n° 8**

1. **Si conferma quale caratteristica "auspicabile".**
2. **Si conferma richiesta Capitolato speciale di gara.**

#### **Richiesta di chiarimento n° 9**

Nel documento "allegato A – Capitolato Tecnico" – sublotto B voce 5 viene richiesto quanto segue:

"Aghi sterili a farfalla preassemblati completi di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di sicurezza, confezionati in singoli strip, interamente latex free - varie misure, tra cui obbligatoriamente **G21 - G23 - possibilmente mis. G25**"

Si chiede conferma che la dicitura "camicia porta aghi" sia un refuso e che la descrizione sia da intendersi come a seguire:

"Aghi sterili a farfalla preassemblati completi di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di sicurezza, confezionati in singoli strip, interamente latex free - varie misure, tra cui obbligatoriamente G21 - G23 - possibilmente mis. G25"

L'accoglimento di tale richiesta troverebbe vantaggio sia in termini di maggior versatilità di impiego del dispositivo, sia in una più agile gestione dei magazzini e delle scorte nei singoli reparti dato il significativo ingombro del prodotto configurato secondo la descrizione attuale; inoltre, la richiesta implicherebbe per gli enti afferenti significative ricadute economiche indipendentemente dal brand aggiudicatario della procedura de qua.

#### **Risposta al chiarimento n° 9**

Si conferma richiesta Capitolato speciale di gara.

**Si evidenzia che anche nella proposta della Ditta risulta testualmente quanto richiesto nel Capitolato di gara.**

#### **Richiesta di chiarimento n° 10**

Nel documento Capitolato Speciale pag. 3, in riferimento alle caratteristiche delle provette per prelievo viene indicato che devono [...] "essere in materiale plastico PET (Polietilene Tereftalato), o altro materiale plastico infrangibile equivalente, sterili, monouso, con vuoto precalibrato, tranne quelle espressamente specificate;"

Si chiede conferma che la dicitura "o altro materiale plastico infrangibile equivalente" sia un refuso e che sia da intendersi come "o altro materiale plastico infrangibile equivalente"

#### **Risposta al chiarimento n° 10**

La dicitura "o altro materiale plastico infrangibile equivalente" presenta un refuso e pertanto è da intendersi come segue: "o altro materiale infrangibile equivalente".

**Si evidenzia che anche nella proposta della Ditta risulta testualmente quanto richiesto nel Capitolato di gara.**

**Richiesta di chiarimento n° 11**

Con riferimento al lotto 1, sublotto da 5 a 10, si chiede di specificare il colore del tappo.

**Risposta al chiarimento n° 11**

Si rinvia al Capitolato Speciale di gara che testualmente recita: "... Le colorazioni dei tappi devono essere conformi alle ISO di riferimento..."

**Richiesta di chiarimento n° 12**

In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al lotto n. 1 poniamo i seguenti quesiti:

- sublotti da 5 a 8 chiediamo il colore del tappo richiesto, se il colore rosso può andare bene;
- sublotti 9 e 10 chiediamo il colore del tappo richiesto, se il colore bianco può andare bene;
- sublotto 23 e 24 "provette con antiglicolico" chiediamo se al posto del Sodio Floruro Na2EDTA vengono accettate provette con Potassio Floruro in alternativa;
- sublotto 26 chiediamo conferma della misura e del volume richiesto perché generalmente le provette hanno le seguenti dimensioni: D. 16x100 volume 9 ml oppure D. 13x100 volume 6 ml.

**Risposta al chiarimento n° 12**

- La scelta del colore dei tappi è a discrezione della Ditta fermo restando la conformità alla ISO di riferimento, nonché a quanto prevede in merito il Capitolato Speciale di gara sulla possibilità di variazione di colore dei tappi, secondo le necessità dei laboratori analisi delle singole Aziende Sanitarie regionali.
- La scelta del colore dei tappi è a discrezione della Ditta fermo restando la conformità alla ISO di riferimento, nonché a quanto prevede in merito il Capitolato Speciale di gara sulla possibilità di variazione di colore dei tappi, secondo le necessità dei laboratori analisi delle singole Aziende Sanitarie regionali.
- Si conferma il Capitolato Speciale di gara.
- Si rinvia alla risposta ai chiarimenti n. 4 e n. 7.

**Richiesta di chiarimento n° 13**

In riferimento alla gara in oggetto, relativamente all'invio della campionatura del lotto 1 sub 26 e lotto n. 3 sub 3 non essendo disponibili a magazzino entro il termine di presentazione dell'offerta, a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime per il periodo critico che stiamo vivendo, chiediamo la possibilità che l'offerta, per quelle voci, venga valutata solo dalle schede tecniche altrimenti siamo impossibilitati a partecipare.

**Risposta al chiarimento n° 13**

Si conferma il Capitolato Speciale di gara e il Disciplinare di gara.

*La campionatura è richiesta a **pena di esclusione** trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, in relazione alla quale è previsto l'apprezzamento di conformità dei prodotti, sulla base delle indicazioni minimali previste nel Capitolato Speciale di gara (rif. Art. 14.4 Disciplinare di gara).*

**Richiesta di chiarimento n° 14**

Si chiede conferma che verranno accettate in lingua inglese le Dichiarazioni di Conformità CE/IVD emesse dal fabbricante, le certificazioni ISO e CE e l'eventuale letteratura scientifica a supporto.

**Risposta al chiarimento n° 14**

Si conferma il Disciplinare di gara, nello specifico quanto segue:

*"Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, dichiarata fedele all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,*

*essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. (rif. Art. 12 Disciplinare di gara)*

**Richiesta di chiarimento n° 15**

Nel documento "schema di offerta economica" viene richiesto di compilare quanto segue:

a. Colonna L "Costo totale QUADRIENNALE".

Si chiede conferma che tale colonna sia da calcolare moltiplicando i prezzi unitari per i fabbisogni indicativi di cui all'allegato A, attualmente non inclusi nello schema di offerta economica;

b. Colonna M "% DI SCONTO PREZZO BASE D'ASTA QUADRIENNALE".

Considerato che l'importo a base di gara è unico e complessivo, si chiede conferma che tale colonna debba essere compilata solo al rigo "VC Valore economico complessivo Lotto (max due cifre decimali)" e non in corrispondenza della singola voce del fabbisogno.

**Risposta al chiarimento n° 15**

a. Si conferma. Nulla osta all'inserimento di ulteriore colonna riportante i fabbisogni richiesti per singola voce, trattandosi di fac simile.

b. Si conferma, fermo restando l'indicazione dei prezzi per singola voce.

**F.to II RUP**  
**Gigliola Ventura**