

Oggetto: *Verbale n° 1 della Commissione giudicatrice della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "dispositivi medici funzione di misura - sistemi per la misurazione della temperatura termometri" - CND V03 - Gara n. 8887718.*

Addì 24 del mese di maggio dell'anno 2023 alle ore 9:23 nella sede della S.C. Acquisti di Beni Sanitari - ARES in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 1414 del 11.05.2023 e composta come segue:

Dr. Mariano Cabras	Presidente
Dr.ssa Silvia Atzori	Componente
Dr.ssa Maria Roberta Sechi	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario verbalizzante

per procedere alla verifica inventariale della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti.

Secondo quanto dispone l'Art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 i componenti la Commissione giudicatrice hanno presentato dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, del medesimo art. 77 del D.Lgs.50/2016.

Le ditte concorrenti, con nota mail trasmessa in data 17.05.2023 tramite la piattaforma www.sardegnaecat.it, dell'Ente Aggregatore SardegnaCat, sono state informate che la commissione di gara si sarebbe riunita in data odierna.

Presenza alla seduta anche la Sig.ra Gigliola Ventura, RUP, quale supporto per le attività legate alle operazioni sulla piattaforma www.sardegnaecat.it.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e unitamente ai componenti la commissione prende atto:

- degli atti di gara, così come approvati, con Determinazione Dirigenziale n° 3774 del 13.12.2022, rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 3936 del 20.12.2022;
- che la procedura in epigrafe è stata indetta per l'affidamento della fornitura di "dispositivi medici funzione di misura - sistemi per la misurazione della temperatura termometri" - CND V03;
- che il giorno 27.02.2023, nella sede della ARES in Via Dalmazia a Carbonia, il Seggio di Gara ha proceduto all'accesso telematico alla piattaforma www.sardegnaecat.it e alla preliminare verifica inventariale delle singole buste di qualifica della documentazione amministrativa;
- che nella medesima seduta del 27.02.2023 e successiva seduta in data 29.03.2023, nella sede della ARES in Via Dalmazia a Carbonia, il Seggio di Gara ha proceduto all'esame di merito della documentazione amministrativa presentata dagli operatori partecipanti, ammettendo/escludendo le sotto elencate Ditte alle fasi successive di gara:

	OPERATORE ECONOMICO	LOTTE OFFERTI	
1	AXOSAN	2 - 4 - 5	Lotto 2 AMMESSA Lotto 4 e Lotto 5 ESCLUSA
2	CEA S.p.A.	2	AMMESSA
3	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA srl	2 - 5	AMMESSA
4	FARMACIE INTERNAZIONALI sas	2	AMMESSA

5	FARMACA ZABBAN S.p.A.	2 - 4 - 5	AMMESSA
6	GI.PI.GI.sas di Giovanni Piero Giribaldi & C.	4 - 5	AMMESSA
7	INNOLIVING S.p.A.	2	AMMESSA
8	LAMONEA srl	2 - 3 - 4 - 5	AMMESSA
9	LUME IMPORT srl	1	AMMESSA
10	PIKDARE S.p.A.	2 - 4	AMMESSA
11	TERAPON srl	2	AMMESSA

- che con Determinazione Dirigenziale n° 1090 del 06.04.2023 sono stati ratificati i verbali del seggio di gara in data 27.02.2023 e 29.03.2023 con contestuale ammissione delle sottoelencate Ditte alle fasi successive di gara:

	Denominazione	ESITI	
1	AXOSAN	AMMESSO	Lotto 2
2	CEA S.p.A.	AMMESSO	Lotto 2
3	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA srl	AMMESSO	Lotti 2 e 5
4	FARMACIE INTERNAZIONALI sas	AMMESSO	Lotto 2
5	FARMAC ZABBAN S.p.A.	AMMESSO	Lotti 2 - 4 - 5
6	GI.PI.GI. sas di Giovanni Piero Giribaldi & C.	AMMESSO	Lotti 4 e 5
7	INNOLIVING S.p.A.	AMMESSO	Lotto 2
8	LAMONEA srl	AMMESSO	Lotti 2 - 3 - 4 - 5
9	LUME IMPORT srl	AMMESSO	Lotto 1
10	PIKDARE S.p.a.	AMMESSO	Lotti 2 e 4
11	TERAPON srl	AMMESSO	Lotto 2


- che le tutte le Ditte ammesse hanno presentato campionatura.

Si procede quindi all'accesso in collegamento telematico alla piattaforma www.sardegnaecat.it e alla preliminare verifica delle singole buste di qualifica della documentazione Tecnica come segue:

	Operatore economico	Lotti offerti	Documentazione Tecnica
1	AXOSAN	2	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Assistenza tecnica Non presenta <i>Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza.</i> Si ammette alla verifica di merito
2	CEA S.p.A.	2	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
3	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA srl	2 - 5	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito










4	FARMACIE INTERNAZIONALI sas	2	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
5	Farmac Zabban S.p.A.	2 - 4 - 5	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
6	Gl.Pl.Gl.sas di Giovanni Piero Giribaldi & C.	4 - 5	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
7	INNOLIVING S.p.A.	2	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
8	LAMONEA srl	2 - 3 - 4 - 5	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
9	LUME IMPORT srl	1	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
10	PIKDARE S.p.A.	2 - 4	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito
11	TERAPON srl	2	Offerta senza prezzi Scheda tecnica Relazione tecnica Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza. Si ammette alla verifica di merito

La Commissione procede quindi alla verifica di merito della documentazione tecnica e della Campionatura presentata.

In merito alla campionatura la Commissione rileva che la Ditta CSL COMMERCIALE SANITARIA


LOMBARDA srl non ha presentato campionatura per il Lotto 2 e pertanto esclude la medesima dal Lotto 2 dalla successiva fase di gara.

La commissione procede pertanto, all'esame delle offerte tecniche presentate per ciascun lotto di fornitura ammesso unitamente alla campionatura, al fine di verificare l'idoneità degli stessi rispetto alle prescrizioni del Capitolato speciale di gara.

Dopo attenta analisi la Commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti nel prospetto allegato costituito da n°1 pagina e parte integrante del presente verbale. Nel prospetto sono state indicate le ditte offerenti, la marca dei prodotti e la valutazione della commissione.

Sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto la Commissione dichiara deserto il lotto 1, offerto dalla Ditta Lumen Import e il Lotto 3, offerto dalla Ditta Lamonea, in quanto non conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale.

Alle ore 13:30 viene chiuso il presente verbale e il presidente aggiorna la seduta in data da destinarsi

Il presente verbale risulta costituito da n. 4 pagine dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente La Commissione

Dr. Mariano Cabras

I Componenti la Commissione:

Dr.ssa Silvia Atzori

Dr.ssa Maria Roberta Sechi



Il Segretario verbalizzante – Sig.ra Alessandra Ventura



PROSPETTO VALUTAZIONE

CIG	LOTTO	Sub Lotto	CND	DESCRIZIONE	LUME IMPORT srl	CEA s.p.a.	CSL COMMERCIALE SANTARIA LOMBARDA srl	FARMACIE INTERNAZIONALI sas	FARMAC ZABBAN s.p.a.	INNOLIVING S.p.A.	LAMONEA srl	PIKDARE S.p.A.	TERAPON srl
95871774BD	1	a	V03010102	TERMOMETRO AURICOLARE A RAGGI INFRAROSSI. ERRORE MAX +/- 0.1 °C SCANNER CUTANEO TIMER CONTASECONDI ED ALLARME DI BASSA BATTERIA CON TEMPO DI RILEVAZIONE MAX 3 SECONDI CON SISTEMA DI INSERIMENTO E ESPULSIONE DEL COPRISONDA COMPLETO DI BASE PER LA RICARICA LO STRUMENTO SI INTENDE FORNITO IN USO GRATUITO IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI CON GARANZIA TOTALE (ASSICURATIVA FULL RISK) SINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	INFRARED THERMOMETER Modello KFT-23								
					OK								
					NO								
					OK								
					OK								
9587185EA1	2	b	V03010102	COPRISONDA MONOUSO PER DETTI TERMOMETRI PRIVI DI LATTICE E DI FTALATI ANATOMICI ADATTI ANCHE AD USO PEDIATRICO/NEONATALE VALUTAZIONE NON CONFORME									
					OK								
					OK								
					OK								
					OK								
9587185EA1	2		V03010102	TERMOMETRO CON TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA PER USO OSPEDALIERO RANGE DA 34 A 42.5 °C ERRORE MAX +/-0.3°C VALUTAZIONE CONFORME	INTERMED Mod. Y1400								
					OK								
					OK								
					OK								
					OK								
958718598	3		V03010199	TERMOMETRO CON TECNOLOGIA A RAGGI INFRAROSSI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA A CONTATTO PER USO OSPEDALIERO. ERRORE MAX +/-0.1 °C TEMPO DI RISPOSTA INFERIORE AI 5 SECONDI GARANZIA DI ALMENO 5 ANNI VALUTAZIONE NON CONFORME	JPD-FR200								
					A DISTANZA E NON A CONTATTO								
					ERRORE > 0.1								
					SI								
					NON SI VINCE								
958720234D	4		V03010102	TERMOMETRO ELETTRONICO, CON PRECISIONE MAX +/- 0.1 °C IMPERMEABILE INFRANGIBILE CON BREVE TEMPO DI MISURAZIONE CON BATTERIA DI LUNGA DURATA CON CUSTODIA PER USO ASCELLARE E RETTALE VALUTAZIONE CONFORME	DIGITEMP Cod. 2303352620	GLI.P.I.GI. Sas di Giovanni Piero Giribaldi & C. Codi. 18200030	GLI.P.I.GI. Sas di Giovanni Piero Giribaldi & C. Codi. 18200030	PIKDARE S.p.A. PIC VEDOFAMILY Cod. 02020300000000					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					
95872175BF	5		V03010199	TERMOMETRO CLINICO IN VETRO CON MISCELA DI GALLIO, INDIO E STAGNO. VALUTAZIONE CONFORME	GINA Cod. 25551	SWING Cod. 2303252001	CAMI Cod. TR 100300	LAMOTHERM Cod. CRV7.00					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					
					OK	OK	OK	OK					

Handwritten signature and stamp