

LOTTO	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti Amministrativi	con la presente si comunica di aver avuto dei problemi nell'apertura del file "lettera d'invito" . E' possibile caricare	è già stata fatta segnalazione della problematica a Consip copia della lettera d'invito è stata inserita nel file "documentazione digara.zip" e può essere scaricata anche dall'Albo pretorio, sezione Bandi e Gare della ARES Sardegna.
Quesiti Amministrativi	si richiede se si debba inviare campionatura	in merito a quanto richiesto, si comunica che non è prevista campionatura
Quesiti Amministrativi	segnaliamo che in questi ultimi giorni sono state pubblicate numerosissime procedure di gara da parte dei vari enti, le cui scadenze per la presentazione delle offerte andranno tutte ad accavallarsi tra fine luglio e i primi di agosto. Richiediamo quindi la Vostra disponibilità a valutare di prorogare la data di scadenza della presente procedura spostandola al mese di settembre, in modo da consentirci di poter pianificare le varie attività per la preparazione delle gare	pur consapevoli delle Vs difficoltà, si conferma la data di scadenza di presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito
Quesiti Amministrativi	Al fine di contenimento di costi, anche per l'OE si richiede la possibilità, in caso di partecipazione a più lotti, di presentare un'unica polizza fideiussoria in cui siano chiaramente elencati i lotti a cui l'OE intende partecipare. Questo in quanto ai fini della garanzia nulla cambia.	la risposta è affermativa
6	ci risulta che il prodotto attualmente in uso sia un prodotto con 3 enzimi, si richiede conferma che vengono valutati prodotti funzionalmente equivalenti per efficacia e destinazione d'uso.	Si precisa che, per mero errore materiale, è stato indicato quale numero minimo di enzimi 4, in luogo di quello corretto uguale a minimo 3 . E' fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 .
7	si richiede conferma che vengono valutati confezionamenti con erogatore già montato (nel lotto 7 B viene richiesta quotazione separata dell'erogatore).	Si conferma la descrizione di al lotto 7 del CSA; in mancanza di flaconi con erogatore già montato è previsto il sub lotto 7A.
7	con riferimento al lotto 7 si chiede, gentilmente, di chiarire l'incongruenza tra la descrizione/ destinazione d'uso (Soluzione idroalcolica pronta all'uso a base di Etanolo + propionato d'ammonio quaternario) e la categoria CND (BIGUANIDI).	In merito a quanto richiesto, si conferma quanto indicato nel CSA . Per ciò che attiene la CND, trattasi di errore materiale; la CND corretta è D99.
7	SI CHIEDE SE VIENE ACCETTATO IL FORMATO DEL FLACONE CON TRIGGER SPRAY GIÀ PREMONTATO	Si conferma la descrizione di cui al lotto 7 del CSA; in mancanza di flaconi con erogatore già montato è previsto il sub lotto 7A.
8	SI CHIEDE SE VENGONO ACCETTATE SALVIETTE ANCHE IN POLIESTERE O IN VISCOSA/ +POLIESTERE	si conferma quanto già indicato nel CSA
16	Vi chiediamo, cortesemente, la possibilità di modificare in aumento la base d'asta prevista per il Lotto 16 di 0,30 € cad. pz. al prezzo di 1,10 € cad. pz. - Base d'asta per 3 anni € 132.000,00= in quanto il prezzo da Voi indicato è fuori mercato e si riferisce ai listini di 8 anni fa.	Si conferma la base d'asta.
18	si richiede conferma che vengono valutati prodotti funzionalmente equivalenti in termini di efficacia e destinazione d'uso, aventi concentrazioni diverse; si richiede inoltre conferma che il prezzo unitario indicato si riferisca alla tanica da 5 lt, o non sia piuttosto il prezzo a litro	Si conferma quanto indicato nel CSA, fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. Si conferma altresì che il prezzo indicato si riferisce alla tanica da 5 lt
18	SI CHIEDE DI VERIFICARE LA CORRETTA CONCENTRAZIONE DI ACIDO PERACETICO RICHIESTA E SE IL PRODOTTO È PRONTO USO O CONCENTRATO	la concentrazione e' specificata in grammatura e percentuale e PPM per il peracetico e in G per il perossido di idrogeno. la soluzione richiesta e' descritta pronta all'uso
19	viene indicata una base d'asta pari a Euro 30,00 a tanica da 5 lt. Segnaliamo che il prezzo indicato risulta non congruo, in quanto ad esempio un analogo prodotto con stessa destinazione d'uso indicato nel lotto 17 viene quotato a Euro 170,00 tanica da 5 lt. Si richiede se possibile di incrementare la base d'asta indicata del lotto 19	Trattasi di due lotti distinti, con molecole chimiche assolutamente differenti. Si conferma la base d'asta
24	SI CHIEDE SE VIENE ACCETTATO ALCOL ETILICO AL POSTO DELL'ALCOL ISOPROPILICO E LA DESTINAZIONE D'USO/QUALIFICA GIURIDICA	si conferma quanto già indicato nel CSA
25	SI CHIEDE SE VIENE ACCETTATA LA PRESENZA IN FORMULA DI ALCOL ETILICO. SI CHIEDE SE VIENE ACCETTATO IL FORMATO DEL FLACONE CON TRIGGER SPRAY GIÀ PREMONTATO	In merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue. Punto 1: non essendo specificato il tipo di alcol , è possibile presentare offerta anche in formula di alcol etilico; punto 2: Si conferma la descrizione di cui al lotto 25 del CSA; in mancanza di flaconi con erogatore già montato è previsto il sub lotto 25A
26	SI CHIEDE LA DESTINAZIONE D'USO / QUALIFICA GIURIDICA	La destinazione d'uso è quella già descritta; si conferma quanto già indicato nel CSA
26	in merito al lotto 26 è possibile offrire un prodotto non dispositivo medico?	è possibile offrire un prodotto non dispositivo medico, sempre nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel CSA;

LOTTO	DOMANDA	RISPOSTA
27	si richiede conferma che vengono valutati detergenti plurienzimatici a 5 enzimi funzionalmente equivalenti in termini di efficacia e destinazione d'uso.	Si conferma quanto indicato nel CSA, fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016
28	si richiede conferma che vengono valutati detergenti plurienzimatici a 5 enzimi funzionalmente equivalenti in termini di efficacia e destinazione d'uso	Si conferma quanto indicato nel CSA, fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016
30	viene indicata una base d'asta pari a Euro 50,00 tanica da 5 lt. Segnaliamo che la descrizione richiede un prodotto molto specifico attivo sui Prioni (catena rameica attivata da perossido d'idrogeno), e ci risulta che tale prodotto sia attualmente in uso negli ospedali della Sardegna (ARES), ad un prezzo pari a Euro 71,25 tanica 5 lt. Si richiede se possibile di incrementare la base d'asta con un prezzo più congruo	Si conferma la base d'asta.
31	si chiede chiarimento in merito al lotto 31, poichè la codifica CND fa riferimento a classe IIB mentre per le superfici (vista la destinazione d'uso) dovrebbe essere di classe IIA. Si chiede inoltre di poter offrire un pronto all'uso alla medesima efficacia per maggior praticità vista la destinazione d'uso richiesta.	La codifica CND è riconducibile ad un dispositivo di classe IIA. Per ciò che riguarda il secondo quesito, si conferma quanto già indicato nel CSA, specificando quindi che potrà essere validamente proposta l'associazione di un'ammina e un sale d'ammonio quaternario nelle concentrazioni indicate in atti di gara.
33	SI CHIEDE SE VIENE ACCETTATO ALCOL ETILICO	Si conferma quanto indicato nel CSA: l'alcol richiesto è l'isopropanolo. Per errore materiale, nella colonna "Descrizione" e "Denominazione prodotto" è stato indicato "imbevuta di" in luogo del periodo corretto "imbevuta".
34	si richiede cortesemente di specificare meglio la destinazione d'uso del prodotto; si richiede inoltre di confermare il numero di pezzi che verrebbero richiesti (990 litri) e il prezzo unitario a base d'asta (64,00 euro) e, se trattasi di refuso, di indicare le quantità e il prezzo corretto	La destinazione d'uso principale è quella descritta: decontaminare strumentazione contaminata da residui organici, (tipo ad esempio le apparecchiature Ventana in uso presso i Laboratori Analisi). Il flacone richiesto è da 1 litro, il fabbisogno è di 990 flaconi, pari a 990 litri. Il prezzo a base d'asta è quello indicato nel CSA.
35	si richiede se viene valutato anche il confezionamento da 750ml; si richiede se vengono valutati prodotti aventi PH circa 6,5; si richiede cortesemente di specificare meglio la destinazione d'uso del prodotto	Si conferma quanto indicato nel CSA (flacone da un litro). Il pH dovrà essere da debolmente basico a basico, perciò tra 6,5-7. La destinazione d'uso è quella indicata nel CSA: decontaminazione di dispositivi medici invasivi e non
36	si richiede se vengono valutati prodotti aventi composizione con alcol etilico 70g in quanto più nobile rispetto all'alcol isopropilico	Si può accettare anche l'alcool etilico con eguale grammatura indicata.
43	considerato che il prezzo dell'alcol etilico è maggiore di quello isopropilico, la base d'asta del lotto 43 dovrebbe essere più alta del lotto 44. Si richiede di verificare le basi d'asta indicate e, se si tratta di un refuso, di rettificarle	Si conferma la base d'asta.
44	considerato che il prezzo dell'alcol etilico è maggiore di quello isopropilico, la base d'asta del lotto 43 dovrebbe essere più alta di quella del lotto 44. Si richiede di verificare le basi d'asta indicate e, se si tratta di un refuso, di rettificarle	Si conferma la base d'asta.
47	con la presente cortesemente richiediamo la revisione della B.A del lotto 47 che è insostenibile in considerazione delle attuali condizioni di mercato. Segnaliamo infatti che per il medesimo prodotto abbiamo in essere una fornitura con l'ASL di (rif. Determina) valida sino alad un prezzo unitario a base d'asta superiore a quello da Voi indicato nel presente appalto specifico.	Si conferma la base d'asta.
48 A	si richiede di verificare se la richiesta di "erogatore spray" non sia un refuso, in quanto il prodotto richiesto è saponoso, per cui si dovrebbe utilizzare un erogatore a pompa e non spray	Si conferma quanto indicato nel CSA, che recita: "erogatore per il lotto 48." Nella descrizione del lotto è infatti richiesto semplicemente un erogatore, che può essere incorporato nel flacone o meno.
58 e 59	in merito ai lotti 58 e 59 è possibile offrire un prodotto classificato cosmetico e non PMC?	è possibile offrire un prodotto non PMC, sempre nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel CSA.
58 E 59	viene richiesto Perossido di idrogeno al 3,6% - 12 volumi. Si chiede se possa essere accettato anche perossido di idrogeno 3% - 10 volumi.	si conferma quanto specificato nel capitolato in termini di percentuale e volumi richiesti
58 e59	perossido di idrogeno è stato declassato in commercio come cosmetico, non ha piùbisogno della F.U. lo accettate pure come dispositivo medico o solamente come PMC, che significa ridurre il numero deipartecipanti a poche aziende? Considerando l'ingente quantitativo si chiede di accettare anche il prodotto come dispositivo medico.	lotti 58 e 59: è possibile offrire un prodotto non PMC, sempre nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel CSA
58 e 59	in merito ai lotti 58 e 59, perossido di idrogeno, si chiede conferma che sia richiesta la percentuale al 3,6% (12 volumi) e non la 3% (10 volumi).	si conferma quanto indicato nel CSA in termini di percentuale e volumi richiesti.