

**Appendice B al capitolato Tecnico**

ASL	Inventario Biomedicale	Costruttore	Modello	N. di Serie	Struttura	Reparto	Si conferma che il nuovo Riunito deve essere installato nel locale attuale?	Nell'ambulatorio sono presenti altri Riuniti oltre quello da sostituire?	Se è SI alla "Colonna I" indicare Anagrafica del Riunito non oggetto di sostituzione (Produttore, Modello, SN)	Tipologia del Sistema di Aspirazione	Informazioni sul locale tecnico (distanza dall'ambulatorio, stesso piano, ampiezza, areazione..etc)	E' presente il separatore di amalgama?
1 - SASSARI	0000002503	CASTELLINI SPA	PUMA	031FH	DISTRETTO DI ALGHERO	POLIAMBULATORIO DI ODONTOIATRIA	SI	SI	CASTELLINI SPA THESI inv T000468	UMIDO	Locale tecnico interno adiacente	SI
2 - GALLURA	INTEGRAZIONE	SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH	SIRONA C8 PLUS	31070	POLIAMBULATORIO TEMPIO	AMBULATORIO ODONTOIATRIA	SI	NO			Nicchia esterna di piccolissime dimensioni (circa 60x40 cm) posta al di fuori del caseggiato a circa 3m di distanza dal riunito. Immagini allegate	SI
2 - GALLURA	INTEGRAZIONE	SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH	SIRONA C8 PLUS	31071	STRUTTURA SANITARIA SAN GIOVANNI DI DIO	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO - ODONTOIATRIA 2	SI	SI	Riunito GALBIATI TOT00128 anch'esso oggetto di sostituzione (riga 6)		Locale Tecnico posto sullo stesso piano, in locale adiacente Ambulatorio. Ampiezza circa 4-5 mq con finestra. Immagini allegate	SI
2 - GALLURA	TOT00128	GALBIATI SRL	FOX	92807	STRUTTURA SANITARIA SAN GIOVANNI DI DIO	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO - ODONTOIATRIA 1	SI	SI	Riunito Sirona TOT00135 anch'esso oggetto di sostituzione (riga 5)		Locale Tecnico posto sullo stesso piano, in locale adiacente Ambulatorio. Ampiezza circa 4-5 mq con finestra. Immagini allegate	NO
3 - NUORO	10880	FONA SRL	2000 L	140001823	POL. MACOMER	ODONTOIATRIA	SI	NO		UMIDO	stesso piano, in un gabbiotto esterno 5 mq circa, vicino all'ambulatorio, areazione naturale	SI
3 - NUORO		CASTELLINI SPA	/	/	CARCERE BADU E CARROS NUORO	CARCERE	NA	NO		UMIDO	stesso piano, l'aspiratore si trova in uno sgabuzzino ricavato all'interno dell'ambulatorio, il compressore si trova in un altro sgabuzzino attiguo all'ambulatorio	NO
3 - NUORO		ANTHOS CEFLA GROUP	/	/	CARCERE MAMONE	CARCERE	NA	NO		UMIDO	stesso piano, aspiratore e compressore si trovano in un locale attiguo all'ambulatorio	NO
4 - OGLIASTRA	547	CASTELLINI SPA	FIRMA	96FAK	Poliambulatorio di Jerzu	Ambulatorio di Odontoiatria - Jerzu	SI	NO		SECCO	piano inferiore in nicchia in mattone esterna sul lato della guardia medica (c'è il solo spazio per il compressore)	NO
6 - MEDIO CAMPIDANO	T000200	SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH	D 3331	022907	POLIAMBULATORIO - CASA DELLA SALUTE DI VILLACIDRO	AMBULATORIO ODONTOIATRIA	SI	NO		UMIDO	sotto piano, circa 5m, 150x120x140, areato	SI
6 - MEDIO CAMPIDANO	T000954	SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH	SIRONA C6	022661	POLIAMBULATORIO DI SANLURI	AMBULATORIO ODONTOIATRIA 1 ODONTOIATRIA	SI	SI	CASTELLINI SPA - SKEMA 4 - Inv. T000969	UMIDO	Stesso piano, 10m circa, no areato	NO
6 - MEDIO CAMPIDANO	T000969	CASTELLINI SPA	SKEMA 4	97F GI	POLIAMBULATORIO DI SANLURI	AMBULATORIO ODONTOIATRIA 2	SI	SI	T000954 - SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH - SIRONA 6	UMIDO	stesso piano, 10m circa, no areato	SI
7 - SULCIS	3005	TAKARA BELMONT CO INC	PROGIA	FBB01160	POLIAMBULATORIO "EX INAM" /	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico adiacente all'ambulatorio. Dimensioni ridotte circa 3mq. E' presente una finestra	NO
7 - SULCIS	3016	TAKARA BELMONT CO INC	PROGIA	FBB01159	POLIAMBULATORIO "EX INAM" /	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico adiacente all'ambulatorio. Dimensioni ridotte circa 3mq. E' presente una finestra	SI
8 - CAGLIARI	T000426	SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH	SIRONA C6	026220	POLIAMBULATORIO DI DECIMOMANNU via Giardini snc	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale esterno piano terra	SI
8 - CAGLIARI	T000181	ANTHOS CEFLA GROUP	KISAR	71170041	POLIAMBULATORIO DI MURAVERA via Roma, presso locali vecchio Ospedale	POLIAMBULATORIO	SI	SI	T000169 Castellini Absolute	SECCO	Locale tecnico esterno, da adeguare	SI
8 - CAGLIARI	T000169	EURODENT SPA	ABSOLUTE	3322082798	POLIAMBULATORIO DI MURAVERA via Roma, presso locali vecchio Ospedale	POLIAMBULATORIO	SI	SI	T000181 Anthos Kisar	SECCO	Locale tecnico esterno, da adeguare	SI
8 - CAGLIARI	T002263	CASTELLINI	PUMA ELI 5	C72101500	CASA CIRCONDARIALE UTA	CASA CIRCONDARIALE UTA	SI	NO		UMIDO	Locale tecnico adiacente all'ambulatorio	SI
8 - CAGLIARI	T001766	EURODENT SPA	ABSOLUTE	3312093176	POLIAMBULATORIO DI SAN NICOLO' GERREI Via Eleonora d'Arborea	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico nel tetto	SI
8 - CAGLIARI	T001660	EURODENT SPA	ABSOLUTE	3341083022	POLIAMBULATORIO DI DOLIANOVA piazza Europa, 1	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico esterno non adeguato, da inserire all'interno del poliambulatorio	SI
8 - CAGLIARI	T001847	EURODENT SPA	ABSOLUTE	3319082743	POLIAMBULATORIO DI SINNAI Via E. D'Arborea, 1	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico nello stesso piano dell'ambulatorio	SI
8 - CAGLIARI	T000276	OMS STAFF SPA OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE	LINEA 90	05LD011195	CASA DI RECLUSIONE - ISILI località Sarcidano	AMBULATORI	SI	NO		SECCO	Locale tecnico adiacente all'ambulatorio	SI
8 - CAGLIARI	T001081	OMS STAFF SPA OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE	LINEA 90 ESSE	NR	ISTITUTO PENALE MINORILE - QUARTUCCIU località Supezzu Mannu	AMBULATORI	SI	NO		SECCO	Locale tecnico adiacente all'ambulatorio	SI
8 - CAGLIARI	T000537	EURODENT SPA	ISORAMA PLUS	P0337970051	POLIAMBULATORIO DI CAGLIARI viale Trieste, 37	POLIAMBULATORIO	SI	SI	3 Anthos CLASSE A7 PLUS CONTINENTAL T000559; T000569; T000577	UMIDO	Locale tecnico nello stesso piano dei riuniti. Compressore serve 4 riuniti. Aspirazione dedicata ad ogni riunito.	SI
8 - CAGLIARI	T000257	EURODENT SPA	ABSOLUTE	3322082801	POLIAMBULATORIO DI SENORBÌ via Campiooi, 9	POLIAMBULATORIO	SI	SI	1 Anthos CLASSE A7 PLUS CONTINENTAL T002406	UMIDO	Locale tecnico esterno, compressore ed aspirazione per 2 riuniti	SI
8 - CAGLIARI	T002133	CASTELLINI SPA	SKEMA 1	0EAL	POLIAMBULATORIO DI ORROLI Viale Giardino D'Infanzia, 10	POLIAMBULATORIO	SI	NO		SECCO	Locale tecnico interno	SI