

**Servizio Sanitario  
REGIONE SARDEGNA**

---

***S.C. Servizio Ingegneria Clinica***

***CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

Alla C.A. del RUP Dott. Daniele Serra

SEDE

Premesso che:

- ✓ con Determina di ATS n.\_4432 del 30/07/2021 recante in oggetto "Procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, per la fornitura, in un unico lotto di n. 1 Irradiatore a raggi x per sacche ematiche da destinare al centro trasfusionale del P.O. S. Francesco di Nuoro" si è disposta la acquisizione, di n. 1 Irradiatore a raggi x per sacche ematiche da destinare al centro trasfusionale del P.O. S. Francesco di Nuoro
- ✓ Con Ordine n.\_ A-IC - 2021 - 504, agli atti del Servizio, si palesava la acquisizione delle attrezzature di cui sopra;
- ✓ Con Determinazione di ATS n.\_4432 del 30/07/2021, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, veniva nominato Direttore dell'esecuzione il sottoscritto Ing. Antonio Montesu, funzionario del Servizio di Ingegneria Clinica

In data 12/01/2022 è stato eseguito il collaudo inerente le attrezzature oggetto di fornitura.

In tale data, il collaudo è stato temporaneamente sospeso in attesa del corso di formazione agli utilizzatori previsto in giornata e del completamento della fornitura, mancante della stampante e della confezione da 200 etichette adesive RADTAG.

In data 13/01/2022 veniva consegnata la stampante con DDT n° 101 del 05/01/2022.

In data 17/01/2022 veniva consegnata la confezione da 200 etichette adesive RADTAG con DDT n° 775710434978 del 10/01/2022).

**Servizio Sanitario  
REGIONE SARDEGNA**

---

***S.C. Servizio Ingegneria Clinica***

***CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

In data 18/01/2022 veniva consegnato il modulo di avvenuta formazione, datato 12/01/2022. con autorizzazione all'utilizzo in attesa di risoluzione da parte della ditta fornitrice.

In data 18/01/2022 il collaudo ha ricevuto l'esito positivo definitivo.

Pertanto:

- ✓ Vista l'offerta dalla Ditta Fornitrice.
- ✓ Visto il verbale di collaudo n.05/22 del 12/01/2022 redatto a cura del Servizio Ingegneria Clinica e facente parte integrante del presente documento

Tutto ciò premesso si attesta la conformità delle attrezzature fornite in relazione a quanto offerto alla Stazione Appaltante in sede di gara.

Si trasmette il presente verbale di regolare esecuzione per i successivi adempimenti di competenza

Cordiali Saluti

Il Funzionario del Servizio Ingegneria Clinica  
Direttore dell'Esecuzione  
*Ing. Antonio Montesu*

