

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1007 DEL 10 / 04 / 2024

Proposta n. 1039 del 09/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE
Il Direttore Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta, per manutenzione porta, sostituzione Fingers Strip usurati e verifica tenuta Gabbia di Faraday sito Risonanza Magnetica Siemens Magnetom Avanto – Inv. H002006, in uso presso la Radiologia del DEA del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Affidatario Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma. CIG: B1274BECAB

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Rag. Salvatore Seoni	
Il RUP/Dirigente S.C. Governo Tecnologie Sanitarie	Ing. Ester Mura	
Responsabile S.S. Gestione e Sicurezza Tecnologie Biomediche	Ing. Davide Angius	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 11.09.2020, n. 24, recante “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n. 23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2023, con la quale è stato approvato l'Atto Aziendale di ARES Sardegna;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 01/02/2024, con la quale è stata approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale;

ATTESO che con la medesima deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 01/02/2024 sono stati riconfermati i seguenti incarichi:

- Ing. Barbara Podda S.C. Governo Delle Tecnologie Sanitarie, incarico di Struttura complessa provvisorio;
- Ing. Davide Angius S.S. Gestione Sicurezza Tecnologie Biomediche, incarico di Struttura semplice provvisorio;
- Dott. Giovanni Scarteddu S.S. Procurement Tecnologie Biomediche, incarico di Struttura semplice provvisorio;

PRECISATO che alla SC Governo delle Tecnologie Sanitarie competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe già conferite alla SC Ingegneria Clinica, a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 541 del 27/08/2020 è stata disposta l'adesione alla convenzione SardegnaCAT relativa ai Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 ATS Sardegna, affidati al RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria), GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti);

PRESO ATTO

- che presso la Radiologia del DEA del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano è in uso la Risonanza Magnetica prod. Siemens, mod. Magnetom Avanto;
- che la suddetta unità operativa ha segnalato il malfunzionamento, a causa di usura, dei FINGER della porta di accesso alla sala della Risonanza Magnetica ed ha contestualmente richiesto il suo ripristino funzionale;
- che successivamente è stata ravvisata la necessità di effettuare al termine dell'intervento manutentivo anche la verifica di tenuta della gabbia di Faraday;

APPURATO che il suddetto intervento non rientra nelle ordinarie attività manutentive della convenzione stipulata con l'RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria), GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti);

RICHIAMATA la norma in materia secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VALUTATO

- che in merito alla modalità del servizio sopra descritto vi sono le condizioni per procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, sia in considerazione dell'importo che della tipologia della attività richiesta, fermo restando i requisiti di ordine generale di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali dell'operatore economico;
- che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità del servizio nonché dal fatto di garantire una semplificazione del procedimento di affidamento, con una adeguata riduzione dei tempi, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed economicità, oltre che tempestività dell'azione amministrativa;

ACCERTATA la necessità di eseguire urgentemente il ripristino funzionale dei FINGER della porta di accesso alla sala della Risonanza Magnetica nonché la verifica di tenuta della gabbia di Faraday da eseguirsi al termine dell'intervento manutentivo, si ritiene di dover procedere all'esecuzione dell'attività su descritta previa indagine esplorativa di mercato per acquisire il valore presunto del servizio e le condizioni e le specifiche tecniche della prestazione;

PRESO ATTO

- che nel caso di specie si ritiene comunque utile consultare più operatori economici, al fine di conseguire il miglior risultato possibile sia sotto l'aspetto economico che nell'esecuzione del servizio;
- che al tal fine la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie ha richiesto offerta economica alla Società HC Hospital Consulting SpA (Mandatara RTI), alla Società Morviducci srl di Roma e alla Società Te.Si.A. srl di Roma, operatori economici in possesso di esperienze pregresse, in grado di garantire il servizio con la dovuta tempestività e di certificarne la conformità alle normative in materia;

PRECISATO che il servizio in questione viene aggiudicato a favore dell'operatore economico che offre il prezzo più basso a condizione della rispondenza della proposta offerta con quanto richiesto da questa amministrazione;

VISTI i preventivi di spesa presentati dall'Operatore Economico HC Hospital Consulting SpA (Mandatara RTI), dall'Operatore Economico Morviducci srl di Roma e dall'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma, che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPURATO

- che a seguito del confronto delle offerte presentate risulta che l'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma ha presentato migliore offerta economica, corrispondente a € 2.200,00 oltre l'iva, per il ripristino funzionale dei FINGER della porta di accesso alla sala della Risonanza Magnetica nonché per la verifica di tenuta della gabbia di Faraday da eseguirsi al termine dell'intervento manutentivo;
- che dalle risultanze delle offerte presentate e dalle valutazioni tecniche la negoziazione viene aggiudicata, con il criterio del miglior prezzo, all'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma;

PRESO ATTO che il RUP ha attestato la conformità dell'offerta presentata dall'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma relativamente alla rispondenza del servizio richiesto e della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile;

PRECISATO che per ripristinare la regolare funzionalità dello strumento in argomento è necessario un intervento preciso, eseguito da personale qualificato e realizzato con eventuali pezzi di ricambio originali forniti dal produttore;

CONSIDERATO

- che affidare direttamente all'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma il predetto servizio determina ampie garanzie di sicurezza in ordine alla competenza e conoscenza da parte del personale tecnico preposto all'attività di ripristino funzionale in argomento;
- che il servizio di assistenza tecnica di Te.Si.A., dispone di tecnici competenti, debitamente addestrati e formati ed è pertanto idonea ad assicurare interventi a regola d'arte secondo le indicazioni tecniche previste dal costruttore e a fornire ricambi originali;
- che l'affidamento in questione è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche;
- che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità assistenziale nonché al perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica;

ATTESO che in relazione all'affidamento sopra descritto, anche per il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato sulla piattaforma ANAC il seguente Cig: B1274BECAB;

RITENUTO necessario affidare il servizio descritto in premessa, al fine di garantire la massima sicurezza alle prestazioni sanitarie erogate dalla Radiologia del Presidio Ospedaliero di Oristano;

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti d'ufficio della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie;

VISTE le fonti normative di riferimento

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** a favore dell'Operatore Economico Te.Si.A. srl di Roma il ripristino funzionale dei FINGER della porta di accesso alla sala della Risonanza Magnetica nonché la verifica di tenuta della gabbia di Faraday da eseguirsi al termine dell'intervento manutentivo, presso la Radiologia del DEA del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, attività meglio descritta nell'offerta economica citata in premessa, per l'importo complessivo del servizio pari a € 2.200,00 + Iva;
2. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro € 2.200,00 oltre Iva 22% pari a € 2.684,00 € Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
SADITS	1/2024 Sub 9	A507020102 "Manutenzioni attrezzature sanitarie a richiesta"	DR050101 Radiologia Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano	€ 2.684,00

3. **DI AUTORIZZARE** la S.C. Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente fattura, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura;
4. **DI NOMINARE** DEC del presente affidamento il Collaboratore Tecnico Ingegnere Simone Crespi della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie della sede di Oristano;

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
Governo delle Tecnologie Sanitarie
Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 10 /04/ 2024 al 25/ 04/ 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

