

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO AD ALTA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA INTENSIVA ED UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA E SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO A MEDIA E BASSA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA SEMI-INTENSIVA, PRONTO SOCCORSO ED ALTRE TIPOLOGIE DI DEGENZE AVANZATE, DISPOSITIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

APPENDICE 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – LOTTO 1

| Oggetto della valutazione | Criterio di valutazione | Voce di riferimento | N. Criterio | Descrizione del criterio | Metodo di attribuzione del punteggio | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
| POSTAZIONE DI LAVORO E CONTROLLO | CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI ED ERGONOMICHE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO | 1.a, 2.a, 4.a, 1.b | 1 | Caratteristiche funzionali ed ergonomiche della postazione di lavoro e controllo | Verranno valutate aspetti migliorativi in relazione a: - maggiori dimensioni dei monitor offerti, per garantire una migliore fruibilità dei dati visualizzati; - possibilità di utilizzo di un'unica pdl per gestione centralizzata di un numero di posti letto superiore a 16. | 3 | | |
| | | | 2 | | Maggior numero di posti letto monitorabili centralmente nella pdl incluse nella licenza base rispetto al minimo richiesto (Voce 4.a) rispetto al prezzo offerto. $Pi2 = (Qi2 - Valmin2) / (Qmax - Valmin2) * P2$ Pi2 è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi2 è il numero di PL monitorabili centralmente offerti senza ulteriore incremento della base d'asta dal concorrente i-esimo; Valmin2 è il minimo richiesto per il criterio; Qmax è il massimo numero di posti letto monitorabili centralmente tra tutti i sistemi offerti dai concorrenti; P2 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 2. | | 2 | |
| | | 3.a | 3 | Comprensibilità ed intuitività del menù e delle varie funzionalità in relazione alla specifica area critica di utilizzo | Verrà valutata la facilità di accesso al menù e l'intuitività nell'utilizzo dello stesse in termini di velocità di avvio delle differenti funzionalità. Inoltre, verrà valutata positivamente l'eventuale dotazione di idonee funzionalità che consentano il controllo delle soglie di allarme, la riduzione degli allarmi non significativi derivanti da artefatti. | 4 | | |
| | | | 4 | Tipologia, quantità e qualità delle soluzioni software per le misurazioni automatiche | Verranno valutate positivamente soluzioni software che prevedono analisi interpretative, con apprezzamento maggiore verso i sistemi che prevedono processi di apprendimento sui tracciati acquisiti ed eventuali sistemi/algoritmi automatici di supporto alle decisioni cliniche (ad es. Intelligenza Artificiale) e maggiore accuratezza dei dati acquisiti. | 3 | | |
| | | | 5 | Caratteristiche del software per calcolo farmaci, calcoli emodinamici, | Verranno valutate le caratteristiche del software per calcolo farmaci in termini di completezza gestionale del dato | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|--|--|--|---|--|--|
| | | | | ventilatori ed ossigenatori | clinico, completezza dei calcoli clinici, semplicità di estrazione dei dati, grado di personalizzazione dei calcolatori, generazione e grado di personalizzazione dei report. | | | |
| | | | | 6 | Verranno valutate le caratteristiche del software per i calcoli emodinamici (compresa gittata cardiaca invasiva tramite metodo "PICCO/PICCO2") in termini di completezza gestionale del dato clinico, completezza dei calcoli clinici, semplicità di estrazione dei dati, grado di personalizzazione dei calcolatori, generazione e grado di personalizzazione dei report. | 3 | | |
| | | | | 7 | Verranno valutate le caratteristiche del software per calcoli ventilatori in termini di completezza gestionale del dato clinico, completezza dei calcoli clinici, semplicità di estrazione dei dati, grado di personalizzazione dei calcolatori, generazione e grado di personalizzazione dei report. | 3 | | |
| | | | | 8 | Verranno valutate le caratteristiche del software per calcoli ossigenatori in termini di completezza gestionale del dato clinico, completezza dei calcoli clinici, semplicità di estrazione dei dati, rado di personalizzazione dei calcolatori, generazione e grado di personalizzazione dei report. | 3 | | |
| | | | | 9 | Caratteristiche del software della centrale di monitoraggio in termini di capacità di memorizzazione dati, generazione e grado di personalizzazione dei report | 3 | | |
| INTEGRAZIONE CON SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | 5.a, 6.a, 5.b | 10 | | Infrastruttura del sistema di monitoraggio centralizzato: grado di interoperabilità tra postazioni di lavoro, modalità di gestione e sicurezza dei dati paziente | Verranno valutate le caratteristiche architetture del sistema proposto rispetto al prezzo offerto e, in particolare: - alla semplicità di integrazione tra le postazioni di lavoro e controllo; - alle soluzioni proposte per la ridondanza e la sicurezza dei dati (incluso il backup); Punteggio massimo sarà attribuito ai sistemi che prevedano l'utilizzo di soluzioni centralizzate e condivise, che facilitino l'integrazione e l'interoperabilità dei dati tra le postazioni di lavoro, il backup ed | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|---|---|---|--|--|
| | | | | | il disaster recovery. Saranno premiate soltanto le soluzioni migliorative proposte senza ulteriore incremento del prezzo offerto. | | | |
| | | | 11 | | Verranno premiati: - maggior livello di integrazione con la CCE (ASCOM - DIGISTAT) in uso presso la Regione Autonoma della Sardegna per lo scambio e l'interoperabilità dei dati paziente con standard HL7 con apprezzamento massimo per soluzioni senza limitazioni su tipologia dati/parametri, numero di dispositivi/canali o numero di licenze; - maggiore livello di integrazione con il CIS per l'esportazione dei tracciati ECG diagnostici con apprezzamento massimo per soluzioni senza imitazioni su numero di dispositivi o numero di licenze. | 3 | | |
| Monitor Multiparametrico Modulare, Modulo da trasporto, Moduli aggiuntivi per la rilevazione dei seguenti parametri (comprensivi di software e accessori) | | | | | | | | |
| Monitor Multiparametrico Modulare e Telemetrie | CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ERGONOMICHE | 1.c | 12 | Interfaccia con Ventilatori per Terapia Intensiva | Possibilità di interfacciamento con i Ventilatori per Terapia Intensiva con il maggior numero di marchi presenti nei Presidi Ospedalieri destinatari della presente iniziativa. Si precisa che attualmente presso i PP.OO. delle 10 Aziende interessate sono attualmente presenti prodotti dei seguenti Fabbrikanti: Medtronic/Covidien, Hamilton, Draeger, Mindray, Siare, Maquet e Vyaire. La commissione valuterà positivamente anche l'integrazione con: - ulteriori marchi rispetto a sopra indicati; - interfacciamento con ventilatori per terapia Semi-Intensiva (indicare marca e modello). Verrà attribuito il punteggio per le sole interfacce HW e SW offerte senza ulteriore incremento dei costi rispetto al prezzo offerto. | 4 | | |
| | | | 13 | Modularità del sistema | Verranno valutate positivamente soluzioni che prevedano un ridotto numero di componenti per il completo, sicuro e agevole utilizzo del sistema nel suo complesso. | 3 | | |
| | | | 14 | Caratteristiche del display | Migliori caratteristiche del display del monitor multiparametrico, in termini di: - maggiori dimensioni del display del monitor multiparametrico (massimo 20" compresa tolleranza + 1"); - maggior numero di tracce visualizzabile contemporaneamente; - maggiore risoluzione video; | 4 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|---|--|---|---|--|
| | | | | | - maggiore contrasto, luminosità, angolo di visione; - tipologia di tecnologia touch. | | | |
| | | | 15 | Capacità di archiviazione e di memorizzazione dei dati paziente | Migliori performance di memorizzazione di dati, trend, eventi ed allarmi del monitor multiparametrico. Sarà attribuito il miglior punteggio al prodotto che offrirà: - Maggior tempo di memorizzazione dei trend in forma grafica e numerica di tutti i parametri monitorati; - Allarmi paziente: Maggior tempo di memorizzazione e numero di eventi; - Maggior numero di ore di registrazione full disclosure -Maggior numero di forme d'onda registrate in full disclosure. | 2 | | |
| | | | 16 | Durata della batteria del monitor principale | Maggiore durata della batteria del monitor principale (in caso di sfruttamento della batteria del monitor trasportabile per assenza batteria interna, sarà attribuito punteggio pari a zero) $Pi16 = Qi16 / Qmax * P16$ Pi16 è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi16 è la durata della batteria offerta (in ore) dal concorrente i-esimo; Qmax è la massima durata della batteria tra tutte le offerte dei concorrenti; P16 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 16. | | 2 | |
| | CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ERGONOMICHE DEL MODULO DA TRASPORTO CON MONITORAGGIO INTEGRATO | 2.c | 17 | Numero forme d'onda visualizzabili | Maggior numero di tracce visualizzabili contemporaneamente rispetto al minimo richiesto (Voce 2.c) $Pi17 = (Qi17 - Valmin17) / (Qmax - Valmin17) * P17$ Pi17 è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi17 è il numero di tracce visualizzabili contemporaneamente con il monitor offerto dal concorrente i-esimo; Valmin17 è il minimo richiesto per il criterio; Qmax è il massimo numero di tracce visualizzabili contemporaneamente con il monitor offerto tra tutte le offerte dei concorrenti; P17 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 17. | | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|---|--|--|--|---|--|
| | | | 18 | Durata della batteria | Maggiore durata della batteria in monitoraggio continuo rispetto al minimo richiesto (Voce 2.c) $Pi18=Qi18/Qmax \cdot P18$ Pi18 è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi18 è la durata della batteria offerta (in ore) dal concorrente i-esimo; Qmax è la massima durata della batteria tra tutte le offerte dei concorrenti; P18 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 18. | | 2 | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI MODULI IN CONFIGURAZIONE MINIMA E DEGLI ACCESSORI COMPLEMENTARI | 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 5.c, 6.c, 7.c, 8.c, 9.c, 10.c, 11.c, 12.c, 13.c, 14.c | 19 | Range ed accuratezza delle misurazioni, Completezza e presentazione dei dati monitorati | Parametri Emodinamici: verrà valutata la tipologia, la completezza e la presentazione dei parametri emodinamici anche in relazione ai dati acquisiti attraverso i moduli per la misurazione della IBP, CO, PIC, PAP, etc., con particolare attenzione ai range di rilevabilità, alle soglie impostabili e alla relativa precisione degli stessi. | 4 | | | |
| | | 20 | | Parametri Respiratori: verrà valutata la tipologia, la completezza e la presentazione dei parametri respiratori anche in relazione ai dati acquisiti attraverso i moduli per la misurazione della SpO2, etCO2, respiro, spirometria, Ossigenazione Tissutale Cerebrale, etc. con particolare attenzione ai range di rilevabilità, alle soglie impostabili e alla relativa precisione degli stessi. Soluzione EtCO2 compatibile con lo standard Microstream®. | 4 | | | |
| | | 21 | | Parametri Cerebrali: verrà valutata la tipologia, la completezza e la presentazione dei parametri cerebrali anche in relazione ai dati acquisiti attraverso il modulo EEG con particolare attenzione ai range di rilevabilità, alle soglie impostabili e alla relativa precisione degli stessi. | 4 | | | |
| | | 22 | | Parametri Anestesiologici: verrà valutata la tipologia, la completezza e la presentazione dei parametri anestesiologici anche in relazione ai dati acquisiti attraverso i moduli per il monitoraggio della sedazione del paziente, della trasmissione neuromuscolare (NMT) e dei gas alogenati, con particolare attenzione ai range di rilevabilità, alle soglie impostabili e alla relativa precisione degli stessi. | 4 | | | |
| Telemetrie per degenze | | | | | | | | |

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO AD ALTA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA INTENSIVA ED UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA E SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO A MEDIA E BASSA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA SEMI-INTENSIVA, PRONTO SOCCORSO ED ALTRE TIPOLOGIE DI DEGENZE AVANZATE, DISPOSITIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|-----------------------------|--|---|---|---|
| | CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ERGONOMICHE | 1.d | 23 | Caratteristiche ergonomiche | Verrà valutata la tipologia di trasmettitore offerto in termini: - di facilità d'uso per l'operatore sanitario in termini di facilità di lettura e la completezza dei dati visualizzabili sul display; - compattezza (minori dimensioni e peso con tutti i moduli offerti) ed ergonomia del sistema di trasporto per il paziente. | 3 | | |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE | | 24 | Monitoraggio NIBP | Unità telemetrica offerta con la possibilità di monitorare anche la pressione NIBP, senza ulteriore incremento di costi rispetto al prezzo offerto. In caso di presenza di modulo NIBP, per ciascuna telemetria dovranno essere forniti anche: n. 1 prolunga e n.4 bracciali per NIBP riutilizzabili, compatibili con tutti i moduli/interfacce, di cui: 1 per pazienti adulti - Misura Normale, 1 per pazienti adulti - Misura Small, 1 per pazienti adulti - Misura Large, 1 per pazienti pediatrici. | | | 1 |
| | | | 25 | Numero parametri rilevati | Maggior numero di parametri rilevati e trasferiti al sistema di monitoraggio centralizzato $Pi25=Qi25/Qmax * P25$ Pi25 è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi25 è numero di parametri monitorati dalla telemetria offerta dal concorrente i-esimo; Qmax è il massimo numero di parametri monitorati tra tutte le telemetrie offerte dai concorrenti; P25 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 25. | | 2 | |
| | | | 26 | Durata della batteria | Maggiore durata della batteria con solo monitoraggio continuo ECG rispetto al minimo richiesto (24 ore) $Pi26=(Qi26 - Valmin26)/(Qmax - Valmin26) * P26$ Pi26 è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Qi26 è la durata della batteria (in ore) della telemetria offerta dal concorrente i-esimo; Valmin26 è il minimo richiesto per il criterio; Qmax è la massima durata della batteria della telemetria tra tutte le offerte dei concorrenti; P26 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 26. | | 1 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|----|--|---|----|---|
| Servizi e certificazioni | Estensione del periodo garanzia comprensivo di manutenzione full-risk | - | 27 | Garanzia | Maggior durata della garanzia (superiore al minimo richiesto pari a 24 mesi), comprensiva della manutenzione "full-risk" $Pi27=(Qi27 - Valmin27)/(Qmax - Valmin20) * P27$ Pi27 è il punteggio attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; Qi27 è la garanzia offerta (in mesi) dal concorrente i-esimo; Valmin27 è il minimo richiesto per il criterio; Qmax è la massima garanzia tra tutte le offerte dei concorrenti; P27 è il fattore ponderale corrispondente al criterio 27. | 2 | |
| | Certificazioni in materia ambientale e di parità di genere. Criteri in merito alle misure di conciliazione di cura, vita-lavoro. | | 28 | Possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001); | Possesso della certificazione rilasciata da un organismo indipendente accreditato che verifica l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando con il marchio ISO 14001 l’affidabilità del SGA applicato. | | 1 |
| | | | 29 | Possesso di certificazione di parità di genere ai sensi dell’art. 46Bis del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.); | Possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008: - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di partecipazione in forma associata, il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della stessa da parte di almeno uno dei componenti. | | 1 |
| | | | 30 | Misure di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro | L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dall’avvio del contratto, le seguenti misure: (i) Assicurazione sanitaria per tutto il personale assunto; (ii) Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 200 per l’accesso all’asilo nido. | | 1 |
| Totale | | | | | | 80 | |