

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO AD ALTA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA INTENSIVA ED UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA E SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO A MEDIA E BASSA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA SEMI-INTENSIVA, PRONTO SOCCORSO ED ALTRE TIPOLOGIE DI DEGENZE AVANZATE, DISPOSITIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla gara sono visibili sui siti: www.aresssardegna.it e www.acquistinretepa.it

RICHIESTE CHIARIIMENTI DEL 03/04/2025

Buongiorno

si invia la seguente richiesta di chiarimenti:

1. I punteggi qualitativi su entrambi i lotti 1 e 2 dovrebbero essere 80, mentre la somma è di 83. Si chiede la congruità dei punteggi qualitativi da attribuire
2. Per quanto riguarda il lotto 1 allegato "APPENDICE A – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DA POSSEDERE A PENA DI ESCLUSIONE" e nello specifico al punto 1.c viene indicata una diagonale dei monito compresa tra 15-19" con tolleranza ±1", mentre nell'allegato "APPENDICE 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 1" nei criteri di valutazione al punto 14 è indicata una diagonale di 20" con tolleranza ±1 Si chiede quali dimensioni massime del display possano essere offerte in quanto è richiesto un display massimo da 19"±1, mentre nella qualitativa viene premiato un display da 20" con tolleranza ±1.
3. Si chiede la proroga della scadenza di presentazione offerta.
4. Per quanto riguarda il lotto 2 allegato "APPENDICE A – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DA POSSEDERE A PENA DI ESCLUSIONE" e nello specifico al punto 1.c viene indicata una diagonale dei monitor compresa tra 12-15" con tolleranza ±1", mentre nell'allegato "APPENDICE 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 2" nei criteri di valutazione al punto 13 è indicata una diagonale di 16" con tolleranza ±1. Si chiede quali dimensioni massime del display possano essere offerte in quanto è richiesto un display massimo da 15"±1, mentre nella qualitativa viene premiato un display da 16" con tolleranza ±1

Riscontro

1. In data 26 marzo si è provveduto a pubblicare le tabelle dei punteggi corrette. Si faccia riferimento all'avviso di errata corrige pubblicato nella medesima data ed ai documenti corretti ricompresi nella cartella "26.03.2025_Documentazione di gara rettificata_New.zip".
2. In relazione alla diagonale del monitor da posto letto descritto alla voce 1.c del Lotto 1, si precisa che il range, considerando la tolleranza di ±1", è da intendersi ricompreso tra 14"-20": monitor con diagonale dello schermo inferiore a 14" o superiore a 20" non saranno ritenuti conformi. In relazione al criterio di valutazione n.14 riportato nell'Appendice A al Disciplinare (Criteri di valutazione Lotto 1) la caratteristica oggetto di valutazione “- maggiori

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO AD ALTA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA INTENSIVA ED UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA E SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO A MEDIA E BASSA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA SEMI-INTENSIVA, PRONTO SOCCORSO ED ALTRE TIPOLOGIE DI DEGENZE AVANZATE, DISPOSITIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



Cofinanziato
dall'Unione europea



dimensioni del display del monitor multiparametrico (massimo 20" compresa tolleranza + 1"), intende valutare più favorevolmente il monitor che presenti, oltre agli altri aspetti indicati nel criterio, anche la diagonale maggiore tra tutti quelli offerti, con diagonale massima di 20" (diagonale massima ammisible), in conformità alle specifiche tecniche riportate nel punto 1.c del Lotto 1 nell'Appendice A al Capitolato Tecnico. È stato indicato il valore massimo di 20" ottenuto come 19"+1" di tolleranza.

3. È già stata disposta una proroga di durata idonea.
4. Si veda per analogia quanto risposto al quesito n. 2.

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO AD ALTA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA INTENSIVA ED UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA CORONARICA E SISTEMI DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO A MEDIA E BASSA INTENSITÀ DI CURA PER TERAPIA SEMI-INTENSIVA, PRONTO SOCCORSO ED ALTRE TIPOLOGIE DI DEGENZE AVANZATE, DISPOSITIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



Cofinanziato
dall'Unione europea

