

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: sospesa PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ANALISI DELLE PROTEINE MEDIANTE ELETTROFORESI CAPILLARE E GEL DI AGAROSIO PER I LABORATORI DI ANALISI DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE SARDEGNA

Protocollo gara: CA-89-RM

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 11/03/2025 12:57

Chiarimento n. 1 : Richiesta di posticipo termini presentazione offerta

da Fornitore alle 20/02/2025 12:53

Spettabile Ente,

vista la complessità dell'appalto , al fine di poter formulare un'offerta completa, accurata e rispondente a tutte le prescrizioni del bando siamo a chiedere il posticipo di almeno 15 giorni lavorativi dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Distinti Saluti

Risposta n. 1 :

Re:Richiesta di posticipo termini presentazione offerta

da Ente alle 11/03/2025 12:55

Vedasi

avviso di sospensione gara pubblicata presso il Sito della Stazione Appaltante e la piattaforma telematica.

Oggetto gara: sospesa PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ANALISI DELLE PROTEINE MEDIANTE ELETTOFORESI CAPILLARE E GEL DI AGAROSIO PER I LABORATORI DI ANALISI DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE SARDEGNA

Protocollo gara: CA-89-RM

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 11/03/2025 12:57

Chiarimento n. 2 : P.A. service sistemi per elettroforesi - Richiesta chiarimenti tecnici.

da **Fornitore** alle **06/03/2025 12:44**

Spett.le Ente,

In merito ai Lotti 1, 2 e 3 siamo a richiedere i seguenti chiarimenti tecnici:

1. Rif. Appendice_C_FabbisognoAnnuale: Nella tabella NUMERO ESAMI ANNUALI è riportato in tecnologia capillare, la metodica: "Isofocusing siero e liquido cefalorachidiano".

Considerando che la metodica di isoelettrofocusing viene eseguita esclusivamente su tecnologia in gel di agarosio mediante immunofissazione con antisieri specifici, così come riportato in tutta la letteratura, chiediamo conferma se trattasi di refuso da intendere come test da eseguire su analizzatore in gel di agarosio.

2. Rif.Appendice_A_CaratteristicheTecnicheMinime: nello specifico a pagina 2, punto 10 è riportata la caratteristica "Quantificazione di transferrina desialica CDT".
 - a) Si chiede di confermare se con tale richiesta ci si riferisce alla metodica per la Quantificazione della CDT-IFCC standardizzata.
 - b) Si richiede altresì se debbano essere forniti il certificato dei relativi calibratori.
- 3) Rif.Appendice_A_CaratteristicheTecnicheMinime: nello specifico a pagina 4, punto 18, è riportata la caratteristica "Taratura/certificazione dei controlli e dei reagenti verso gli standard internazionali se disponibili".
Si chiede di confermare se tale caratteristica è necessaria anche per il test di quantificazione della CDT-IFCC.

Risposta n. 2 :

Re:P.A. service sistemi per elettroforesi - Richiesta chiarimenti tecnici.

da **Ente** alle **11/03/2025 12:55**

- 1) Non si conferma. La metodica è eseguibile, con entrambe le tecnologie attualmente disponibili sul mercato e quindi anche mediante gel di agarosio. Vedasi avviso di sospensione gara pubblicata presso il Sito della Stazione Appaltante e la piattaforma telematica;
- 2) a) si conferma;
- b) si conferma;
- 3) si conferma.