

## Procedura aperta, per l'affidamento tramite Accordo Quadro, della fornitura di arredi sanitari destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna

### CHIARIMENTO N.9

**DOMANDA:** In relazione alla fornitura di **carrelli ospedalieri**, si chiede di valutare l'esclusione di tali beni dall'obbligo di conformità ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** previsti dalla normativa vigente.

In particolare, segnaliamo che i carrelli oggetto della fornitura **non rientrano nelle categorie CPV (Common Procurement Vocabulary)** associate ai **CAM Arredi (DM 23 giugno 2022)**, i quali si applicano esclusivamente a mobili per ufficio, arredi scolastici e sanitari rientranti nelle seguenti categorie CPV:

**39100000-3** (Mobili)

**39150000-8** (Mobili vari e arredi)

**39160000-1** (Mobili da ufficio)

**33192000-2** (Arredi utilizzati in ambito sanitario)

I carrelli ospedalieri forniti non rientrano dunque nelle tipologie di arredo sanitario elencate nel decreto sopra citato.

Inoltre, si segnala che il **Codice degli Appalti (D.Lgs .36/2023, art. 57)** stabilisce l'obbligo di applicazione dei CAM esclusivamente nelle **categorie di forniture e servizi per cui siano stati adottati criteri specifici**, il che non è il caso dei carrelli ospedalieri oggetto di questa fornitura.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede cortesemente conferma dell'esclusione dei suddetti beni dall'obbligo di conformità ai CAM."

**RISPOSTA:** Si rimanda al Capitolato Tecnico, art.5. Caratteristiche specifiche dei prodotti:

"Gli arredi, ad esclusione dei prodotti in acciaio inox, dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi" previsti dal D.M. 23/06/2022 o in alternativa dovranno essere classificati come dispositivi medici (CND).