

POLITICA DELLA QUALITA': CONTROLLI QUALITA' INTERNO																	
			LOTTO 1						LOTTO 2				LOTTO 3				
		ASL	SASSARI			GALLURA			NUORO	OGLIASTRA	ORISTANO	MEDIO CAMPIDANO	SULCIS IGLESIENTE		CAGLIARI		
		LABORATORIO	ALGHERO	SASSARI	OZIERI	TEMPIO PAUSANIA	LA MADDALENA	OLBIA	NUORO	LANUSEI	ORISTANO	SAN GAVINO	CARBONIA	IGLESIAS	CAGLIARI	ISILI	MURAUERA
METODICA	MATERIALE	TECNOLOGIA APPARECCHIATURA															
Separazione delle proteine sieriche su capillare	SIERO	CAPILLARE	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 3 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 5 volte settimana	2 livelli per 3 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana
Tipizzazione CM sieriche su capillare (Immunosottrazione)				2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana			2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana		2 livelli per 2 volte settimana	2 livelli per 2 volte settimana		
Caratterizzazione delle isoforme della Transferrina desialata			2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli per 1 volta settimana			2 livelli per 1 volta settimana		2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli per 1 volta settimana		2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli per 1 volta settimana		
Isofocusing siero e liquido cefalorachidiano	SIERO/LIQUOR								2 livelli per 1 volta mese		2 livelli per 1 volta mese	2 livelli per 1 volta mese					
Assetti emoglobinici ed emoglobine patologiche	SANGUE INTERO		2 livelli ogni 2 settimane						2 livelli ogni 2 settimane			2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli ogni 2 settimane				
Separazione delle proteine urinarie su capillare	URINE				2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli ogni 2 settimane			2 livelli per 1 volta settimana								
Separazione delle proteine urinarie su gel d'agarosio	URINE	GEL AGAROSIO							2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli per 1 volta settimana		
Tipizzazione CM urinarie su gel d'agarosio (Immunofissazione)				2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli ogni 2 settimane				2 livelli per 1 volta settimana		2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli per 1 volta settimana		
Separazione delle proteine sieriche su gel d'agarosio	SIERO								2 livelli per 1 volta settimana		2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli ogni 2 settimane	2 livelli per 5 volte settimana		
Tipizzazione CM sieriche su gel d'agarosio (Immunofissazione)				2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli per 1 volta settimana				2 livelli per 2 volte settimana		2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli ogni 2 settimane		2 livelli per 1 volta settimana	2 livelli per 1 volta settimana		
Tipizzazione crioglobuline su gel agarosio										2 livelli per 1 volta mese		2 livelli per 1 volta mese	2 livelli per 1 volta mese		2 livelli per 1 volta mese	2 livelli per 1 volta mese	