

RETTIFICA CHIARIMENTO N. 57

Si rettifica il chiarimento n. 57 come segue:

Lotto 47 – I contenitori devono essere **sanificabili** e **non** sterilizzabili/autoclavabili.

La **valvola è obbligatoria**; saranno ammesse **alternative solo se parimenti valide** rispetto a quella meccanica, che resta il riferimento.

Tutte le altre risposte formulate, restano **invariate**.

Il Rup
Dott.ssa Roberta Desogus