

**Al Sig. Responsabile Servizio Farmacia  
ASL CAGLIARI  
SEDE**

Cagliari, 13 gennaio 2025

**Oggetto: consumabili Iniettori Medrad (Bayer)**

Dalle prove effettuate sui dispositivi (Kit multipaziente per la somministrazione di contrasto), offerti dalla Ditta ELIJet è stato rilevato quanto segue:

- il materiale di realizzazione dei tubi appare decisamente diverso (per quanto compatibile) da quello attualmente in uso prodotto dalla Ditta Bayer; in particolare appare meno spesso. Ciò potrebbe compromettere la tenuta per le erogazioni ad alto volume di flusso come nel caso di esami AngioTC o CardioTC (fino a 7 ml), infatti nelle specifiche di prodotto risulta che il sistema proposto può essere impiegato fino ad una pressione massima di "300psi";
- La lunghezza dei tubi non risulta compatibile con la configurazione dei sistemi di iniezione in uso presso questo Servizio di Radiologia che si ricorda essere "Medrad Stellant CT";
- Dalla brochure di accompagnamento si evince che il prodotto può essere utilizzato unicamente "con iniettori Medrad Spectris Solaris" come opportunamente evidenziato.

Per quanto sopra espresso e verificato si reputa il prodotto avuto in visione non compatibile con le attuali esigenze operative di questa U.O. che, come evidenziato, necessita della fornitura di "MEDRAD STELLANT MULTI PATIENT-KIT" per supportare l'operatività delle apparecchiature per tomografia computerizzata.

Cordiali saluti

*Il Direttore della UO Radiologia Ospedaliera*

*Dott. Stefano Marcia*

