

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le seguenti rettifiche alla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.aressardegna.it e sul portale www.acquistintetepa.it

Rettifica n. 1

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato Tecnico, LOTTO 1 – LASER MULTISPOT, la seguente specifica:

- Laser con lunghezza d'onda 532 e/o 577 nm con almeno 1,5 W di potenza massima al tessuto deve intendersi modificata come segue:
- Laser con lunghezza d'onda 532 e/o 577 nm con almeno 1,5 W di potenza massima erogabile.

Inoltre, con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, LOTTO 1 – LASER MULTISPOT, i seguenti criteri:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
2	Efficienza di erogazione ed omogeneità dello spot sul tessuto		5	
3	Step incrementali di potenza		5	
4	Range di potenza		5	
5	Potenza massima al tessuto (superiore a 1,5 W): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,5}$ C _{ji} : è il coefficiente attribuito all’offerta dal concorrente i-esimo; Q _{ji} è la potenza massima al tessuto dichiarata dal concorrente i-esimo; Q _{max} è la superiore potenza massima al tessuto dichiarata tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,5} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5.	4		
7	Numero di sistemi di sicurezza presenti (es: allarmi, modalità previste per allertare l’operatore in caso di funzionamento anomalo, ecc): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,7}$	4		

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

	C _{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q _{ji} è il numero di sistemi di sicurezza dichiarato dal concorrente i-esimo; Q _{max} è il numero di sistemi di sicurezza massimo dichiarato tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,7} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 7			
8	Facilità di utilizzo (es. movimentazione del tavolo, immediatezza del display per facilitare la scelta dei parametri da parte dell'operatore)		3	

devono intendersi modificati come segue:

Tabella Punteggio TECNICO

Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
		QUANTITATIVI	DISCREZIONALI	TABELLARI
2	Efficienza di erogazione ed omogeneità dello spot sul tessuto		4	
3	Step incrementali di potenza		6	
4	Range di potenza		6	
5	Potenza massima erogabile (superiore a 1,5 W): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,5}$ C _{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo; Q _{ji} è la potenza massima erogabile dichiarata dal concorrente i-esimo; Q _{max} è la superiore potenza massima erogabile dichiarata tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,5} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5.	1		
7	Numero di sistemi di sicurezza presenti (es: allarmi, modalità previste per allertare l'operatore in caso di funzionamento anomalo, ecc): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,7}$ C _{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q _{ji} è il numero di sistemi di sicurezza dichiarato dal concorrente i-esimo; Q _{max} è il numero di sistemi di sicurezza massimo dichiarato tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,7} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 7	5		
8	Facilità di utilizzo (es. movimentazione del tavolo, immediatezza del display per facilitare la scelta dei parametri da parte dell'operatore)		4	

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Rettifica n. 2

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato tecnico, LOTTO 5 - ANGIO OCT e LOTTO 10 – OCT, la seguente specifica:

- Risoluzione ottica ≤ 5 micron;

deve intendersi modificata come segue:

- Risoluzione ottica ≤ 8 micron.

Inoltre, con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LOTTO 5 - ANGIO OCT, i seguenti criteri:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
4	Risoluzione assiale digitale (micron): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,4}$ <p>C_{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è la risoluzione assiale digitale dichiarata dal concorrente i-esimo; Q_{max} è la massima risoluzione assiale digitale tra tutte le offerte dei concorrenti; $P_{j,4}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio 4</p>	3		
5	Risoluzione assiale ottica (micron): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,5}$ <p>C_{ji}: è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è la risoluzione assiale ottica dichiarata dal concorrente i-esimo; Q_{max} è la massima risoluzione assiale ottica tra tutte le offerte dei concorrenti; $P_{j,5}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5</p>	3		
7	Presenza di mappa pachimetrica			2

devono intendersi modificati come segue:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
4	Risoluzione assiale digitale (micron):	4		

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

	$C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j_4}$ <p>C_{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è la risoluzione assiale digitale dichiarata dal concorrente i-esimo; Q_{max} è la massima risoluzione assiale digitale tra tutte le offerte dei concorrenti; P_{j_4} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 4</p>			
5	<p>Risoluzione assiale ottica (micron):</p> $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j_5}$ <p>C_{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è la risoluzione assiale ottica dichiarata dal concorrente i-esimo; Q_{max} è la massima risoluzione assiale ottica tra tutte le offerte dei concorrenti; P_{j_5} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5</p>	2		
7	Sistemi per il miglioramento della risoluzione dell'immagine		2	

Rettifica n. 3

Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LOTTO 5 - ANGIO OCT, il seguente criterio:

Tabella Punteggio TECNICO

Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
		QUANTITATIVI	DISCREZIONALI	TABELLARI
12	Rimozione degli artefatti attraverso doppia scansione			2

deve intendersi modificato come segue:

Tabella Punteggio TECNICO

Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
		QUANTITATIVI	DISCREZIONALI	TABELLARI
12	Sistema per la rimozione degli artefatti		2	

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Rettifica n. 4

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato tecnico, LOTTO 6 – TOMOGRAFO SEGMENTO ANTERIORE, la seguente specifica:

- Funzione di valutazione densitometrica del cristallino Funzione Report Holladay per calcolo della IOL su pazienti con cornee modificate (cheratoconi e/o chirurgia riformattiva);

Deve intendersi modificata come segue:

- Funzione di valutazione densitometrica del cristallino
- Funzione per il calcolo della IOL su pazienti con cornee modificate (cheratoconi e/o chirurgia riformattiva).

Rettifica n. 5

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato tecnico, LOTTO 7 – MICROSCOPIO OPERATORIO OCULISTICA, la seguente specifica:

- Obiettivo con focale non inferiore a 175 mm e diametro del campo non inferiore a 70 mm;

Deve intendersi modificata come segue:

- Obiettivo con focale non inferiore a 175 mm e diametro del campo non inferiore a 60 mm.

Rettifica n. 6

Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LOTTO 7 – MICROSCOPIO OPERATORIO OCULISTICA, il seguente criterio:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
2	<p>Diametro del campo focale (non inferiore a 60 mm):</p> $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,2}$ <p>C_{ji}: è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è il diametro del campo focale dichiarato dal concorrente i-esimo; Q_{max} è il massimo diametro del campo focale tra tutte le offerte dei concorrenti; P_{j,2} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 2.</p>	3		

deve intendersi modificato come segue:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

2	Range del diametro del campo	3	
---	------------------------------	---	--

Rettifica n. 7

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato tecnico, LOTTO 9 – FLUORANGIOGRAFO, la seguente specifica:

- Strumento polifunzionale per immagini a colori, aneritra, auto fluorescenza, fluoresceina e indocianina

Deve intendersi modificata come segue:

- Strumento polifunzionale per immagini a colori, aneritra, auto fluorescenza e fluoresceina.

Inoltre, sempre con riferimento al Lotto 9, dall'Appendice A al Capitolato tecnico devono intendersi eliminate le seguenti specifiche:

- Angolo di visione midriatico e non midriatico il più ampio possibile
- Tilting verticale e orizzontale.

Inoltre, con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LOTTO 9 – FLUORANGIOGRAFO, il seguente criterio:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
5	<p>Angolo di visione midriatico e non midriatico:</p> $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,5}$ <p>C_{ji}: è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q_{ji} è l'angolo di visione midriatico e non midriatico dichiarato dal concorrente i-esimo; Q_{max} è il massimo angolo di visione midriatico e non midriatico dichiarato tra tutte le offerte dei concorrenti; P_{j,5} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 5.</p>	6		

deve intendersi modificato come segue:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
5	Dispositivo per acquisizione di immagini non midriatiche		4	

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Viene inoltre aggiunto il criterio numero 19:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
19	Modalità di imaging con verde indocianina			2

Rettifica n. 8

Con riferimento all'Appendice A al Capitolato tecnico, LOTTO 11 – MICROSCOPIO CON OCT INTEGRATO, la seguente specifica:

- Obiettivo con focale non inferiore a 175 mm e diametro del campo non inferiore a 70 mm;

Deve intendersi modificata come segue:

- Obiettivo con focale non inferiore a 175 mm e diametro del campo non inferiore a 60 mm.

Rettifica n. 9

Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, LOTTO 11 – MICROSCOPIO OPERATORIO CON OCT INTEGRATO, il seguente criterio:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
2	Diametro del campo focale (non inferiore a 70 mm): $C_{ji} = \frac{Q_{ji}}{Q_{max}} P_{j,2}$ C _{ji} : è il coefficiente attribuito all'offerta dal concorrente i-esimo Q _{ji} è il diametro del campo focale dichiarato dal concorrente i-esimo; Q _{max} è il massimo diametro del campo focale tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,2} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 2.	3		

deve intendersi modificato come segue:

Tabella Punteggio TECNICO				
Criteri	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX QUANTITATIVI	PUNTI D MAX DISCREZIONALI	PUNTI T MAX TABELLARI
2	Range del diametro del campo		3	

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Le modifiche sopra indicate devono considerarsi riportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella documentazione di gara.

Al fine di consentire un più agevole esame delle rettifiche sopra indicate, nei siti indicati in premessa vengono pubblicati e messi a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti di gara aggiornati alle rettifiche più sopra indicate: **Disciplinare di Gara AQ Oculistica New; Appendice A al Capitolato Tecnico New.**

Quant'altro stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e relative Appendici, nello Schema di Accordo Quadro ed, in generale, nella documentazione di gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche sopra riportate resta fermo ed invariato.

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN 11 LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI E APPARECCHIATURE PER OCULISTICA, SERVIZI CONNESSI, DESTINATE ALLE DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA