

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per la fornitura in service e in un unico lotto di "Sistemi Diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F)", occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto delle ASL della Regione Sardegna, per anni cinque

Protocollo gara: CA-123-LL

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 01/04/2025 13:17

### Chiarimento n. 1 : Costo a test nel file di dettaglio economico.

da Fornitore alle 24/03/2025 12:43

Buongiorno in merito all'Allegato G Dettaglio di offerta si chiede, cortesemente, quanto segue:

- 1) L'indicazione: \* Ai soli fini dell'aggiudicazione, relativamente alla sezione A materiale di consumo, verrà considerato valido il costo a test (art. 7 Disciplinare di Gara); è un refuso? In quanto l'art. 7 del Disciplinare fa riferimento ai REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.
- 2) Qualora venga considerato il costo a test per l'aggiudicazione, si prega di specificare dove questo debba essere indicato nel file 'Allegato G Dettaglio di offerta e se deve essere specificato per ogni presidio oppure basta indicarlo per il totale dei test di gara.

Grazie in anticipo, cordiali saluti.

### Risposta n. 1 :

Re:Costo a test nel file di dettaglio economico.

da Ente alle 01/04/2025 12:24

**Relativamente a quanto richiesto si conferma che l'indicazione citata rappresenta un refuso da non prendere in considerazione.**

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per la fornitura in service e in un unico lotto di "Sistemi Diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F)", occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto delle ASL della Regione Sardegna, per anni cinque

Protocollo gara: CA-123-LL

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 01/04/2025 13:16

### Chiarimento n. 2 : Modalità di compilazione dell'Allegato G Dettaglio di offerta.

da Fornitore alle 24/03/2025 12:48

Buongiorno, si chiede cortesemente di specificare se nel file di dettaglio economico "Allegato G Dettaglio di Offerta" bisogna compilare i dati richiesti per ogni presidio oppure basta indicare direttamente il totale degli stessi nella colonna R.

Grazie in anticipo, cordiali saluti.

### Risposta n. 2 :

Re:Modalità di compilazione dell'Allegato G Dettaglio di offerta.

da Ente alle 01/04/2025 12:24

**Nel dettaglio economico "Allegato G Dettaglio di Offerta" si conferma che occorre compilare i dati richiesti per ogni sede ASL.**

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per la fornitura in service e in un unico lotto di "Sistemi Diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F)", occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto delle ASL della Regione Sardegna, per anni cinque

Protocollo gara: CA-123-LL

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 01/04/2025 13:16

### Chiaramento n. 3 : Richiesta di chiarimento

da Fornitore alle 28/03/2025 09:33

Spettabile Ente,

In

considerazione del requisito capitolare di minima

#### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

MINIME SOFTWARE dell'Allegato A – Descrizione della Fornitura – Caratteristiche tecniche minime

si chiede di confermare

che relativamente al punto 4 **Deve poter gestire un archivio dei risultati campione e dei risultati delle calibrazioni e controlli**, sia possibile gestirlo direttamente su pc strumentale.

Distinti Saluti

### Risposta n. 3 :

Re:Richiesta di chiarimento

da Ente alle 01/04/2025 12:26

Intendendosi per middleware un software che risiede tra un sistema operativo e le applicazioni eseguite in esso, software che consente la comunicazione e la gestione dei dati per le applicazioni distribuite, non è richiesto un hardware specifico, bensì una funzione. Tale funzione software può essere residente anche nel pc strumentale o essere presente in un pc separato dallo strumento. Quello che si chiede è la gestione di archivio risultati campione e risultati calibrazioni e controlli.

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per la fornitura in service e in un unico lotto di "Sistemi Diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F)", occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto delle ASL della Regione Sardegna, per anni cinque

Protocollo gara: CA-123-LL

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 01/04/2025 13:16

### Chiarimento n. 4 : Richiesta bustine colorate.

da Fornitore alle 28/03/2025 10:41

Buongiorno,

In merito alla richiesta di fornire bustine con codice colore differenziati, si chiede di specificare di quanti colori avete bisogno, se servono colori specifici, una stima della quantità totale di bustine con codice colore e la quantità per ciascun colore.

Grazie in anticipo.

Cordiali saluti.

### Risposta n. 4 :

Re:Richiesta bustine colorate.

da Ente alle 01/04/2025 12:28

**Nel file Allegato A- Caratteristiche della fornitura – caratteristiche tecniche minime al punto C. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI CONTENITORI e al punto 8 la richiesta la fornitura di bustine per la conservazione e il trasporto con codice colore differenziati per garantire la sicurezza dello screening in più componenti familiari è pensata per lo screening che coinvolga marito e moglie o comunque due componenti di un nucleo familiare. Non è richiesto un colore specifico, devono essere due colori diversi. Le quantità stimate devono essere pari al numero di contenitori richiesti.**

**La distribuzione del colore si stima possa essere il 70% di un colore il restante dell'altro.**

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura Aperta per la fornitura in service e in un unico lotto di "Sistemi Diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F)", occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto delle ASL della Regione Sardegna, per anni cinque

Protocollo gara: CA-123-LL

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 01/04/2025 13:16

### Chiarimento n. 5 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 31/03/2025 10:41

Spett.le

Ente,

allo

scopo di poter rispondere al meglio alle richieste del Capitolato, si richiede il seguente chiarimento:

1. Con riferimento al punto B.

"Caratteristiche tecniche minime della strumentazione analitica", si riporta quanto segue: 2. La strumentazione deve disporre di funzionalità di avvio automatico e spegnimento programmabile.

La strumentazione proposta soddisfa il requisito di avvio automatico, consentendo l'impostazione del giorno e dell'orario desiderati, con definizione delle operazioni da eseguire successivamente all'attivazione.

Analogamente, la strumentazione permette lo spegnimento programmabile, includendo la configurazione delle modalità operative riguardanti la routine di lavaggio interno e di manutenzione, da eseguire previamente allo spegnimento.

Si invita cortesemente a confermare che le suddette modalità operative soddisfino quanto richiesto dal punto 2 in merito alla

qualificazione di "programmabile".

2. allo scopo di poter rispondere al meglio alle richieste del Capitolato, si richiede di confermare se gli interfacciamenti delle strumentazioni proposte dovranno essere realizzati sull'applicativo Halia oppure sull'applicativo DNLab.

grazie

Distinti Saluti

#### Risposta n. 5 :

Re:Richiesta chiarimento  
da Ente alle 01/04/2025 13:14

1. Per spegnimento automatico programmabile si intende una funzione che avvii in automatico le procedure di lavaggio e pulizia propedeutiche allo spegnimento. Tale funzione è in genere avviata al termine della seduta di lavoro dal tecnico che ha gestito le sedute e ha completato il programma di lavoro.
2. Come indicato nel documento “Allegato B - Requisiti Interfacciamento LIS “ al punto 2, pag. 3, è richiesta l’Integrazione con middleware strumentale HALIA del fornitore DEDALUS SpA.