

Tabelle dei criteri quantitativi (Q), discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1 – Trattamenti dialitici extracorporei con fornitura in service di apparecchiature per dialisi e di sistemi portatili per il trattamento dell'acqua per pazienti ricoverati presso reparti ospedalieri o strutture di prossimità				
Criteri		Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Apparecchiatura per dialisi	Funzione di controllo delle linee ematiche che riduca il sanguinamento in caso di dislocazione dell'ago venoso (sistemi integrati o esterni in grado, tramite il monitoraggio delle linee ematiche, di allertare l'operatore e/o bloccare la pompa sangue).	Discrezionale Descrivere	6
D2		Modalità di gestione del profilo del sodio (manuale e/o automatica).	Discrezionale Descrivere	2
T1		Funzionalità che permetta di programmare il profilo della conducibilità del bicarbonato.	SI/NO	2
T2		Presenza di un sistema di rilevamento diretto o indiretto del ricircolo o sistema equivalente validato scientificamente con produzione di letteratura scientifica	SI/NO	6
T3		Sistema automatico di prevenzione degli episodi di ipotensione arteriosa intra-sessione in biofeedback in grado di personalizzare la quota di ultrafiltrazione necessaria	SI/NO	5
T4		Smontaggio automatico delle linee del circuito extracorporeo al termine della seduta emodialitica	SI/NO	4
T5		Svuotamento automatico delle linee del circuito extracorporeo al termine della seduta emodialitica	SI/NO	4
T6		Funzionalità che permetta di variare la metodica durante il trattamento, da HD ad HDF e viceversa	SI/NO	3
Q1		Autonomia della batteria (non inferiore o uguale a quanto indicato nel Capitolato Tecnico): $V(a)_i = \frac{A(a)_i}{A_{max}} W_{i,Q1}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; A(a)_i: è l'autonomia della batteria offerta dal concorrente i-esimo; A_{max} è la massima autonomia della batteria tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i,Q1} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q1.</p>	Quantitativo Indicare numero	4
D3	Sistema osmosi	Ergonomia del sistema portatile di osmosi (maneggevolezza, dimensioni, trasportabilità, ecc..)	Discrezionale Descrivere	2
D4	Materiale di consumo	Ampiezza della gamma dei filtri (membrane e superfici).	Discrezionale Descrivere	5
D5		Caratteristiche di emocompatibilità delle membrane che costituiscono i filtri. Verrà valutata l'attività di ricerca validata scientificamente con elenco dei lavori pubblicati negli ultimi 2 anni su riviste a rilevanza internazionale.	Discrezionale Descrivere	4
T7		Linea eparina con valvola di non ritorno	SI/NO	3
T8		Concentrato acido privo di acetato	SI/NO	3

T9		Unica linea per tutte le metodiche (eccetto monoago)	SI/NO	4
Q2		Volume di priming: $V(a)_i = \frac{VP_{min}}{VP(a)_i} W_{i,Q2}$ V(a) _i : è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; VP _{min} è il volume di priming minimo offerto tra i concorrenti; VP(a) _i è il volume di priming offerto dal concorrente i-esimo; W _{i,Q2} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q2.	Quantitativo Indicare numero	4
Q3	Garanzia	Tempo di risoluzione del guasto (non superiore o uguale a quanto indicato nel Capitolato Tecnico): $V(a)_i = \frac{T_{min}}{T(a)_i} W_{i,Q3}$ V(a) _i : è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; T _{min} è il tempo di risoluzione del guasto minimo offerto tra i concorrenti; T(a) _i è il tempo di risoluzione del guasto offerto dal concorrente i-esimo; W _{i,Q3} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q3.	Quantitativo Indicare numero	5
T10		Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008: - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).	SI/NO	1
D6		Presenza di magazzini per il materiale di consumo nel territorio regionale (verranno valutati il numero dei magazzini e la dislocazione nel territorio)	Discrezionale Descrivere	3
TOTALE				70

LOTTO 2 – Trattamenti per emodialisi domiciliare con fornitura in service di sistemi portatili a ciclo chiuso				
Criteri		Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Apparecchiatura per dialisi	Ergonomia dell'apparecchiatura (maneggevolezza, dimensioni, trasportabilità, ecc..)	Discrezionale Descrivere	6
T1		Possibilità di effettuare trattamenti emodialitici con metodica convettiva (funzionalità inclusa in offerta)	SI/NO	4
T2		Possibilità di effettuare trattamenti ad alto volume di dialisato - Dialisi domiciliare lunga (funzionalità inclusa in offerta)	SI/NO	4
T3		Dotato di tablet per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri dialitici	SI/NO	5
T4		Batteria integrata nell'apparecchiatura	SI/NO	4
Q1		Peso del sistema portatile: $V(a)_i = \frac{P_{min}}{P(a)_i} W_{iQ1}$ V(a) _i : è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; P _{min} : è il peso minimo del sistema portatile offerto tra i concorrenti; P(a) _i : è il peso del sistema portatile offerto dal concorrente i-esimo; W _{iQ1} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q1.	Quantitativo Indicare numero	6
D2	Materiale di consumo	Ampiezza della gamma dei filtri (membrane e superfici)	Discrezionale Descrivere	5
D3		Disponibilità di un'ampia tipologia di sacche premiscelate con differenti concentrazioni di soluti (es. lattato, bicarbonato, calcio e potassio)	Discrezionale Descrivere	5
Q2		Volume di priming: $V(a)_i = \frac{VP_{min}}{VP(a)_i} W_{iQ2}$ V(a) _i : è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; VP _{min} : è il volume di priming minimo offerto tra i concorrenti; VP(a) _i : è il volume di priming offerto dal concorrente i-esimo; W _{iQ2} : è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q2.	Quantitativo Indicare numero	5
T5		Dotato di sistema di auto-produzione di dialisato dall'acqua di rete, avente caratteristiche di qualità e purezza conformi alle norme vigenti (sistema incluso in offerta)	SI/NO	3
T6		Possibilità di scaricare il dialisato direttamente nello scarico di casa (opzione inclusa in offerta)	SI/NO	3
D5		Possibilità di inviare al Centro Dialisi, da remoto, i dati del trattamento dialitico (funzionalità inclusa in offerta)	Discrezionale Descrivere	5
D6		Possibilità di monitorare da remoto i parametri vitali del paziente (funzionalità inclusa in offerta)	Discrezionale Descrivere	5
D7		Ritiro al domicilio del paziente dei rifiuti non sanitari relativi al trattamento (verranno valutati la frequenza e la tipologia di ritiro)	Discrezionale Descrivere	4

T7		Ritiro al domicilio del paziente dei rifiuti sanitari con cadenza settimanale	SI/NO	5
T8		<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE				70

LOTTO 3 - Trattamenti dialitici extracorporei per pazienti con insufficienza renale acuta o multiorgano				
Criteri		Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
T1	Caratteristiche apparecchiatura per dialisi	Possibilità di caricare automaticamente il set (funzionalità inclusa in offerta)	SI/NO	6
D1		Possibilità di variare la metodica durante il trattamento (es da CVVHDF a CVVH o CVVHD) senza interruzioni, anche momentanee, del trattamento per intervento sui circuiti ematici e sui fluidi	Discrezionale Descrivere	5
D2		Possibilità di effettuare la reinfusione a scelta in: pre diluizione, post diluizione oppure in pre+post diluizione in CVVH e in CVVHDF, in corso di trattamento, senza interruzioni, anche momentanee, del trattamento per intervento sui circuiti ematici e sui fluidi	Discrezionale Descrivere	5
T2		Dotata di sistema integrato per l'eliminazione di aria e schiuma dal circuito extracorporeo mediante procedura non invasiva	SI/NO	5
T3		Svuotamento automatico delle linee a fine trattamento	SI/NO	5
T4		Dotata di pompe dedicate al sistema citrato-calcio integrate e gestite da software dedicato	SI/NO	9
D4		Riconoscimento univoco del kit trattamento mediante codice a barre o sistema equivalente	Discrezionale Descrivere	8
Q1	Materiale di consumo	<p>Volumi ematici extracorporei nei circuiti (filtri + linee):</p> $V(a)_i = \frac{VE_{min}}{VE(a)_i} W_{i,Q1}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; VE_{min} è il volume ematico minimo offerto tra i concorrenti; VE(a)_i è il volume ematico offerto dal concorrente i-esimo; W_{i,Q1} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q1</p>	Quantitativo Indicare numero	6
T5		Possibilità di scaricare l'effluente direttamente nello scarico finale mediante prolunghie di scarico monouso, con lunghezza di almeno 5 metri (fornitura inclusa in offerta)	SI/NO	5
T6		Smontaggio automatico delle linee del circuito extracorporeo al termine della seduta emodialitica	SI/NO	5
T7		Unico Kit per effettuare le terapie di CRRT, sia in eparina che in citrato, senza l'aggiunta di linee a completamento del circuito	SI/NO	5
T8		Kit trattamento totalmente preassemblato con linee codificate da un codice colore per favorirne il montaggio con riconoscimento automatico del set	SI/NO	5
T9		<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio</p>	SI/NO	1

		stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).		
TOTALE				70

LOTTO 8 - Aghi fistola taglienti			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Affilatura e facilità di penetrazione	Discrezionale Descrivere	15
D2	Praticità e sicurezza offerta dal dispositivo di protezione	Discrezionale Descrivere	15
D3	Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta	Discrezionale Descrivere	5
D4	Antingnocchiamento del tubo	Discrezionale Descrivere	5
D5	Manegevolezza del dispositivo	Discrezionale Descrivere	7
D6	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dell'ago	Discrezionale Descrivere	10
D7	Confezionamento: facilità di apertura e resistenza dell'involucro	Discrezionale Descrivere	6
T1	Confezionamento primario in materiale riciclabile	SI/NO	6
T2	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 9 - Aghi fistola smussi per metodica a sito costante			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Praticità e sicurezza offerta dal dispositivo di protezione	Discrezionale Descrivere	15
D2	Facilità di attivazione della clamp e sicurezza di tenuta	Discrezionale	5

		Descrivere	
D3	Antingnocchiamento del tubo	Discrezionale Descrivere	5
D4	Manegevolezza del dispositivo	Discrezionale Descrivere	7
D5	Atraumaticità dell'ago	Discrezionale Descrivere	7
D6	Ergonomicità del leva croste	Discrezionale Descrivere	7
D7	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dell'ago	Discrezionale Descrivere	10
D8	Confezionamento: facilità di apertura e resistenza dell'involucro	Discrezionale Descrivere	6
T1	Confezionamento primario in materiale riciclabile	SI/NO	7
T2	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 10 - Aghi fistola monoago o a "Y"			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Affilatura e facilità di penetrazione	Discrezionale Descrivere	15
D2	Facilità di attivazione delle clamp e sicurezza di tenuta	Discrezionale Descrivere	5
D3	Antinginocchiamento del tubo	Discrezionale Descrivere	5
D4	Manegevolezza del dispositivo	Discrezionale Descrivere	7
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dell'ago	Discrezionale Descrivere	10
D6	Confezionamento: facilità di apertura e resistenza dell'involucro	Discrezionale Descrivere	6
T1	Fornitura di dispositivi per lo smaltimento in sicurezza dell'ago fistola, da fornire senza incremento del prezzo offerto	SI/NO	15
T2	Confezionamento primario in materiale riciclabile	SI/NO	6
T3	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
	TOTALE		70

LOTTO 11 - Aghi cannula			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Affilatura e facilità di penetrazione	Discrezionale Descrivere	15
D2	Tenuta della valvola antireflusso	Discrezionale Descrivere	15
D3	Maneggevolezza del dispositivo	Discrezionale Descrivere	7
D4	Connessione luer lock agevole e sicura	Discrezionale Descrivere	10
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dell'ago	Discrezionale Descrivere	10
D6	Confezionamento: facilità di apertura e resistenza dell'involucro	Discrezionale Descrivere	6
T1	Confezionamento primario in materiale riciclabile	SI/NO	6
T2	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 12 – Kit CVC per emodialisi a breve termine monulume			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
D2	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	15
D3	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	6
T1	Guida metallica centimetrata	SI/NO	5
T2	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T3	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	4
D4	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T4	Tappini perforabili	SI/NO	6
D5	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D6	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4
T5	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 13 - Kit CVC per emodialisi a breve termine bilume			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
D2	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	15
D3	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	6
T1	Guida metallica centimetrata	SI/NO	5
T2	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T3	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	4

D4	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T4	Tappini perforabili	SI/NO	6
D5	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D6	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4
T5	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 14 - Kit CVC per emodialisi a breve termine bilume a ponte flottanti			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
D2	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	15
D3	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	6
T1	Guida metallica centimetrata	SI/NO	5
T2	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T3	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	3
D4	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T4	Tappini perforabili	SI/NO	6
T5	Mandrino preinserito nel catetere	SI/NO	6
D5	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	4
T6	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>	SI/NO	1

	In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).		
TOTALE			70

LOTTO 15 - Kit CVC per emodialisi a breve termine trilume			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
D2	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	15
D3	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	6
T1	Guida metallica centimetrata	SI/NO	5
T2	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T3	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	4
D4	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T4	Tappini perforabili	SI/NO	6
D5	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D6	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4
T5	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 16 - Catetere per emodialisi			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
Sub-Lotto 16.1 - Catetere per emodialisi a breve termine monolume			
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T2	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	4

D2	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	7
Sub-Lotto 16.2 - Catetere per emodialisi a breve termine bilume			
D3	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
T4	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	4
T5	Alette di fissaggio rotabili	SI/NO	4
D4	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T6	Tappini perforabili	SI/NO	6
T7	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 17 - Kit CVC per emodialisi a lungo termine monolume singolo catetere			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D7	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4

T4	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 18 - Kit CVC per emodialisi a lungo termine monolume due cateteri			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D7	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4
T4	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 19 – Kit CVC per emodialisi a lungo termine monocorpo			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D7	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4
T4	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 20 – Kit CVC per emodialisi a lungo termine monocorpo a ponte flottanti			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6

D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
T4	Mandrino preinserito nel catetere	SI/NO	5
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	4
T5	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 21 - Kit CVC per emodialisi a breve termine monocorpo per uso pediatrico			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
D7	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	4

T4	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 22 - Kit CVC per emodialisi a lungo termine monocorpo a punte flottanti per uso pediatrico			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	10
T1	Diametro e lunghezze indicate sul catetere	SI/NO	5
D2	Catetere resistente al piegamento (anti-kinking)	Discrezionale Descrivere	10
D3	Indeformabilità della punta del dilatatore	Discrezionale Descrivere	10
D4	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	8
T2	Guida metallica centimetrata	SI/NO	6
D5	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	5
T3	Tappini perforabili	SI/NO	6
T4	Mandrino preinserito nel catetere	SI/NO	5
D6	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	4
T5	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <p>- mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1</p> <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70

LOTTO 24 - Kit per dialisi peritoneale tipo Tenckoff			
Criteri	Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore Ponderale Wi
D1	Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del catetere in particolare della punta	Discrezionale Descrivere	15
D2	Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit	Discrezionale Descrivere	15
T1	Guida metallica centimetrata	SI/NO	7
D3	Ampiezza della gamma relativa alla lunghezza dei cateteri	Discrezionale Descrivere	6
T2	Presenza del mandrino nel kit	SI/NO	15
D4	Descrizione dettagliata del contenuto sul confezionamento primario	Discrezionale Descrivere	6
D5	Confezionamento primario che permetta la visione del contenuto	Discrezionale Descrivere	5
T3	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ai sensi della UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 <p>La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).</p>	SI/NO	1
TOTALE			70