

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta telematica per l'affidamento in service della fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea non compresi in Consip, aghi fistola per emodialisi e cateteri venosi a breve e lungo termine per emodialisi e servizi connessi, per le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna

Protocollo gara: DEL 145/2025/RC

Ente: ARES - Azienda Regionale della Salute

Data creazione report: 13/05/2025 10:27

### Chiarimento n. 1 : Richiesta di chiarimento Lotto 13:

da Fornitore alle 11/04/2025 09:20

Si chiede una precisazione  
nella descrizione delle caratteristiche minime, è il catetere che deve essere  
curvo o le estensioni devono essere curve?

### Risposta n. 1 :

Re:Richiesta di chiarimento Lotto 13:

da Ente alle 11/04/2025 13:34

Gentile Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa quanto segue:

il lotto n. 13 recita testualmente: "Kit

CVC dotato di : n. 1 catetere vascolare bilume da 11-12 F, per  
adulto, realizzato in poliuretano flessibile, termosensibile, radiopaco con  
estremità distale atraumatica. **Dotato di estensione trasparente retta/ curva,**  
clamp di chiusura e stampigliatura del volume.....".

Pertanto, la curvatura si riferisce alle estensioni.

Cordiali saluti

### Chiarimento n. 2 : CHIARIMENTI 14.04.2025

da Fornitore alle 14/04/2025 14:53

Buongiorno,

si richiedono i chiarimenti riportati di seguito relativamente alla presente gara:

Quesito n. 1: Con riferimento alla pag. 4/6 della Determinazione Dirigenziale si chiede di confermare che la dicitura "valore globale dell'appalto della durata di mesi **ventiquattro...**" sia da considerarsi un refuso.

Quesito n. 2: Nella domanda di partecipazione è richiesta l'indicazione del CCNL o eventuale equivalenza rispetto a quello indicato nel bando di gara. Pertanto, si chiede di avere tale informazione in quanto non presente tra la documentazione.

Quesito n. 3: Si richiede il documento "CSA Allegato B - Dettaglio prodotti" in un formato leggibile in quanto di difficile lettura ed inoltre alcune diciture risultano incomplete.

Quesito n. 4: Con riferimento al par. 6.3 - pag. 14/35 del Disciplinare siamo a richiedere se il requisito di Capacità Tecnica e Professionale possa essere comprovato mediante Dichiarazione rilasciata dal Collegio Sindacale.

Quesito n. 5: Con riferimento al par. 9 - pagg. 16-17-18 del Disciplinare siamo a richiedere la **% definita** di

riduzione concessa a fronte di uno o più marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 in quanto riportate "fino ad un importo massimo del 20%".

Quesito n. 6: Nell'Allegato 6 - Disciplinare Telematico pag. 2/14 si cita che la busta telematica dell'offerta economica dovrà riportare una **marca temporale** certificata antecedente al periodo di invio. Confermate che trattasi di un refuso in quanto tale modalità non è richiesta in nessun altro documento? Inoltre al par. 7.1 del medesimo disciplinare indicate che tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella zip e la firma digitale debba essere apposta solo su quest'ultima, tuttavia nella videata di caricamento è richiesto, per la documentazione amministrativa, l'upload di file singoli. Siamo pertanto a richiedere la modalità corretta di caricamento per la documentazione amministrativa.

Rimaniamo in attesa di vs. indicazioni e porgiamo cordiali saluti

#### Risposta n. 2 :

##### **Re:CHIARIMENTI 14.04.2025**

da Ente alle 16/04/2025 12:57 , allegato(1): 20250416125724414\_riscontro chiarimenti.pdf  
Gent.le Cliente

in allegato riscontro ai chiarimenti richiesti.

Cordiali saluti

#### Chiarimento n. 3 : campionatura

da Fornitore alle 14/04/2025 15:22

Buongiorno,  
dove è possibile trovare il numero dei pezzi richiesti a titolo di campionatura?  
Grazie e cordiali saluti

#### Risposta n. 3 :

##### **Re:campionatura**

da Ente alle 14/04/2025 15:59  
Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa che il quantitativo richiesto è indicato all'art. 7 del CSA.

Cordiali saluti

#### Chiarimento n. 4 : Richiesta chiarimento lotto 2

da Fornitore alle 15/04/2025 14:52

Con riferimento al Lotto n. 2 si chiede di rivalutare e modificare la basta d'asta individuata, in quanto non risulta essere in linea con gli attuali prezzi di mercato.

Cordiali saluti

#### Risposta n. 4 :

##### **Re:Richiesta chiarimento lotto 2**

da Ente alle 16/04/2025 13:10  
Gent.le Cliente

si conferma quanto indicato negli atti di gara.

Cordiali saluti

#### Chiarimento n. 5 : RICHIESTA CHIARIMENTI

da Fornitore alle 15/04/2025 17:15

Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento alla base d'asta unitaria dei dispositivi richiesti al lotto 6, facciamo notare che il valore di €2500/cad+iva di cui all'allegato B – dettaglio prodotti non è congruente con il prezzo di mercato relativo ai dispositivi descritti nel CSA che si

- attesta a circa €4500/cad+iva. Chiediamo di verificare la congruenza dei prezzi ed eventualmente rettificare gli importi per consentire la massima partecipazione degli OO.EE. presenti sul mercato
2. Con riferimento ai lotti che prevedono sublotti, per una maggiore apertura competitiva e tecnologica chiediamo di chiarire se le basi d'asta dei sublotti possano essere considerate indicative e quindi anche superabili, ferma restando la base d'asta complessiva insuperabile del lotto.
  3. Con riferimento al Disciplinare di gara art. 23.  
“AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”, paragrafo “Appalti” specifici lotti in Accordo Quadro (lotti nn.1-2-3)”, con particolare riferimento al lotto 3, chiediamo di chiarire se, in caso in cui i lotti ricevano più di 3 offerte giudicate conformi, le offerte posizionatesi oltre il terzo posto possano essere considerate aggiudicatarie ma senza diritto ad affidamento iniziale.

Cordiali saluti.

#### Risposta n. 5 :

**Re:RICHIEDA CHIARIMENTI**

da Ente alle 16/04/2025 13:41 , allegato(1): 20250416134116500\_riscontro chiarimenti n. 5.pdf

Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

#### Chiaramento n. 6 : CHIARIMENTI LOTTO 3 - 17.04.2025

da Fornitore alle 17/04/2025 13:50

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

##### Chiaramento 1:

In riferimento a: **Allegato A – Caratteristiche Minime pag. 8, Lotto 3 - Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto 3.1 punto 2**

“Sacche di citrato di sodio dedicate all’impiego in CRRT in quantitativo tale da garantire una dose citrato di almeno 3 mmol/l su sangue del circuito extracorporeo ad un flusso ematico di circa 150 ml/min per 24 ore di trattamento:

*fine di poter avere la giusta comparazione delle offerte e dal momento che i quantitativi sono influenzati dai flussi ematici si chiede di specificare il valore preciso del flusso ematico (ml/min) da considerare.*

Chiarimento 2:

In riferimento a: **Allegato**

**A – Caratteristiche Minime pag. 8, Lotto**

**3 - Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto**

**3.1 punto 2**

“Sacche

di citrato di sodio dedicate all’impiego in CRRT in quantitativo tale da garantire una dose citrato di almeno 3 mmol/l su sangue del circuito extracorporeo ad un flusso ematico di circa 150 ml/min per 24 ore di trattamento”

*Considerando*

*che le soluzioni citrato per l’anticoagulazione non contengono tutti gli elettroliti presenti invece nelle soluzioni di infusione e dialisato che sono indispensabili per la depurazione renale e atti a garantire anche l’equilibrio acido base, si chiede di conferma di poter considerare fuori dai 50 litri di effluente il volume di citrato necessario per garantire la vostra richiesta (dose citrato di almeno 3 mmol/l su sangue ad un flusso ematico di circa 150 ml/min per 24 ore di trattamento)*

Chiarimento 3:

In riferimento a: **Allegato A – Caratteristiche Minime pag. 8, Lotto 3 – Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto 3.1 punto 5**

“Sacche di soluzione sterile

ed apirogena per CRRT (5 litri) con calcio, con tampone bicarbonato, con fosfato, contenenti elettroliti e bicarbonati in concentrazioni appropriate per il protocollo di anticoagulazione regionale con citrato;”

*Al*

*fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici e considerando che questa caratteristica (sacche infusionali con calcio e con fosfato), a nostra conoscenza, identifica una sola Azienda, si chiede conferma di*

*non considerare la caratteristica riportata causa di esclusione e di non partecipazione alla procedura.*

Chiarimento 4:

In riferimento a: **Allegato A – Caratteristiche Minime pag. 8, Lotto 3 - Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto 3.2 punto 2**

“b. sacche di soluzione sterile ed apirogena per CRRT (5 litri), con tampone bicarbonato, con o senza glucosio, contenenti fosfato ed elettroliti in concentrazioni appropriate per il protocollo di anticoagulazione standard;

*Al*

*fine di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici e considerando che questa caratteristica (sacche infusionali con fosfato), a nostra conoscenza, identifica una sola Azienda, si chiede conferma di non considerare la caratteristica riportata causa di esclusione e di non partecipazione alla procedura.*

Chiarimento 5:

In riferimento a: **Allegato A – Caratteristiche Minime pag. 8, Lotto 3 - Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto 3.2 punto 3**

“Eventuale altro materiale di consumo indispensabile per effettuare il trattamento specificato”

*Si chiede di precisare se la siringa eparina è da includere in offerta.*

Chiarimento 6:

In riferimento a: **Allegato A – Caratteristiche Minime** pag. 8, Lotto 3 – Caratteristiche del kit di materiale di consumo, Sub-Lotto 3.3 punto 3

“Eventuale altro materiale di consumo indispensabile per effettuare il trattamento specificato”

*Si chiede conferma, relativamente alla voce altro materiale di consumo, di dover considerare il trattamento per una durata di 24h (comprese le sacche).*

Chiarimento 7:

In riferimento a: **Allegato C – Caratteristiche Migliorative** pag. 5, Lotto 3 - Caratteristiche apparecchiatura per dialisi

T4 - “Dotata di pompe dedicate al sistema citrato-calcio integrate e gestite da software dedicato”

*Si chiede conferma che per pompe dedicate si intendano pompe peristaltiche dedicate all'anticoagulazione citrato-calcio.*

Chiarimento 8:

In riferimento a: **Allegato C – Caratteristiche Migliorative** pag. 5, Lotto 3 – Materiale di consumo

Q1 – “Volumi ematici extracorporei nei circuiti (filtri + linee)”

*Si chiede conferma che, per i sistemi che prevedono il riscaldamento del sangue, debba essere considerato anche il volume ematico presente nella linea*

*riscaldatore nel conteggio del volume totale.*

Chiarimento 9:

In riferimento a: **Allegato C – Caratteristiche  
Migliorative pag. 5, Lotto 3 – Materiale di consumo**

T8 - "Kit trattamento totalmente  
preassemblato con linee codificate da un codice colore per favorirne il  
montaggio con riconoscimento automatico del set "

*Si*

*chiede conferma che per kit totalmente preassemblato si intenda un kit contenente  
tutti i componenti preassemblati, comprese la linea calcio e la linea  
riscaldatore.*

Chiarimento 10:

In riferimento a: **Allegato C – Caratteristiche  
Migliorative pag. 5, Lotto 3 – Materiale di consumo**

*Si*

*chiede conferma che, tutti i prodotti descritti nei punti oggetto di  
valutazione Q1, T5, T7 e T8, debbano essere inseriti anche in offerta economica.*

In attesa di un vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti

**Risposta n. 6 :**

**Re:CHIARIMENTI LOTTO 3 - 17.04.2025**

da Ente alle 05/05/2025 13:06 , allegato(1): 20250505130646701\_riscontro chiarimento n. 6.pdf  
Gentile Cliente

in allegato quanto richiesto.  
Cordiali saluti

**Chiarimento n. 7 : CHIARIMENTO FORMULA PREZZI - 17.04.2025**

da Fornitore alle 17/04/2025 15:26

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere conferma di quale dei 3 esponenti verrà utilizzato nella formula riportata al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara.

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti saluti

### Risposta n. 7 :

**Re:CHIARIMENTO FORMULA PREZZI - 17.04.2025**

da Ente alle 28/04/2025 10:09

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si comunica che l'esponente utilizzato è 1

### Chiaramento n. 8 : RICHIESTA CHIARIMENTI

da Fornitore alle 18/04/2025 10:18

Spett.le  
Ente,

in

riferimento al Lotto 15 - Kit CVC per emodialisi a breve termine trilume - si evidenzia che l'importo indicato a base d'asta non risulta congruo in quanto i dispositivi richiesti presentano sul mercato un prezzo diverso e maggiore. A ciò si aggiunga che per il Lotto 13, dove i Kit CVC richiesti sono bilume, la base d'asta prevista risulta superiore rispetto a quella indicata per il Lotto 15. Pertanto si chiede l'innalzamento della base d'asta del Lotto non consentendo così di presentare un'offerta seria, idonea e ponderata che garantisca un sia pur minimo margine di remuneratività.

In riferimento al Lotto 19 - Kit CVC

per emodialisi a lungo termine monocorpo si chiede la possibilità di rispondere con un dispositivo per tunnellizzazione sottocutanea tipo anterograda, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto.

Restando in attesa di riscontro, pèorgiamo Cordiali Saluti

### Risposta n. 8 :

**Re:RICHiesta CHIARIMENTI**

da Ente alle 23/04/2025 16:51 , allegato(1): 20250423165126895\_riscontro chiarimento 8.pdf

Gent.le Cliente

in allegato nota di riscontro a quanto richiesto.

Cordiali saluti

### Chiaramento n. 9 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 22/04/2025 15:47

Con riferimento a quanto riportato a pag. 19 del Disciplinare di gara, all'art. 10 "Sopralluogo", in caso di partecipazione unicamente a lotti che riguardino la fornitura di materiale consumabile monouso, che pertanto non richiede l'installazione di apparecchiature, si chiede di confermare che non debba essere effettuato sopralluogo da parte della ditta partecipante.

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

### Risposta n. 9 :

#### Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 23/04/2025 13:02

Gent. le Cliente

in merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue:

· l'art. 10 del disciplinare di gara così recita: *"Al fine di presentare idonea offerta tecnica ed economica e consentire la formulazione di una precisa valutazione di quanto richiesto nel Capitolato, è facoltà di ciascuna Ditta offerente compiere un sopralluogo presso i locali ubicati nelle Strutture Sanitarie e/o presso il domicilio dei pazienti dove le installazioni dovranno essere posizionate"*. Pertanto, si conferma che **non** è obbligatorio il sopralluogo

### Chiarimento n. 10 : rihciesta chiarimenti

da Fornitore alle 24/04/2025 11:21

Buongiorno

potreste pubblicare le risposte del chiarimento n. 8 relative ai Lotti 13 e 15?

Grazie

### Risposta n. 10 :

#### Re:rihciesta chiarimenti

da Ente alle 24/04/2025 12:12

Gent.le Cliente

la risposta è già stata resa pubblica

Cordiali saluti

Rafaella Casti

### Chiarimento n. 12 : RICHIESTA CHIARIMENTI

da Fornitore alle 24/04/2025 16:42

Buongiorno, con riferimento ai lotti 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, e 33 si chiede se la base d'asta è superabile, al fine di poter consentire alle aziende di accedere al lotto e presentare offerta tenendo conto degli aumenti dei costi di produzione e della situazione economica corrente.

Con

riferimento ai lotto 12, 13, 14, 21, 22 si chiede di rimuovere la richiesta "n. 1 sistema di fissaggio sutureless necessario a mantenere il posizionamento prolungato del catetere" poiché trattasi di dispositivi da sostituire periodicamente ed esterni al catetere, oppure di considerare equivalenti le alette girevoli presenti nel catetere.

Con

riferimento al lotto 14, si chiede di poter offrire un catetere di diametro 13F

Grazie

### Risposta n. 12 :

#### Re:RICHIEDA CHIARIMENTI

da Ente alle 05/05/2025 13:07 , allegato(1): 20250505130742990\_riscontro chiarimento n. 12.pdf

Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

### Chiaramento n. 14 : rettifica allegato chiarimento n. 8

da Ente alle 28/04/2025 10:14 , allegato(1): 20250428101438808\_riscontro chiarimenti n. 8.pdf

Gent.mi

in allegato il riscontro corretto al chiarimento n. 8

### Chiaramento n. 15 : Richiesta chiarimenti lotto 4

da Fornitore alle 29/04/2025 10:59

Buongiorno,

al LOTTO 4 viene richiesta: **“Cartuccia ad azione adsorbente su citochine infiammatorie, altri mediatori antinfiammatori, mioglobina e bilirubina”.**

Per come è stata formulato il lotto 4, si chiede di chiarire se venga richiesta una sola tipologia di cartuccia, certificata e indicata per la rimozione contemporanea, da sangue intero, di tutte le molecole descritte.

Inoltre, dato che nel lotto 5, dove viene richiesta una cartuccia sorbente per farmaci e/o tossici, viene indicato il sistema CRRT di circolazione extracorporea con cui utilizzarla, si chiede se la cartuccia richiesta al lotto 4 debba essere indicata per l'uso con HP, CRRT, ECMO e CEC.

Ringraziando, porgiamo distinti saluti

### Risposta n. 15 :

#### Re:Richiesta chiarimenti lotto 4

da Ente alle 30/04/2025 10:35 , allegato(1): 20250430103504246\_riscontro chiarimenti n. 15.pdf

Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

### Chiaramento n. 16 : LOTTO 9 - AGHI FISTOLA SMUSSI PER METODICA A SITO COSTANTE.

da Fornitore alle 29/04/2025 11:33

Buongiorno, in relazione al LOTTO 9, nei requisiti minimi, viene richiesto che, con l'acquisto degli aghi, dovranno essere forniti, inclusi nel prezzo di aggiudicazione, i kit per la formazione del tunnel sottocutaneo (in percentuale compresa tra il 5% e il 10% della fornitura di aghi).

Questa richiesta di pochi pezzi (per esperienza possiamo affermare raramente richiesti) esclude dalla partecipazione alla gara tutte le aziende produttrici di AVF smussi tranne una che produce il dispositivo richiesto. Si richiede pertanto l'eliminazione di questa postilla.

Grazie

### Risposta n. 16 :

**Re:LOTTO 9 - AGHI FISTOLA SMUSSI PER METODICA A SITO COSTANTE.**

da Ente alle 06/05/2025 13:26

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si conferma quanto già indicato negli atti di gara.

Cordiali saluti

**Chiarimento n. 17 : richiesta chiarimento**

da Fornitore alle 30/04/2025 12:01

01. Rif. Capitolato Tecnico Art. 7 CAMPIONATURA

Lotti 8, 9, 10, 11 relativi agli aghi per emodialisi:

n. 1 confezione di vendita da 15 G;

n. 1 confezione di vendita da 16 G;

n. 1 confezione di vendita da 17 G.

In riferimento alla richiesta sopra riportata si segnala le confezioni di vendita degli aghi si compongono di 50 pcs ciascuna

Nel totale vi dovremmo consegnare 150 aghi. Si chiede di ridimensionare la quantità di campionatura richiesta.

**Risposta n. 17 :****Re:richiesta chiarimento**

da Ente alle 06/05/2025 13:31

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa che è sufficiente presentare, come campionatura, una sola confezione di vendita fra quelle delle misure richieste.

Cordiali saluti

**Chiarimento n. 18 : CHIARIMENTO LOTTO 11**

da Fornitore alle 30/04/2025 13:10

Spett.le Ente,

in riferimento al Lotto 11 Si

chiede la possibilità di consegnare campionatura gratuita nelle quantità di n. 10 Pz da 15G, n. 10 Pz da 16 G e n. 10 Pz. da 17G

invece di una confezione di vendita ( 50 Pz.) per ogni singola misura come richiesto nel capitolato tecnico speciale di appalto, anche in aderenza a quanto richiesto per i lotti da 12 a 22 e 24, dove è richiesto n. 1 kit per i lotti relativi ai kit e n. 1 catetere per i lotti relativi ai cateteri singoli.

Restando in attesa di risocntro, porgiamo cordiali saluti

**Risposta n. 18 :****Re:CHIARIMENTO LOTTO 11**

da Ente alle 06/05/2025 13:32

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa che è sufficiente presentare, come campionatura, una sola confezione di vendita fra quelle delle misure richieste.

Cordiali saluti

**Chiarimento n. 19 : CHIARIMENTO LOTTO 29**

da Fornitore alle 05/05/2025 15:10

Con riferimento al Lotto n.29 si chiede di rivalutare e modificare la basta d'asta individuata, in quanto non risulta essere in linea con gli attuali prezzi di mercato.

A livello nazionale il prodotto viene proposto intorno ai 12,00 €  
Distinti saluti

#### Risposta n. 19 :

**Re:CHIARIMENTO LOTTO 29**  
da Ente alle 05/05/2025 15:18  
Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si conferma quanto già indicato negli atti di gara.  
Cordiali saluti

#### Chiaramento n. 20 : CHIARIMENTO LOTTO 21

da Fornitore alle 05/05/2025 15:11

Con riferimento al Lotto n. 21 si chiede di rivalutare e modificare la basta d'asta individuata, in quanto non risulta essere in linea con gli attuali prezzi di mercato dei cateteri pediatrici  
Distinti saluti

#### Risposta n. 20 :

**Re:CHIARIMENTO LOTTO 21**  
da Ente alle 05/05/2025 15:20  
Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si conferma quanto già indicato negli atti di gara.  
Cordiali saluti

#### Chiaramento n. 21 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 06/05/2025 08:06

Buongiorno  
in merito ai LOTTI 12 – 13 –

**14 -15 – 16, si chiede di**

confermare che dove indicato "...*Dotato di estensione trasparente retta/curva...*" si intenda che sia possibile offrire i kit catetere con estensioni trasparenti indifferentemente dritte o curve.

Grazie  
Cordiali saluti

#### Risposta n. 21 :

**Re:Richiesta chiarimento**  
da Ente alle 07/05/2025 13:49  
Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa che per Kit CVC dotato di "n.

*1 catetere vascolare monolume da 8-9 F, per adulto, realizzato in poliuretano flessibile, termosensibile, radiopaco con estremità distale atraumatica. Dotato di estensione trasparente retta/curva, clamp di chiusura e stampigliatura del volume.*"

si intende che deve essere dotato di estensione trasparente sia retta che curva.

Cordiali saluti

## Chiarimento n. 22 : DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTI AL MINOR PREZZO

da Fornitore alle 07/05/2025 12:13

Spettabile Ente,

si chiede conferma che i seguenti documenti richiesti nell'offerta tecnica, non debbano essere compilati con riferimento ai lotti che saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo:

- scheda recante descrizione delle caratteristiche e funzionalità dei beni e prodotti offerti relativamente ai criteri ed elementi di valutazione indicati nella "Tabella caratteristiche migliorative " (all. C del CSA)" ;
- scheda relativa ai servizi di supporto, formazione e addestramento alle condizioni indicate nel CSA.

Cordiali saluti

### Risposta n. 22 :

#### Re:DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTI AL MINOR PREZZO

da Ente alle 09/05/2025 12:57

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa quanto segue:

1. art. 15 punto 3 del Disciplinare di gara: Tale documentazione riguarda evidentemente i lotti da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.
2. la documentazione tecnica deve comprendere tutto ciò che può essere oggetto di valutazione secondo quanto richiesto nel CSA per i lotti che si intende offrire

## Chiarimento n. 23 : Comprova requisiti capacita tecnica e professionale

da Fornitore alle 07/05/2025 12:25

i chiede di confermare che il requisito di

capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 6.3 possa essere comprovato, così come previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dall'ANAC con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023, anche mediante "contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse".

### Risposta n. 23 :

#### Re:Comprova requisiti capacita tecnica e professionale

da Ente alle 09/05/2025 13:06

Gent.le Cliente

al fine di favorire la più ampia partecipazione, si conferma che il requisito di cui all'art . 6 punto 3 può essere comprovato anche "con contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse".

Cordiali saluti

## Chiarimento n. 24 : Lingua inglese certificazioni doc. tecnica

da Fornitore alle 07/05/2025 12:26

Si

chiede di confermare che le certificazioni, le dichiarazioni di conformità CE ed eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate dal produttore/organismo notificato da inserire nella documentazione tecnica, possano essere inserite direttamente in lingua originale inglese senza traduzione

### Risposta n. 24 :

#### Re:Lingua inglese certificazioni doc. tecnica

da Ente alle 09/05/2025 13:21

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si conferma quanto indicato negli atti di gara. Per i certificati ISO/CE è

## Chiarimento n. 25 : CHIRIMENTI LOTTO 3 - 07.05.2025

da Fornitore alle 07/05/2025 14:42

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

### Quesito n. 1:

In riferimento al file Allegato A / Caratteristiche Minime  
pag. 8 - Lotto 3 / Caratteristiche del kit di materiale di consumo / Sub-Lotto  
3.1 punto 5

***“Sacche di soluzione sterile ed apirogena per CRRT (5 litri) con calcio, con tampone bicarbonato, con fosfato, contenenti elettroliti e bicarbonati in concentrazioni appropriate per il protocollo di anticoagulazione regionale con citrato;”***

si chiede di poter considerare idonee sacche con o senza fosfato.

### Quesito n. 2:

In riferimento al file Allegato A / Caratteristiche Minime  
pag. 8 - Lotto 3 / Caratteristiche del kit di materiale di consumo / Sub-Lotto  
3.2 punto 2

***“b. sacche di soluzione sterile ed apirogena per CRRT (5 litri), con tampone bicarbonato, con o senza glucosio, contenenti fosfato ed elettroliti in concentrazioni appropriate per il protocollo di anticoagulazione standard”.***

si chiede di poter considerare idonee sacche con o senza fosfato.

In attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo distinti  
saluti

### Risposta n. 25 :

**Re:CHIRIMENTI LOTTO 3 - 07.05.2025**

da Ente alle 12/05/2025 11:05 , allegato(1): 20250512110532757\_riscontro chiarimento n. 25.pdf

Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto

Cordiali saluti

### Chiaramento n. 26 : soralluogo

da Fornitore alle 07/05/2025 15:09

Gentile Amministrazione,

si richiede se il sopralluogo indicato al punto 10 del Disciplinare di gara è obbligatorio.?

Distinti saluti

### Risposta n. 26 :

**Re:soralluogo**

da Ente alle 09/05/2025 13:26

Gent.le Cliente

l'art. 10 del disciplinare di gara recita: "Al fine  
di presentare idonea offerta tecnica ed economica e consentire la formulazione  
di una precisa valutazione di quanto richiesto nel Capitolato, è facoltà di  
ciascuna Ditta offerente compiere un sopralluogo presso i locali ubicati nelle  
Strutture Sanitarie e/o presso il domicilio dei pazienti dove le installazioni  
dovranno essere posizionate

### Chiaramento n. 27 : iscrizione WHITE LIST

da Fornitore alle 07/05/2025 15:19

La presente ditta non è iscritta nella "WHITE LIST" e non rientra nelle opzioni da selezionare.

1.

**(EVENTUALE), in caso di servizi o forniture rientranti in una delle  
attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53,  
dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di  
servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l.  
190/2012**

? **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori,  
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  
White List) della Prefettura di .....

? **DICHIARA**

di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei  
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione  
mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di .....

? **DICHIARA**

di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [*indicare il soggetto*].

Si chiede:

- se questo appalto rientra nel **caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012.**
- **se è possibile procedere senza selezionare le risposte sopraindicate.**

**Grazie**

**Risposta n. 27 :**

**Re:iscrizione WHITE LIST**

da Ente alle 09/05/2025 13:35

Gent.le Clinte

l'allegato 1 - domanda di partecipazione, punto 6 recita: **(EVENTUALE)**, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012.

**L'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 così recita: "Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:"**

- a) *(abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)*
- b) *(abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)*
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

## Chiarimento n. 28 : PNNR

da Fornitore alle 07/05/2025 15:35

Gentile Amministrazione, per poter dare dare delle risposte da indicare sulla domanda di partecipazione, si richiede se questa procedura rientra nella seguente casistica a da voi elencata nella "domanda di partecipazione"

*[Per*

*le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione*

Saluti

## Risposta n. 28 :

**Re:PNNR**

da Ente alle 09/05/2025 13:38

Gentile Cliente

la risposta è NO

## Chiarimento n. 29 : lotto nr 3

da Fornitore alle 07/05/2025 15:48 , allegato(1): 20250507154813398\_Chiarimenti\_RD ditta concorrente.pdf

Gentile Amministrazione, in riferimento al lotto nr 3 si invia in allegato documento con elenco delle richieste di chiarimenti presentati.

Distinti saluti

## Risposta n. 29 :

**Re:lotto nr 3**

da Ente alle 12/05/2025 12:04 , allegato(1): 20250512120450280\_riscontro chiarimento n. 29.pdf

Gentile Cliente

in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

## Chiarimento n. 30 : Richiesta chiarimento

da Fornitore alle 07/05/2025 17:41

Buon pomeriggio,

All'art. 12 pag. 20 del Disciplinare di gara è precisato che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana,

si richiede di poter produrre in lingua originale (inglese), i certificati CE, ISO, le Dichiarazioni di conformità ed

## eventualmente dichiarazione latex-free e letteratura scientifica

Ringraziando, porgiamo distinti saluti

### Risposta n. 30 :

#### Re:Richiesta chiarimento

da Ente alle 09/05/2025 13:42

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si conferma quanto indicato negli atti di gara. Esclusivamente per i certificati ISO/CE, le Dichiarazioni di conformità ed eventualmente dichiarazione latex-free e letteratura scientifica è possibile presentare la documentazione in italiano e/o inglese

### Chiaramento n. 31 : CHIARIMENTO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da Fornitore alle 08/05/2025 10:28

Gentile Amministrazione , nella Domanda di Partecipazione in questo punto da compilare cosa si intende per "pubblicato sul sito ..... selezionando la voce "....."; a quale sito fare riferimento.?

- dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ..... selezionando la voce ".....");

Distinti saluti

### Risposta n. 31 :

#### Re:CHIARIMENTO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da Ente alle 09/05/2025 13:48

Gent.le Cliente

l'art. 7 dell'allegato 1 - domanda di partecipazione, recita: "

**DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa a ..... (se presente):

- dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ..... selezionando la voce ".....").

I campi in questione, segnalati con i puntini , **non sono compilati**

### Chiaramento n. 32 : RICHIESTA CHIARIMENTI - LOTTO 3

da Fornitore alle 08/05/2025 10:44

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

**Chiaramento 1:**

Con riferimento al punto 2 - paragrafo delle "Caratteristiche del kit di materiale di consumo" in corrispondenza del Sub-Lotto 3.1 - Kit, soluzioni e altro materiale di consumo necessari per singolo trattamento CRRT con anticoagulazione regionale con citrato, si fa riferimento ad una prescrizione tipica di un citrato diluito. Si chiede conferma che anche le aziende che dispongono di sacche di citrato concentrato, debbano rispettare la stessa prescrizione ( $Q_b=150$  ml/min e citratemia di 3 mmol/l). Si chiede anche se si debba considerare una metodica extracorporea ben precisa, oppure si lascia libertà all'operatore economico di scegliere una delle metodiche disponibili con citrato. Si chiede inoltre se come riportato nel trattamento con anticoagulazione standard (sub-lotto 3.2), per il calcolo corretto delle sacche da offrire, si debba considerare un effluente di circa 50 litri nelle 24 ore per un paziente di 70 kg.

### **Chiarimento 2:**

In riferimento al Vs punto 5) "Sacche di soluzione sterile e ...." si precisa che una sola azienda dispone di soluzioni con tampone bicarbonato, con calcio e fosfati. Questa caratteristica essendo minima, limita la partecipazione alla gara ad un solo operatore e preclude tutti gli altri. Si chiede pertanto l'eliminazione del punto 5) oppure che venga considerata opzionale.

### **Chiarimento 3:**

Relativamente al Sub-Lotto 3.2 - Kit, soluzioni e altro materiale di consumo necessari per singolo trattamento CRRT di 24 ore con anticoagulazione standard, al punto 2), si precisa che una sola azienda dispone di soluzioni con tampone bicarbonato (caratteristica di cui al punto b ), con o senza glucosio, contenenti fosfati, come riportato al punto b) . Questa caratteristica essendo minima, limita la partecipazione alla gara ad un solo operatore e preclude tutti gli altri. Si chiede pertanto l'eliminazione della caratteristica b) oppure che venga considerata opzionale.

Distinti saluti

### **Risposta n. 32 :**

#### **Re:RICHIEDA CHIARIMENTI - LOTTO 3**

da Ente alle 12/05/2025 16:49 , allegato(1): 20250512164959433\_riscontro chiarimento n. 32.pdf  
Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto.

### **Chiarimento n. 33 : inserimento della documentazione tecnica**

da Fornitore alle 08/05/2025 11:04

Buongiorno,  
si richiede se per il caricamento della documentazione tecnica per singolo lotto di partecipazione è ammesso una unica cartella zip? oppure si possono inserire piu' files.

Si richiede se la cartella zip che contiene i files firmati digitali, debba essere firmata digitale anche la cartella ZIP.

Cordiali Saluti

### Risposta n. 33 :

**Re:inserimento della documentazione tecnica**

da Ente alle 12/05/2025 10:33

Gent.le Cliente

In merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue.

**L' art 7.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA** del disciplinare telematico così recita: **“Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.** Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato) da caricare in successione nello spazio previsto...” . **Omissis....La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, salvo eventuale diversa indicazione all'interno del Disciplinare di gara.**

Pertanto, per **ciascuno** dei lotti offerti, **nell'unica cartella .zip, firmata digitalmente**, possono inseriti tanti files in formato.pdf.

### Chiamento n. 34 : lotto 3 inserimento documentazione tecnica-nella piattaforma è richiesto un unico file da inserire in formato pdf

da Fornitore alle 08/05/2025 11:21

In riferimento al lotto nr 3 , per inserimento della documentazione tecnica il sistema dà la possibilità di inserire un unico documento in formato PDF senza firma digitale e senza marcatura. Si chiede conferma.

Si richiede, se devono essere inseriti altra documentazione tecnica , dove è possibile caricarla.?  
Il sistema non permette inserimento dello ZIP.

Nella finestra di inserimento di ulteriore documentazione tecnica non è attiva la funzione.  
Grazie

### Risposta n. 34 :

**Re:lotto 3 inserimento documentazione tecnica-nella piattaforma è richiesto un unico file da inserire in formato pdf**

da Ente alle 12/05/2025 10:43

Gent.le Cliente

In merito a quanto richiesto, si rappresenta quanto segue.

Nella piattaforma telematica sez. "doc. richiesta- doc. tecnica", sono stati previsti due spazi:

1. per ciascuno dei lotti offerti, è stato previsto uno spazio/ cartella .zip, firmata digitalmente, dove possono inseriti tanti files in formato.pdf.

2. un ulteriore spazio , per una **eventuale** ulteriore documentazione tecnica, in formato .pdf.

Per tale ulteriore, e

*si*

*ripete, eventuale* spazio, si è provveduto ora a rendere possibile il formato.zip

### Chiaramento n. 35 : lotto 31 - documentazione tecnica cartella zip firmata

da Fornitore alle 08/05/2025 11:25

In riferimento al lotto 31 per inserimento della cartella DOCUMENTAZIONE TECNICA zip firmata digitalmente, si richiede conferma se i files all'interno della cartella zip devono essere firmati digitalmente.

Distinti saluti

### Risposta n. 35 :

Re:lotto 31 - documentazione tecnica cartella zip firmata

da Ente alle 12/05/2025 10:46

: l' art **7.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA** del disciplinare telematico così recita: “ **Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.** Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato) da caricare in successione nello spazio previsto...” . **Omississ...La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip**, salvo eventuale diversa indicazione all'interno del Disciplinare di gara.

Pertanto, per ciascuno dei lotti offerti, nell'unica cartella .zip, firmata digitalmente, possono inseriti tanti files in formato.pdf.

### Chiaramento n. 36 : richiesta chiarimento

Spett.le  
Amministrazione,

con la presente di  
chiede di confermare che possa essere applicata la riduzione del 30% in caso di  
possesso della certificazione ISO 9001.

Sul punto si  
rappresenta che il primo periodo dell'Art 106 comma 8 prevede infatti la  
possibilità di poter operare una riduzione del 30% qualora in possesso di una  
certificazione della "serie" UNI CEI ISO 9000

La norme appartenenti alla serie UNI EN ISO 9000 sono:

- UNI EN ISO 9000 Sistemi di Gestione per la Qualità (Fondamenti e terminologia).
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità (Requisiti).
- UNI EN ISO 9004 Sistemi di Gestione per la Qualità (Linee guida per il  
miglioramento delle prestazioni).
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la  
qualità ed ambientali.

La ISO 9000 è un documento da leggere e con cui  
familiarizzare per comprendere tutti gli altri standard specifici relativi alla  
qualità, mentre la ISO 9001 è una vera e propria norma in base alla quale le  
organizzazioni mettono in atto azioni al fine di certificare il proprio sistema  
di gestione della qualità.

La ISO 9001:2015, quindi, è una norma che fa parte della  
famiglia delle "ISO 9000" e che permette di costruire un buon sistema di

gestione della qualità; consente all'organizzazione che decida di adottarlo di ridurre gli errori nelle attività aziendali.

In conclusione, la ISO 9000:2015 contiene la terminologia degli standard relativi alla qualità e dà anche il nome all'intera famiglia documentale che tratta il tema della qualità, la famiglia "ISO 9000".

La ISO 9001 è, invece, una norma secondo la quale un'azienda si può certificare per garantire che la sua attività sia incentrata sul cliente e sul miglioramento continuo.

In altre parole, l'unica norma della famiglia ISO 9000 per cui un'azienda può essere certificata è la ISO 9001; le altre sono solo guide utili, ma facoltative, per favorire la corretta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema qualità.

Distinti saluti

### Risposta n. 36 :

**Re:richiesta chiarimento**

da Ente alle 12/05/2025 12:40

Gentile Cliente

in merito all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'**art. 9** del disciplinare di gara recita, tra l'altro, così: "*Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.*

1. *Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.*

### Chiarimento n. 37 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 08/05/2025 13:51

Si richiedono i seguenti chiarimenti per la procedura in oggetto:

1 - Con riferimento a quanto riportato a pag. 14 del disciplinare di gara:

"6.2.

*Requisiti di capacità economica e finanziaria - Al fine di garantire la partecipazione delle PMI, non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria."*

Si chiede di confermare che nel DGUE non debba essere compilata la sezione “B – Capacità” relativa al fatturato generale e specifico.

2- Con riferimento a quanto riportato a pag. 14 del disciplinare di gara:

*“6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale”*

a) *Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 forniture analoghe;*

*La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:*

*- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*

*- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione”*

Si chiede di confermare che:

a)  
In fase di partecipazione, per la dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, l'operatore economico debba compilare esclusivamente la relativa sezione del DGUE “C: Capacità”;

b)  
la comprova del requisito possa essere fornita anche tramite la presentazione delle fatture quietanziate relative ad almeno n. 3 forniture analoghe eseguite nell'ultimo triennio.

3- Con

riferimento a quanto riportato a pag. 25 del disciplinare di gara, all'Art. 15. OFFERTA TECNICA, al punto 3 della documentazione tecnica richiesta:

*"3. scheda*

*recante descrizione delle caratteristiche e funzionalità dei beni e prodotti offerti relativamente ai criteri ed elementi di valutazione indicati nella "Tabella caratteristiche migliorative" (all. C del CSA); n.b: lo schema di offerta deve pertanto rispecchiare tale tabella. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio, secondo gli elementi considerati nell'Allegato C-caratteristiche migliorative del CSA"*

Si chiede di

confermare che: il documento richiesto al punto 3 non debba essere presentato per i lotti 4-5-6-7-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33, aggiudicati secondo il criterio minor prezzo, in quanto non sono presenti nella "Tabella caratteristiche migliorative" (all. C del CSA) riportante i criteri di valutazione qualitativa.

4- Con

riferimento a quanto riportato a pag. 26 del disciplinare di gara, all'Art. 15. OFFERTA TECNICA, al punto 4 della documentazione tecnica richiesta:

*"scheda*

*relativa ai servizi di assistenza tecnica, contenente la descrizione della durata e delle condizioni offerte con riferimento alla garanzia, assistenza e manutenzione "full risk" iniziali inclusi nel prezzo offerto per la fornitura (che non potranno, in ogni caso, essere inferiori rispetto alla durata minima ed alle condizioni base indicate nel Capitolato Tecnico)"*

Si chiede di

confermare che il documento richiesto al punto 4, relativo alle condizioni del servizio di assistenza e manutenzione full risk, debba essere presentato solamente per i lotti relativi alla fornitura di apparecchiature.

**Risposta n. 37 :**

**Re:Richiesta chiarimenti**

da Ente alle 12/05/2025 13:25 , allegato(1): 20250512132555447\_riscontro chiarimento n. 37.pdf  
Gent.le Cliente

in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

**Chiarimento n. 38 : richiesta chiarimenti**

da Fornitore alle 08/05/2025 13:55 , allegato(1): 20250508135513785\_Richiesta chiarimenti.pdf  
Buongiorno,

si invia in allegato nostra richiesta di chiarimenti

Cordiali saluti

### Risposta n. 38 :

#### Re:richiesta chiarimenti

da Ente alle 12/05/2025 13:36 , allegato(1): 20250512133605449\_riscontro chiarimento n. 38.pdf

Gent.le Cliente

in allegato risposta ai quesiti

Cordiali saluti

### Chiarimento n. 39 : FVO CARICAMENTO DI DOCUMENTI DELLA DITTA

da Fornitore alle 08/05/2025 14:37

Si richiede se su FVOE è già stata inserita questa procedura, per procedere all'inserimento delle relative certificazione della ditta partecipante, come richiesto nella Vs "domanda di partecipazione" e nel disciplinare di gara.

Oppure si provvede ad inserire nella fase generale della documentazione del concorrente in FVOE.

Distinti saluti

### Risposta n. 39 :

#### Re:FVO CARICAMENTO DI DOCUMENTI DELLA DITTA

da Ente alle 12/05/2025 13:43

Gent.le Cliente

la procedura risulta già all'interno del FVOE.

Resta comunque salvo quanto prescritto negli atti di gara.

### Chiarimento n. 40 : Soluzioni LOTTO 3

da Fornitore alle 08/05/2025 14:39

Con riferimento alle caratteristiche minime di cui all'Allegato A al CSA per il LOTTO 3 relative alle sacche di soluzione sia per trattamenti con anticoagulazione con citrato sia per trattamenti con anticoagulazione standard rileviamo la richiesta come requisito minimo di una grande varietà di soluzioni, che molti operatori economici presenti sul mercato non dispongono. Al fine di consentire la massima partecipazione degli Operatori economici presenti sul mercato e aprire il confronto competitivo chiediamo la possibilità di poter offrire soluzioni presenti a listino di ciascuno operatore economico che garantiscano l'esecuzione dei trattamenti richiesti sia con anticoagulazione citrato sia con anticoagulazione standard anche se non rispondenti completamente ai dettagliati requisiti minimi previsti in termini di composizione.

### Risposta n. 40 :

#### Re:Soluzioni LOTTO 3

da Ente alle 12/05/2025 13:52

Gent.le Cliente

in merito a quanto richiesto, si precisa che è possibile offrire tutte le sacche di soluzione che garantiscano l'esecuzione dei trattamenti richiesti.

### Chiarimento n. 41 : FVOE FASCICOLO

da Fornitore alle 08/05/2025 14:45

Buonasera, in FVOE non è aperto un fascicolo con la procedura della presente gara.

Si chiede conferma se in questa fase occorre caricare tra i documenti dell'operatore economico generica , le certificazioni richieste nella vs "domanda di Partecipazione".

Grazie

### Risposta n. 41 :

**Re:FVOE FASCICOLO**

da Ente alle 12/05/2025 13:46

Gentile Cliente

la procedura risulta già all'interno del FVOE.

**Resta comunque salvo** quanto prescritto negli atti di gara, circa le modalità di caricamento della documentazione richiesta.