

Attribuzione punteggio individuale

Attribuzione punteggio

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 1 - BISTURI MONOUSO VARIE MISURE- CIG B4375B83A6

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL								giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)								
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 25/70						escluso								buono	da 0,51 a 0,80
			10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									discreto	da 0,41 a 0,60
			8	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
			7	0		0										sufficiente	da 0,01 a 0,20
																insufficiente	0

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
2	Praticità d'uso ergonomicità	max 15/70						escluso							
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
3	Sicurezza operazione	max 20/70						escluso							
			10	Ottimo	1,00	buono	0,80								
			10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
4	Confezionamento/ punteggio massimo così suddiviso	max 10/70						escluso							
a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura - maggiore leggibilità		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								


Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 2- DISPOSITIVO PER TRICOTOMIA PREOPERATORIA - RASOI ELETTRICI + LAME - CIG B4375C0479

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
1	Praticità d'uso punt. Max così ripartito	max 25/70										Ottimo	da 0,81 a 1
												buono	da 0,61 a 0,80
	Maneggevolezza		15	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	discreto	da 0,41 a 0,60
	Facilità di pulizia disinfezione		10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
												sufficiente	da 0,01 a 0,20
												Insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
2	Qualità della tricotomia in diversi siti anatomici (prova pratica)	max 25/70		buono	0,80	Ottimo	1,00	buono	0,80	Ottimo	1,00		
						3 tipologie di lame				3 tipologie di lame			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
3	Sicurezza Operatore	max 10/70		Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
4	Autonomia di funzionamento in continuo:attribuzione del punteggio proporzionale alla durata dell'autonomia	max 5/70		buono	0,80	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
5	Tempo di ricarica della batteria: attribuzione del punteggio inversamente proporzionale alla durata della stessa	max 5/70		sufficiente	0,20	ottimo	1,00	buono	0,80	ottimo	0,90		
						minor tempo				minor tempo			





Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 5 - - DISPOSITIVI PUNGIDITO MONOUSO - CIG B4375C36F2

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 30/70		esclusa						esclusa			buono da 0,61 a 0,80
a)	Attivita della lama (prova pratica)	15				ottimo	0,81	ottimo	0,81				discreto da 0,41 a 0,60
b)	Robustezza del sistema	15				ottimo	0,81	ottimo	0,81				più che sufficiente da 0,21 a 0,40
													sufficiente da 0,01 a 0,20
													insufficiente 0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)		
2	Praticità d'uso (ergonomia)	max 15/70		esclusa		ottimo	1,00	buono	0,70	esclusa			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione lancia	max 15/70		esclusa		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)	Giudizio	V(e)		
4	Contestamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70		esclusa						esclusa			
a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione	5				ottimo	0,81	ottimo	0,81				
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità	5				ottimo	0,81	ottimo	0,81				




***Attribuzione punteggio individuale***

**Attribuzione punteggio**

**Dr. Francesco Autuori**

LOTTO 6 - DISPOSITIVO PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE IN NEONATOLOGIA - CIG 84375C47C5

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70												Ottimo	da 0,81 a 1
														buono	da 0,61 a 0,80
a)	Attivita della lama (prova pratica)	15	ottimo	0,81		ottimo	0,81	ottimo	0,81	ottimo	0,81	ottimo	0,81	discreto	da 0,41 a 0,60
b)	Robustezza del sistema	15	ottimo	1,00		ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61	più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
														sufficiente	da 0,01 a 0,20
														insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
2	Praticità d'uso (ergonomia)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70													
a)	Sigillatura sdella confezione, facilità di apertura della confezione	5	buono	0,80		buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80		
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità	5	ottimo	0,90		ottimo	0,85	ottimo	0,90	buono	0,61	buono	0,61		



Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 7 - DISPOSITIVI PUNGIDITO /PUNGITALONE NEONATOLOGIA- CIG 84375C5898

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL						giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)						
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 30/70												Ottimo	da 0,81 a 1
														buono	da 0,61 a 0,80
a)	Attillatura della lamo (prova pratico)	15	15	ottimo	0,81	ottimo	0,81	esclusa						discreto	da 0,41 a 0,60
b)	Robustezza del sistema	15	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00							più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
														sufficiente	da 0,01 a 0,20
														insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL							
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)						
2	Praticità d'uso (ergonomia)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa							
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL							
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)						
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancetta	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa							
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL							
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)						
4	Contenzamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70						esclusa							
a)	Sigillatura sdella confezione, facilità di apertura della confezione	5	5	buono	0,80	buono	0,80								
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità	5	5	ottimo	0,90	ottimo	0,90								

Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 9 CRITERIO MINOR PREZZO

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 9 - LANCETTE STERILI PER PRICK TEST IN POLIMETACRILATO MONOUSO - CIG B4375C7A3E

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(a)														
1	Caratteristiche tecniche e funzionali			CONFORME															
a)	Affidabilità della lama (prova pratica)																		
b)	Robustezza del sistema			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(a)														
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(a)														
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancetta			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(a)														
4	Contenimento/ punteggio max. così suddiviso																		
a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione			CONFORME															
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità			CONFORME															

*Attribuzione punteggio individuale*

CONFORMITA LOTTO 10 CRITERIO MINOR PREZZO

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 10 - RASOI MONOUSO - CIG B4375C811

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(q)	Giudizio	V(q)				
1	Caratteristiche tecniche e funzionali										
a)	Affidatura della lama (prova pratica)			CONFORME		CONFORME					
b)	Robustezza del sistema			CONFORME		CONFORME					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(q)	Giudizio	V(q)				
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME		CONFORME					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(q)	Giudizio	V(q)				
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia			CONFORME		CONFORME					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(q)	Giudizio	V(q)				
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso										
a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione			CONFORME		CONFORME					
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità			CONFORME		CONFORME					

Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 11 CRITERIO MINOR PREZZO

Dr. Francesco Autuori

LOTTO 11 - RASOIO MONOUSO PER TRICOTOMIA BILAMA STERILE - CIG B4375C9BE4

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(a)										
1	Caratteristiche tecniche e funzionali			NON CONFORME											
	a)	Affidatura della lama (prova pratica)													
	b)	Robustezza del sistema													
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(a)										
2	Profilicità d'uso (ergonomia)			NON CONFORME											
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(a)										
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia			NON CONFORME											
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(a)										
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso			NON CONFORME											
	a)	Sigillatura scatola confezione, facilità di apertura della confezione													
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura - maggiore leggibilità													

Attribuzione punteggio Individuale

Attribuzione punteggio

Dr. Marco Nieco

LOTTO 1 - BISTURI MONOUSO VARIE MISURE- CIG B4375B3A6

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL								giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)								
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 25/70						esclusa								buono	da 0,61 a 0,80
	Affidatura dello lamo maggiore capacità di taglio e maggiore tenuta dell'affilatura (prova pratica)		10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									discreto	da 0,41 a 0,60
	Composizione acciaio inox - qualità e grado		8	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
	Stampigliato sul monico del n°/figura della lamo		7	0		0										sufficiente	da 0,01 a 0,20
																insufficiente	0

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
2	Praticità d'uso ergonomicità	max 15/70						esclusa							
	Ergonomicità e praticità dell'impugnatura		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
	Zigrinatura dell'impugnatura antiscivolo		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
	Qualità materioe dell'impugnatura		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
3	Sicurezza operatore	max 20/70						esclusa							
	Mecanismo di protezione sempre attivato al primo tentativo, facilità di attivazione		10	Ottimo	1,00	buono	0,80								
	Mecanismo di protezione udibile (clic sonoro) intensità del segnale		10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
4	Confezionamento/ punteggio massimo così suddiviso	max 10/70						esclusa							
a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità		5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								


Attribuzione punteggio individuale

Attribuzione punteggio

Dr. Marco Nieco

LOTTO 2 - DISPOSITIVO PER TRICOTOMIA PREOPERATORIA - RASOI ELETTRICI + LAME - CIG 84375C0479

												giudizio	coefficienti		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL				Ottimo	da 0,81 a 1
1	Praticità d'uso punt. Max così ripartito	max 25/70												buono	da 0,61 a 0,80
	Maneggevolezza			15	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00			discreto
	Facilità di pulizia disinfezione		10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00			più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
												sufficiente	da 0,01 a 0,20		
												Insufficiente	0		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
		Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
2	Qualità della tricotomia in diversi siti anatomici (prova pratica)	max 25/70		Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00				
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
		Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
3	Sicurezza Operatore	max 10/70		Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00				
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
		Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
4	Autonomia di funzionamento in continuo:distribuzione del punteggio proporzionale alla durata dell'autonomia	max 5/70		discreto	0,60	ottimo	1,00	discreto	0,60	discreto	0,60				
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
		Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
5	Tempo di ricarica della batteria: distribuzione del punteggio inversamente proporzionale alla durata della stessa	max 5/70		più che sufficiente	0,40	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80				





**Attribuzione punteggio individuale**

Atribuzione punteggio

**Dr. Marco Nieco**

LOTTO 3 - LAME DA BISTURI IN ACCIAIO INOX MONOUSO - CIG B4375C154C

				BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL						giudizio		coefficienti	
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	Giudizio	V(c)i	Giudizio	V(c)i	Giudizio	V(c)i					buono	da 0,61 a 0,80		
														discreto	da 0,41 a 0,60		
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70															
	Affidatura della lamo maggiore capacità di taglio e maggiore tenuta dell'attilatura [prova pratica]		10	più che sufficiente	0,40	buono	0,80	sufficiente	0,20								
	Composizione acciaio inox - qualità e grado		10	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00								
	Robustezza del materiale		10	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00								
																insufficiente	0

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(a)i	Giudizio	V(a)i	Giudizio	V(a)i				
2	Maggiore maneggevolezza nella fase di inserimento della larva sul manico (prova pratica)	max 15/70		buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80				
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(a)i	Giudizio	V(a)i	Giudizio	V(a)i				
3	Maggiore disponibilità di figure (distribuzione proporzionale al maggior numero disponibile)	max 15/70		buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80				

Heidi

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)				
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso	max 10/70											
a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione		5	buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80				
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura - maggiore leggibilità		5	buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80				



Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio			Dr. Marco Nieco		
-----------------------	--	--	-----------------	--	--

LOTTO 5 -- DISPOSITIVI PUNGIDITO MONOUSO - CIG BA375C36F2

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL				giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)				
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70		escluso						escluso				buono	da 0,61 a 0,80
	a)	Affidatura della lama (prova pratica)	15			ottimo	0,81	buono	0,80					discreto	da 0,41 a 0,60
	b)	Robustezza del sistema	15			ottimo	0,81	buono	0,80					più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
														sufficiente	da 0,01 a 0,20
														insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL					
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)				
2	Proficità d'uso (ergonomia)	max 15/70		escluso		ottimo	1,00	buono	0,80	escluso					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL					
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)				
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lacerità	max 15/70		escluso		ottimo	1,00	ottimo	1,00	escluso					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL					
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)				
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70		escluso						escluso					
	a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione	5			ottimo	0,81	ottimo	0,81						
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità	5			ottimo	1,00	ottimo	1,00						

Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio			Dr. Marco Nieco		
-----------------------	--	--	-----------------	--	--


LOTTO 6 - DISPOSITIVO PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE IN NEONATOLOGIA - CIG 84375C47C5

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70												Ottimo	da 0,81 a 1
	a)	Affidatura della lama (prova pratica)	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	da 0,61 a 0,80
	b)	Robustezza del sistema	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61	discreto	da 0,41 a 0,60
più che sufficiente															
sufficiente															
da 0,21 a 0,40															
da 0,01 a 0,20															
insufficiente															
0															

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL	
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)
2	Praticità d'uso (ergonomia)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL	
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lacerata	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,61	buono	0,61

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL	
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70											
	a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura - maggiore leggibilità	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80



Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio		Dr. Marco Nieco	
-----------------------	--	-----------------	--

LOTTO 7 - DISPOSITIVI PUNGIDITO/PUNGITALONE NEONATOLOGIA- CIG 84375C5898

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL				giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70						esclusa				Ottimo	da 0,81 a 1
												buono	da 0,61 a 0,80
	a)	Attivatura della lancia (prova pratica)	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00					discreto	da 0,41 a 0,60
	b)	Robustezza del sistema	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00					più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
												sufficiente	da 0,01 a 0,20
												insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
2	Proficità d'uso (ergonomia)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa					
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL					
				Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i	Giudizio	V(e)i				
4	Confezionamento/ punteggio max.coi suddiviso	max 10/70						esclusa					
	a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00						
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura - maggiore leggibilità	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00						

Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 9 CRITERIO MINOR PREZZO		Dr. Marco Nieco									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTTO 9 - LANCETTE STERILI PER PRICK TEST IN POLIMEACRILATO MONOUSO - CIG B4375C7A3E

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL									
				Giudizio	V(a)								
1	Caratteristiche tecniche e funzionali			CONFORME									
a)	Allicitura della lama (prova pratica)												
b)	Robustezza del sistema			CONFORME									
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL									
				Giudizio	V(a)								
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME									
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL									
				Giudizio	V(a)								
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancetta			CONFORME									
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL									
				Giudizio	V(a)								
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso			CONFORME									
a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione			CONFORME									
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità			CONFORME									

*Atribuzione punteggio Individuale*

CONFORMITA LOTTO 10 CRITERIO MINOR PREZZO									
Dr. Marco Nieco									

LOTTO 10 - RASOI MONOUSO - CIG B4375C811

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionali								
	a)	Attivazione della lama (prova pratica)		CONFORME		CONFORME			
	b)	Robustezza del sistema		CONFORME		CONFORME			

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME		CONFORME			

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lacerazioni			CONFORME		CONFORME			

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso								
	a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione		CONFORME		CONFORME			
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità		CONFORME		CONFORME			

Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 11 CRITERIO MINOR PREZZO				Dr. Marco Nieco			
---	--	--	--	-----------------	--	--	--

LOTTO 11 - RASOIO MONOUSO PER TRICOTOMIA BILAMA STERILE - CIG B4375C98F4

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionali			NON CONFORME			
	a)	Affidatura della lama (prova pratica)					
	b)	Robustezza del sistema					

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)		
2	Praticità d'uso (ergonomia)			NON CONFORME			

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lacerata			NON CONFORME			

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)		
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso			NON CONFORME			
	a)	Sigillatura della confezione, facilità di apertura della confezione					
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità					



Atribuzione punteggio individuale

Atribuzione punteggio

Dr. ssa Stefania Sicurezza

LOTTO 1 - BISTURI MONOUSO VARIE MISURE- CIG 843758F3A6

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL								giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)								
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 25/70						esclusa								buono	da 0,61 a 0,80
			10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									discreto	da 0,41 a 0,60
			8	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00									più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
			7	0		0										sufficiente	da 0,01 a 0,20
																insufficiente	0

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
2	Praticità d'uso ergonomicità	max 15/70						esclusa							
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	0,81								
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
3	Sicurezza operatore	max 20/70						esclusa							
			10	Ottimo	1,00	buono	0,80								
			10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		MEDICAL LUME SRL							
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
4	Confezionamento/ punteggio massimo così suddiviso	max 10/70						esclusa							
			5	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00								
			5	buono	0,80	Ottimo	1,00								

Attribuzione punteggio individuale

Attribuzione punteggio

Dr. ssa Stefania Sicuranza

LOTTO 2 - DISPOSITIVO PER TRICOTOMIA PREOPERATORIA - RASOI ELETTRICI + LAME - CIG #4375C0479

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
1	Praticità d'uso punt. Max così ripartito	max 25/70										buono	da 0,81 a 1
	Maneggevolezza		15	Ottimo	1,00	Ottimo	0,95	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	discreto	da 0,41 a 0,60
	Facilità di pulizia disinfezione		10	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
												sufficiente	da 0,01 a 0,20
												insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
2	Qualità della tricolomia in diversi siti anatomici (prova pratica)	max 25/70		Ottimo	0,95	Ottimo	1,00	ottimo	0,95	ottimo	1,00		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
3	Sicurezza Operatore	max 10/70		Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00	Ottimo	1,00		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
4	Autonomia di funzionamento in continuo:attribuzione del punteggio proporzionale alla durata dell'autonomia	max 5/70		ottimo	0,95	ottimo	1,00	ottimo	0,95	ottimo	0,95		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	ALMED SRL		ID&CO SRL		MEDICALSRL		SANIFARM SRL			
				Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)	Giudizio	V(a)		
5	Tempo di ricarica della batteria: attribuzione del punteggio inversamente proporzionale alla durata dello stesso	max 5/70		buono	0,80	ottimo	1,00	ottimo	0,95	Ottimo	1,00		
						minor tempo				minore tempo			



Attribuzione punteggio individuale

Attribuzione punteggio

Dr. ssa Stefania Sicurezza

LOTTO 3 - LAME DA BISTURI IN ACCIAIO INOX MONOUSO- CIG B4375C154C

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL						giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)						
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70												Ottimo	da 0,81 a 1
	Attitudine della lama maggiore capacità di taglio e maggiore lenità dell'affilatura [prova pratica]		10	buono	0,65	ottimo	0,85	discreto	0,60					buono	da 0,61 a 0,80
	Composizione acciaio inox - qualità e grado		10	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00					discreto	da 0,41 a 0,60
	Robustezza del materiale		10	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00					più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
														sufficiente	da 0,01 a 0,20
														insufficiente	0

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)				
2	Maggiore maneggevolezza nella fase di inserimento della lama sul montico (prova pratica)	max 15/70		buono	0,80	buono	0,80	buono	0,80				

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)				
3	Maggiore disponibilità di figure (attribuzione proporzionale al maggior numero disponibile)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00				

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		FARMAC ZABBAN SPA		KRAPE SRL					
				Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)	Giudizio	V(c)				
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70											
	a) Sigillatura sfello confezione, facilità di apertura dello conf.ne		5	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00				
	b) Facilità di identificazione del D.M. e dello misura- maggiore leggibilità		5	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00				

Attribuzione punteggio

Dr. ssa Stefania Sicurezza

LOTTO 5 - - DISPOSITIVI PUNGIDITO MONOUSO - CIG 84375C36F2


ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 30/70											
a)	Attivita della lama (prova pratica)		15	esclusa		ottimo	0,81	ottimo	0,81	esclusa		discreto	da 0,41 a 0,60
b)	Robustezza del sistema		15			ottimo	0,81	ottimo	0,81			più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
												sufficiente	da 0,01 a 0,20
												insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)		
2	Proficità d'uso (ergonomia)	max 15/70		esclusa		ottimo	1,00	ottimo	0,81	esclusa			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lacerella	max 15/70		esclusa		ottimo	1,00	ottimo	1,00	esclusa			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		CARDIOMED SRL		CHEMIL SRL		MEDICAL LUME SRL			
				Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)	Giudizio	V(%)		
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70		esclusa						esclusa			
a)	Sigillatura sdello confezione, facilità di apertura della confezione		5			ottimo	1,00	ottimo	1,00				
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità		5			ottimo	1,00	ottimo	1,00				

Attribuzione punteggio	Dr. ssa Stefania Sicuranza
------------------------	----------------------------

LOTTO 6 - DISPOSITIVO PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE IN NEONATOLOGIA - CIG 84375C47C5

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità	max 30/70	15											Ottimo	da 0,81 a 1
														buono	da 0,61 a 0,80
a)	Affidabilità della lama (prova pratica)		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	discreto	da 0,41 a 0,60	
b)	Robustezza del sistema		15	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80	più che sufficiente	da 0,21 a 0,40
sufficiente da 0,01 a 0,20															
insufficiente 0															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
2	Proficità d'uso (ergonomia)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80		
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SPA		CLINILAB SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		MEDICAL LUME SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
4	Confezionamento/ punteggio max così suddiviso	max 10/70													
a)	Sigillatura sdella confezione, facilità di apertura dello conrte		5	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00	ottimo	1,00		
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità		5	ottimo	1,00	ottimo	0,86	ottimo	1,00	buono	0,80	buono	0,80		



Attribuzione punteggio

Dr. ssa Stefania Sicurezza

LOTTO 7 - DISPOSITIVI PUNGIIDITO /PUNGITALONE NEONATOLOGIA- CIG BA375C5898

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL		giudizio	coefficienti
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
1	Caratteristiche tecniche e funzionali	max 30/70						escluso		buono	da 0,81 a 1
	a)	Attivita della lama (prova pratica)	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00			discreto	da 0,41 a 0,60
	b)	Robustezza del sistema	15	ottimo	1,00	ottimo	1,00			piu che sufficiente	da 0,21 a 0,40
										sufficiente	da 0,01 a 0,20
										insufficiente	0
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
2	Proficacia d'uso (ergonomicita)	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	escluso			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancetta	max 15/70		ottimo	1,00	ottimo	1,00	escluso			
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BIOSEVEN SRL		EUROMED SRL		MDHEALTHCARE SRL			
				Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)	Giudizio	V(α)		
4	Contenimento/ punteggio max.cosi suddiviso	max 10/70						escluso			
	a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00				
	b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità	5	ottimo	1,00	ottimo	1,00				



Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 9 CRITERIO MINOR PREZZO

Dr. ssa Stefania Sicuranza

LOTTO 9 - LANCETTE STERILI PER PRICK TEST IN POLIMETACRILATO MONOUSO - CIG B4375C7A3E

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(e)														
1	Caratteristiche tecniche e funzionali			CONFORME															
a)	Affidatura della lama (prova pratica)																		
b)	Robustezza del sistema			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(e)														
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(e)														
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancetta			CONFORME															
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	STALLERGENES ITALIA SRL															
				Giudizio	V(e)														
4	Confezionamento/ punteggio max.coi suddiviso																		
a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione			CONFORME															
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità			CONFORME															

Attribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 10 CRITERIO MINOR PREZZO

Dr. ssa Stefania Siccuranza

LOTTO 10 - RASOI MONOUSO - CIG B4375C8B11

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(o)	Giudizio	V(o)										
1	Caratteristiche tecniche e funzionali																
a)	Affilatura della lama (prova pratica)			CONFORME		CONFORME											
				CONFORME		CONFORME											
b)	Robustezza del sistema			CONFORME		CONFORME											
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(o)	Giudizio	V(o)										
2	Praticità d'uso (ergonomia)			CONFORME		CONFORME											
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(o)	Giudizio	V(o)										
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia			CONFORME		CONFORME											
ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	BENEFIS SRL		SANIFARM SRL											
				Giudizio	V(o)	Giudizio	V(o)										
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso																
a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione			CONFORME		CONFORME											
				CONFORME		CONFORME											
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità			CONFORME		CONFORME											

Atribuzione punteggio individuale

CONFORMITA LOTTO 11 CRITERIO MINOR PREZZO										Dr. ssa Stefania Sicuranza	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

LOTTO 11 - RASOIO MONOUSO PER TRICOTOMIA BILAMA STERILE - CIG B4375C7BE4

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL									
				Giudizio		V(c)							
1	Caratteristiche tecniche e funzionalità			NON CONFORME									
a)	Alfilatura dello lama (prova pratica)												
b)	Robustezza del sistema												

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL									
				Giudizio		V(c)							
2	Praticità d'uso (ergonomicità)			NON CONFORME									

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL									
				Giudizio		V(c)							
3	Dispositivo di sicurezza/protezione - facilità d'uso - eliminazione lancia			NON CONFORME									

ID	Criterio	Punteggio totale	subpunteggi	SANIFARM SRL									
				Giudizio		V(c)							
4	Confezionamento/ punteggio max. così suddiviso			NON CONFORME									
a)	Sigillatura scelta confezione, facilità di apertura della confezione												
b)	Facilità di identificazione del D.M. e della misura- maggiore leggibilità												