

Oggetto: *Verbale n° 2 della Commissione giudicatrice della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "dispositivi medici CND T02 e T03" occorrenti alle A.S.L., alle AOU di Sassari e di Cagliari, all'ARNAS G. Brotzu e all'AREUS.*

Addì 27 del mese di gennaio dell'anno 2026 nella sede di ARES Sardegna – S.C. Acquisti di Beni Sanitari, c/o ASL 7 Sulcis Iglesiente in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, presieduta dalla Dott.ssa Tamara Zara e composta dalla Dott.ssa Roberta Ballisai e dal Dr. Marco Nieco.

La commissione si è riunita in data odierna per la verbalizzazione definitiva delle attività di valutazione tecnico qualitativa delle offerte ammesse e per l'attribuzione del relativo punteggio previsto per l'appalto in oggetto.

La commissione ha proceduto in più sedute all'esame delle offerte tecniche presentate per ciascun lotto di fornitura unitamente alla campionatura. In prima istanza ha proceduto alla verifica del possesso delle caratteristiche di minima previste nel capitolato tecnico e conseguentemente alla valutazione qualitativa, attribuendo i punteggi qualità sulla base dei parametri individuati all'art. 17 punto 1 del Disciplinare di gara.

Nei prospetti allegati costituiti complessivamente da n°73 pagine e parti integranti del presente verbale, sono riportate le conclusioni della Commissione giudicatrice. Nello specifico:

- Nell'Allegato A sono stati indicati, per ciascun lotto di fornitura, le ditte offerenti e la conformità o meno dei D.M. rispetto alle caratteristiche minime e specifiche.
- Nell'Allegato B sono riportati i punteggi relativi ai parametri di natura "Quantitativa" - (rif. lotti 1 – 2 – da 4 a 35: aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- Nell'Allegato B1 risultano le valutazioni qualitative, di ciascun componente la commissione relativamente ai parametri di natura "Discrezionale" - (rif. lotti 1 – 2 – da 4 a 35 aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- Nell'Allegato C è riportato il riepilogo delle valutazioni complessive (rif. lotti 1 – 2 – da 4 a 35 aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- Nell'Allegato D è riportato il punteggio totale - (rif. lotti 1 – 2 – da 4 a 35 aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

La Commissione evidenzia di avere escluso le ditte che hanno conseguito un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata in 36/70, e in dettaglio:


- Lotto 32 - Ditta Dambo: punti 25,60/70.
- Lotto 33 - Ditta Dambo: punti 25,60/70.

Il presente verbale risulta costituito da n. 1 pagina dattiloscritta oltre i citati allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Tamara Zara






I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Roberta Ballisai

Dr. Marco Nieco

Il Segretario verbalizzante – Sig.ra Gigliola Ventura


1

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.p.A.	TIASET di Carresi Lorenzo													
OEV	B6E3196B0C	1		TELINI STERILI ADESIVI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO - Film impermeabile in materiale plastico, trasparente, antiriflesso, con adesivo ipoallergenico, con carta di protezione, flessibili e conformabili, impermeabili ai batteri, permeabili al vapore/gas, con strisce di posizionamento ai lati opposti	ok caratteristiche	ok caratteristiche													
OEV		1	1	misura riferita all'area adesiva cm 25x30 circa	25x30	25x30													
OEV		1	2	misura riferita all'area adesiva cm 40x45 circa	40x40	50x50													
OEV		1	3	misura riferita all'area adesiva cm 65x90 circa	65x90	80x60													
OEV		1	4	misura riferita all'area adesiva cm 90x95 circa	90x90	80x80													
				Valutazione	Conforme	Conforme													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.p.A.	MEDIBERG srl	TIASET di Carresi Lorenzo												
OEV	B6E3197BDF	2		TELINI STERILI ADESIVI DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO - Film impermeabile in materiale plastico, trasparente, antiriflesso, con adesivo ipoallergenico, con carta di protezione, flessibili e conformabili, impermeabili ai batteri, permeabili al vapore/gas, con strisce di posizionamento ai lati opposti - misura riferita all'area adesiva cm 25x35 circa	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche												
OEV		2	1	misura riferita all'area adesiva cm 25x35 circa	25x35	35x30	35x40												
OEV		2	2	misura riferita all'area adesiva cm 45x60 circa	60x45	65x45	70x45												
OEV		2	3	misura riferita all'area adesiva cm 60x90 circa	60x90	95x65	70x60												
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.p.A.	BIOCOMMERCIALE SFRL	DELTA MED S.P.A.	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	Mediberg Srl	Molnycke Health Care Srl	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	SURGIKA SRL	TECNOMEDICAL srl	U.Jet srl		
p	B6E3196CB2	3	1	TELO VERTICALE PER SALA OPERATORIA STERILE - in materiale plastico, trasparente, con sacca raccolta liquidi, foglio per incisione e fissaggio cavi - misura cm 200 x 300 circa	ok caratteristiche mis 200x300cm	ok caratteristiche mis 330x224 mis fenestratura 45x36; piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	ok caratteristiche mis 240x320cm mis fenestratura 28x58 cm Misura telo oltre tolleranza 10% fenestratura piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	ok caratteristiche Telo mis 250x330 cm - oltre tolleranza 10% fenestratura 80x30	ok caratteristiche mis 200x300cm fenestratura 30x60 cm troppo piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	ok caratteristiche mis 200x300cm fenestratura 80x30	ok caratteristiche Telo mis 240x320cm Misura telo oltre tolleranza 10% fenestratura 80x30	ok caratteristiche mis 330x240 cm fenestratura 86x25 Telo troppo grande	Offre set composto da: telo tavolo + Telo isolamento verticale ok caratteristiche Telo mis 320x234 cm fenestratura 70x30	ok caratteristiche mis 317x213 cm fenestratura 48x25,5 Troppo piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	ok caratteristiche mis 220x320cm fenestratura 30x80	ok caratteristiche mis 200x300cm fenestratura 75x45 cm	ok caratteristiche mis 320x280 cm fenestratura 33x50 (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)		
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto la misura della fenestratura del telo è piccola (45x36 cm) (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	Non conforme in quanto misura del telo oltre tolleranza del 10% e la misura della fenestratura del telo è piccola (28x58) (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	Non conforme in quanto la misura del telo supera la tolleranza del 10% (mis 250x330 cm vs 200 x300 cm)	Non conforme in quanto la misura della fenestratura del telo è piccola (30x60 cm) (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	Conforme	Non conforme in quanto la misura del telo supera la tolleranza del 10% (mis 240x320 cm vs 200 x300 cm)	Non conforme in quanto la misura del telo supera la tolleranza del 10% (mis 330x240 cm vs 200 x300 cm)	Non Conforme in quanto offre set composto da: telo tavolo + Telo isolamento verticale; inoltre la misura del Telo (320x234 cm) non rientra nella tolleranza del 10% e la misura della fenestratura (70x30 cm) è piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	Non conforme in quanto la misura della fenestratura del telo (48x25,5 cm) è piccola (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto la misura del telo supera la tolleranza del 10% (mis 320x280 cm vs 200 x300 cm) e la misura della fenestratura del telo è piccola (33x50 cm (richiesta 80x30 cm - rif. chiarimento n. 29)		
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E3199D85	LOTTO 4	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.		TAU MEDICA Srl									
OEV	B6E319AE58	5		TELO PER TAVOLO OPERATORIO TRIPLO STRATO STERILE - in tessuto triaccoppiato: strato a contatto con il paziente in TNT non trapuntato - strato intermedio assorbente composto da polimeri igroscopici ad alta assorbenza - strato a contatto con il tavolo operatorio in film plastico impermeabile antistatico e ignifugo - telo assorbente per procedure endoscopiche	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	biaccoppiato 68grm conforme (rif. chiarimento n. 23)	biaccoppiato: 58 g/m2 conforme (rif. chiarimento n. 23) Destinazione d'uso non rispondente alla richiesta (trattasi di pannolini monouso/Traversa)		ok caratteristiche e misure									
OEV		5	1	misura cm 75x100 circa	75x100	75x100	75x100	61x91(troppo piccolo)		75x100									
OEV		5	2	misura cm 230x100 circa	100x230	100x230	230x100	228x101		100x230									
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto la destinazione d'uso del DM offerto non è rispondente alla richiesta: trattasi di pannolini monouso/Traversa. Inoltre il telo di cui alla voce sub lotto 1 è troppo piccolo (61x91 cm vs cm 75x100)		Conforme									
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	MEDICAL DEVICE SRL	SANIFARM S.R.L.											
OEV	B6E319BF2B	6	1	KIT STERILE COPERTURA TAVOLO OPERATORIO - in tessuto triaccoppiato: strato a contatto con il paziente in TNT non trapuntato - strato intermedio assorbente composto da polimeri igroscopici ad alta assorbenza - strato a contatto con il tavolo operatorio in film plastico impermeabile antistatico e ignifugo - Telo per trasferimento paziente resistenza alla trazione superiore a 260 KG - telo assorbente misura cm 230x100 circa completo di telo trasferimento paziente cm 100x200 circa	ok caratteristiche e misure Strato contatto paziente trapuntato	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure strato contatto paziente trapuntato	NON STERILE Strato contatto paziente trapuntato telo trasferimento cm 102x152 (piccolo)											
OEV		6	2	KIT STERILE COPERTURA TAVOLO OPERATORIO - in tessuto triaccoppiato: strato a contatto con il paziente in TNT non trapuntato - strato intermedio assorbente composto da polimeri igroscopici ad alta assorbenza - strato a contatto con il tavolo operatorio in film plastico impermeabile antistatico e ignifugo - Telo per trasferimento paziente resistenza alla trazione superiore a 260 KG - telo assorbente per procedure endoscopiche di urologia misura cm 150x100 circa completo di telo trasferimento paziente cm 100x200 circa	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	NON STERILE telo trasferimento cm 102x152 (piccolo) Non è KIT PER TAVOLO OPERATORIO											
				Valutazione	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 6.1 ha lo strato a contatto con il paziente trapuntato	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 6.1 ha lo strato a contatto con il paziente trapuntato	Non conforme in quanto i KIT offerti non sono sterili; inoltre: il DM offerto al sub Lotto 6.1 ha lo strato a contatto con il paziente trapuntato e il telo di trasferimento piccolo - Il DM offerto al sub Lotto 6.2 non è un kit per tavolo operatorio e il telo di trasferimento è piccolo.											

[Handwritten signatures and initials]

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	CAM HOSPITAL SRL	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Med Trade srl	Mediberg Srl	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U Jet srl				
OEV	B6E319C003	7		TELI IN TNT CHIRURGICO (PER TAVOLO PORTASTRUMENTI) STERILI PER AMBULATORI E SALA OPERATORIA - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	Ok caratteristiche				
OEV		7	1	misura cm 40x40 circa	35x50	40x40	50x50	40x40	37,5x45	40x40	50x50	45x37,5	45x40	40x40	50x50				
OEV		7	2	misura cm 40x60 circa	50x70	40x60	40x60	40x60	45x75	40x60	50x60	45x75	40x75	40x60	45x70				
OEV		7	3	misura cm 50x50 circa	50x50	50x50	50x50	50x50	45x75	50x50	50x50	50x50	45x50	50x50	50x50				
OEV		7	4	misura cm 75x90 circa	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	90x75	75x90	75x90				
		7	5	misura cm 75x100 circa	90x120	75x100	75x100	75x100	75x90	75x100	75x100	90x100	100x120	75x100	75x100				
OEV		7	6	misura cm 100x150 circa	90x150	100x150	100x150	100x150	100x150	100x150	100x150	90x150	150x90	100x150	100x150				
OEV		7	7	misura cm 150x200 circa	150x240	150x200	150x200	150x200	150x180	150x200	150x200	150x175	145x193	150x200	150x200				
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA. Offerta tecnica carente di dati quali: spessore - peso - colorazione - antistaticità ecc. I dati forniti non permettono la corretta valutazione del prodotto. NON VALUTABILE				
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A.	CAM HOSPITAL SRL	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	Mediberg Srl	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U Jet srl			
OEV	B6E319D0D6	8		TELI IN TNT STERILE PER COPERTURA CON BORDO ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente, con bordo adesivo sul lato lungo del telo	Ok caratteristiche	Nell'offerta si/prezzi le misure della voce 2 e 4 sono invertite	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche			
OEV		8	1	misura cm 75 x 90 circa	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	75x90	90x75	75x90	75x90	75x90			
		8	2	misura cm 100 x150 circa	100x150	100x100	100x150	100x150	150x180	100x150	100x150	100x150	100x120	100x150	100x150	100x150			
OEV		8	3	misura cm 150 x 200 circa	150x200	150x200	150x200	150x200	150x240	150x200	150x200	150x200	175x150	150x200	150x200	150x200			
OEV		8	4	misura cm 100x100 circa	100x100	100x150	100x100	100x100	90x110	100x100	100x100	100x100	90x100	100x100	100x100	100x100			
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto le misure del telo voce sub Lotto 8.2 e sub Lotto 8.3 superano di molto la tolleranza del ±10%.	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA. Offerta tecnica carente di dati quali: spessore - peso - colorazione - antistaticità ecc. I dati forniti non permettono la corretta valutazione del prodotto. NON VALUTABILE			
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl												
OEV	B6E319E1A9	9		TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE NON ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica	ok	ok	ok												
OEV		9	1	misura: cm 75 x 90 circa con foro cm 6 x 9 circa	ok	ok	ok												
OEV		9	2	misura: cm 75 x 90 circa con foro cm 7 x 11 circa	ok	ok	ok												
OEV		9	3	misura: cm 110x110 circa con foro cm 6 x 9 circa	ok	ok	ok												
				Valutazione	conforme	conforme	conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	TECNOMEDICAL srl												
OEV	B6E319F27C	10	1	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 50 x60 circa con foro cm 6 x 9 circa	OK misura	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
OEV		10	2	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 75 x 90 circa con foro cm 7 x 11 circa	Il codice offerto non è ricompreso nelle scheda tecnica e pertanto non valutabile	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
OEV		10	3	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 110x110 circa con foro cm 6 x 9 circa	OK misura	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
OEV		10	4	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 110x150 circa con foro cm 9 x18 circa	Il codice offerto non è ricompreso nelle scheda tecnica e pertanto non valutabile	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
		10	5	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 120x150 circa con foro cm 6 x 9 circa	foro 7x9	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
OEV		10	6	TELO CHIRURGICO IN TNT STERILE CON FORO OVALE ADESIVO - due strati, uno impermeabile ed uno assorbente - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica asettica - misura: cm 75x190 circa con foro cm 5 x 7 circa	OK misura	OK misura e caratteristiche	OK misura e caratteristiche												
				Valutazione	ESCLUSO in quanto il codice offerto per la voce sub Lotto 10.2 e sub Lotto 10.4 non è ricompreso nella scheda tecnica e pertanto non valutabile	Conforme	Conforme												

96 *[signature]* *[signature]* *[signature]*

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	LOHMANN & RAUSCHER SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	TAU MEDICA Srl										
OEV	B6E31A034F	11	1	TELO OTOLOGICO IN TNT sterile 150 x 150 circa, con foro tondo adesivo di cm Ø10 cm	ok caratteristiche e misure	misura telo grande (150x200 cm vs 150x150cm)	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure										
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto la misura telo è grande (150x200 cm vs 150x150 cm)	Conforme	Conforme										
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl												
OEV	B6E31A1422	12	1	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 10 x 12 cm circa con <u>sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 150x100 cm circa	Conforme	Conforme												
OEV		12	2	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 10 x 12 cm circa con <u>sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 100x120 cm circa	Conforme	Conforme												
OEV		12	3	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 10 x 12 cm circa con <u>sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 150x150 cm circa	Conforme	Conforme												
OEV		12	4	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 10 x 12 cm circa con <u>sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 150x240 cm circa	offre telo con due sacche	Conforme												
OEV		12	5	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 9 x 12 cm circa con <u>sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 70x200 cm circa	offre telo con due sacche	Conforme												
		12	6	TELO OFTALMICO sterile in TNT idrorepellente con area di incisione 10 x 12 cm circa con <u>doppia sacca</u> di raccolta liquidi e fettucce di drenaggio per la rimozione dei fluidi dall'area chirurgica, misura telo 150x150 cm circa	Conforme	conforme												
				Valutazione	Non conforme in quanto il telo offerto per la voce sub Lotto 12.4 e sub Lotto 12.5 è dotato di due sacche.	Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TECNOMEDICAL srl									
OEV	B6E31A24F5	13	1	TELO CHIRURGICO STERILE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - biocoppiato in TNT con foro al centro diam. 20 cm - misura cm 200x200 circa	ok per caratteristiche e misure	Foro adesivo Non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	foro adesivo non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	campione con foro adesivo non conforme	ok per caratteristiche e misure									
		13	2	TELO CHIRURGICO STERILE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - biocoppiato in TNT con foro al centro diam. 20 cm - misura cm 100x100 circa	Fore adesivo Non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	Fore adesivo Non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	Fore adesivo Non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	Fore adesivo Non conforme (Rif. chiarimento n. 59)	ok per caratteristiche e misure									
				Valutazione	Non conforme in quanto il telo offerto per la voce sub Lotto 13.2 è dotato di foro adesivo (rif. chiarimento n. 59)	Non conforme in quanto il telo offerto per la voce sub Lotto 13.1 e sub Lotto 13.2 è dotato di foro adesivo (rif. chiarimento n. 59)	Non conforme in quanto il telo offerto per la voce sub Lotto 13.1 e sub Lotto 13.2 è dotato di foro adesivo (rif. chiarimento n. 59)	Non conforme in quanto il telo offerto per la voce sub Lotto 13.1 e sub Lotto 13.2 è dotato di foro adesivo (rif. chiarimento n. 59)	Conforme									
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	SANIFARM S.R.L.												
OEV	B6E31A35C8	14	1	TELO ANGIOGRAFICO sterile in TNT dimensioni lunghezza 400 larghezza 250 cm con 2 fori per il sito di puntura, attorno al foro TNT ad alta assorbenza per una dimensione di 200 lunghezza x 100 larghezza cm il telo deve avere la parte laterale destra trasparente per la visione dei comandi del tavolo dell'angiografo.	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure												
OEV		14	2	Telo per angiografia vascolare ed interventistica in TNT triaccoppiato: - misure 230x330 cm ± 10% - due fori decentrali con film adesivo e non adesivo in polietilene su entrambi i lati - telo accessorio 90x110 cm ± 10%	ok caratteristiche e misure	Assente telo accessorio												
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto per la voce sub Lotto 14.2 non ha offerto il telo accessorio												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl								
OEV	B6E31A6841	17	1	TELO PER ARTROSCOPIA - in TNT - sterile monouso - idrorepellente - area di rinforzo assorbente con fenestrazione elastica di circa 6/7 cm - guide passacavi e tubi - confezionamento tale da permettere il posizionamento con tecnica sterile - misura cm 245x330 circa	ok caratteristiche mis. 230x320 fenestrazione 6 cm	ok caratteristiche mis. 245x330 fenestrazione 6 cm	ok caratteristiche mis. 225x320 fenestrazione 7 cm	Non valutabile allega scheda tecnica lotto 19	ok caratteristiche mis. 245x330 fenestrazione 7 cm	ok caratteristiche mis. 245x300 fenestrazione 7 cm								
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA	Conforme	Conforme								

96 Dec 1996

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	MACROPHARM SRL	Med Trade srl	Molnycke Health Care Srl	TECNOMEDICAL srl											
OEV	B6E31B0084	27	1	TELO POSIZIONAMENTO PORT E CVC Telo per posizionamento port ed accessi brachiali in TNT triaccoppiato - misure 180 x 200 cm ± 10% - foro centrale da 20 x 20 cm ± 10% con film di incisione e fissacavi integrato	Telo mis. 175x200 cm foro 20x20 cm	Telo mis. 180x200 cm foro 20x20 cm	Telo mis. 180x200 cm foro 20x20 cm	Telo mis. 200x300 cm foro 12x16,5 cm non conforme per dimensioni	Telo mis. 180x200 cm foro 20x20 cm											
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme per le dimensioni del Telo (200x300 cm vs 180x200 cm ± 10%) e del foro (12x16,5 cm vs 20 x 20 cm ± 10%)	Conforme											
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	TAU MEDICA Srl															
OEV	B6E31B1157	28		TELINO IN TNT IMPERMEABILE ED ASSORBENTE A 3 STRATI PER ANTIBLASTICI - in TNT fortemente assorbente - polietilene impermeabile - strato di cellulosa - sterile monouso	Ok caratteristiche e misura	Conforme														
		28	1	misura cm 30x45 circa																
		28	2	misura cm 40x50 circa																
		28	3	misura cm 75x90 ± 10%.																
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	MABE SRL	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl												
OEV	B6E31B222A	29		TELINO CHIRURGICO IN TNT IMPERMEABILE ED ASSORBENTE A 3 STRATI - in TNT fortemente assorbente - polietilene impermeabile - strato di cellulosa - sterile monouso	ok caratteristiche	offerta s/prezzi riporta quotazione di offerta	ok caratteristiche	ok caratteristiche												
OEV		29	1	misura cm 45x75 circa	45x75		45x75	mis. 75x75 troppo grande												
OEV		29	2	misura cm 75x90 circa	75x90		75x90	75x90												
OEV		29	3	misura cm 90x100 circa	90x100		90x100	100x100												
OEV		29	4	misura cm 150x200 circa	150x200		150x200	150x190												
				Valutazione	Conforme	ESCLUSA	Conforme	ESCLUSA. Offerta tecnica carente di dati quali: spessore - peso - colorazione - antistaticità ecc I dati forniti non permettono la corretta valutazione del prodotto. NON VALUTABILE												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	MED TRADE SRL															
OEV	B6E31B32FD	30	1	TELINO CHIRURGICO IN TNT IMPERMEABILE ED ASSORBENTE A 3 STRATI A T CON FENESTRATURA ADESIVA - in TNT fortemente assorbente, polietilene impermeabile e strato di cellulosa - sterile monouso - telo cm 260x300x200 circa con rinforzo assorbente supporto antisdrucciolo per strumentario - tasche laterali trasparenti cm 35x70 circa con chiusura tipo velcro e anelli fissatubi. Uso per chirurgia laparoscopica e laparotomica conf. busta doppia sterili - con fenestratura addominale regolabile e bordi adesivi misura cm 30x20 circa - conf. busta doppia sterili (entrambe le buste)	Una sola busta sterile + involucro di protezione vs. conf. busta doppia sterile richiesta															
OEV		30	2	TELINO CHIRURGICO IN TNT IMPERMEABILE ED ASSORBENTE A 3 STRATI A T CON FENESTRATURA ADESIVA - in TNT fortemente assorbente, polietilene impermeabile e strato di cellulosa - sterile monouso - telo cm 260x300x200 circa con rinforzo assorbente supporto antisdrucciolo per strumentario - tasche laterali trasparenti cm 35x70 circa con chiusura tipo velcro e anelli fissatubi. Uso per chirurgia laparoscopica e laparotomica conf. busta doppia sterili - con fenestratura addominale regolabile e bordi adesivi misura cm 35x40 circa - conf. busta doppia sterili (entrambe le buste)	Una sola busta sterile + involucro di protezione vs. conf. busta doppia sterile richiesta															
				Valutazione	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 30.1 e sub Lotto 30.2 è confezionato con una sola busta sterile + involucro di protezione vs. conf. busta doppia sterile richiesta															
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	FUTURA MEDICA SRL	Med Trade srl	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl									
OEV	B6E31B43D0	31	1	TELO CHIRURGICO A SACCO IN PE PER COPERTURA TAVOLO MAYO STERILE - costituito da un film antistatico in polietilene + una striscia centrale in TNT assorbente con piano di lavoro rinforzato - piegatura tale da garantire il mantenimento del campo sterile ed un drappeggio veloce sterile - misura cm 80x145 circa	mis. 80x150	mis. 80x145	mis. 80x145	mis. 80x145	mis. 80x142	mis. 80x145	mis. 80x145									
OEV		31	2	TELO CHIRURGICO A SACCO IN PE PER COPERTURA TAVOLO MAYO STERILE - costituito da un film antistatico in polietilene + una striscia centrale in TNT assorbente con piano di lavoro rinforzato - piegatura tale da garantire il mantenimento del campo sterile ed un drappeggio veloce sterile - misura cm 75x90 circa	mis. 80x90	mis. 75x90	mis. 75x90	mis. 75x90	dimensioni nettamente superiori a quelle richieste: mis. 80x145 cm vs cm 75x80	mis. 75x90	mis. 80x90									
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 31.2 ha dimensioni nettamente superiori a quelle richieste (mis. 80x145 cm vs cm 75x80)	Conforme	ESCLUSA. Offerta tecnica carente di dati quali: spessore - peso - colorazione - antistaticità ecc. I dati forniti non permettono la corretta valutazione del prodotto. NON VALUTABILE									
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LAMONEA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	Rays S.p.a.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	
OEV	B6E31B54A3	32	1	CAMICI STANDARD IN TNT STERILI MONOUSO PER CHIRURGO - Idrorepellenti, traspiranti, avvolgenti - Allacciatura posteriore a portafoglio con 4 lacci di cui due interni e cartellino anticontagio - Polsini in maglia tubolare di cotone senza cuciture - Allacciatura posteriore del collo con velcro regolabile su morbida fettuccia - Cuciture doppie interne - Salviette asciugamani - Confezionamento in carta medicale e piegatura tali da garantire il rispetto della tecnica asettica - misure S - M- L- XL - XXL	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	riporta quotazioni economiche nell'offerta s/ prezzi	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	

Gf Bae Totò

Handwritten signature



PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CAM HOSPITAL SRL	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	LAMONEA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MABE SRL	Medberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	Rays S.p.a.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl							
	B6E31B6576	33	1	CAMICI IN TNT STERILI MONOUSO PER CHIRURGO RINFORZATI - Idrorepellenti, traspiranti, avvolgenti completamente saldati senza cuciture - Allacciatura posteriore a portafoglio con 4 lacci di cui due interni e cartellino anticontagio - Polsini elasticizzati senza cuciture - piegatura tale da consentire all'utilizzatore di indossarlo senza l'aiuto di terze persone - Confezionamento in carta medicale e piegatura tali da garantire il rispetto della tecnica asettica - misure S - M- L- XL - XXL	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure Offerta tecnica carente di dati quali: peso - penetrazione microbica e passaggio liquidi.	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure Offerta tecnica carente di dati quali: peso - penetrazione microbica e passaggio liquidi.	ok caratteristiche e misure	riporta quotazioni economiche nell'offerta s/ prezzi	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure						
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Esclusa	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme							
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl															
OEV	B6E31B7649	34	1	CAMICI IN TNT STERILI MONOUSO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA RINFORZATI - Idrorepellenti, traspiranti, avvolgenti - Rinforzo esterno sulle maniche e anteriormente in polietene o altro materiale plastificato - Lunghezza alla caviglia - Allacciatura posteriore a portafoglio con 4 lacci di cui due interni e cartellino anticontagio - Polsini in maglia tubolare di cotone senza cuciture - Allacciatura posteriore del collo con velcro regolabile su morbida fettuccia - Cuciture doppie interne - Salviette asciugamani - Confezionamento in carta medicale e piegatura tali da garantire il rispetto della tecnica asettica - misure S - M- L- XL - XXL	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	Camice non dotato di rinforzi richiesti nel capitolato (esterno maniche e corpo centrale anteriore) dato non valutabile sia nella scheda sia il campione	Carente gamma misure richieste: non offre le taglie S ed M	Non conforme per lunghezza sotto al ginocchio	ok caratteristiche e misure															
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il camice non è dotato dei rinforzi richiesti nel capitolato	Non conforme per carenza gamma misure richieste: non offre le taglie S ed M	Non conforme in quanto il camice offerto ha lunghezza sotto al ginocchio	Conforme															
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	FUTURA MEDICA SRL	Medberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	Med Trade srl	TAU MEDICA Srl																	
OEV	B6E31B871C	35	1	CAMICI IN TNT STERILI MONOUSO PER UROLOGIA RINFORZATI - Idrorepellenti, traspiranti, avvolgenti - Rinforzo esterno sulle maniche e anteriormente in polietene o altro materiale plastificato - Lunghezza alla caviglia e ampiezza adatta anche ad interventi da seduto- Allacciatura posteriore a portafoglio con 4 lacci di cui due interni e cartellino anticontagio - Polsini in maglia tubolare di cotone senza cuciture - Allacciatura posteriore del collo con velcro regolabile su morbida fettuccia - Cuciture doppie interne - Salviette asciugamani - Confezionamento in carta medicale e piegatura tali da garantire il rispetto della tecnica asettica - misure S - M- L- XL - XXL	campione 2 lacci in vita vs 4 lacci dichiarati in scheda tecnica e richiesti	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure	campione 2 lacci in vita vs. 4 lacci scheda tecnica	campione 2 lacci in vita vs 4 lacci scheda tecnica; chiusura collo con lacci vs. in scheda tecnica dichiarato in velcro regolabile																	
				Valutazione	Non conforme in quanto il campione ha 2 lacci in vita vs 4 lacci dichiarati in scheda tecnica e richiesti.	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il campione ha 2 lacci in vita vs 4 lacci dichiarati in scheda tecnica e richiesti.	Non conforme in quanto il campione ha 2 lacci in vita vs 4 lacci dichiarati in scheda tecnica; inoltre ha chiusura collo con lacci vs. velcro regolabile dichiarato in scheda tecnica																	
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MABE SRL	Medberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA										
P	B6E31B97EF	36	1	CAMICI IN TNT NON STERILI MONOUSO PER OPERANDI - Idonea allacciatura - non trasparente - maniche corte - taglia unica - confezionamento: non superiore a 10 pezzi	ok caratteristiche e confezionamento Trasparente	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento Trasparente	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento leggermente trasparente	riporta quotazioni economiche nell'offerta s/ prezzi	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento	ok caratteristiche e confezionamento									
				Valutazione	Non conforme in quanto trasparente	conforme	Non conforme in quanto trasparente	conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA.	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme									
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31BA8C2	LOTTO 37	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO																					
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A.	Medberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	SANIFARM S.R.L.																
P	B6E31BB995	38	1	CAMICI PER ASSISTENZA AL PARTO IN TNT NON STERILI - Camici monouso- impermeabili- per assistenza al parto - idrorepellenti- con rinforzo interno protettivo in materiale barriera che non offra penetrabilità ai liquidi- completamente avvolgente - lunghezza alla caviglia - taglia standard	Senza rinforzo interno protettivo e corto (non alla caviglia)	ok per caratteristiche e misure	Senza rinforzo interno protettivo e corto (non alla caviglia)	ok per caratteristiche e misure	Senza rinforzo interno protettivo	Presenta dichiarazione di equivalenza Il camice non ha rinforzo interno protettivo																
				Valutazione	Non conforme il quanto il camice offerto è senza rinforzo interno protettivo ed è corto (non alla caviglia)	Conforme	Non conforme il quanto il camice offerto è senza rinforzo interno protettivo ed è corto (non alla caviglia)	Conforme	Non conforme il quanto il camice offerto è senza rinforzo interno protettivo	Non conforme il quanto il camice offerto è senza rinforzo interno protettivo																
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	DAMBO S.r.l.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MABE SRL	MEDICAL DEVICE SRL	Nacatur International Import Export S.r.l. a s.u.	Rays S.p.a.	TAU MEDICA Srl											
P	B6E31BCA68	39	1	CAMICI IN TNT MONOUSO PER VISITATORI NON STERILI - Maniche lunghe terminanti con polsino in maglia - Girocollo rifinito con bordini in maglia - Allacciatura posteriore - misura standard - confezionamento: non superiore 10 pezzi	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Ok caratteristiche e confezionamento	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	no polsino in maglia - girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	riporta quotazioni economiche nell'offerta s/ prezzi	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Ok caratteristiche e confezionamento											
P		39	2	CAMICI IN TNT MONOUSO PER VISITATORI STERILI - Maniche lunghe terminanti con polsino in maglia - Girocollo rifinito con bordini in maglia - Allacciatura posteriore - misura standard	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Ok caratteristiche e confezionamento	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)		girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Ok caratteristiche e confezionamento											
				Valutazione	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	ESCLUSA	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Non conforme in quanto il DM offerto al sub Lotto 39.1 e sub Lotto 39.2 ha il girocollo non rifinito in maglia (rif. Chiarimento n. 1)	Conforme											

[Handwritten signatures and initials]

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BERICAH S.P.A.	BETATEX S.P.A.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	MEDICAL DEVICE SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	RAMEDICAL SRL	SANIFARM S.R.L.					
P	B6E31BDB3B	40	1	GIUBBINO IN TNT non sterile- maniche lunghe per personale sala operatoria Taglie richieste TAG S,M,L,XL	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	riporta quotazioni economiche nell'offerta s/ prezzi	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche					
P		40	2	DIVISE M/USO in TNT non sterile - pantalone e casacca TAG M,L,XL	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche		ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche	ok caratteristiche				
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme					
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A.	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	SANIFARM S.R.L.	U.Jet srl											
P	B6E31BEC0E	41	1	COPRIBRACCIO IN TNT STERILI - Con polsino e elastico al gomito - misura standard	troppo corto non conforme	troppo corto non conforme	55 cm	50 cm	senza polsino non conforme	troppo corto non conforme											
				Valutazione	Non conforme in quanto troppo corto	Non conforme in quanto troppo corto	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto non ha il polsino come richiesto	Non conforme in quanto troppo corto											
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A.	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	MABE SRL	Mediberg Srl											
P	B6E31BFCE1	42	1	GREMBIULI MONOUSO IN TNT E POLITENE NON STERILI - Resistenti alla trazione e allo strappo - Con pettorina e lacci per chiusura posteriore - misura unica - confezionamento: non superiore a 20/30 per confezione	ok per caratteristiche; mis. Lunghezza troppo corto (115 cm lung.)	ok per caratteristiche; misura lung. 140 cm Incluso girocollo: troppo corto	ok per caratteristiche 120 cm lung. (dalla pettorina)	ok per caratteristiche; mis. Lunghezza troppo corto (115 cm lung.)	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	girocollo troppo stretto											
				Valutazione	Non conforme in quanto il DM offerto è troppo corto (lunghezza cm 115)	Non conforme in quanto il DM offerto è troppo corto (lunghezza 140 cm Incluso girocollo)	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto è troppo corto (lunghezza cm 115)	Escluso	Non conforme il DM offerto ha il girocollo troppo stretto											
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A.	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Mediberg Srl	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl											
P	B6E31C0DB4	43	1	MASCHERINE IN TNT CON VISIERA - non sterili - visiera in materiale plastico trasparente - Rispondente alla normativa UNI EN 14683-2019 - Analergica, rettangolare, con lacci in TNT cuciti - Ad alta capacità filtrante non inferiore al 98% (BFE 98) pressione differenziale < 49,0 Pa/cm2, resistente agli spruzzi - Ipoallergeniche - Assenza di fibre di vetro, latex free - Barretta metallica per la conformazione al viso - misura standard - confezionamento: n. 50 in confezione tale da consentire agevolmente il singolo prelevamento	Ok caratteriche	Ok caratteriche	non dichiara valore BFE e valore pressione differenziale Pa/cm²	Ok caratteriche	Ok caratteriche	valore pressione differenziale <60 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto; non specifica valore											
				Valutazione	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto non dichiara valore BFE e valore pressione differenziale Pa/cm2	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto ha un valore di pressione differenziale < 60 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto											
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A.	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	MABE SRL	Rays S.p.a.												
P	B6E31C1E87	44	1	MASCHERINE CHIRURGICHE IN TNT CON LACCI - non sterili - Rispondente alla normativa UNI EN 14683-2019 - Analergica, rettangolare, con lacci in TNT cuciti - Ad alta capacità filtrante non inferiore al 98% (BFE 98) pressione differenziale < 49,0 Pa/cm2, resistente agli spruzzi - Ipoallergeniche - Assenza di fibre di vetro, latex free - Barretta metallica per la conformazione al viso - misura standard - confezionamento: n. 50 in confezione tale da consentire agevolmente il singolo prelevamento	Ok caratteriche	valore pressione differenziale <=59,9 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto	valore pressione differenziale <60 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	Ok caratteriche												
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto ha un valore di pressione differenziale <=59,9 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto	Non conforme in quanto il DM offerto ha un valore di pressione differenziale < 60 vs < 49,0 Pa/cm2 richiesto	ESCLUSA	Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A.	CO.DI.SAN S.p.A.	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	ITALORTOPEDIA SRL	MABE SRL	Pizzocri Srl	RAMEDICAL SRL	Rays S.p.a.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl						
P	B6E31C2F5A	45	1	MASCHERINE CHIRURGICHE IN TNT CON ELASTICO AURICOLARE - non sterili - Rispondente alla normativa UNI EN 14683-2019 - Analergica, rettangolare, con elastici - minima resistenza al flusso respiratorio, ad alto potere filtrante - Ipoallergeniche - Assenza di fibre di vetro, latex free - Barretta metallica per la conformazione al viso - misura standard - confezionamento: n. 50 in confezione tale da consentire agevolmente il singolo prelevamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento					
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA	Conforme	Conferme	Conferme	Conferme	Conferme	Conferme					
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A.	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	MABE SRL	Mediberg Srl											
P	B6E31C3032	46	1	CAPPELLINI MONOUSO IN TNT NON STERILI CON ELASTICO - Resistenti alla trazione e allo strappo - con bordo tubolare e supporto elastico nella parte posteriore - adatti per capelli lunghi - misura unica - confezionamento: non superiore a 50 pz per confezione	elastico a bassa tenuta - dimensioni piccole: non adatto per capelli lunghi	Ok caratteristiche e confezionamento	elastico a bassa tenuta - dimensioni piccole: non adatto per capelli lunghi - confezionamento superiore a 50pz (100 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)											
P		46	2	CAPPELLINI MONOUSO IN TNT NON STERILI CON LACCI - Resistenti alla trazione e allo strappo - con bordo tubolare e lacci scorrevoli - misura unica - confezionamento: non superiore a 50 pz per confezione	conforme	Ok caratteristiche e confezionamento	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)		un pò ampio - confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)											
P		46	3	CAPPELLINI MONOUSO SCAFANDRO IN TNT NON STERILI PER COPERTURA INTEGRALE DEL CAPO - Resistenti alla trazione e allo strappo - con lacci - misura unica - non superiore a 100 pz per confezione	conforme	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Conforme		troppo ampio											
				Valutazione	Non conforme in quanto relativamente alla voce sub Lotto 46.1 il DM offerto ha elastico a bassa tenuta - dimensioni piccole: non adatto per capelli lunghi	Conforme	ESCLUSA per mancata conformità del DM di cui alla voce sub Lotto 46.1 in quanto: dotato di elastico a bassa tenuta, di dimensioni piccole; non adatto per capelli lunghi. Inoltre i DM di cui alla voce sub Lotto 46.1 e sub Lotto 46.2 è offerto in confezionamento da 100 pz anziché 50 Pz	ESCLUSA in quanto i DM di cui alla voce sub Lotto 46.1 e sub Lotto 46.2 è offerto in confezionamento da 100 pz anziché 50 Pz	ESCLUSO	ESCLUSA in quanto i DM di cui alla voce sub Lotto 46.1 e sub Lotto 46.2 è offerto in confezionamento da 100 pz anziché 50 Pz											

96  

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BETATEX S.P.A	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	ITALORTOPEDIA SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	PAUL HARTMANN S.P.A	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl						
P	B6E31C4105	47	1	CUFFIE MONOUSO NON STERILI - in TNT con elastico, resistenti alla trazione e allo strappo, misura unica - confezionamento: non superiore a 50 pz per confezione	Ok caratteristiche e confezionamento	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	Ok caratteristiche e confezionamento	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (130 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)	confezionamento superiore a 50 pz (100 pz)						
				Valutazione	Conforme	ESCLUSA per confezionamento da 100 PZ anziché max 50 pz	ESCLUSA per confezionamento da 100 PZ anziché max 50 pz	Conforme	ESCLUSO	ESCLUSA per confezionamento da 100 PZ anziché max 50 pz	ESCLUSA per confezionamento da 130 PZ anziché max 50 pz	ESCLUSA per confezionamento da 100 PZ anziché max 50 pz	ESCLUSA per confezionamento da 100 PZ anziché max 50 pz						
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BETATEX S.P.A	CO.DI.SAN. S.p.A.	DELTA MED S.P.A.	MABE SRL										
P	B6E31C51D8	48	1	CALZARI IN TNT NON STERILI - Idrorepellenti traspiranti resistenti - Chiusura mediante elastico - Altezza: ginocchio - misura standard - confezionamento non superiore a 100 pezzi	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi										
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA										
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	PAUL HARTMANN S.P.A.	SANIFARM S.R.L.	U.Jet srl									
P	B6E31C737E	50	1	GAMBALE IN TNT STERILE (anche uso ginecologico) - con risvolto e cucitura laterale in tutta la lunghezza strato superficiale assorbente in TNT - internamente film plastico di barriera - misura: 120x75 cm circa - confezionamento: pezzi 2 per busta	Ok caratteristiche e misura	Ok caratteristiche e misura	Ok caratteristiche e misura	Ok caratteristiche e misura	Ok caratteristiche e misura	Ok caratteristiche e misura									
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme									
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CO.DI.SAN. S.p.A.	MABE SRL										
P	B6E31C8451	51	1	COPRISCARPE IN TNT NON STERILI - Impermeabili traspiranti resistenti - Chiusura mediante elastico o con bordino elasticizzato - misura standard - confezionamento non superiore a 100 pezzi	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi										
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSA										
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	Mediberg Srl												
P	B6E31C9524	52	1	CALZARI IDROREPELLENTI IN POLIETILENE NON STERILI - altezza al ginocchio - con borde elastico - misura unica - confezionamento non superiore a 100 pezzi	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche	Ok caratteristiche												
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3 M.C.	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	CO.DI.SAN. S.p.A.	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	ITALORTOPEDIA SRL	MABE SRL	Mediberg Srl	Rays S.p.a.	SANIFARM S.R.L.					
P	B6E31CA5F7	53	1	COPRISCARPE IN POLIETILENE NON STERILI - Impermeabili traspiranti resistenti - Chiusura mediante elastico o con bordino elasticizzato - misura unica - confezionamento non superiore a 100 pezzi	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	riporta quotazione economica nell'offerta s/prezzi	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento					
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	ESCLUSO	Conforme	Conforme	Conforme					
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BENEFIS S.R.L.	BETATEX S.P.A	BIOCOMMERCIALE SFRL	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	M.G. Lorenzatto S.r.l.	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl	U.Jet srl						
P	B6E31CB6CA	54	1	BOXER IN TNT NON STERILE DA UTILIZZARE IN CORSO DI COLONSCOPIA - in tessuto morbido, traspirabile e resistente all'acqua - dotato di apertura posteriore con velcro di chiusura - misura: lung.h max 75 cm e giro vita da 70 a 140 cm - confezionamento : massimo 10 pezzi.	Apertura posteriore senza velcro di chiusura	Ok caratteristiche e confezionamento	Apertura posteriore senza velcro di chiusura	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento	Apertura posteriore senza velcro di chiusura	confezionamento superiore a 10 pz (25 pz)	Ok caratteristiche e confezionamento	Ok caratteristiche e confezionamento						
				Valutazione	Non conforme in quanto il DM offerto ha apertura posteriore senza velcro di chiusura	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto ha apertura posteriore senza velcro di chiusura	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto ha apertura posteriore senza velcro di chiusura	ESCLUSA per confezionamento da 25 PZ anziché max 10 pz	Conforme	Conforme						
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A.	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	MACROPHARM SRL	SURGIKA SRL	TECNOMEDICAL srl	U.Jet srl							
P	B6E31CC79D	55	1	STOKINETTE STERILI - in materiale plastico per copertura arto superiore parte interna imbottita, cm 22 x 75 striscia adesiva cm 10 x 50 circa	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure Parte interna non imbottita	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure campione privo di striscia adesiva	campione privo di striscia adesiva e imbottitura interna.	Documentazione tecnica poco esaustiva Non risulta descrizione imbottitura interna							
P		55	2	STOCKINETTE STERILI -in materiale plastico per copertura arto inferiore, parte interna imbottita, cm 30 x 120, striscia adesiva cm 10 x 50 circa	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure Parte interna non imbottita	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure	Ok caratteristiche e misure campione privo di striscia adesiva	campione privo di striscia adesiva e imbottitura interna.	Documentazione tecnica poco esaustiva Non risulta descrizione imbottitura interna							
				Valutazione	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto alla voce sub Lotto 55.1 e sub Lotto 55.2 ha la parte interna non imbottita	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto il campione del DM offerto alla voce sub Lotto 55.1 e sub Lotto 55.2 è privo di striscia adesiva	Non conforme in quanto il campione del DM offerto alla voce sub Lotto 55.1 e sub Lotto 55.2 è privo di striscia adesiva	ESCLUSA in quanto la documentazione tecnica è poco esaustiva; non risulta descrizione imbottitura interna							

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	DELTA MED S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Mediberg Srl	SANIFARM S.R.L.	TAU MEDICA Srl								
P	B6E31CD870	56	1	STRISCIA ADESIVA sterile in TNT 9x50 cm circa	10x50 cm	10x50 cm	10x50 cm	09x50 cm	10x50 cm	9x50 cm	9x50 cm								
		56	2	STRISCIA IN VELCRO, sterile m/uso, dimensioni 2.5x23cm ca.	2,5x25 cm	2,5x20 cm	2,5x23 cm	2,5x20 cm	2,5x23 cm	2,5x23 cm	2,5x23 cm								
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme								
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	SANIFARM S.R.L.													
P	B6E31CE943	57	1	COPERTURA IGIENICA SAGOMATA PER COLLARI ANTI RX universali monouso in TNT NON STERILE	non sagomato	ok caratteristiche													
				Valutazione	Non Conforme in quanto il DM offerto non è sagomato	Conforme													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	BIOCOMMERCIALE SFRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL		SANIFARM S.R.L.										
P	B6E31CFA16	58	1	SACCHETTO COPRISTRUMENTO IN PE PER APPARECCHIATURE MEDICALI - Sacchetto copristrumento in PE sterile a cuffia con elastico trasparente, impermeabile ai batteri e all'acqua, antistatico, resistente agli strappi, piegatura idonea al posizionamento con tecnica asettica Misura cm 71x 91 ed estensione del diametro della cuffia di circa 80 cm	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure		ok per caratteristiche e misure										
P		58	2	COPERTURA PER APPARECCHIATURE A SACCHETTO 75X75CM CA. CON LACCI, IN MATERIALE PLASTICO E TRASPARENTE M/USO, STERILE	ok per caratteristiche e misure	senza lacci con adesivo di fissaggio non conforme	senza lacci non conforme		Dichiarazione di equivalenza, priva di lacci non conforme										
P		58	3	COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA in polietilene100x150 CM CIRCA	ok per caratteristiche e misure	conforme	misura nettamente superiore a quella richiesta (90X225)		ok per caratteristiche e misure										
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto il DM offerto alla voce sub Lotto 58.2 è dotato di adesivo di fissaggio vs lacci come richiesto.	Non conforme in quanto il DM offerto alla voce sub Lotto 58.2 è privo di lacci come richiesto e il DM offerto alla voce sub Lotto 58.3 ha la misura nettamente superiore a quella richiesta (90x255 cm vs 100x150 cm)		Non conforme in quanto il DM offerto alla voce sub Lotto 58.2 è privo di lacci come richiesto										
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL													
P	B6E31D0AE9	59	1	SET COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA - Il Kit deve contenere 2 sacchetti a cuffia in polietilene di grado medicale trasparente ed impermeabile ai batteri e all'acqua, antistatico e antiriflettente, misura diametro cm 80x 80 circa. Sterile	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		59	2	SET COPERTURA AMPLIFICATORE DI BRILLANZA - Il KIT deve contenere 2 sacchetti rettangolari in polietilene di grado medicale trasparente ed impermeabile ai batteri e all'acqua, antistatico e antiriflettente, misura diametro cm 75x 75 circa. Sterile	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		59	3	SET DI COPERTURA UNIVERSALE e regolabile per arco a C, in grado di coprire ed intensificare le immagini, tubo radiogeno e "C" composto da: n°1 telo di copertura arco a C con clip regolabili (250x50 cm), n°2 sacche elastiche per amplificatore di brillanza e serbatoio raggi x	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
				Valutazione	Conforme	Conforme													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL	MV Bio innovations di mara veniero													
P	B6E31D2C8F	61	1	SET DI COPERTURA STERILE - ADESIVA - PER SONDE ECOGRAFICHE INTRAOPERATORIE in etilene metilacrilato, materiale privo di lattice, impermeabile, che non permette la permeazione microbica, acusticamente trasparente. Ogni confezione deve comprendere: n. 1 coprisonda sterile dotata di una parte adesiva eco-trasparente interna alla copertura che la fissa alla sonda e non lascia residui in fase di rimozione; n. 1 telino (35x35 cm); n. 2 elastici per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 2 strisce adesive per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 1 confezione (20gr) di gel sterile Ultrasound - Misura cm 13x240 circa (latex free)	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		61	2	SET DI COPERTURA STERILE - ADESIVA - PER SONDE ECOGRAFICHE INTRAOPERATORIE in etilene metilacrilato, materiale privo di lattice, impermeabile, che non permette la permeazione microbica, acusticamente trasparente. Ogni confezione deve comprendere: n. 1 coprisonda sterile dotata di una parte adesiva eco-trasparente interna alla copertura, che la fissa alla sonda e non lascia residui in fase di rimozione; n. 1 telino (35x35 cm); n. 2 elastici per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 2 strisce adesive per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 1 confezione (20gr) di gel sterile Ultrasound - Misura cm 15x61 circa (latex free)	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		61	3	SET DI COPERTURA STERILE - ADESIVA - PER SONDE ECOGRAFICHE INTRAOPERATORIE in etilene metilacrilato, materiale privo di lattice, impermeabile, che non permette la permeazione microbica, acusticamente trasparente. Ogni confezione deve comprendere: n. 1 coprisonda sterile dotata di una parte adesiva eco-trasparente interna alla copertura, che la fissa alla sonda e non lascia residui in fase di rimozione; n. 1 telino (35x35 cm); n. 2 elastici per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 2 strisce adesive per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 1 confezione (20gr) di gel sterile Ultrasound - Misura cm 13x244 circa (latex free)	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		61	4	SET DI COPERTURA STERILE - ADESIVA - PER SONDE ECOGRAFICHE INTRAOPERATORIE in etilene metilacrilato, materiale privo di lattice, impermeabile, che non permette la permeazione microbica, acusticamente trasparente. Ogni confezione deve comprendere: n. 1 coprisonda sterile dotata di una parte adesiva eco-trasparente interna alla copertura, che la fissa alla sonda e non lascia residui in fase di rimozione; n. 1 telino (35x35 cm); n. 2 elastici per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 2 strisce adesive per il fissaggio della copertura in materiale sintetico privo di lattice; n. 1 confezione (20gr) di gel sterile Ultrasound - Misura cm 15x122 circa (latex free)	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
				Valutazione	Conforme	Conforme													

[Handwritten signatures and initials]

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL														
P	B6E31D3D62	62	1	COPRISONDA STERILE PER SONDA ECOGRAFICA MULTIUSO IN POLIURETANO Mis 8 cm x 91,5 cm	I codici offerti non corrispondono a quelli riportati nella scheda tecnica Dall'esame del campione si è accertato che trattasi di kit coprisonda con gel e sistema fissaggio (Rif. chiarimento n. 29) NON CONFORME														
P		62	2	COPRISONDA STERILE PER SONDA ECOGRAFICA MULTIUSO IN POLIURETANO Mis 15x61 cm															
P		62	3	COPRISONDA STERILE PER SONDA ECOGRAFICA MULTIUSO IN POLIURETANO Mis 13X240 cm															
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31D4E35	LOTTO 63	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31D5F08	LOTTO 64	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	BIOCOMMERCIALE SFRL													
P	B6E31D6FDB	65	1	SET COMPOSTO DA: GUAINA COPRISONDA ECOGRAFICA STERILE M/USO Misura 10X30 cm - BUSTINE GEL E SITEMI DI FISSAGGIO	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
P		65	2	SET COMPOSTO DA: GUAINA COPRISONDA ECOGRAFICA STERILE M/USO Misura 10X61 cm - BUSTINE GEL E SITEMI DI FISSAGGIO	ok per caratteristiche e misure	ok per caratteristiche e misure													
				Valutazione	Conforme	Conforme													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL														
P	B6E31D70B3	66	1	COPRISONDA NON STERILE PER SONDA ECOGRAFICA IN POLIURETANO - Misura 8 cm x91,5 cm circa	8X91,9	CONFORME													
P		66	2	COPRISONDA NON STERILE PER SONDA ECOGRAFICA IN POLIURETANO - Misura 15 cm x60 cm circa	14X61														
P		66	3	COPRISONDA NON STERILE PER SONDA ECOGRAFICA IN POLIURETANO - Misura 15 cm x244 cm circa	15X244														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31D8186	LOTTO 67	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31D9259	LOTTO 68	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31DA32C	LOTTO 69	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31DB3FF	LOTTO 70	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31DC4D2	LOTTO 71	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL														
P	B6E31DD5A5	72	1	SET: GUAINA COPRISONDA TRANESOFAGEA LATEX FREEIN POLIURETANO MORBIDO ED ELASTICO - SIRINGA PRECARICATA (GEL ULTRASUONI) - BOCCAGLIO - FERMAGLIO PER BLOCCARE LA SONDA	OK caratteristiche	CONFORME													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	FUTURA MEDICA SRL	Medberg Srl	TAU MEDICA Srl											
P	B6E31DE678	73	1	TASCA PORTASTRUMENTI STERILE - in polietilene impermeabile ed antistatico - striscia adesiva sulla parte posteriore in alto per applicazione su qualsiasi superficie - 2 scomparti mis 33 x 41 cm circa - misura striscia adesiva 41x5 cm circa	ok caratteristiche mis. 35x45 cm (alt x larg.)	ok caratteristiche mis. 33x41 cm	ok caratteristiche mis. 40x35 cm striscia adesiva h12 vs 5 cm	ok caratteristiche mis. 33x41 cm											
P		73	2	TASCA PORTASTRUMENTI STERILE adesiva a 3 scomparti mis. 46 x 25 cm circa con striscia adesiva sterile m/uso	ok caratteristiche mis. 25x50 cm	codice offerto non corrisponde al codice campione misure del campione inferiori a quelle richieste	ok caratteristiche mis. 30x50 cm	ok caratteristiche mis. 46x25 cm troppo corta											
P		73	3	TASCA PORTASTRUMENTI STERILE adesiva s a 2 scomparti mis. 29 x 17 cm circa	ok caratteristiche mis. 20x30 cm	codice offerto non corrisponde al codice campione misure del campione inferiori a quelle richieste	ok caratteristiche mis 23x33 vs mis. 20x30 cm del campione	ok caratteristiche mis. 29x17 cm troppo corta											
				Valutazione	Conforme	Non conforme in quanto il codice del DM offerto alla voce sub Lotto 73.2 e sub Lotto 73.3 non corrisponde al codice campione; le misure del campione sono inferiori a quelle richieste	Conforme	Non conforme in quanto il DM relativo alla voce sub Lotto 73.2 e sub Lotto 73.3 è corto											

Sp. *[Signature]* Totone *[Signature]*

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL		SANIFARM S.R.L.												
P	B6E31DF74B	74	1	SISTEMA MONOUSO PER LA CONTA DEI TAMPONI E DELLE GARZE in polietilene trasparente o opaco . Deve permettere una visibilità costante per il conteggio immediato di garze e tamponi. Deve contenere almeno 5 tasche. Dispenser in metallo a muro o a piantana in comodato d'uso gratuito in quantità adeguata alle esigenze	OK caratteristiche		OK caratteristiche												
				Valutazione	Conforme		Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	FUTURA MEDICA SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	SANIFARM S.R.L.												
P	B6E31E081E	75	1	COPRITELECAMERA UNIVERSALE STERILE - in plastica trasparente con estremità provvista di foro elastico, con adesivi - Misura 13 x 300 cm circa.	OK caratteristiche	OK caratteristiche	Ok caratteristiche misura lunghezza nettamente inferiori a quella richiesta (240 cm vs 300 cm richiesti)												
P		75	2	COPRITELECAMERA UNIVERSALE STERILE - in plastica trasparente con estremità provvista di foro elastico, con adesivi - Misura 15 x 300 cm circa.	OK caratteristiche	OK caratteristiche	Ok caratteristiche misura lunghezza nettamente inferiori a quella richiesta (240 cm vs 300 cm richiesti)												
				Valutazione	Conforme	Conforme	Non conforme in quanto la misura della lunghezza è nettamente inferiori a quella richiesta (240 cm vs 300) sia per il sub Lotto 75.1 e sub Lotto 75.2												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A														
P	B6E31E18F1	76	1	COPERTURA <u>UNIVERSALE</u> per manopola lampada scialtica in PE trasparente, monouso sterile	OK caratteristiche														
P		76	2	COPERTURA per lampada scialtica 15.5 x 11.5 cm ca. sterile m/uso	Non specifica misura Anche il campione non permette una corretta valutazione del DM offerto														
				Valutazione	ESCLUSO in quanto relativamente alla voce sub Lotto 76.2 non è specificata la misura. Anche i campione non permette la valutazione corretta del DM offerto														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL	SANIFARM S.R.L.													
P	B6E31E29C4	77	1	COPRI MANOPOLE universali, sterili, monouso per microscopio. Misura 15 x 36 cm ± 10%	15x36	15,2x32,5													
				Valutazione	Conforme	Conforme													
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO														
	B6E31E3A97	78																	
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL														
P	B6E31E4B6A	79	1	COPERTURA STERILE PER MICROSCOPI MARCA LEICA - misura 117x305 cm - dotata di lente angolata in vetro antiriflesso, facile da montare in condizioni asettiche e con chiusura della lente A SCATTO per garantire un incastro perfetto con l'obiettivo. Non deve rilasciare ftalati, PVC e lattice. Corredata di elastici e fascette adesive per favorire l'aderenza al microscopio. In confezioni monouso sterili e apirogene. Compatibile con microscopi Leica M720	OK misure non dichiara compatibilità con modelli indicati														
P		79	2	COPERTURA STERILE PER MICROSCOPI MARCA LEICA - misura 117x305 cm - dotata di lente angolata in vetro antiriflesso, facile da montare in condizioni asettiche e con chiusura della lente A SCATTO per garantire un incastro perfetto con l'obiettivo. Non deve rilasciare ftalati, PVC e lattice. Corredata di elastici e fascette adesive per favorire l'aderenza al microscopio. In confezioni monouso sterili e apirogene. Compatibile con microscopi Leica MOD. PROVIDO - MOD. M530 OHX - MOD. Leica M525	OK misure non dichiara compatibilità con modelli indicati														
P		79	3	COPERTURA STERILE PER MICROSCOPIO LEICA con lente, diam. 6,5 cm, angolata in vetro, sterile, latex free, facilmente rimovibile. mis. 117X203 Compatibile con microscopio modello PROVIDO	mis. 117x204cm Nella scheda tecnica non si evince se la lente è angolata; nel campione la lente non è angolata; non dichiara compatibilità con modello indicato														
				Valutazione	Non conforme in quanto relativamente alla voce sub Lotto 79.3 nella scheda tecnica non si evince se la lente è angolata; nel campione la lente non è angolata; non dichiara compatibilità con modello indicato														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BIOCOMMERCIALE SFRL														
P	B6E31ESC3D	80	1	COPERTURA PER MICROSCOPIO operatorio CARL ZEISS mod. S8 lente da 65 mm - 137x259 cm	OK caratteritiche e misure														
P		80	2	COPERTURA STERILE PER MICROSCOPIO ZEISS OMPI MD diam. per lente 6,5 cm, mis. 115x260 circa, la copertura degli oculari è dotata di fissaggio in velcro, lamina di protezione della lente del microscopio in plastica perfettamente trasparente e facilmente rimovibile	mis. 117x267														
		80	3	Telo sterile, privo di lattice, senza cuciture in polietilene trasparente con strisce in velcro per il fissaggio. Impermeabile, adattabile al modello del microscopio Zeiss modello Kinevo 900 lasciando inalterate le possibilità di movimento dello strumento. Dev'essere provvisto di alloggi oculari in perpendicolare e in parallelo per il primo e secondo operatore. La lente dev'essere convessa in policarbonato, antigraffio e antiriflesso con aggancio a pressione e con diametro della lente di circa 65 mm. Misure: 270 lunghezza cm e larghezza 140 mm	mis. 259x137 Nella scheda tecnica non si evince se la lente è convessa; nel campione la lente è piatta														
				Valutazione	Non conforme, in quanto relativamente alla voce sub Lotto 80.3 nella scheda tecnica non si evince se la lente è convessa; nel campione è piatta														

off. *[Signature]*

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A														
P	B6E31E6D10	81	1	COPRI BRACCIOLO per poltrona in TNT sterile monouso. Dimensioni minime 20 x40 cm ± 10%	ok mis. 20x40		Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	genimpex srl	Medberg Srl	RAMEDICAL SRL	SURGIKA SRL	U.Jet srl										
P	B6E31E7DE3	82	1	TAPPETTINO IN TNT SUPERASSORBENTE - antiscivolo per la raccolta e lo smaltimento di fluidi in Sala Operatoria - latex free - mis 90 cm x 50 m circa	ok caratteristiche assorbenza: 2,7/m²	ok caratteristiche assorbenza: 2,3/m²	ok caratteristiche assorbenza: 2,5/m²	ok caratteristiche assorbenza: 2,5/m³	ok caratteristiche assorbenza: 2,3/m²										
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme										
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A	BIOCOMMERCIALE SFRL	FARMAC-ZABBAN S.P.A.	Pizzocci Srl											
P	B6E31E8EB6	83	1	Telo isoteramico di soccorso - non sterile - in alluminio argentato da un parte e dorato dall'altra in confezione singola - misura: cm. 160 x 210 circa	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure	ok caratteristiche e misure											
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme											
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	BETATEX S.P.A														
P	B6E31E9F89	84	1	TELO TERMICO STERILE - alluminizzato, impermeabile, assorbente monouso - dimensioni: 120 x 140 cm circa	OK caratteristiche e misura														
P		84	2	TELO TERMICO STERILE - alluminizzato, impermeabile, assorbente monouso - dimensioni: 60 x 90cm circa	OK caratteristiche e misura														
				Valutazione	Conforme														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	Medival S.r.l.	MEDTRONIC ITALIA	MOVI S.P.A.												
P	B6E31EA061	85	1	COPERTA MONOUSO PER SISTEMA DI NORMOTERMIA PAZIENTE A CIRCOLAZIONE D'ARIA - misura cm 198x99 circa	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura												
		85	2	COPERTA MONOUSO PER SISTEMA DI NORMOTERMIA PAZIENTE A CIRCOLAZIONE D'ARIA - misura cm 203x71 circa, parte superiore paziente	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura												
P		85	3	COPERTA MONOUSO PER SISTEMA DI NORMOTERMIA PAZIENTE A CIRCOLAZIONE D'ARIA - misura cm 137x99 circ, parte inferiore paziente	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura	OK caratteristiche e misura												
P		85	4	Unità di riscaldamento per le coperte monouso - in Comodato d'uso gratuito	ok	ok	ok												
				Valutazione	Conforme	Conforme	Conforme												
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	Mohnlycke Health Care Srl														
P	B6E31EB134	86	1	COPERTURE MONOUSO AUTORISCALDANTI NON STERILI - deve supportare la prevenzione dell'ipotermia nel paziente chirurgico prima, durante e dopo l'intervento. Contenuta in una busta di plastica sottovuoto costituita da SMS di polipropilene. La coperta termoaattiva deve essere costituita da 12 pad riscaldanti racchiusi in sacchetti permeabili all'aria che produce calore quando il ferro presente in esso viene a contatto con l'ossigeno creando di conseguenza una reazione esotermica; deve consentire di mantenere la temperatura per 10 ore circa fino a 40°. Deve poter essere posizionata direttamente a contatto con la cute del paziente. Deve essere garantita l'assenza di lattice - misure cm 110/150 x 200 (divisibili) circa	OK caratteristiche e misura		Conforme												
P		86	2	COPERTURE MONOUSO AUTORISCALDANTI NON STERILI - deve supportare la prevenzione dell'ipotermia nel paziente chirurgico prima, durante e dopo l'intervento. Contenuta in una busta di plastica sottovuoto costituita da SMS di polipropilene. La coperta termoaattiva deve essere costituita da 12 pad riscaldanti racchiusi in sacchetti permeabili all'aria che produce calore quando il ferro presente in esso viene a contatto con l'ossigeno creando di conseguenza una reazione esotermica; deve consentire di mantenere la temperatura per 10 ore circa fino a 40°. Deve poter essere posizionata direttamente a contatto con la cute del paziente. Deve essere garantita l'assenza di lattice - misure cm 92x152 c.a. +/- 15 %	OK caratteristiche e misura														

GP
Pelle
Tob
slaf

PROSPETTO VALUTAZIONE

CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	MOVI S.p.A.															
P	B6E31EC207	87	1	Copertina Upperbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody Upperbody, misura 203x71cm adulti	ok caratteristiche e misure	Conforme														
P		87	2	Copertina Underbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody misura cm /160x80 pediatriche	ok caratteristiche e misure															
P		87	3	Copertina Underbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody per litotomia, misura 200 x 100 circa	ok caratteristiche e misure															
P		87	4	Copertina Underbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody spinale, misura 215 x 100 cm circa	ok caratteristiche e misure															
P		87	5	Copertina Underbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody totale, misura 215 x 100 cm circa	ok caratteristiche e misure															
P		87	6	Copertina Underbody, monouso, latex free, radiotrasparenti, in materiale flessibile e morbido con un'ottima drappeggiabilità, dotate di un sistema di drenaggio dei liquidi e di sistemi di fissaggio, con una perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie e in grado di garantire un riscaldamento omogeneo anche in caso di occlusioni parziali o accidentali. Coperte Underbody misura cm 137x99	ok caratteristiche e misure															
P		87	7	Sistema di riscaldamento paziente di tipo convettivo ad aria forzata così composto: Unità riscaldante con possibilità di impostazione di diverse temperature e di regolazione del flusso d'aria, presenza di un sensore alla fine del tubo per il controllo della temperatura dell'aria erogata e di un filtro HEPA (minimo da 0,3 µm). L'unità riscaldante non deve avere una rumorosità superiore a 55 decibel e deve preferibilmente consentire l'utilizzo combinato con il set scaldi-fluidi per infusioni fino a 3 l/h. Da fornire in comodato d'uso gratuito.	ok caratteristiche e misure															
CRITERIO AGG.NE	CIG B6E31ED2DA	LOTTO 88	SUB LOTTO	Descrizione	DESERTO															
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	3.M.C.															
	B6E31EE3AD	89	1	"Lenzuolini monouso" confezionati singolarmente in rotoli, con le seguenti caratteristiche: Impasto fibroso di tipo A o B, doppio velo, in ovatta di cellulosa 100%, pre-tagliati, morbidi, con elevato potere assorbente, privo di odori, non contenente sostanze tossiche, inquinanti o irritanti, resistenti all'usura, resistente ad una trazione media. Lunghezza rotolo: circa 80 metri. Larghezza strappo: cm. 60 circa, lunghezza strappo: circa cm. 50. Finitura: crespata o goffrata. Supporto in cartone.	OK per caratteristiche e misura	Conforme														
CRITERIO AGG.NE	CIG	LOTTO	SUB LOTTO	Descrizione	UBER ROS															
	B6E31EF480	90	1	SISTEMA DI PROTEZIONE INTEGRATA composto da: cappuccio FLYTE Peel-away sterile monouso, in comodato d'uso gratuito: 10 caschi con o senza luce integrata, 12 batterie ricaricabili, 1 caricabatterie con almeno 4 postazioni	Ok per caratteristiche e composizione sistema	Conforme														

[Handwritten signatures in blue ink]