

Oggetto: *Verbale n° 3 della Commissione giudicatrice della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "dispositivi medici CND T02 e T03" occorrenti alle A.S.L., alle AOU di Sassari e di Cagliari, all'ARNAS G. Brotzu e all'AREUS.*

Addì 3 del mese di febbraio dell'anno 2026, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, presieduta dalla Dott.ssa Tamara Zara e composta dalla Dott.ssa Roberta Ballisai e dal Dr. Marco Nieco. La commissione è stata convocata a seguito della nota PEC della Ditta Farmac Zabban, inviata in data 02.02.2026 a mezzo piattaforma certificata Net4market, con la quale contesta le motivazioni di esclusione relativamente al Lotto 42.

In particolare la Ditta evidenzia quanto segue: *".....relativamente al LOTTO 42 – GREMBIULI MONOUSO IN TNT E POLITENE NON STERILI, nei documenti di gara non è indicato un minimo di lunghezza, pertanto siamo a richiedere l'ammissione per il suddetto lotto.*

La commissione procede alla verifica del DM offerto dalla Ditta Farmac Zabban nonché delle ditte 3.M.C., Benefis, Betatex e Mediberg, fatta eccezione della Ditta Mabe che è stata esclusa dalla valutazione tecnica in quanto ha riportato la quotazione economica nell'offerta s/prezzi.

Dopo attento riesame della documentazione tecnica e della campionatura la Commissione dispone quanto segue:

1. Riammissione delle sottoelencate Ditte:

- Ditta 3.M.C. in quanto la lunghezza del DM offerto (cm 111 a partire dalla pettorina) è idoneo alla destinazione d'uso del medesimo;
- Ditta Farmac Zabban in quanto la lunghezza del DM offerto (cm 100 a partire dalla pettorina) è idonea alla destinazione d'uso del medesimo.

2. Conferma l'esclusione delle sotto elencate Ditte:

- Ditta Benefis in quanto la lunghezza del DM offerto (90 cm a partire dalla pettorina) è troppo corta per la destinazione d'uso in cui si richiede la copertura oltre il ginocchio
- Ditta MEDIBERG in quanto il DM offerto ha il girocollo troppo stretto.

3. Conferma l'ammissione della Ditta Betatex che ha offerto il DM con la maggior lunghezza (120 cm a partire dalla pettorina).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Tamara Zara

I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Roberta Ballisai

Dr. Marco Nieco

Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Gigliola Ventura