

**PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN CONFIGURAZIONE OSTETRICO GINECOLOGICA, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla gara sono visibili sui siti: [www.aressardegna.it](http://www.aressardegna.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**CHIARIMENTI AL 23/05/2025 ORE 14:00**

Si comunica, preliminarmente, che, per mero refuso, il disciplinare di gara indica le ore 16:00 come ora di scadenza per la presentazione delle offerte, invece delle ore 14:00, come correttamente indicato nel Bando di Gara. Vale la previsione del Bando di gara, tra l'altro impostata anche in piattaforma.

**QUESITO 1**

In riferimento al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico:

Al fine di consentire una valutazione omogenea delle offerte economiche e garantire congruità delle stesse rispetto alle esigenze di codesta spettabile ARES, si chiede indicare il numero di servizi di logistica previsti per ciascun ecografo in gara per periodo di tempo definito (es: numero x mese/trimestre/anno). Per tali servizi di logistica si chiede inoltre indicare il numero di giorni lavorativi minimi concessi alle aziende aggiudicatrici per organizzare il singolo servizio dalla data di comunicazione della richiesta che dovrà avvenire in forma scritta e tramite canale ufficiale (es.: indirizzo pec aziendale, e/o altro da definire)

**RISPOSTA 1**

Come indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3, è richiesta la prestazione dei servizi di logistica tra le Strutture Sanitarie afferenti alla specifica Azienda Sanitaria destinataria dell'ordine, per tutta la durata del periodo di garanzia e per un numero non determinabile a priori in quanto correlato alle esigenze delle singole Aziende Sanitarie della Regione Sardegna cui saranno destinate le apparecchiature.

È facoltà dell'Aggiudicatario, in alternativa alla diretta esecuzione dei servizi di logistica, fornire all'Amministrazione richiedente una dichiarazione di manleva, autorizzando l'Amministrazione stessa a provvedere all'esecuzione delle attività di trasferimento tramite mezzi e personale tecnico qualificato operante nell'ambito del contratto di gestione manutentiva del parco apparecchiature vigente al momento dell'insorgere dell'esigenza.

I tempi e le modalità con cui eseguire il servizio saranno concordati tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione per ogni specifico caso contestualmente alla richiesta di attivazione del singolo servizio logistico.

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN CONFIGURAZIONE OSTETRICO GINECOLOGICA, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## QUESITO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA – Paragrafo 2.1.1. del Capitolato Tecnico

Punto 9: Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini con capacità non inferiore a 1000 GB;

Siamo a richiedere la possibilità di rivalutare la capacità di memorizzazione dell'hard disk.

Considerando il collegamento dell'ecografo ad un sistema informatizzato per il trasferimento, il salvataggio e l'archiviazione degli esami svolti, come richiesto al punto "34. Modulo DICOM", riteniamo che sia sufficiente una capacità di archiviazione dell'hard disk inferiore rispetto alla Vs. richiesta. A nostra conoscenza, riteniamo inoltre che una capacità di archiviazione non inferiore a 1000 GB sia una prerogativa di poche aziende, con conseguente limitazione di una più ampia partecipazione alla procedura di gara.

Alla luce di quanto esposto sopra, richiediamo la possibilità di modificare la richiesta di minima, portando a 500GB il valore minimo di archiviazione dell'hard disk.

## RISPOSTA 2

In merito alla specifica tecnica indicata al punto 9 del paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico "Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini con capacità non inferiore a 1000 GB;", si conferma quanto riportato, in quanto tale richiesta non è ritenuta lesiva alla partecipazione, perché non circoscritta ad un limitato numero di prodotti reperibili sul mercato. La capacità di archiviazione richiesta è ritenuta dall'Amministrazione minima e sufficiente per garantire la piena operatività nel tempo e la memorizzazione degli esami, soprattutto in quelle realtà dislocate nel territorio regionale dove il collegamento al PACS non è ancora attivo o la connettività allo stesso risulta limitata, non rendendolo, pertanto, agevolmente fruibile per il trasferimento immediato degli esami svolti.

## QUESITO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA – Paragrafo 2.1.2 - Ulteriori dispositivi opzionali obbligatori.

Punto 38: Licenza per Modulo HW/SW 3D/4D;

In merito al punto relativo alle licenze per Modulo HW/SW 3D/4D, siamo a richiedere quali funzionalità software o hardware saranno oggetto di valutazione.

In particolare, al Punto 17 della Tabella di Valutazione vengono citate varie funzionalità o software. Vorremmo pertanto sapere se la mancanza di una funzionalità citata, es. software per applicazioni cardio-fetali che permetta la ricostruzione del cuore fetale in 3D in sincronizzazione con il battito cardiaco fetale, comporti l'esclusione dell'operatore economico oppure semplicemente una minore valutazione discrezionale da parte degli operatori.

## RISPOSTA 3

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara al punto 38 del Capitolato tecnico, dove sono indicate le specifiche tecniche minime che devono essere possedute dai prodotti offerti, pena la non conformità.

In relazione a quanto indicato al criterio n.17 indicato nella Tabella 7 del Disciplinare di gara, si evidenzia che nella predetta tabella sono riportate le specifiche che, laddove offerte, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giuratrice e di attribuzione del relativo punteggio tecnico. Con particolare riferimento al quesito posto per il "software per applicazioni cardio-fetali che permetta la ricostruzione del cuore fetale in 3D in sincronizzazione con il battito cardiaco fetale, per lo studio completo delle strutture cardiache e dei flussi", ne consegue che la mancata

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN CONFIGURAZIONE OSTETRICO GINECOLOGICA, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

fornitura di tale funzionalità aggiuntiva, non essendo ricompresa tra quelle minime indicate nel capitolato, non costituirà motivo di esclusione, ma di non attribuzione del punteggio qualitativo per tale specifica.

#### **QUESITO 4**

In riferimento al capitolato tecnico 2.1.1 presente nell'allegato 1, si richiede se le caratteristiche in elenco al punto 9 "Hard disk (integrato nel sistema) per archivio immagini con capacità non inferiore a 1000 GB" e punto 12 "Quattro porte attive, universali per qualsiasi tipo di sonda, selezionabili dalla consolle per sonde imaging (no pencil), con connettività pinless" sono caratteristiche a pena di esclusione come per altro specificato nella tecnologia del connettore delle sonde.

#### **RISPOSTA 4**

Si conferma che le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico devono essere possedute dai prodotti offerti, pena la non conformità dell'offerta.

#### **QUESITO 5**

Si chiede inoltre se la prova pratica prevede una verifica delle funzionalità dei sistemi offerti su paziente o solamente una mera verifica delle caratteristiche stesse.

#### **RISPOSTA 5**

Le prove funzionali vengono espletate al fine di verificare che il bene offerto possenga tutte le caratteristiche offerte, inclusa la relativa funzionalità. In conformità a quanto indicato nel paragrafo 17.2.1 del Disciplinare di gara, il protocollo e le relative modalità di prova verrà comunicato ai concorrenti ammessi con congruo anticipo.

#### **QUESITO 6**

in riferimento all'articolo 9 BIS REVISIONE PREZZI del documento 'schema di accordo quadro allegato 7 si chiede conferma che il codice ATECO indicato (325) sia un refuso in quanto riguarda la "Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche" non applicabile alla presente fornitura.

#### **RISPOSTA 6**

Si conferma che trattasi di refuso. Il codice ATECO corretto corrisponde al 266 "Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche", così come indicato nel D.Lgs 36/2023, allegato II.2 bis.

#### **QUESITO 7**

L'accordo quadro prevede, oltre che la fornitura degli ecografi nella configurazione definita nel capitolato tecnico, anche dei dispositivi opzionali a pagamento e, precisamente: Modulo HW/SW 3D/4D, Sonda Convex 3D, Sonda Endocavitaria 3D, Sonda Lineare, laddove la stazione appaltante ne faccia eventualmente richiesta al Fornitore aggiudicatario.

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN CONFIGURAZIONE OSTETRICO GINECOLOGICA, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Si chiede di confermare che tali dispositivi opzionali potranno essere acquistati, a discrezione della Stazione Appaltante, ma solamente unitamente alla apparecchiatura ecografica, ovvero le stazioni appaltanti non potranno emettere ordinativi solo per dispositivi opzionali.

#### **RISPOSTA 7**

Non si conferma. Tuttavia si precisa che nel solo caso del Modulo HW/SW 3D/3D, lo stesso verrà eventualmente ordinato unitamente all'apparecchiatura ecografica.

---

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DI FASCIA MEDIA IN CONFIGURAZIONE OSTETRICO GINECOLOGICA, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA