

| VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 6   |     | MORETTI S.P.A.   | NOTE   | O.ORT. FERRERO              | NOTE                                    |
|---|-----|--|--|-----------------------------|---|
| Specifiche tecniche minime richieste  | N°  |  |  |                             |   |
| 12.36.03.006 SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA, ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD   |     |  |  |                             |   |
| MARCA   |     | MORETTI S.P.A.   |  | DEMMARTA VIRGINIO           |   |
| MODELLO   |     | MUEVO RI812  |  | EVOLUTION                   |   |
| Sollevamento tramite sistema motorizzato a bassa tensione con alimentazione a batteria ricaricabile;  | 1.a | CONFORME   | Conforme da relazione tecnica                            | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Base provvista di ruote piroettanti (diametro ≤ 10 cm), con ruote posteriori munite di freno attivabile a piede;  | 1.b | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Base regolabile in larghezza (tale da consentire il posizionamento di carrozzine pieghevoli, motorizzate e di poltrone, e l'attraversamento di porte e passaggi stretti); | 1.c | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Altezza base da terra non superiore a 15 cm per favorire l'accesso ai letti con base regolabile in altezza;   | 1.d | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Dotato di aggancio per l'imbracatura girevole di 360°;  | 1.e | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Dotato di batteria ricaricabile e caricabatteria con cavo di alimentazione di almeno 1,5 m;   | 1.f | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Velocità di salita e discesa omogenea in modo da agevolare il posizionamento del paziente;  | 1.g | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Dotato di sistema di abbassamento manuale o simili sistemi di protezione, tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica;   | 1.h | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Dotato di pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito) e avviso luminoso di batteria quasi scarica;        | 1.i | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da manuale d'uso               |
| Escursione minima del braccio sino ad almeno 70 cm da terra (intesa come altezza da terra del bilanciere) , tale da consentire il sollevamento dell'assistito da terra;   | 1.l | CONFORME   | Conforme da relazione (48 cm) e scheda tecnica (60 cm)   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Escursione massima del braccio, non inferiore a 170 cm (intesa come altezza da terra del bilanciere);   | 1.m | CONFORME   | Conforme da relazione (172 cm) e scheda tecnica (184 cm) | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Portata massima non inferiore a 150 kg;   | 1.n | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Garanzia di almeno 24 mesi.   | 1.o | CONFORME   | Conforme da relazione tecnica                            | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| Certificazione CE   |     | CONFORME   | Conforme da dichiarazione di conformità                  | CONFORME                    | Conforme da dichiarazione di conformità |
| Caratteristiche imbracatura INCLUSA nella fornitura del sollevatore   |     | RP881 (per taglie dalla S alla L), IM110XL (per taglia XL) |  | 01.01.202x.200 – Deluxe 200 |   |
| Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;                       | 1.p | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;   | 1.q | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Due o più regolazioni di ancoraggio;  | 1.r | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Materiale fuoco ritardante;   | 1.s | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Taglie disponibili: M, XL;  | 1.t | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Portata minima 120 Kg;  | 1.u | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Garanzia di almeno 12 mesi.   | 1.v | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| Certificazione CE   |     | CONFORME   | Conforme da dichiarazione di conformità                  | CONFORME                    | Conforme da dichiarazione di conformità |
| AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER IL CODICE ISO 12.36.03.006   |     |  |  |                             |   |
| 12.36.21.003 IMBRACATURA STANDARD AD ANELLI (A CAPO LIBERO)   |     |  |  |                             |   |
| MARCA   |     | MORETTI S.P.A.   |  | DEMARTA                     |   |
| MODELLO   |     | IM100  |  | 01.01.202x.200 – Deluxe 200 |   |
| Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;                       | 2.a | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;   | 2.b | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| due o più regolazioni di ancoraggio;  | 2.c | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| materiale fuoco ritardante;   | 2.d | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| taglie disponibili: M, XL;  | 2.e | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Portata massima di almeno 120 kg;   | 2.f | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| garanzia di almeno 12 mesi.   | 2.g | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| Certificazione CE   |     | CONFORME   | Conforme da dichiarazione di                             | CONFORME                    | Conforme da dichiarazione di conformità |
| 12.36.21.006 IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO (E DIVISIONE DELLE GAMBE)  |     |  |  |                             |   |
| MARCA   |     | MORETTI S.P.A.   |  |                             |   |
| MODELLO   |     | IM120  |  | 01.01.203x.200 – Deluxe 200 |   |
| Imbracatura del tipo amaca con appoggio del capo che avvolge tutta la parte posteriore del tronco , stecche paravertebrali asportabili inserite su apposite sedi;         | 3.a | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| tessuto in materiale sintetico NON a tramatura allargata;   | 3.b | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;  | 3.c | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| maniglie posteriori per facilitare il posizionamento del paziente da parte dell'utilizzatore;   | 3.d | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| due o più regolazioni di ancoraggio;  | 3.e | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| materiale fuoco ritardante;   | 3.f | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Taglie disponibili: M, L, XL;   | 3.g | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| Portata massima di almeno 120 kg;   | 3.h | CONFORME   | Conforme da relazione e scheda tecnica                   | CONFORME                    | Conforme da scheda tecnica              |
| garanzia di almeno 12 mesi.   | 3.i | CONFORME   | Conforme da relazione tecnica                            | CONFORME                    | Conforme da relazione tecnica           |
| Certificazione CE   |     | CONFORME   | Conforme da dichiarazione di conformità                  | CONFORME                    | Conforme da dichiarazione di conformità |
|   |     |  |  |                             |   |