

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 6		ITALORTOPEDIA S.R.L.	NOTE	MOVI S.P.A.	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°				
12.36.03.006 SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA, ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD					
MARCA		ITALORTOPEDIA S.R.L.		MOVI DIVISIONE WIMED	
MODELLO		SME0908	Non presente la scheda tecnica – Riscontro al Soccorso Procedimentale non esaustivo	WI_ST 7005 15030110	
Sollevamento tramite sistema motorizzato a bassa tensione con alimentazione a batteria ricaricabile;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e manuale d’uso
Base provvista di ruote piroettanti (diametro ≤ 10 cm), con ruote posteriori munite di freno attivabile a piede;	1.b	CONFORME	Conforme da relazione tecnica - Manuale d’uso	CONFORME	Conforme da relazione e manuale d’uso
Base regolabile in larghezza (tale da consentire il posizionamento di carrozzine pieghevoli, motorizzate e di poltrone, e l’attraversamento di porte e passaggi stretti);	1.c	CONFORME	Conforme da relazione tecnica – Manuale d’uso	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
Altezza base da terra non superiore a 15 cm per favorire l’accesso ai letti con base regolabile in altezza;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da manuale d’uso 115 cm
Dotato di aggancio per l'imbracatura girevole di 360°;	1.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da manuale d’uso
Dotato di batteria ricaricabile e caricabatteria con cavo di alimentazione di almeno 1,5 m;	1.f	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica e manuale d’uso, lunghezza del cavo conforme da questionario
Velocità di salita e discesa omogenea in modo da agevolare il posizionamento del paziente;	1.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e questionario tecnico
Dotato di sistema di abbassamento manuale o simili sistemi di protezione, tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica;	1.h	CONFORME	Conforme da relazione tecnica – Manuale d’uso	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
Dotato di pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito) e avviso luminoso di batteria quasi scarica;	1.i	CONFORME	Conforme da relazione tecnica – Manuale d’uso	CONFORME	Conforme da manuale d’uso
Escursione minima del braccio sino ad almeno 70 cm da terra (intesa come altezza da terra del bilanciante) , tale da consentire il sollevamento dell’assistito da terra;	1.l	NON CONFORME	Conforme da relazione tecnica- Ma dal manuale d’uso risulta un’escursione minima di 125cm	CONFORME	Conforme da manuale d’uso 44 cm
Escursione massima del braccio, non inferiore a 170 cm (intesa come altezza da terra del bilanciante);	1.m	NON CONFORME	Conforme da relazione tecnica- Ma dal manuale d’uso risulta un’escursione massima di 155 cm	CONFORME	Conforme da manuale d’uso 187 cm
Portata massima non inferiore a 150 kg;	1.n	CONFORME	Conforme da relazione tecnica- Ok manuale 150 kg max	CONFORME	Conforme da manuale d’uso
Garanzia di almeno 24 mesi.	1.o	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
Caratteristiche imbracatura INCLUSA nella fornitura del sollevatore		IST1588	Non presente la scheda tecnica	15020101	
Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	1.p	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;	1.q	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
Due o più regolazioni di ancoraggio;	1.r	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
Materiale fuoco ritardante;	1.s	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Taglie disponibili: M, XL;	1.t	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
Portata minima 120 Kg;	1.u	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia di almeno 12 mesi.	1.v	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER IL CODICE ISO 12.36.03.006					
12.36.21.003 IMBRACATURA STANDARD AD ANELLI (A CAPO LIBERO)					
MARCA		ITALORTOPEDIA S.R.L.		ERREGI	
MODELLO		IST1588	Non presente la scheda tecnica – Riscontro a Soccorso Procedimentale non esaustivo	15020101 60/20-xx	
Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;	2.b	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
due o più regolazioni di ancoraggio;	2.c	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
materiale fuoco ritardante;	2.d	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
taglie disponibili: M, XL;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da scheda tecnica
Portata massima di almeno 120 kg;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
garanzia di almeno 12 mesi.	2.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
12.36.21.006 IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO (E DIVISIONE DELLE GAMBE)					
MARCA		ITALORTOPEDIA S.R.L.		ERREGI	
MODELLO		ICC0988		15020102 61/20-xx	
Imbracatura del tipo amaca con appoggio del capo che avvolge tutta la parte posteriore del tronco , stecche paravertebrali asportabili inserite su apposite sedi;	3.a	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	NON CONFORME	Non si evince la presenza delle stecche paravertebrali (confermato da soccorso procedimentale)
tessuto in materiale sintetico NON a tramatura allargata;	3.b	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	3.c	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
maniglie posteriori per facilitare il posizionamento del paziente da parte dell'utilizzatore;	3.d	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da questionario tecnico
due o più regolazioni di ancoraggio;	3.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme Da Scheda Tecnica
materiale fuoco ritardante;	3.f	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme Da Relazione Tecnica
Taglie disponibili: M, L, XL;	3.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme Da Scheda Tecnica
Portata massima di almeno 120 kg;	3.h	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme Da Relazione Tecnica
garanzia di almeno 12 mesi.	3.i	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme Da Relazione Tecnica
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità