

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 1		ITALORTOPEDIA S.R.L	NOTE	O.ORT. FERRERO	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°				
18.12.07.003 LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, SENZA RUOTE					
MARCA		ITALORTOPEDIA SRL		DEMARTA VIRGINIO SRL	
MODELLO		IB071A MEDIBED		01.10.LT 30	
Telaio in acciaio cromato o in acciaio verniciato o in acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nelle parti di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Base articolata a due snodi (due sezioni mobili e una fissa);	1.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, immagine pag 9 manuale d'uso (4 sezioni: 3 mobili + una fissa)	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Struttura di supporto munita di testiera e pediera smontabili, amovibili e predisposte per l'applicazione di sponde di contenimento;	1.c	CONFORME	Conforme da scheda tecnica (c'è scritto "amovibili")	CONFORME	Conforme da relazione tecnica, scheda tecnica e manuale d'uso (soccorsoprocedimentale)
Deve consentire la movimentazione manuale del tronco (inclinazione di almeno 50°);	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Deve consentire la movimentazione manuale delle gambe (inclinazione di almeno 30°);	1.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
dotato di manovelle manuali per consentire la movimentazione;	1.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di pistone con limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima;	1.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dimensioni complessive del letto : lunghezza 200 cm ± 10cm x larghezza 95 cm ± 5 cm con piano rete non inferiore a 190 cm x 90 cm (+/- 10%);	1.h	CONFORME	Conforme da scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza del piano rete da terra nel range 40 -50 cm;	1.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 135 kg per il " paziente" e a 170 kg per il "carico di lavoro in sicurezza" (portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1);	1.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	1.m	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia almeno 24 mesi.	1.n	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità
18.12.07.006 LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, DOTATO DI RUOTE					
MARCA		ITALORTOPEDIA SRL		DEMARTA VIRGINIO SRL	
MODELLO		IB071A MEDIBED		01.10.LT 31	
Telaio in acciaio cromato o in acciaio verniciato o in acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nelle parti di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Base articolata a due snodi (due sezioni mobili e una fissa);	2.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, immagine pag 9 manuale d'uso (4 sezioni: 3 mobili + una fissa)	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Struttura di supporto munita di testiera e pediera smontabili, amovibili e predisposte per l'applicazione di sponde di contenimento;	2.c	CONFORME	Conforme da scheda tecnica (c'è scritto "amovibili")	CONFORME	Conforme da relazione tecnica scheda tecnica pag 1,
Deve consentire la movimentazione manuale del tronco (inclinazione di almeno 50°);	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Deve consentire la movimentazione manuale delle gambe (inclinazione di almeno 30°);	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di manovelle manuali per consentire la movimentazione;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di pistone con limitatore di fine corsa nella estensione massima e minima;	2.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Munito di 4 ruote piroettanti con diametro minimo 100 mm, dotate sia di freno stazionamento che di blocco direzionale;	2.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dimensioni complessive del letto : lunghezza 200 cm ± 10cm x larghezza 95 cm ± 5 cm con piano rete non inferiore a 190 cm x 90 cm (+/- 10%) ;	2.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza del piano rete da terra nel range 40 -50 cm;	2.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 135 kg per il " paziente" e a 170 kg per il "carico di lavoro in sicurezza" (portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1);	2.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	2.n	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione
Garanzia almeno 24 mesi.	2.o	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità
18.12.10.003 LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE					
MARCA		ITALORTOPEDIA SRL		DEMARTA VIRGINIO SRL	
MODELLO		IB001		01.10.LT 41	
Telaio in acciaio cromato o in acciaio verniciato o in acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nelle parti di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti;	3.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Base articolata a tre snodi con regolazione elettrica;	3.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, manuale d'uso pag 1	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Struttura di supporto munita di testiera e pediera smontabili, amovibili e predisposte per l'applicazione di sponde di contenimento;	3.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica (amovibili)	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Movimentazione motorizzata del tronco (inclinazione di almeno 50°) tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente;	3.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Movimentazione motorizzata delle gambe (inclinazione di almeno 30°) tramite pulsantiera utilizzata dall'assistito stesso o dall'assistente;	3.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Munito di 4 ruote piroettanti con diametro minimo 100 mm, dotate sia di freno stazionamento che di blocco direzionale;	3.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dimensioni complessive del letto : lunghezza 200 cm ± 10cm x larghezza 95 cm ± 5 cm con piano rete non inferiore a 190 cm x 90 cm (+/- 10%);	3.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza del piano rete da terra nel range 40 -60 cm;	3.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 135 kg per il " paziente" e a 220 kg per il "carico di lavoro in sicurezza" (portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1);	3.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	3.l	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia almeno 24 mesi.	3.m	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 1		ITALORTOPEDIA S.R.L	NOTE	O.ORT. FERRERO	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°				
18.12.10.009 LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE					
MARCA		ITALORTOPEDIA SRL		DEMARTA VIRGINIO SRL	
MODELLO		IB002		01.10.LT20	
Telaio in acciaio cromato o in acciaio verniciato o in acciaio cromato e verniciato, resistente a deformazioni e cedimenti soprattutto nelle parti di aggancio, anche a seguito di smontaggi e montaggi ripetuti;	4.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Base articolata a tre snodi e quattro sezioni (almeno 3 a regolazione elettrica);	4.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di rete ortopedica azionata con attuatori a bassa tensione e impianto elettrico conforme alla norma EN 60601-1;	4.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, manuale d'uso pag 10 batteria 24 V	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Struttura di supporto munita di testiera e pediera smontabili, amovibili e predisposte per l'applicazione di sponde di contenimento;	4.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica (amovibili)	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Movimentazione motorizzata del tronco (inclinazione di almeno 50°) tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente;	4.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Movimentazione motorizzata delle gambe (inclinazione di almeno 30°) tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente;	4.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di alloggiamento, su entrambi i lati del letto, per asta porta flebo e asta solleva persone;	4.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Munito di 4 ruote piroettanti con diametro minimo 100 mm, dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale;	4.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dimensioni complessive del letto : lunghezza 200 cm ± 10cm x larghezza 95 cm ± 5 cm con piano rete non inferiore a 190 cm x 90 cm (+/-10%) ;	4.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME -vedi riscontro chiarimento Q40	Conforme da relazione e scheda tecnica
Regolazione motorizzata dell'altezza del piano rete tramite pulsantiera;	4.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza regolabile (comprese ruote) nel range 40 - 80 cm come da norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1;	4.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
La pulsantiera deve essere dotata di aggancio per sponda/telaio del letto;	4.n	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
La pulsantiera deve essere dotata di icone esplicative della funzionalità dei tasti e avere la possibilità di blocco delle funzioni;	4.o	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e manuale d'uso
Portata massima non inferiore a 135 kg per il “ paziente” e a 220 kg per il “carico di lavoro in sicurezza” (portata secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1);	4.p	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	4.q	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia almeno 24 mesi.	4.r	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità
18.12.27.003 SPONDA UNIVERSALE PER LETTO, ABBASSABILE, RIBALTABILE O ASPORTABILE					
MARCA		MORETTI		DEMARTA VIRGINIO SRL	
MODELLO		MP180	Modello verificato mediante soccorso procedimentale	01.10.SR20	
Sponda universale di tipo telescopico-ribaltabile con ganci a molla;	5.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Composto in acciaio verniciato e/o cromato e/o altra lega leggera;	5.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Spessore dei tubi ≥ 1mm;	5.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Estensione garantita sino a 200 cm ± 10cm;	5.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Conforme alla norma CEI UNI EN 60601-2-52/A1 ;	5.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	5.f	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia almeno 24 mesi.	5.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità
18.12.91.003 ASTA SOLLEVAPERSONE CON BASE A TERRA.					
MARCA		MORETTI		ANTANO GROUP SRL	
MODELLO		MI097		M 014T/C	
Asta solleva-persona con base a terra costruita in tubo di acciaio verniciato;	6.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 75 kg;	6.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e scheda tecnica
Presenza di ricambi per almeno 5 anni;	6.c	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
Garanzia almeno 24 mesi.	6.d	CONFORME	Conforme da relazione tecnica	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE MDR 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità	CONFORME	Conforme da dichiarazione conformità, dichiarazione da aggiornare