

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 4		VASSILLI	NOTE
Specifiche tecniche minime richieste	N°		
09.12.15.003 RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA FISSA			
MARCA		VASSILLI	
MODELLO		400.14	
Realizzato in materiale morbido, impermeabile, lavabile, sanificabile e anallergico;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di sistema di fissaggio per mezzo di staffe regolabili in larghezza e/o autobloccante;	1.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Altezza 10 cm;	1.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 kg;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	1.e	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
09.12.03.003 SEDIA A COMODA SENZA RUOTE			
MARCA		VASSILLI	
MODELLO		400.18i	
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio inox rivestito;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di schienale e sedile rigidi, imbottiti e impermeabili;	2.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nelle due versioni con foro centrale o anteriore a U su richiesta (provvisto di tappo);	2.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio deve essere posizionabile sul wc;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Fornito in almeno due misure di larghezza nel range da 40 cm a 50 cm (range di tolleranza ± 5%);	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 kg;	2.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	2.h	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
09.12.03.006 SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA/WATER MANOVRABILE DALL’ACCOMPAGNATORE			
MARCA		VASSILLI	
MODELLO		400.10FP	
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio inox rivestito;	3.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;	3.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di schienale e sedile rigidi, imbottiti e impermeabili;	3.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nelle due versioni con foro centrale o anteriore a U su richiesta (provvisto di tappo);	3.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote piccole (diametro non inferiore a 12 cm), piroettanti di cui almeno due con freni;	3.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Il supporto delle ruote deve realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all’acqua e all’umidità;	3.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, supporti in materiale composito (nylon)
Dotato di appoggia piedi regolabile in altezza ed estraibile;	3.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio deve essere posizionabile sul wc;	3.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Fornito in almeno due misure di larghezza nel range da 40 cm a 50 cm (range di tolleranza ± 5%);	3.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di regolazione della seduta in altezza almeno da 49 cm a 55 cm;	3.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 kg;	3.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	3.n	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
09.12.03.012 SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA/WATER AD AUTOSPINTA			
MARCA		VASSILLI	
MODELLO		400.50FP	
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio inox rivestito;	4.a	CONFORME	Conforme da relazione tecnica e manuale d’uso
Dotato di braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;	4.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di schienale e sedile rigidi, imbottiti e impermeabili;	4.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di dispositivo wc estraibile, lavabile e disinfettabile, disponibile nelle due versioni con foro centrale o anteriore a U su richiesta (provvisto di tappo);	4.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di quattro ruote, di cui due anteriori “piccole” piroettanti (diametro di almeno 12 cm) e due ruote posteriori “grandi” (diametro di almeno 50 cm) munite di freni e anello corrimano;	4.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica

Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o in materiale analogo o qualitativamente superiore, resistente all’acqua e all’umidità;	4.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica, supporti in materiale composito (nylon)
Dotato di appoggia piedi regolabile in altezza ed estraibile;	4.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio deve essere posizionabile sul wc;	4.h	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Fornito in almeno due misure di larghezza nel range da cm 40 a cm 50 (range di tolleranza ± 5%);	4.i	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di regolazione della seduta in altezza almeno da 49 cm a 55 cm;	4.l	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 kg;	4.m	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	4.n	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità
Aggiuntivi prescrivibili e obbligatoriamente disponibili per le Sedie a Comoda (09.12.03)			
09.12.91.003 REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE	5	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.12.91.006 REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIA GAMBE (COPPIA)	6	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.12.91.009 POSSIBILITA’ DI PIEGARE IL TELAIO	7	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.12.91.012 PROLUNGA DELLO SCHIENALE	8	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.12.91.015 CINGHIA A BRETELLAGGIO	9	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.12.91.018 PELOTTE TORACALI (COPPIA)	10	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
09.33.03.015 SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO			
MARCA		VASSILLI	
MODELLO		400.30R	
Telaio in alluminio verniciato o in acciaio inox rivestito;	11.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di sedile e schienale in materiale idrorepellente, tale da consentire il drenaggio dell'acqua;	11.b	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Dotato di telaio con dispositivo di fissaggio regolabile (quattro bracci con relativi perni di ancoraggio) per l'adattamento della seduta a varie misure di vasca; nella scheda tecnica deve essere dichiarata la larghezza minima di appoggio dei bordi della vasca affinché il dispositivo sia fissato in sicurezza;	11.c	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio deve essere dotato di sedile girevole per 180°, con meccanismo di rotazione resistente all'usura e alla corrosione e con leva di bloccaggio seduta ogni 90°;	11.d	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ausilio deve essere lavabile e disinfettabile;	11.e	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
L’ ausilio deve essere dotato di seduta in plastica di larghezza almeno 40 cm;	11.f	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Portata massima non inferiore a 120 kg;	11.g	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica
Garanzia almeno 12 mesi.	11.h	CONFORME	Conforme da relazione tecnica
CERTIFICAZIONE 745/2017		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità