

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 6		TECNOLOGIE SANITARIE SPORTIVE S.R.L.	NOTE	VASSILLI
Specifiche tecniche minime richieste	N°			
12.36.03.006 SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA, ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD				
MARCA		CASTAGNER		VASSILLI
MODELLO		65.11		10.77N170
Sollevamento tramite sistema motorizzato a bassa tensione con alimentazione a batteria ricaricabile;	1.a	CONFORME	Conforme da relazione e scheda tecnica pag. 2	CONFORME
Base provvista di ruote piroettanti (diametro ≤ 10 cm), con ruote posteriori munite di freno attivabile a piede;	1.b	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 3	CONFORME
Base regolabile in larghezza (tale da consentire il posizionamento di carrozzine pieghevoli, motorizzate e di poltrone, e l'attraversamento di porte e passaggi stretti);	1.c	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 2	CONFORME
Altezza base da terra non superiore a 15 cm per favorire l'accesso ai letti con base regolabile in altezza;	1.d	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 4	CONFORME
Dotato di aggancio per l'imbracatura girevole di 360°;	1.e	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 4	CONFORME
Dotato di batteria ricaricabile e caricabatteria con cavo di alimentazione di almeno 1,5 m;	1.f	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 2 e 4	CONFORME
Velocità di salita e discesa omogenea in modo da agevolare il posizionamento del paziente;	1.g	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 3	CONFORME
Dotato di sistema di abbassamento manuale o simili sistemi di protezione, tale da garantire la discesa in caso di emergenza, guasto o in mancanza di energia elettrica;	1.h	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 3	CONFORME
Dotato di pulsantiera elettrica (azionabile tramite comando che permette alla persona di allontanarsi dall'assistito) e avviso luminoso di batteria quasi scarica;	1.i	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 3	CONFORME
Escursione minima del braccio sino ad almeno 70 cm da terra (intesa come altezza da terra del bilanciante) , tale da consentire il sollevamento dell'assistito da terra;	1.l	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 4; Soccorso procedimentale	CONFORME
Escursione massima del braccio, non inferiore a 170 cm (intesa come altezza da terra del bilanciante);	1.m	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 4; Soccorso procedimentale	CONFORME
Portata massima non inferiore a 150 kg;	1.n	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 2	CONFORME
Garanzia di almeno 24 mesi.	1.o	CONFORME	Conforme da relazione tecnica pag. 7	CONFORME
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME
Caratteristiche imbracatura INCLUSA nella fornitura del sollevatore				Art. 15.97
Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	1.p	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;	1.q	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Due o più regolazioni di ancoraggio;	1.r	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Materiale fuoco ritardante;	1.s	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Taglie disponibili: M, XL;	1.t	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Portata minima 120 Kg;	1.u	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Garanzia di almeno 12 mesi.	1.v	CONFORME	Conforme da Relazione tecnica pag. 9	CONFORME
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME
AGGIUNTIVI PRESCRIVIBILI PER IL CODICE ISO 12.36.03.006				
12.36.21.003 IMBRACATURA STANDARD AD ANELLI (A CAPO LIBERO)				
MARCA		DEMARTA VIRGINIO		VASSILLI
MODELLO		Deluxe 200 senza testiera in maglia		Art. 15.97
Copertura sino a livello scapolare e imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	2.a	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 8	CONFORME
maniglie posteriori per facilitare il posizionamento dell'utilizzatore;	2.b	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 8	CONFORME
due o più regolazioni di ancoraggio;	2.c	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 8	CONFORME
materiale fuoco ritardante;	2.d	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 8	CONFORME
taglie disponibili: M, XL;	2.e	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 6	CONFORME
Portata massima di almeno 120 kg;	2.f	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 8	CONFORME
garanzia di almeno 12 mesi.	2.g	CONFORME	Conforme da relazione tecnica pag. 10	CONFORME
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME

VALUTAZIONE OFFERTE LOTTO 6		TECNOLOGIE SANITARIE SPORTIVE S.R.L.	NOTE	VASSILLI
Specifiche tecniche minime richieste	N°			
12.36.21.006 IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO (E DIVISIONE DELLE GAMBE)				
MARCA		DEMARTA VIRGINIO		VASSILLI
MODELLO		Deluxe 200 con testiera in poliestere		Art. 15.95
Imbracatura del tipo amaca con appoggio del capo che avvolge tutta la parte posteriore del tronco , stecche paravertebrali asportabili inserite su apposite sedi;	3.a	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
tessuto in materiale sintetico NON a tramatura allargata;	3.b	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
imbottiture adeguate nelle zone critiche tipo fasce che avvolgono le gambe in modo da evitare l'effetto corda;	3.c	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
maniglie posteriori per facilitare il posizionamento del paziente da parte dell'utilizzatore;	3.d	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
due o più regolazioni di ancoraggio;	3.e	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
materiale fuoco ritardante;	3.f	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
Taglie disponibili: M, L, XL;	3.g	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
Portata massima di almeno 120 kg;	3.h	CONFORME	Conforme da relazione e Scheda tecnica pag. 10	CONFORME
garanzia di almeno 12 mesi.	3.i	CONFORME	Conforme da relazione tecnica pag. 12	CONFORME
Certificazione CE		CONFORME	Conforme da dichiarazione di conformità	CONFORME