

Lotto 7 – Dispositivi elevatori						O.ORT. FERRERO						TECNOLOGIE SANITARIE SPORTIVE S.R.L.					VASSILLI							
Codice ISO - Descrizione Nomenclatore	N°	Caratteristiche migliorative	Punteggi o MAX	Wx (Fattore ponderale)	Tipologia	Commissari o 1	Commissari o 2	Commissari o 3	Valore offerto / voto medio	Punteggio	Note	Commissario 1	Commissari o 2	Commissari o 3	Valore offerto / voto medio	Punteggio	Note	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Valore offerto / voto medio	Punteggio	Note	
18.30.08.003 MONTASCALE MOBILE A RUOTE, A SEDILE	1.a	Dotato di caricabatterie interno;	22	1	SI/NO				NO	0,00					SI	1,00						NO	0,00	
	1.b	Dotato di allarme acustico e/o visivo per basso livello batteria;		0,5	SI/NO				SI	0,50						SI	0,50					SI	0,50	
	1.c	Dotato di allarme acustico e/o visivo per eccessivo carico;		0,5	SI/NO				NO	0,00						NO	0,00					NO	0,00	
	1.d	Dotato di sistema di inibizione delle funzioni con caricabatterie inserito;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					SI	0,50	
	1.e	Spegnimento automatico /standby per inattività;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					SI	0,50	
	1.f	Maggiore portata (superiore a 120 Kg);		3	Quantitativo indicare numero				160,00	3,00						160,00	3,00					130,00	0,75	
	1.g	Maggiore autonomia (superiore a 10 piani);		1	Quantitativo indicare numero				28,00	1,00						28,00	1,00					30,00	1,00	
	1.h	Possibilità di manovra in pianerottolo di area inferiore a 100x100 cm <sup>2</sup> ;		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	1.i	Possibilità di smontaggio e riducibilità dell'ausilio;		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	1.l	Possibilità di variazione dell'altezza della seduta per favorire il trasferimento dell'utente;		1	SI/NO				NO	0,00						NO	0,00					NO	0,00	
	1.m	Possibilità di adeguare l'ausilio all'altezza del caregiver;		1	SI/NO				SI	1,00						SI	1,00					SI	1,00	
	1.n	Facilità e maneggevolezza nelle operazioni di montaggio/smottaggio, posizionamento dell'utente e nella movimentazione dell'ausilio nella salita/discisa delle scale (ad. es. aderenza ai gradini, uniformità del movimento etc.);		5	PROVA PRATICA	0,4	0,4	0,4	0,40	2,00	Poco maneggevole nell'utilizzo, è richiesta elevata forza per controllare e utilizzare l'ausilio in sicurezza. Mediocre comfort per il paziente durante la movimentazione. Infatti, lato paziente si avvertono in maniera importante i passaggi da un gradino all'altro sia in salita che in discesa.	0,4	0,4	0,4	0,40	2,00	Poco maneggevole nell'utilizzo, è richiesta elevata forza per controllare e utilizzare l'ausilio in sicurezza. Mediocre comfort per il paziente durante la movimentazione. Infatti, lato paziente si avvertono in maniera importante i passaggi da un gradino all'altro sia in salita che in discesa.	0,8	1	1	0,93	4,67	Ottima maneggevolezza nell'utilizzo e ottimo comfort per il paziente durante la movimentazione	
	1.o	Ergonomia e comfort per il paziente, in termini di comodità, stabilità e sicurezza percepita nelle operazioni di salita/discisa delle scale.		4	PROVA PRATICA	0,4	0,4	0,4	0,40	1,60		0,4	0,4	0,4	0,40	1,60		0,8	1	1	0,93	3,73		
										13,10						15,10						16,65		
18.30.08.006 MONTASCALE MOBILE A RUOTE, PER CARROZZINA	2.a	Dotato di caricabatterie interno;	21	1	SI/NO				NO	0,00					SI	1,00						NO	0,00	
	2.b	Dotato di allarme acustico e/o visivo per basso livello batteria;		0,5	SI/NO				SI	0,50						SI	0,50					SI	0,50	
	2.c	Dotato di allarme acustico e/o visivo per eccessivo carico;		0,5	SI/NO				NO	0,00						NO	0,00					NO	0,00	
	2.d	Dotato di sistema di inibizione delle funzioni con caricabatterie inserito;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					SI	0,50	
	2.e	Spegnimento automatico /standby per inattività;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					SI	0,50	
	2.f	Maggiore portata (superiore a 130 Kg);		3	Quantitativo indicare numero				160,00	3,00						160,00	3,00					130,00	0,00	
	2.g	Maggiore autonomia (superiore a 10 piani);		1	Quantitativo indicare numero				16,00	1,00						16,00	1,00					30,00	1,00	
	2.h	Possibilità di manovra in pianerottolo di area inferiore a 100x100 cm <sup>2</sup> ;		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	2.i	Possibilità di smontaggio e riducibilità dell'ausilio;		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	2.l	Possibilità di adeguare l'ausilio all'altezza del caregiver;		1	SI/NO				SI	1,00						SI	1,00					SI	1,00	
	2.m	Facilità e maneggevolezza nelle operazioni di montaggio/smottaggio, aggancio e sgancio della carrozzina e nella movimentazione dell'ausilio nella salita/discisa delle scale (ad. es. aderenza ai gradini, uniformità del movimento etc.);		5	PROVA PRATICA	0,3	0,3	0,5	0,37	1,83	Scarsa maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver, è richiesta elevata forza per controllare e utilizzare l'ausilio in sicurezza. Sufficiente comfort percepito dal paziente.	0,3	0,3	0,5	0,37	1,83	Scarsa maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver, è richiesta elevata forza per controllare e utilizzare l'ausilio in sicurezza. Sufficiente comfort percepito dal paziente.	0,75	1	1	0,92	4,58	Ottima maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver, ottimo comfort percepito dal paziente	
	2.n	Ergonomia e comfort per il paziente, in termini di comodità, stabilità e sicurezza percepita nelle operazioni di salita/discisa delle scale.		4	PROVA PRATICA	0,5	0,5	0,75	0,58	2,33		0,5	0,5	0,75	0,58	2,33		0,75	1	1	0,92	3,67		
											13,67						15,67						15,75	
18.30.08.009 MONSTASCALE MOBILE A CINGOLI, PER CARROZZINA	3.a	Dotato di caricabatterie interno;	21	1	SI/NO				SI	1,00					SI	1,00						NO	0,00	
	3.b	Dotato di allarme acustico e/o visivo per basso livello batteria;		0,5	SI/NO				SI	0,50						SI	0,50					SI	0,50	
	3.c	Dotato di allarme acustico e/o visivo per eccessivo carico;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					NO	0,00	
	3.d	Dotato di sistema di inibizione delle funzioni con caricabatterie inserito;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					SI	0,50	
	3.e	Spegnimento automatico /standby per inattività;		0,5	SI/NO				NO	0,00						SI	0,50					NO	0,00	
	3.f	Dotato di ruote supplementari di manovra;		1	SI/NO				SI	1,00						SI	0,50					NO	0,00	
	3.g	Maggiore portata (superiore a 130 Kg);		3	Quantitativo indicare numero				150,00	2,00						150,00	2,00					130,00	0,00	
	3.h	Maggiore autonomia (superiore a 10 piani);		1	Quantitativo indicare numero				24,00	1,00						28,00	1,00					50,00	1,00	
	3.i	Possibilità di manovra in pianerottolo di area inferiore a 100x100 cm <sup>1</sup>		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	3.l	Possibilità di smontaggio e riducibilità dell'ausilio;		2	SI/NO				SI	2,00						SI	2,00					SI	2,00	
	3.m	Facilità e maneggevolezza nelle operazioni di montaggio/smottaggio, aggancio e sgancio della carrozzina e nella movimentazione dell'ausilio nella salita/discisa delle scale (ad. es. aderenza ai gradini, uniformità del movimento etc.);		5	PROVA PRATICA	1	1	1	1,00	5,00	Ottima maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver, ottimo comfort lato utente/paziente in quanto i cingoli garantiscono un movimento in salita e discesa fluido e uniforme. Non si avvertono i passaggi da un gradino all'altro.	1	1	1	1,00	5,00	Ottima maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver, ottimo comfort lato utente/paziente in quanto i cingoli garantiscono un movimento in salita e discesa fluido e uniforme. Non si avvertono i passaggi da un gradino all'altro.	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75	Buona maneggevolezza dell'ausilio nell'utilizzo da parte del caregiver. Il livello di comfort percepito dal paziente risulta quasi sufficiente, in quanto il passaggio da un gradino all'altro, sia in salita che in discesa, viene percepito dall'utente/paziente.	
	3.n	Ergonomia e comfort per il paziente, in termini di comodità, stabilità e sicurezza percepita nelle operazioni di salita/discisa delle scale.		4	PROVA PRATICA	1	1	1	1,00	4,00		1	1	1	1,00	4,00		0,4	0,5	0,5	0,47	1,87		
											18,50						19,50						11,62	
Assistenza tecnica e garanzia	4.a	Presenza di ricambi per un periodo superiore a 5 anni;	6	2	SI/NO				5,00	2,00					6,00	2,00					6,00	2,00		
	4.b	Garanzia superiore a 24 mesi;		4	Quantitativo indicare numero				48,00	4,00					48,00	4,00					48,00	4,00		
Consegna	5.a	Tempi di consegna "ordinaria" inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;	2	1	SI/NO				14,00	1,00					14,00	1,00					10,00	1,00		
	5.b	Tempi di consegna "urgente" inferiori rispetto al Capitolato Tecnico Integrativo SA;		1	SI/NO				9,00	1,00					9,00	1,00					5,00	1,00		
Certificazioni	6.a	Possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS);	6	2	SI/NO				SI	2,00					NO	0,00					NO	0,00		
	6.b	Possesso di certificazione ISO 9001:2015;		2	SI/NO				SI	2,00					SI	2,00					SI	2,00		
	6.c	Conformità alla norma UNI EN ISO 14021: "Afferzioni ambientali autodichiarate" e/o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I";		2	SI/NO				NO	0,00					NO	0,00					SI	2,00		
Pari opportunità	7.a	Possesso di certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46bis del Codice delle pari opportunità ( D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.).	2	2	SI/NO				NO	0,00					NO	0,00					NO	0,00		
										12,00						10,00						12,00		
Totale																60,27						56,02		