

**ALLEGATO TECNICO ALL' AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVO DI DECOMPRESSIONE DEL PROCESSO INTERSPINOSO
"LOBSTER" DIAMETROS DESTINATO AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFERENTI ALLA ASL
CAGLIARI.**

PRODOTTO	N. SISTEMI NECESSARI	CARATTERISTICHE
Dispositivo di decompressione del processo interspinoso "Lobster" Diametros	n. 150 ± 50% misure varie	Dispositivo interspinoso percutaneo che ha la caratteristica di avere delle alette di apertura pronunciate che si appoggiano ai processi spinosi, minimizzando i rischi di dislocamento del dispositivo, garantendo un completo ancoraggio ai processi spinosi, assorbendo il carico applicato e riducendo lo stress a carico delle faccette articolari. Inoltre, è l'unico dispositivo interspinoso che consente di essere rimosso per via percutanea dopo essere stato aperto e rilasciato, anche a distanza di tempo. Il sistema Lobster è dotato di una selletta che può arrivare fino a livello interlaminare rendendo molto efficace la decompression e mantenendo la stessa invariata nel tempo. Inoltre il dispositivo permette sia una decompression indiretta a livello interlaminare che una stabilizzazione a livello interspinoso lungo tutta la base dei processi spinosi. Comprende uno strumentario risterilizzabile (fornito in comodato d'uso) e gli impianti in titanio delle diverse misure 8, 10, 12, 14, 16mm.

Si precisa che tutta la documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana.