

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE M6.C2 1.1.1.1: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (EX ART. 2, DL 34/2020). GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LETTI DEGENZA E VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA SEMI-INTENSIVA, SERVIZI CONNESSI E QUANTITATIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CHIARIMENTI AI 25/11/2025 - Ulteriori precisazioni

Con riferimento al quesito 9 -2) riportato nei chiarimenti pubblicati in data 28/11/2025, si ritiene di dover meglio precisare e rendere intellegibile l'intendimento dell'Amministrazione con la risposta "si conferma" fornita al predetto quesito e, a tal fine, si rende il seguente chiarimento.

Si precisa che lo scopo del criterio "Piano rete idoneo a poter accogliere qualunque materasso antidecubito attualmente in commercio, anche di marche differenti, in caso di necessità di cambio o evoluzione tecnologica, mantenendo inalterate le funzionalità terapeutiche del letto" è quello di premiare sistemi che consentano la possibilità di utilizzare materassi, anche di marche differenti, senza alterare le funzionalità terapeutiche del sistema. Il criterio è, quindi, specificatamente riferito alle sole funzionalità terapeutiche e, pertanto, finalizzato a premiare quei sistemi in cui le funzionalità terapeutiche sono meno influenzate dalla tipologia di materasso utilizzato, perché garantite da altre componenti del sistema. Con riferimento alla seconda parte del quesito 9.2), laddove si parla, ad esempio, di funzionalità relative al basculamento o di posizionamenti dedicati alle "funzionalità polmonare, vascolare e cardiaca", si chiarisce che tali funzioni, richieste a base di offerta nelle specifiche tecniche riportate nelle Appendici 1 e Appendice 2 al Capitolato Tecnico, debbono essere garantite dal sistema offerto nel suo complesso, indipendentemente da quale sia il componente che esegue la funzione. Non si confermano, pertanto, le restanti considerazioni del quesito.

Il presente chiarimento precisa e sostituisce il chiarimento 9.2 pubblicato in data 28/11/

ARES SARDEGNA

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE M6.C2 1.1.1.2: RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (EX ART. 2, DL 34/2020). GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LETTI DEGENZA E VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA E TERAPIA SEMI-INTENSIVA, SERVIZI CONNESSI E QUANTITATIVI OPZIONALI PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



Cofinanziato
dall'Unione europea



Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA