

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER IL TRASPORTO EXTRA OSPEDALIERO NEONATALE, DEI SERVIZI CONNESSI E DEI DISPOSITIVI OPZIONALI, DESTINATI ALLE AZIENDE UNIVERSITARIE OSPEDALIERE DI CAGLIARI E SASSARI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.**

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla gara sono visibili sui siti: [www.aresssardegna.it](http://www.aresssardegna.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

\*\*\*

### **CHIARIMENTI 16.01.2026**

#### **1) Domanda**

Spettabile Ente,

In merito all'allegato A – caratteristiche tecniche minime, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- se è richiesta la certificazione dell'intero sistema (composto da tutte le apparecchiature installate su un'unica piattaforma e alimentate da un unico cavo di alimentazione).
- se le apparecchiature elencate tra le "FORNITURE OPZIONALI" debbano essere incluse in offerta o se debbano solo essere quotate
- se l'apparecchiatura "Apparecchio per ipotermia" elencata tra le "FORNITURE OPZIONALI" debba prevedere la destinazione uso per il trasporto e, nel caso, se la piattaforma del sistema da trasporto debba essere munita di un idoneo ripiano con relativo sistema di aggancio per tale apparecchiatura.

#### **Risposta**

In merito al primo punto richiesto, si conferma quanto specificato nella documentazione di gara.

Quanto al secondo punto si precisa che le forniture sono incluse nella parte opzionale della fornitura, e che, come ben precisato nel paragrafo 3.3 del disciplinare di gara *"Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la configurazione e caratteristiche tecniche minime descritte nell'Allegato 1 "Capitolato tecnico". Tali opzioni di estensione potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della stipula del contratto.*

*Tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un'opzione posta in favore della Stazione Appaltante, che vincola il fornitore ai sensi dell'art. 1331 del cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, non potrà ritenersi in alcun modo obbligata ad avvalersi di tale facoltà, e potrà quindi profittare o meno dell'opzione di estensione per assicurare le forniture di beni/servizi, laddove lo ritenga opportuno e conforme all'interesse pubblico, entro il termine sopra indicato, mentre il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti di ARES Sardegna nell'ipotesi di mancata attivazione dell'opzione stessa."*

Per quanto attiene l'ultima richiesta, si conferma quanto riportato nell'apposita sezione del documento "Allegato A-caratteristiche tecniche minime". Si precisa che deve essere garantita la sicurezza durante il trasporto.

#### **2) Domanda**

Buonasera,

in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere quali sono le misure di ingombro e il relativo peso dell'intero sistema richiesto.

#### **Risposta**

Dimensioni e peso dipendono dalla configurazione offerta e saranno oggetto di valutazione, secondo i criteri riportati nella tabella 7 del disciplinare di gara.

#### **3) Domanda**

Spett.le ARES Sardegna,

In riferimento alla procedura di gara in oggetto e ai relativi documenti di DISCIPLINARE DI GARA e ALLEGATO A – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME, si formulano le seguenti richieste di chiarimento ai fini della corretta

predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, con particolare riguardo alla piena conformità ai requisiti minimi e alle disposizioni tecniche vigenti:

#### ALLEGATO A – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

##### N.4 INCUBATRICI NEONATALI DA TRASPORTO

###### 1. Fornitura di barelle per incubatrici neonatali da trasporto

Si osserva che nella fornitura base non è menzionata la fornitura di alcuna barella. Tuttavia, il punto 35 della tabella 7 del Disciplinare di Gara richiede la fornitura, ai fini dell'assistenza tecnica, di apparecchiature sostitutive (muletto) per tutti i dispositivi, inclusa la barella.

Alla luce di quanto sopra, si richiede conferma formale se la barella debba essere inclusa nella fornitura oggetto di gara e di confermare che la stessa sia marca Ferno mod. Mondial

###### 2. Parete laterale ribaltabile/apribile delle incubatrici da trasporto

Nelle caratteristiche di minima si richiede: "parete laterale ribaltabile/apribile in grado di consentire l'estrazione del piano porta materassino per agevolare le manovre di urgenza;" Si chiede di accettare come caratteristica equivalente anche modelli di incubatrice che abbiano tale possibilità estraendo il piano porta paziente dal lato frontale.

E per quanto previsto al punto 8 della tabella 7 del Disciplinare di Gara, si richiede che l'estrazione del piano porta-paziente sia prevista come opzione migliorativa attribuibile a punteggio discrezionale e non tabellare.

###### 3. sistema di impostazione e regolazione elettronica dell'umidificazione, con possibilità di impostazione dell'umidità relativa > del 65% (tolleranza $\pm 8\%$ ) senza condensa.

In merito alla caratteristica richiesta si fa presente che tale parametro identifica un solo prodotto presente sul mercato. Per una più ampia partecipazione, si chiede pertanto che tale criterio non venga contemplato nelle caratteristiche di minima.

##### N.4 MONITOR MULTIPARAMETRICI

###### 4. Parametri dei monitor multiparametrici

Nelle caratteristiche di minima si richiede "CO<sub>2</sub> transcutanea ed espirata", si chiede di confermare che la rilevazione della CO<sub>2</sub> sia solo con tecnologia "end-tidal" e non transcutanea.

#### DISCIPLINARE DI GARA

##### FORNITURA BASE

##### N.4 INCUBATRICI NEONATALI DA TRASPORTO

###### 5. Inclinazione del piano porta-paziente e accessibilità delle manopole

Si osserva che il punto 4 della tabella 7 del Disciplinare di Gara prevede l'inclinazione del piano porta-paziente nelle posizioni Trendelenburg e anti-Trendelenburg fino ad almeno  $\pm 10^\circ$ , con manopole di regolazione accessibili da entrambi i lati, quale opzione migliorativa a punteggio. Si segnala che tale specifica è tipica di incubatrici da reparto e risulta generalmente non applicabile alle incubatrici da trasporto. Si richiede pertanto conferma sulla pertinenza di tale opzione per le incubatrici da trasporto.

6. In considerazione della complessità della procedura si chiede al vostro spett.le ente, la possibilità di posticipare la scadenza della gara.

#### Risposta

Quanto al primo punto, si veda la rettifica n. 3 del documento *"Rettifiche alla documentazione di gara"*.

Quanto al secondo punto si conferma il criterio valutativo riportato nella documentazione di gara. In ogni caso il rispetto delle caratteristiche minime verrà effettuato nel rispetto del principio di equivalenza.

Per la richiesta n. 3 si veda la rettifica n. 1 del documento *"Rettifiche alla documentazione di gara"*.

Per la richiesta n. 4 si veda la rettifica n. 2 del documento *"Rettifiche alla documentazione di gara"*.

Quanto al quinto punto, si conferma la pertinenza della richiesta.

Per quanto attiene la richiesta n. 6, si veda il preavviso di proroga pubblicato sul sito [www.aresardegna.it](http://www.aresardegna.it), nella sezione bandi e gare, e sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Il RUP  
Dott.ssa Elisa Congia