

Procedura aperta per l'affidamento, in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in Service di Sistemi di Navigazione intraoperatoria, materiale di consumo e servizi connessi, da destinare alle Aziende Socio-Sanitarie Locali n. 3 di Nuoro e n. 8 di Cagliari del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 22/10/2025

(Esame offerte tecniche – SEDUTA RISERVATA)

In data 22/10/2025 alle ore 10:00 presso gli uffici della S.C. Acquisti di Beni e Servizi non Sanitari Servizi Sanitari e Service siti in Nuoro in via Demurtas n. 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 25/03/2025, per procedere alla disamina della documentazione tecnica presentata dagli OO.EE. partecipanti e ammessi alla fase di valutazione tecnica.

La Commissione Giudicatrice risulta così costituita:

Dott. Antonello Podda - componente con funzioni di presidente;

Dott. Corrado Bozzo - componente;

Dott. Sergio Pirri - componente

Dott. Pierfrancesco Cappai – componente

Ing. Laura Monni – componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il RUP, Dott. Antonio Sale

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Le Ditte che, entro il termine del 15/05/2025 – ore 13:00, hanno presentato istanza di partecipazione e relativa documentazione sono:

1) HF SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO;

2) MASMEC S.p.A.;

3) MEDICA DI PELLEGRINI SRL.

Nella precedente seduta del 01/08/2025 la Commissione ha proceduto con l'esame delle offerte tecniche presentate relativamente ai lotti 1 e 2 riferiti alla disciplina Otorinolaringoiatria e per i quali è stata presentata un'unica offerta da parte della Ditta MEDICA di Pellegrini S.r.l.

La Commissione procede in data odierna con l'esame delle offerte tecniche presentate relativamente al lotto 3 riferito alla disciplina Neurochirurgia e per il quale è stata presentata offerta da parte delle Ditte:

- HF SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO
- MASMEC S.p.A.

Le offerte vengono esaminate comparativamente.

La Commissione accerta la conformità delle offerte relativamente ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis di gara.

Nella seduta odierna si procede con la valutazione dei criteri nn. 1, 2 e 3 ex art. 18.1 del Disciplinare di gara.

Ogni commissario procede con l'attribuzione di un giudizio qualitativo, ovvero, ove previsto, con l'attribuzione di un punteggio tabellare assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

La Commissione, successivamente al completamento dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'O.E. partecipante per il lotto 3, effettuato sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, procede all'attribuzione del coefficiente corrispondente al giudizio che, di volta in volta, è stato espresso da ognuno dei commissari nel corso dell'analisi delle offerte tecniche, con le modalità dettagliatamente descritte al punto 18.2 del Disciplinare di gara.

Le risultanze delle operazioni di valutazione sono riportate nella tabella allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si rinvia a successiva convocazione della Commissione la prosecuzione dell'esame dell'offerta relativa al Lotto n. 3 ovvero, nello specifico, la valutazione dei criteri nn. 4, 5, 6 e 7 ex art. 18.1 del Disciplinare di gara.

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 14:00.


Letto, approvato e sottoscritto,

La Commissione Giudicatrice


Dr. Antonello Podda – Presidente




Dott. Corrado Bozzo – componente



Dott. Sergio Pirri – componente




Dott. Pierfrancesco Cappai – componente



Ing. Laura Monni - componente



Il segretario verbalizzante
Dott. Antonio Sale



VALUTAZIONE OFFERTE												
Lotto 3 - Sistema di Neuronavigazione - U.O. Neurochirurgia P.O. S. Francesco Nuoro				HF SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO								
N°	Criteri di valutazione	Tipologia	Punti max	Giudizio commissario 1: Dott. Podda	Giudizio commissario 2: Dott. Pirri	Giudizio commissario 3: Dott. Bozzo	Giudizio commissario 4: Dott. Cappai	Giudizio commissario 5: Ing. Monti	Coefficiente medio commissione (in caso di criterio discrezionale)	Punteggio commissione	Riferimento offerta tecnica	Note
1	Caratteristiche tecniche hardware quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caratteristiche del monitor, telecamera, tipologie degli ingressi e delle uscite, sistema di integrazione, caratteristiche stazione di pianificazione dedicata ecc	Discrezionale descrivere	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	10	A3 Scheda descrittiva e migliori pg 1-4	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
2	Dimensione e ingombro in sala operatoria	Discrezionale descrivere	12	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	ottimo	1	12	A3 Scheda descrittiva e migliori pg 1-4	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato
3	Caratteristiche tecnico-funzionali dei software presenti nella stazione di pianificazione maggiormente performanti per la destinazione d'uso prevista	Discrezionale descrivere	10	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	1	10	A3 Scheda descrittiva e migliori pg 5-12	L'offerta della ditta risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione e ai requisiti del capitolato








Lotto 3: Sistema di Neuronavigazione - U.O. Neurochirurgia P.O. S. Francesco Nuoro												
MASMEC SPA												
N°	Criteri di valutazione	Tipologia	Punti max	Giudizio commissario 1: Dott. Podda	Giudizio commissario 2: Dott. Pirri	Giudizio commissario 3: Dott. Bozzo	Giudizio commissario 4: Dott. Cupai	Giudizio commissario 5: Ing. Morali	Coefficiente medio commissione (in caso di offerta discrezionale)	Punteggio commissione	Riferimento offerta tecnica	Note
1	Caratteristiche tecniche hardware quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caratteristiche del monitor, telecamera, tipologie degli ingressi e delle uscite, sistema di integrazione, caratteristiche stazione di pianificazione dedicata ecc	Discrezionale descrivere	10	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	0,4	4,00	A3 Relazione caratteristiche migliorative Orion A. Relazione tecnica Orion pg 5-10 e pg 23	La configurazione della telecamera tramite il sistema di tracking ottico con due visori su piantana non è compatibile con le esigue dimensioni della sala, della quale si è presa visione in sede di sopralluogo.
2	Dimensione e ingombro in sala operatoria	Discrezionale descrivere	12	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	insufficiente	0	0,00	A. Relazione Tecnica Orion pg 8 A3 Relazione caratteristiche migliorative Orion pg 5 Offerta economica senza Prezzi	La soluzione proposta con due visori su piantana comporterebbe un ulteriore ingombro, non compatibile con le esigue dimensioni della sala di neurochirurgia, della quale si è presa visione in sede di sopralluogo.
3	Caratteristiche tecnico-funzionali del software presenti nella stazione di pianificazione maggiormente performanti per la destinazione d'uso prevista	Discrezionale descrivere	10	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	sufficiente	0,4	4,00	A2_risposte a richieste di capitolato da pg 5-7 punti 16-20 Manuale d'uso pg 80-87	Dall'offerta non si evincono ulteriori migliori rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche minime. L'offerta del concorrente permette invece una pianificazione automatica e più dettagliata, in quanto si ha la possibilità di calcolo automatico delle dimensioni dello strumentario, dei parametri spino-pallici, migliore segmentazione strutture cerebrali (patologiche tramite smartbrush) (calcolo automatico dei volumi, segmentazione fluida tra tessuti superficiali e profondi, visualizzazione 3d sul tre assi).



