

## RETTIFICA DEL VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE di VALUTAZIONE TECNICA DEL 09/10/2025

**Procedura aperta per l'affidamento in modalità telematica sopra soglia europea, della fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio di cui alla CND C01-C02 destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - durata 36 mesi - CUI: F03990570925202400055**

A seguito della ricezione dell'istanze presentate dagli operatori economici, Surgical e Cook Italia in data 22 e 23 settembre 2025, trasmessa dal RUP, la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 09/10/2025, ha svolto una verifica istruttoria integrativa per esaminare l'esclusione disposta in data 22/09/2025 nei confronti dei summenzionati operatori economici.

In riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla ditta Cook Italia:

- per mero errore materiale è stata riportata la seguente motivazione di esclusione "LOTTO 12: I PRODOTTI OFFERTI HANNO CALIBRO SUPERIORI RISPETTO A QUELLE RICHIESTE", in luogo di SCHEDA TECNICA ASSENTE.
- si conferma l'assenza della documentazione tecnica di cui al lotto 89 e 183.
- si conferma l'esclusione di cui al lotto 62 per le motivazioni già espresse.

In riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla ditta Surgical:

- dal riesame della documentazione tecnica relativamente **al lotto 44** voce 45 si conferma la presenza del "marker distale radiopaco in punta distale" e si procede alla valutazione dell'offerta.
- dal riesame della documentazione tecnica relativamente al **lotto 105** voce 118 è emerso che la voce precedentemente considerata "non offerta" risulta, in realtà, regolarmente presente e conforme, pertanto si procede alla sua valutazione.

La Commissione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e massima partecipazione, propone la riammissione dell'operatore economico Surgical ai lotti 44 e 105 e assegna il seguente punteggio tecnico:

### LOTTO 44

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	SURGICAL S.R.L.
GAMMA DIAMETRI, LUNGHEZZE E CALIBRI	20	20
SCORREVOLEZZA	30	15
ATRAUMATICITÀ E RASTREMATURA DISTALE	20	20
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		55
RIPARAMETRAZIONE P TECNICO		55

**LOTTO 105**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 70	SURGICAL S.R.L.
VARIETÀ DI LUNGHEZZA, CALIBRI E CONFIGURAZIONE DI CURVA	30	30
CAPACITÀ DI SOSTEGNO E RESISTENZA AL KINKING	20	10
CONTROLLO DI TORSIONE E MANOVRABILITÀ	20	10
PUNTEGGIO TECNICO (totale)		50
RIPARAMETRAZIONE P TECNICO		50

La presente rettifica costituisce parte integrante e sostitutiva delle corrispondenti parti del verbale di valutazione tecnica del 17/09/2025 e viene adottata a tutela della legittimità del procedimento di gara.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP per i successivi adempimenti di competenza.

**Presidente:** \_\_\_\_\_  
**Componente:** \_\_\_\_\_  
**Componente:** \_\_\_\_\_

**Data: 09/10/2025**