

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI SIMULATORI PER RADIOTERAPIA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le seguenti rettifiche alla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.aressardegna.it e sul portale www.acquistintetepa.it

Rettifica n. 1

Con riferimento all'Appendice A (Specifiche tecniche minime) al Capitolato Tecnico, la seguente specifica

- Potenza utile non inferiore a 60 kW

deve intendersi modificata come segue

- Potenza **nominale** non inferiore a 60 kW

Rettifica n. 2

Con riferimento al par. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara, nella tabella n. 7, il seguente criterio n. 6

6	Potenza utile (in kW) $C_{j6} = \frac{Q_{j6}}{Q_{max}} P_{j,6}$ C _{j6} è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q _{j6} è la potenza massima (in kW) offerto dal concorrente i-esimo; Q _{max} è la massima potenza tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,6} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 6	3		
---	--	---	--	--

deve intendersi modificato come segue

6	Potenza nominale (in kW) $C_{j6} = \frac{Q_{j6}}{Q_{max}} P_{j,6}$ C _{j6} è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; Q _{j6} è la potenza massima (in kW) offerto dal concorrente i-esimo; Q _{max} è la massima potenza tra tutte le offerte dei concorrenti; P _{j,6} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 6	3		
---	--	---	--	--

Rettifica n. 3

Con riferimento all'Allegato 1, Capitolato Tecnico, par. 3.6 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI DODICI MESI, il seguente capoverso

- In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza

le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa o dolo.

Deve intendersi modificato e integrato come segue

- In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa o dolo.

Quanto all'obbligazione di assistenza e manutenzione full risk per i guasti dovuti ad eventi accidentali di cui al precedente periodo, tale obbligo di riparazione è dovuto dal fornitore, e quest'ultimo ne deve sostenere i relativi costi senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, entro i seguenti limiti: a) massimo n. 1 evento accidentale per apparecchiatura per l'intero periodo contrattuale di durata del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk; b) il costo di riparazione del guasto dovuto ad evento accidentale è ricompreso nel servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk, e resta a carico del Fornitore, sino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore di acquisto della fornitura.

Restano in ogni caso esclusi dall'obbligo del Fornitore, oltre ai casi riconducibili a dolo e colpa della Stazione Appaltante, anche gli eventi dannosi derivanti da eventi esterni o dovuti a eventi di forza maggiore, eventi naturali o atmosferici, uso improprio da parte dell'amministrazione o di terzi, modifiche non autorizzate o interventi eseguiti da personale non autorizzato, manomissione, atti colposi o dolosi di terzi, trasporto o movimentazione eseguiti da soggetti diversi o non autorizzati dal Fornitore.

Le modifiche sopra indicate devono considerarsi riportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella documentazione di gara.

Al fine di consentire un più agevole esame delle rettifiche sopra indicate, nei siti indicati in premessa vengono pubblicati e messi a disposizione dei concorrenti i seguenti documenti di gara aggiornati a tali rettifiche: DisciplinareAQ_TC Simulatori per RadioterapiaNEW; Allegato 1_CapitolatoTecnicoNEW; Appendice A_SpecificheTecnicheMinimeNEW.

Quant'altro stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e relative Appendici, nello Schema di Accordo Quadro ed, in generale, nella documentazione di gara, se non modificato o integrato dalle rettifiche sopra riportate, resta fermo ed invariato.