

Allegato Tecnico

Al fine di consentire la stesura del Capitolato per la procedura di gara per fornitura in service di un **Sistema Diagnostico per l'analisi delle Urine**, da destinare a tutte le Strutture Sanitarie della Regione Sardegna, ARES Sardegna indice la presente consultazione, come previsto dall'articolo 77 del D.lgs. 36 del 2023, e si pone l'obiettivo di indagare il mercato in merito alla fornitura in service di:

1. Sistema diagnostico per Urianalisi, completamente automatico, integrato, composto da un analizzatore per esame chimico fisico e per i sedimenti urinari, senza centrifugazione delle urine, senza necessità di intervento manuale per lo spostamento dei racks o dei campioni, ad alta produttività (≥ 120 campioni/ora);
2. Sistema diagnostico per Urianalisi, completamente automatico, integrato, composto da un analizzatore per esame chimico fisico e per i sedimenti urinari, senza centrifugazione delle urine, senza necessità di intervento manuale per lo spostamento dei racks o dei campioni, a media-bassa produttività (non superiore a 60 campioni/ora);
3. Con requisiti di biosicurezza atti a minimizzare le manipolazioni manuali dei campioni, reattivi e consumabili; utilizzo di sistemi chiusi o equivalenti per il trattamento del campione; smaltimento sicuro dei reflui;
4. Assistenza tecnica e supporto applicativo come elementi strategici con presa in carico e ripristino.

L'obiettivo della presente Consultazione è quello di esplorare il mercato al fine di:

- reperire informazioni inerenti le caratteristiche tecniche dei sistemi richiesti (inviare schede tecniche, istruzioni d'uso, depliant, dichiarazioni di conformità IVD, CE);
- reperire informazioni inerenti i costi dei sistemi e apparecchiature richiesti (inviare listino prezzi);
- conoscere i diversi modelli e le nuove tecnologie.

Gli operatori economici sono invitati ad inviare la documentazione richiesta esclusivamente in lingua italiana (ad esclusione delle certificazioni che potranno essere in lingua inglese), in formato pdf e/o Excel, all'interno di cartelle nominate esternamente con il numero su indicato per ogni sistema/prodotto.

Per ogni sistema/strumento si chiede di indicare i relativi reagenti e/o consumabili.

È possibile caricare sul portale dei mini video di demo esplicative che mostrino le caratteristiche dei sistemi.