

1

La commissione procede pertanto all'esame delle offerte tecniche presentate per ciascun lotto di fornitura, verificando il possesso delle caratteristiche di minima previste nel capitolato tecnico unitamente alla campionatura, laddove richiesta.

Dopo attenta analisi la Commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti nel prospetto *Allegato 1* costituito da n. 4 pagine e parte integrante del presente verbale. La valutazione è relativa ai Lotti dal n.1 al n. 27.

Relativamente al Lotto 11 e Lotto 12 la Commissione rinvia il giudizio definitivo di conformità a seguito di prova pratica di laboratorio sui campioni presentati rispettivamente dalla Ditta BIO-OPTICA MILANO S.p.A. e dalla Ditta DIAPATH.

Alle ore 13:40 chiude la seduta che viene rinviata in data da destinarsi.

Il presente verbale risulta costituito da n. 2 pagine dattiloscritte oltre il prospetto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Silvia Atzori

I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Maria Grazia Zucca

Dott.ssa Maria Francesca Matzeu

Il verbalizzante – Sig.ra Alessandra Ventura

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D3DD05	1		Capillari eparinati 60µl/ml per microreatorito eparinizzati da utilizzare con bilirubinometro Mod. NEO-BILL PLUS in dotazione	Non conforme per concentrazione di eparina all'interno 40µl vs 600µl/ml richiesto. Non dichiara compatibilità con apparecchiatura in dotazione			
			VALUTAZIONE	Si esclude			
CIG BA64D3EEA8	Lotto 2	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	SARSTEDT srl			
BA64D3FF78	3		Capillari eparinati con lito eparina 100 U.L./ml per emogasanalisi in plastica da 170 µl circa, compatibili con emogasanalizzatore Instrumentation Laboratory Co modello GEM Premier 5000. Completati dei seguenti prodotti in quantità adeguata al numero dei capillari richiesti: - magneti per agitare le ancorette all'interno del capillare - tappi in gomma per chiusura gas capillare - ancorette per miscelare l'eparina nel capillare - trappole per coaguli in plastica per capillari	Non conforme. Eparina calcio bilanciata vs lito eparina richiesto; non dichiara compatibilità con strumento in dotazione			
			VALUTAZIONE	Si esclude			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	SARSTEDT srl			
BA64D40053	4		Capillari eparinati in plastica per emogasanalisi da 150 µl. Completati dei seguenti prodotti in quantità adeguata al numero dei capillari richiesti: - magneti per agitare le ancorette all'interno del capillare - tappi in gomma per chiusura gas capillare - ancorette per miscelare l'eparina nel capillare - trappole per coaguli in plastica per capillari	Non conforme. 140 µl vs 150 µl richiesta			
			VALUTAZIONE	Si esclude			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	SARSTEDT srl			
BA64D41126	5		Capillari eparinati in plastica per emogasanalisi da 150 µl compatibili con emogasanalizzatore Roche-Cobas b 123 Completati dei seguenti prodotti in quantità adeguata al numero dei capillari richiesti: - magneti per agitare le ancorette all'interno del capillare - tappi in gomma per chiusura gas capillare - ancorette per miscelare l'eparina nel capillare - trappole per coaguli in plastica per capillari	Non conforme. 140 µl vs 150 µl richiesta; non dichiara compatibilità con strumento			
			VALUTAZIONE	Si esclude			
			VALUTAZIONE	DAS CHIMICI & Co. srl	DID DIAGNOSTIC INTERNATIONALE DISTRIBUTION S.p.A.		
BA64D421F9	6		Kit in pp x estrazione del dna dalla saliva per essere utilizzato con metodiche di biologia molecolare basate sulla PCR e tipizzazione HLA con met. sequenziamento (Sanger o NGS) costituito da: 1) contenitore in pp trasparente contenente tampone di prelievo ciprovetta a doppio fondo diam. 16mm ca. e linea di marcatura per il riempimento 2) cappuccio provetta Oppure dispositivo equivalente.	Manca la campionatura: la documentazione tecnica non è esaustiva non consente la valutazione del DM offerto.	ok		
			VALUTAZIONE	Si esclude	Conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DID DIAGNOSTIC INTERNATIONALE DISTRIBUTION S.p.A.			
BA64D432CC	7		Dispositivo raccolta campioni salivari/SVAB buccali per estrazione del DNA contenente: palette per raccolta cellule, soluzione stabilizzante prealiquotata per risciacquo orale con capacità di conservazione del campione per almeno 30 giorni, massima resa in DNA genomico di alta qualità da utilizzare con sistemi di estrazione che prevedono l'uso di biglie magnetiche. Adatto alla genotipizzazione dei campioni estratti con metodiche Sanger e NGS	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		

VALUTAZIONE OFFERTE

BA64D4439F	8	1	Sacchetti sterili a tenuta per campioni "con chiusura veloce e sicura," dotati di banda di scrittura - mm. 190x350 circa	ok	ok		
		2	Sacchetti sterili con spugna di prelievo per la raccolta di campioni di superficie, dotati di banda di scrittura - mm. 115x230 circa	ok	ok		
			VALUTAZIONE	conforme	conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D45472	9		Vasetti in plastica monouso sterili, bocca larga, da 250 cc per prelievo campioni di alimenti	contenitore per conservazione e trasporto di campioni istologici, non specifico per prelievo campioni di natura biologica, non idoneo per la conservazione e la destinazione d'uso.	contenitore per conservazione e trasporto di campioni istologici, pezzi chirurgici o campioni biologici, non specifico per prelievo campioni di natura biologica, non idoneo per la conservazione e la destinazione d'uso.		
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme		
CIG BA64D46545	Lotto 10	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIO- OPTICA MILANO S.p.A.	KALTEK srl		
BA64D47618	11		Contenitore monouso pre-riempito di formalina tamponata al 10% per la fissazione/conservazione di pezzi istologici, dotato di tappo di chiusura e preferibilmente di apposita etichetta scrivibile.-C14/C17 Il contenitore deve garantire con sistemi ESCLUSIVAMENTE MECCANICI la massima riduzione dell'escalazione dei vapori e del contatto anche accidentale della formalina da parte dell'operatore .Deve permettere un'agevole chiusura e riapertura del contenitore. Deve inoltre garantire una chiusura ermetica tale da permettere il trasporto in sicurezza. CONTENITORE MONOUSO DEL VOLUME DI CIRCA 180ML ±20% CONTENENTE CIRCA 90ML ±10% DI FORMALINA	ok con riserva	Volume nettamente inferiore a quello richiesto		
			VALUTAZIONE	Si rinvia valutazione finale a seguito della prova pratica.	Si esclude		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DIAPATH S.p.A.			
BA64D486EB	12		Kit dotato di: - Contenitore trasparente in polipropilene contenente soluzione neutra tamponata, con relativo tappo che consente la doppia avvitatura esterna (apertura e chiusura del contenitore per l'inserimento del campione da analizzare) ed interna (per l'inserimento e l'attivazione della capsula di sicurezza); - Capsula di sicurezza in polipropilene contenente formaldeide, sigillata ermeticamente con pellicola di alluminio forabile solo in fase di avvitamento combinato con il contenitore a tappo che contiene la soluzione tamponata. VOLUME DI FORMALINA CIRCA 110 ML, VOLUME TOTALE FINALE 250 ML CIRCA.	ok con riserva			
			VALUTAZIONE	Si rinvia valutazione finale a seguito della prova pratica.			
CIG BA64D497BE	Lotto 13	Sub Lotto	DESERTO				
CIG BA64D4A391	Lotto 14	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D48964	15	1	Cilindri graduati (graduazione in rilievo/serigrafata) in polipropilene con becco, forma alta, da 100 ml	ok	ok	ok	
		2	Cilindri graduati (graduazione in rilievo/serigrafata) in polipropilene con becco, forma alta, da 250 ml	ok	ok	ok	
		3	Cilindri graduati (graduazione in rilievo/serigrafata) in polipropilene con becco, forma alta, da 500 ml	ok	ok	ok	
		4	Cilindri graduati (graduazione in rilievo/serigrafata) in polipropilene con becco, forma alta, da 1.000 ml	ok	ok	ok	
		5	Cilindri graduati (graduazione in rilievo/serigrafata) in polipropilene con becco, forma alta, da 2.000 ml	ok	ok	ok	
			VALUTAZIONE	conforme	conforme	conforme	

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D4CA37	16		Bottiglie per prelievo acque in polietilene trasparenti graduate base quadrata con tappo a vite a perfetta tenuta da 2000 ml	non trasparente	ok		
			VALUTAZIONE	Non conforme	conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D4DB0A	17		Bottiglie per prelievo acque in polietilene trasparenti graduate base quadrata con tappo a vite a perfetta tenuta da 1000 ml	ok	non trasparente	ok	
			VALUTAZIONE	conforme	Non conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D4EBDD	18		Bottiglie per prelievo acque in polietilene trasparenti graduate base quadrata con tappo a vite a perfetta tenuta da 500 ml	ok	non trasparente	ok	
			VALUTAZIONE	conforme	Non conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D4FCB0	19		Bottiglie per prelievo acque in polietilene trasparenti graduate base quadrata con tappo a vite a perfetta tenuta da 100 ml	ok	non trasparente	ok	
			VALUTAZIONE	conforme	Non conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D50D83	20		Bottiglie per prelievo acque in polietilene trasparenti sterili con tappo a vite bocca larga almeno 20 mm, da 1000 ml. Provviste di etichetta e sigillo di sicurezza.	In polipropilene semitrasparente e non in polietilene trasparente; non dichiara se provvisto di sigillo di sicurezza	ok	ok	
			VALUTAZIONE	Non conforme	conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
			VALUTAZIONE	In HDPE (Polietilene ad Alta Densità) e non in polipropilene; liosolfato al 20% vs 10% richiesto; non si evince la chiusura a vite ed ermetica e la trasparenza della bottiglia	non si evince la concentrazione del fosforato della bottiglia offerta (al 20% o 80%) comunque non risulta offerta la concentrazione al 10% richiesta		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.	non conforme	non conforme	
			VALUTAZIONE	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D51E56	21		Bottiglie a bocca larga, in polipropilene trasparente, graduate, sterili, con aggiunta prima della sterilizzazione di TIOSOLFATO AL 10% (ml 0,1 per ogni 100ml di capacità) tappo a vite a chiusura ermetica da 500 ml. Provviste di etichetta e sigillo di sicurezza.	non si evince la concentrazione del fosforato della bottiglia offerta (al 20% o 80%) comunque non risulta offerta la concentrazione al 10% richiesta			
			VALUTAZIONE	non conforme	non conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D52F29	22		Bottiglie a bocca larga, in polipropilene trasparente, graduate, sterili, con aggiunta prima della sterilizzazione di TIOSOLFATO AL 10% (ml 0,1 per ogni 100ml di capacità) tappo a vite a chiusura ermetica da 250 ml. Provviste di etichetta e sigillo di sicurezza.	non si evince la concentrazione del fosforato della bottiglia offerta (al 20% o 80%) comunque non risulta offerta la concentrazione al 10% richiesta			
			VALUTAZIONE	non conforme			
CIG BA64D53001	Lotto 23	Sub Lotto	DESERTO				
CIG BA64D540D4	Lotto 24	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.
BA64D551A7	25		Bottiglie sterili monouso con tappo a vite da 250 cc per il controllo batteriologico delle acque di rete	non specifica l'indicazione per il campionamento e controllo il batteriologico delle acque	non specifica l'indicazione per il campionamento e controllo il batteriologico delle acque	ok	fiasca per coltura cellulare e non bottiglia per controllo batteriologico delle acque
			VALUTAZIONE	non conforme	non conforme	conforme	non conforme

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D5627A	26		Botiglioni in polietilene con rubinetto, tappo e maniglia, da lt. 5	ok	ok	ok	
			VALUTAZIONE	conforme	conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.
BA64D5734D	27	1	Provette monouso in polistirene trasparente per usi generali mm 12x75 circa coniche o cilindriche da 5 ml circa con relativi tappi	ok	ok	ok	ok
		2	Provette monouso in polistirene trasparente per usi generali mm 16x105 circa coniche o cilindriche da 10 ml e relativi tappi a pressione	ok	ok	ok	ok
		3	Provette monouso in polistirene trasparente per usi generali mm 16x105 circa coniche o cilindriche da 10 ml e relativi tappi a vite	ok	ok	ok	ok
		4	Provette monouso in polistirene trasparente per usi generali mm 12x75 circa coniche o cilindriche da 5 ml circa senza tappo	ok	ok	ok	ok
		5	Tappi in polietilene aletati per provette diametro 12 mm circa	ok	ok	ok	ok
			VALUTAZIONE	conforme	conforme	conforme	conforme
							Si esclude per mancata conformità voci sub 27.1 - sub 27.3 e sub 27.5

