

Oggetto: *Verbale n. 2 della Commissione tecnica della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "Dispositivi medici e IVD non sottovuoto per campionamento CND W05 per le ASL della Regione Sardegna, per AOU Sassari e Cagliari, e per Arnas G. Brotzu" per un periodo di 24 mesi e con Opzione di rinnovo annuale – Intervento CUI F03990570925202500063*

Addì 18 del mese di maggio dell'anno 2026 alle ore 11:00 nella sede di ARES Sardegna – S.C. Acquisti di Beni Sanitari, c/o ASL 7 Sulcis Iglesiente in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita la Commissione Tecnica della gara in oggetto, presieduta dalla Dr.ssa Silvia Atzori e composta dalla Dr.ssa Maria Grazia Zucca e dalla Dr.ssa Maria Francesca Matzeu per la continuazione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche della gara in oggetto.

Nella precedente seduta, tenutasi in data 07.05.2026, per la quale è stato redatto apposito verbale la commissione ha proceduto alla valutazione dei Lotti dal n. 1 al n. 27.

Relativamente ai D.M. di cui al Lotto 11 e Lotto 12 offerti rispettivamente dalla Ditta Bio-Optica Milano e Diapath, la Commissione da atto di aver effettuato la prova pratica di laboratorio sui campioni presentati, a seguito della quale esprime parere di conformità, e precisamente:

Lotto 11 – Ditta BIO-OPTICA Milano: conforme

Lotto 12 – Ditta DIAPATH: conforme

I lavori della Commissione procedono con la valutazione dei lotti offerti. La valutazione è relativa ai Lotti dal n. 28 al n. 40. Le conclusioni della Commissione sono riportate nel prospetto *Allegato 1* costituito da n. 3 pagine e parte integrante del presente verbale.

Alle ore 14:10 si chiude la seduta che viene rinviata in data da destinarsi.

Il presente verbale risulta costituito da n. 1 pagina dattiloscritta oltre il prospetto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Silvia Atzori

I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Maria Grazia Zucca

Dott.ssa Maria Francesca Matzeu

Il verbalizzante – Sig.ra Alessandra Ventura

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D58420	28		Provette in polistirene per Ria 11x70 mm circa con tappi	non offre i tappi offerta incompleta	ok	ok	
			VALUTAZIONE	non conforme	conforme	conforme	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl		
BA64D594F3	29		Provette monouso in polistirene trasparente per usi generali mm 16x105 con pozzello, 10 ml e relativi tappi pz	ok	ok		
			VALUTAZIONE	conforme	conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	SARSTEDT srl
BA64D5A5C6	30	1	Provette cilindriche o coniche in polipropilene, con bordo, graduate 16 x 100 circa da 10 ml circa	non si evince se dotata di bordo	ok	ok	non si evince se dotata di bordo
		2	Provette in polipropilene, graduate, con tappo a vite, volume 3-4 ml circa	non graduata	ok	ok	5 ml
		3	Provette sterili in polipropilene da 10 ml circa con tappo a vite	conforme	ok	ok	ok
		4	Provette sterili, coniche, graduate, in polipropilene, da 2 ml circa, tappo a vite	non sterile	ok	ok	non dichiara se graduata, dall'immagine non è graduata
			VALUTAZIONE	Si esclude per mancata conformità delle voci sub 30.1 - sub 30.2 - sub 30.4	conforme	conforme	Si esclude
CIG BA64D5B899	Lotto 31	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl			
BA64D5C76C	32		Provette in polipropilene, diametro 1 cm circa, altezza 3 cm circa, tappo piatto a pressione senza scanalature, capacità 1,5 ml circa. Fondo piatto.	misura e capacità nettamente superiore a quella richiesta (altezza cm 5,6 - volume 3 ml)			
			VALUTAZIONE	Si esclude			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl		
BA64D5D83F	33	1	Provette in polistirene da 8 ml circa 13x100mm circa sterili con chiusura a vite	ok	ok		
		2	Provette in polistirene da 5 ml circa 12x75mm circa sterili in confezione singola con chiusura a pressione	ok	ok		
		3	Provette in polistirene da 5 mL circa, fondo tondo 12x75 mm circa sterili, in confezione singola con relativo tappo	ok	ok		
		4	Provette in polistirene da 14 ml circa 17x100mm circa sterili in confezione singola con chiusura a pressione	ok	ok		
		5	Provette sterili in polistirene, fondo tondo 17x100 mm circa 14 ml circa tappo 2 posizioni (a scatto)	ok	ok		
		6	Provette sterili tipo bijou in polistirene con tappo a vite centrifugabili 7 ml circa	ok	non dichiara se centrifugabile		
			VALUTAZIONE	Conforme	Si esclude per mancata conformità delle voci sub Lotto 33.6		

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.				
BA64D5E912	34		Contentorili in vetro tipo "Vials" con tappo a vite da 40 ml circa fondo piatto	ok				
			VALUTAZIONE	Conforme				
CIG BA64D5F9E5	Lotto 35	Sub Lotto	DESERTO					
CIG BA64D60AB8	Lotto 36	Sub Lotto	DESERTO					
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl			
BA64D61B8B	37		Provette sterili , cf sing., in polistirene, fondo tondo, prive di DNase, RNase e inibitori PCR 12x75 mm vol. 5-6ml ca. , con tappo a scatto 2 posizioni	non dichiara l'assenza di DNase, RNase e inibitori PCR	non dichiara l'assenza di DNase, RNase e inibitori PCR			
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl		
BA64D62C5E	38	1	Provette criogeniche c/tappo, sterili in polipropilene per la conservazione e stoccaggio di cellule staminali da cordone in azoto liquido caratteristiche: capacità fino a 1,4 ml, il tappo a vite munito di guarnizione interna diametro max 9 mm. le caratteristiche elencate devono essere rigorosamente rispettate per poter conservare le fiale insieme alla sacca madre del sangue cordonale .	capacità 1,8 ml (richiesta capacità fino a 1,4 ml) non dichiara diametro. Si evidenzia che le caratteristiche elencate devono essere rigorosamente rispettate per poter conservare le fiale insieme alla sacca madre del sangue cordonale	capacità 2 ml (richiesta capacità fino a 1,4 ml) diametro 12 mm vs 9 mm Si evidenzia che le caratteristiche elencate devono essere rigorosamente rispettate per poter conservare le fiale insieme alla sacca madre del sangue cordonale	Non dichiara se criogeniche capacità 1,5 ml (richiesta capacità fino a 1,4 ml) diametro 10,8 mm vs 9 mm richiesto. Si evidenzia che le caratteristiche elencate devono essere rigorosamente rispettate per poter conservare le fiale insieme alla sacca madre del sangue cordonale		
		2	Provette criogeniche c/tappo, sterili in polipropilene per la conservazione a -80°C di siero o plasma di unità di sangue cordonale e siero madri donatrici, graduale, volume 1,8-2 ml. La provetta deve avere una filettatura esterna, tappo con filettatura interna per minimizzare i rischi di contaminazione, la base deve consentire la stabilità senza alcun sostegno ed avere fondo interno conico.	filettatura provetta "interna" vs filettatura provetta "esterna"	filettatura provetta "interna" vs filettatura provetta "esterna"	ok		
			VALUTAZIONE	Si esclude per mancata conformità delle voci sub 38,1 e sub 38,2	Si esclude per mancata conformità delle voci sub 38,1 e sub 38,2	Si esclude per mancata conformità della voce sub 38,1		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	EPENDORF srl				
BA64D63D31	39	1	Pipette distributrici elettroniche volumetriche programmabili con le seguenti funzioni: applicazioni standard (pipettaggio, distribuzione e distribuzione automatica), aspirazione dei surnalanti, titolazione, distribuzione sequenziale. Deve essere completa di batterie, caricabatterie e supporto.	ok				
		2	Relativi puntali-siringa varie misure tra cui obbligatoriamente: 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml	ok				
			VALUTAZIONE	Conforme				

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl		
BA64D64E04	40	1	Micropipette digitali a volume variabile ad espulsione automatica del puntale da 10 µl a 100 µl circa. Completa di rastrelliera a corredo.	non sono digitali	Offerta senza prezzi carente dei codici di riferimento offerti Non è possibile una valutazione corretta di quanto offerto	ok		
		2	Relativi puntali in rack, 10-100 µl.	ok		ok		
		3	relativi puntali da 100 µl circa in rack, sterili, con filtro, a bassa ritenzione, lunghezza 100 mm circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare, privi di DNAsi - RNAsi - DNA - inibitori PCR - pirogeni	lunghezza 51,44 mm vs 100 mm richiesta		non dichiara lunghezza del puntale		
		4	Micropipette digitali a volume variabile ad espulsione automatica del puntale da 20 µl a 200 µl circa. Completa di rastrelliera a corredo.	non sono digitali		ok		
		5	relativi puntali da 200 µl circa in rack, sterili, con filtro, a bassa ritenzione, lunghezza 100 mm circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare, privi di DNAsi - RNAsi - DNA - inibitori PCR - pirogeni	lunghezza 59,57 mm vs 100 mm richiesta		non dichiara lunghezza del puntale		
		6	Relativi puntali in rack, 0-200 µl.	ok		ok		
			VALUTAZIONE	Si esclude per mancata conformità delle voci sub lotto 40.1 - sub lotto 40.3 - sub lotto 40.4 e sub lotto 40.5	ESCLUSA	Esclusa in quanto per il DM offerto alla voce sub lotto 40.3 e alla voce sub lotto 40.5 non è dichiarata la lunghezza del puntale.		

