

Oggetto: *Verbale n. 3 della Commissione tecnica della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "Dispositivi medici e IVD non sottovuoto per campionamento CND W05 per le ASL della Regione Sardegna, per AOU Sassari e Cagliari, e per Arnas G. Brotzu" per un periodo di 24 mesi e con Opzione di rinnovo annuale – Intervento CUI F03990570925202500063*

Addì 27 del mese di maggio dell'anno 2026 alle ore 9:00 nella sede di ARES Sardegna – S.C. Acquisti di Beni Sanitari, c/o ASL 7 Sulcis Iglesiente in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita la Commissione Tecnica della gara in oggetto, presieduta dalla Dr.ssa Silvia Atzori e composta dalla Dr.ssa Maria Grazia Zucca e dalla Dr.ssa Maria Francesca Matzeu per la continuazione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche della gara in oggetto.

Nelle precedenti sedute, tenutesi in data 07.05.2026 e 18.05.2026, per le quali è stato redatto apposito verbale, la commissione ha proceduto alla valutazione dei Lotti dal n. 1 al n. 40.

I lavori della Commissione procedono con la valutazione dei lotti offerti. La valutazione è relativa ai Lotti dal n. 41 al n. 68. Le conclusioni della Commissione sono riportate nel prospetto *Allegato 1* costituito da n. 7 pagine e parte integrante del presente verbale.

Alle ore 17:00 si chiude la seduta.

Il presente verbale risulta costituito da n. 1 pagina dattiloscritta oltre il prospetto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Silvia Atzori

I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Maria Grazia Zucca

Dott.ssa Maria Francesca Matzeu

Il verbalizzante – Sig.ra Alessandra Ventura

VALUTAZIONE OFFERTE

LOT	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	GILSON ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl	SARSTEDT srl
BA64D65ED7	41	1	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 0-20 µl circa.	ok	codici offerti non sterili	dichiara compatibilità solo con micropipette Gilson	20- 200 µl vs 0-20 µl richiesto	ok
		2	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 1-10 µl circa.	ok			ok	
		3	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 10-100 µl circa.	ok			ok	
		4	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 10-200 µl circa.	ok			ok	
		5	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 200- 1000 µl circa.	ok			ok	
			VALUTAZIONE	Conforme	Non conforme	non conforme	non conforme per voce sub lotto 41.1 fuori range, inoltre non dichiara compatibilità con micropipette Gilson e Eppendorf dichiara "compatibili con la maggior parte delle pipette"	Conforme
CIG		Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	SARSTEDT srl	
BA64D66FAA	42	1	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 0,1-2 µl circa.	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara essere privo degli inibitori PCR e pirogeni	ok	ok	
		2	Puntali sterili compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA, 2,5 µl circa.	ok	ok	ok		
		3	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-10 µl circa.	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara essere privo degli inibitori PCR e pirogeni	ok	ok	
		4	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-20 µl circa.	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara essere privo degli inibitori PCR e pirogeni	ok	ok	
		5	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-30 µl circa.	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara essere privo degli inibitori PCR e pirogeni fuori range: 10-200 µl vs 1-30 µl circa richiesto	fuori range: 1-20 µl vs 1-30 µl circa richiesto	fuori range: 1-20 µl vs 1-30 µl circa richiesto	
			VALUTAZIONE	Non conforme seguenti voci: - sub lotto 42.1 - sub lotto 42.3 - sub lotto 42.4 - sub lotto 42.5 per le quali non dichiara che il DM è privo degli inibitori PCR Non conforme per le voci: - voci sub lotto 42.1 - sub lotto 42.3 - sub lotto 42.4; non dichiara che il DM è privo degli inibitori PCR e pirogeni - voce sub lotto 42.5: non dichiara che il DM è privo degli inibitori PCR e pirogeni - capacità inibitori PCR e pirogeni - circa richiesto	Non conforme per la voce sub lotto 42.5 in quanto fuori range (1-20 µl vs 1-30 µl circa richiesto); inoltre non dichiara compatibilità con pipette Gilson relativamente alle voci sub 42.3 - sub 42.4 - sub 42.5	Non conforme per voce la sub lotto 42.5 in quanto fuori range (1-20 µl vs 1-30 µl circa richiesto)		

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	LABINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl	SARSTEDT srl
BA64D67082	43	1	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Piogeni, 20-100 µl circa.	ok		non dichiara la compatibilità specifica con Eppendorf né l'universalità	ok	ok	ok
			Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Piogeni, 200 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara la compatibilità specifica con Eppendorf né l'universalità	ok	ok	ok
			Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Piogeni, 20-300 µl circa.	ok		non dichiara la compatibilità specifica con Eppendorf né l'universalità	ok	fuori range: 20-100 µl vs 20-300 µl circa richiesto	ok
			Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette automatiche Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Piogeni, 1000 µl circa.	ok		non dichiara la compatibilità specifica con Eppendorf né l'universalità	ok	ok	ok
			VALUTAZIONE	Conforme	Non conforme	Non conforme	Conforme	Non conforme per la voce sub lotto 43.3 in quanto fuori range (20-200 µl vs 20-300 µl circa richiesto)	Conforme
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	SARSTEDT srl		
BA64D68155	44	1	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 0,1-10 µl circa, lunghezza standard.	ok	ok	offre medesimo codice della voce 2) non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
		2	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 0,1-10 µl circa, tipo lungo.	ok	ok	offre medesimo codice della voce 1) non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
		3	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 2-20 µl circa.	ok	ok	non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme	Non Conforme	Conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	SARSTEDT srl		
BA64D69228	45	1	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 100 µl circa.	ok	ok	non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
		2	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 200 µl circa.	ok	ok	non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
		3	Puntali sterili con filtro compatibili con micropipette Gilson e Eppendorf, su rack da 96pz circa, 1000 µl circa.	ok	ok	non dichiara l'universalità né la compatibilità specifica con le pipette Eppendorf non conforme	ok		
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme	Non conforme	Conforme		
CIG BA64D6A2FB	Lotto 46	Sub Lotto	DESERTO						

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	RESNOVA srl	SARSTEDT srl
BA64D6B3CE	47	1	Puntali tipo TipOne Startlab XL. Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA, Pirogeni. Graduati, con filtro, sterili, in rack da 96 pz circa compatibili con micropipette ErgoOne Startlab, 10µl.	non graduati	non graduati	non graduati	ok	non dichiara compatibilità non graduati
			Puntali tipo TipOne Startlab XL. Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA, Pirogeni. Graduati, con filtro, sterili, in rack da 96 pz circa compatibili con micropipette ErgoOne Startlab, 200µl.	non graduati	non graduati	non graduati	ok	non dichiara compatibilità non graduati
			Puntali tipo TipOne Startlab XL. Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA, Pirogeni. Graduati, con filtro, sterili, in rack da 96 pz circa compatibili con micropipette ErgoOne Startlab, 1000µl.	non graduati	non graduati	non graduati	ok	non dichiara compatibilità non graduati
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Conforme	Non conforme
BA64D6C4A1	48	1	Puntali sterili con filtro da 2-20 µl. in rack da 96 pz. Circa compatibili con pipette Rainin LTS-Lite DNA e RNA free	BIOSIGMA S.p.A.	GREINER BIO-ONE ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl	
			Puntali sterili con filtro da 1-200 µl. in rack da 96 pz. Circa compatibili con pipette Rainin LTS-Lite DNA e RNA free	non si evince se "DNA e RNA free"	non dichiara compatibilità con pipette Rainin né l'universalità	non sono "DNA e RNA free"	non sono "RNA free"	
			Puntali sterili con filtro da 2-20 µl. in rack da 96 pz. Circa compatibili con pipette Rainin LTS-Lite DNA e RNA free	non si evince se "DNA e RNA free"	non dichiara compatibilità con pipette Rainin né l'universalità	non sono "DNA e RNA free" 20µl vs 1-200 µl richiesti	non sono "RNA free"	
			Puntali sterili con filtro da 2-20 µl. in rack da 96 pz. Circa compatibili con pipette Rainin LTS-Lite DNA e RNA free	non dichiara compatibilità con pipette Rainin né l'universalità	non dichiara compatibilità con pipette Rainin né l'universalità	non sono "DNA e RNA free" 200µl vs 2-20 µl richiesti	non sono "RNA free"	
		4	Puntali sterili con filtro da 1-200 µl. in rack da 96 pz. Circa compatibili con pipette Rainin LTS-Lite DNA e RNA free	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	
BA64D6D574	49	1	Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-10 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara l'universalità	non dichiara essere privo di DNA	ok
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 2-30 µl circa.	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara l'universalità volume 1-100µl vs 2-30 µl	non idichia essere privo di DNA volume 1-20µl vs 2-30 µl richiesto	volume 1-20µl vs 2-30 µl
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-100 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara l'universalità	non dichiara essere privo DNA	ok
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-200 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR volume 10µl vs 1-200µl richiesto	non dichiara l'universalità	non dichiara essere privo di DNA	ok
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 1-300 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR volume 20-300µl vs 1-300µl richiesto	non dichiara l'universalità	non dichiara essere privo di DNA	ok
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 100-1000 µl circa.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara l'universalità	non dichiara essere privo di DNA	ok
			Puntali sterili con filtro universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, Inibitori PCR e Pirogeni, 0,1-10 µl circa, tipo lungo.	ok	non dichiara essere privo degli inibitori PCR	non dichiara l'universalità	ok	ok
			VALUTAZIONE	Non conforme per mancata conformità voce sub.49.2	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl			
BA64D6E647	50	1	Puntali sterili in polipropilene, trasparente con filtro universali, low binding su rack con coperchio calzante o a corniera, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, inibitori PCR e Pirogeni, 50-1250 µl circa, lunghezza 102 mm circa.	ok	non dichiara essere privo di DNA e inibitori PCR	volume fino a 1000µl vs 1250 µl lunghezza 98,20 vs 102 mm circa			
		2	Puntali sterili in polipropilene trasparente con filtro universali, low binding su rack con coperchio calzante o a corniera, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna, inibitori PCR e Pirogeni, 20-200 µl circa, lunghezza minimo 90 mm circa.	lunghezza 58,57 mm vs 90 mm circa richiesta	non dichiara essere privo di DNA e inibitori PCR	lunghezza 53,40 vs 90 mm circa richiesta richiesta			
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme	Non conforme			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GILSON ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl	SARSTEDT srl
BA64D6F71A	51	1	Puntali sterili universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA, 0,2-20 µl circa.	non dichiara se privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA	non dichiara se privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA	volume 2-200 µl vs. 0,2-20 µl richiesto	non dichiara se privi di Dna e RNA	non dichiara se privi di RNA	non dichiara se privi di RNA
		2	Puntali sterili universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA, 10-200 µl circa.	non dichiara se privi di RNA	non dichiara se privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA	ok	non dichiara se privi di Dna e RNA	non dichiara se privi di RNA	non dichiara se privi di RNA
		3	Puntali sterili universali, su rack da 96pz circa, adatti per tecniche PCR e Biologia Molecolare privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA, 100-1000 µl circa.	non dichiara se privi di RNA	non dichiara se privi di DNasi, RNasi, Dna e RNA	ok	non dichiara se privi di Dna e RNA non sterile	non dichiara se privi di RNA	non dichiara se privi di RNA
		4	Puntali universali, 100-1000 µl circa.	ok	ok	ok	ok	ok	ok
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	RESNOVA srl				
BA64D707ED	52	1	Puntali sterili con filtro barriera aerosol tipo ART, universali, con micropunta, su rack da 96pz circa, privi di DNasi, RNasi, ATP, Endotossine e Pirogeni, 0,5-20 µl circa.	non dichiarata la barriera aerosol tipo ART del filtro non dichiara assenza di ATI, Endotossine e Pirogeni	non sono universali non dichiara assenza endotossine				
		2	Puntali sterili con filtro barriera aerosol tipo ART, universali, con micropunta, su rack da 96pz circa, privi di DNasi, RNasi, ATP, Endotossine e Pirogeni, 1-200 µl circa.	non dichiarata la barriera aerosol tipo ART del filtro non dichiara assenza di ATI, Endotossine e Pirogeni	non sono universali non dichiara assenza endotossine				
		3	Puntali sterili con filtro barriera aerosol tipo ART, universali, con punta lunga, su rack da 96pz circa, privi di DNasi, RNasi, ATP, Endotossine e Pirogeni, 100-1000 µl circa.	non dichiarata la barriera aerosol tipo ART del filtro non dichiara assenza di ATI, Endotossine e Pirogeni	non sono universali non dichiara assenza endotossine				
			VALUTAZIONE	Non conforme	non conforme				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	KALTEK srl				
BA64D718CO	53		Filtri per Pipet Aid da 0,2 µ	non dichiara se compatibile per Pipet Aid.	non dichiara se compatibile per Pipet Aid.				
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	KALTEK srl				
BA64D72593	54	1	Dispensatori per solventi organici certificati per il dosaggio di solventi organici. Da 5ml a 50ml circa.	ok	ok				
		2	Dispensatori per solventi organici certificati per il dosaggio di solventi organici. Da 0ml a 10ml circa.	ok	ok				
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme				

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	SARSTEDT srl	
BA64D73A66	55	1	Pipette sterili monouso in polistirolo graduale c/fitro confezione singola da 5 ml (beccuccio diametro massimo 3 mm).	non dichiara diam. beccuccio	ok	ok	ok	
			Pipette sterili monouso in polistirolo graduate c/fitro confezione singola da 10 ml (beccuccio diametro massimo 3 mm – diam. pipetta 9,7 vs. massimo 8 mm richiesto)	non dichiara diam. beccuccio diam. pipetta 9,7 vs. massimo 8 mm richiesto		ok	ok	
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme per diametro beccuccio voce 2)	Conforme	Conforme	
			Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GREINER BIO-ONE ITALIA srl	KALTEK srl	SARSTEDT srl
			1	ok	ok	ok	graduazione non bidirezionale	ok
		2	Pipette GRADUATE, superficie non bagnabile, menisco minimo, graduazione nei due sensi, colonate, monouso, sterili, in polistirene trasparente o equivalente da 2 ml. Confezione singola termosigillata. Compatibili con i pipetatori automatici standard.	ok	ok	ok	ok	ok
			3	ok	ok	ok	ok	ok
			4	ok	ok	ok	ok	ok
			5	ok	ok	ok	ok	ok
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme	Conforme	Si esclude per mancata conformità voce 1)	Conforme
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	RESNOVA srl	
BA64D75C0C	57	1	Pipette sierologiche, confezionate singolarmente, sterili, in polistirene vergine ultratrasparente conforme ai requisiti USP IV o superiori, perietta compatibilità con tutti i pipetatori esistenti, assenza certificata di pirogeni, DNA, Rnasi e DNAsi. Volume 1 ml, graduale.	non dichiara conformità ai requisiti USP IV o superiori	non dichiara se privo di DNA e conformità ai requisiti USP IV o superiori	ok	non dichiara se privo di DNA	
			2	non dichiara conformità ai requisiti USP IV o superiori	non dichiara se privo di DNA e conformità ai requisiti USP IV o superiori	ok	non dichiara se privo di DNA	
			3	non dichiara conformità ai requisiti USP IV o superiori	non dichiara se privo di DNA e conformità ai requisiti USP IV o superiori	ok	non dichiara se privo di DNA	
			4	non dichiara conformità ai requisiti USP IV o superiori	non dichiara se privo di DNA e conformità ai requisiti USP IV o superiori	ok	non dichiara se privo di DNA	
			5	non dichiara conformità ai requisiti USP IV o superiori	non dichiara se privo di DNA e conformità ai requisiti USP IV o superiori	ok	non dichiara se privo di DNA	
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GILSON ITALIA srl	KALTEK srl	Conforme	Non conforme	Non conforme
BA64D76CDF	58	1	Porta pipette con supporto girevole da 6 posti per micropipette Eppendorf	compatibile solo con micropipette Gilson	ok			
			2	compatibile solo con micropipette Gilson	ok			
			VALUTAZIONE	Non conforme	Conforme			
			Descrizione	GILSON ITALIA srl	KALTEK srl			
			VALUTAZIONE	Non conforme	Conforme			

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D77DB2	59	1	Pipette pasteur in polietilene graduate a step di 0,25 ml, con bulbo di aspirazione incorporato, preferibilmente punta ristretta, volume bulbo + asta 3-4 ml circa. Il prodotto deve essere in conf. singola, sterile.	non dichiara step	graduate a step 0,50ml vs 0,25ml richiesto	graduate a step 0,50ml vs 0,25ml richiesto	graduate a step 0,50ml vs 0,25ml richiesto volume 7 ml vs 3/4 ml richiesto		
		2	Pipette pasteur in polietilene graduate a step di 0,1 ml, con bulbo di aspirazione incorporato, punta ristretta, volume bulbo + asta 1 ml circa. Il prodotto deve essere in conf. singola, sterile.	non dichiara step	graduate a step 0,25ml vs 0,1ml richiesto	graduate a step 0,25ml vs 0,1ml richiesto	graduate a step 0,25ml vs volume 5 ml vs 1 ml richiesto		
		3	Pipette Pasteur sterili in polietilene, graduate, capacità 3-4 ml circa. In conf. max 10 pezzi	non dichiara step	ok	ok	ok		
			VALUTAZIONE	non valutabile si esclude	non conforme	non conforme	Non conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.					
BA64D78E85	60	1	Pipette Pasteur sterili in polipropilene graduate. Lunghezza ± mm 150, capacità 5 ml. in confezione singola	ok					
		2	Pipette Pasteur sterili in polipropilene graduate. Lunghezza ± mm 150, capacità 10 ml. in confezione singola	capacità 7ml vs 10ml richiesto					
			VALUTAZIONE	Non conforme					
CIG BA64D79F58	Lotto 61	Sub Lotto	DESERTO						
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.				
BA64D7A030	62		Piastre monouso per determinazione gruppi sanguigni con almeno 10 pozzetti di reazione e n° 50 vassoi portapiastre in sconto merce	ok	ok				
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme				
CIG BA64D7B103	Lotto 63	Sub Lotto	DESERTO						
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	GREINER BIO-ONE ITALIA srl					
BA64D7C1D6	64		Piastre Terasaki da 60 pozzetti con coperchio, per test CDC (citotossicità complemento dipendente), compatibili con l'utilizzo di Fluoro-Quench, non sterili, capacità 20 µl, trasparenti, impiantabili.	capacità 10 µl vs 20 µl richiesto non dichiara se compatibile con l'utilizzo di Fluoro-Quench					
			VALUTAZIONE	Non conforme					
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl					
BA64D7D2A9	65		Cuvette con filtro assorbente per ciclotrifiuga Shandon Cyclospin 3 per l'esame contemporaneo di due campioni. Ad alto assorbimento, in polipropilene, monouso, adatte per l'analisi di campioni aventi volume da 200mL ed oltre. In confezioni da massimo 500 pezzi.	ok					
			VALUTAZIONE	Conforme					
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.p.A.					
BA64D7E37C	66		Giare per microbiologia in policarbonato trasparente di forma a scatola contenenti almeno 12 piastre da 90 mm capacità 2,3 litri	OK					
			VALUTAZIONE	Conforme					

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABINDUSTRIA S.p.A.	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.p.A.				
BA64D7F44F	67		Giare per microbiologia in policarbonato trasparente di forma a scatola contenenti almeno 42 piastre da 90 mm capacità 7 litri	non si evince se in policarbonato e se di forma a scatola. Non valutabile	capacità 3,5 lt vs 7 lt, richiesta				
			VALUTAZIONE	Si esclude	Non conforme				
CIG BA64D060522	Lotto 68	Sub Lotto	DESERTO						

