

Oggetto: *Verbale n. 4 della Commissione tecnica della procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di "Dispositivi medici e IVD non sottovuoto per campionamento CND W05 per le ASL della Regione Sardegna, per AOU Sassari e Cagliari, e per Arnas G. Brotzu" per un periodo di 24 mesi e con Opzione di rinnovo annuale – Intervento CUI F03990570925202500063*

Addì 10 del mese di giugno dell'anno 2026 alle ore 9:30 nella sede di ARES Sardegna – S.C. Acquisti di Beni Sanitari, c/o ASL 7 Sulcis Iglesiente in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita la Commissione Tecnica della gara in oggetto, presieduta dalla Dr.ssa Silvia Atzori e composta dalla Dr.ssa Maria Grazia Zucca e dalla Dr.ssa Maria Francesca Matzeu per la continuazione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche della gara in oggetto.

Nelle precedenti sedute, tenutesi in data 07.05.2026, 18.05.2026 e 27.05.2026, per le quali è stato redatto apposito verbale, la commissione ha proceduto alla valutazione dei Lotti dal n. 1 al n. 68.

I lavori della Commissione procedono con la valutazione dei lotti offerti. La valutazione è relativa ai Lotti dal n. 69 al n. 83. Le conclusioni della Commissione sono riportate nel prospetto allegato costituito da n. 3 pagine e parte integrante del presente verbale.

Alle ore 11:30 si chiude la seduta.

Il presente verbale risulta costituito da n. 1 pagina dattiloscritta oltre il prospetto allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente La Commissione

Dott.ssa Silvia Atzori

I Componenti la Commissione:

Dott.ssa Maria Grazia Zucca

Dott.ssa Maria Francesca Matzeu


Il verbalizzante – Sig.ra Alessandra Ventura

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D815F5	69	1	Spatola per semina monouso sterile tipo Cell Spreader, forma delta, dimensioni 172 x 37 x 14 mm circa	ok	dim. 172x37x4 mm vs 172x37x14 mm circa richiesto			
		2	Spatola per semina monouso sterile in polistirolo, forma ad L ad angolo retto, in confezione singola.	ok	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme	Si esclude per mancata conformità voce 1)			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	DAS CHIMICI & Co. srl	GREINER BIO-ONE ITALIA srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	SARSTEDT srl
BA64D826C8	70	1	Anse calibrate in polipropilene o polistirene, sterili, monouso, in conf. singola o ridotta 2/10 circa, con una estremità calibrata da 1µl e impugnatura non piattata semirigida.	non si evince il tipo di impugnatura: richiesta impugnatura non piattata	ok	ok	ok	ok
		2	Anse calibrate in polipropilene o polistirene, sterili, monouso, in conf. singola o ridotta 2/10 circa, con una estremità calibrata da 10µl e impugnatura non piattata semirigida.	non si evince il tipo di impugnatura: richiesta impugnatura non piattata	ok	ok	ok	ok
			VALUTAZIONE	Non conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.				
BA64D8379B	71		Provette a becco di darino sterili per colture cellulari da 3 ml, 110x16 mm circa, in polistirene otticamente trasparente, con tappo a vite.	ok				
			VALUTAZIONE	Conforme				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	BIOSIGMA S.p.A.	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D8486E	72	1	Fiasche da 250 ml (75 cmq), collo diritto, tappo fenolico, sterili, per colture cellulari.	non specifica se collo diritto, dall'immagine risulta angolato	il tappo non è fenolico			
		2	Fiasche da 50 ml (25 cmq), collo diritto, tappo fenolico, sterili, per colture cellulari.	non specifica se collo diritto, dall'immagine risulta angolato	collo inclinato vs collo diritto richiesto il tappo non è fenolico			
		3	Fiasche sterili con tappo ventilato e con filtro da 0,2 micron, superficie 25cm², capacità 50ml, collo corto angolato, polistirene trasparente, specifico trattamento della superficie per migliorare la capacità di adesione cellulare.	ok	ok			
		4	Fiasche sterili con tappo ventilato e con filtro da 0,2 micron, superficie 75-80cm², capacità 250ml circa, collo corto angolato, polistirene trasparente, specifico trattamento della superficie per migliorare la capacità di adesione cellulare.	ok	ok			
		5	Fiasche per colture cellulari in materiale atossico, superficie otticamente trasparente per consentire l'esame diretto al microscopio, tappo a vite non ventilato. Collo inclinato diam. 20-25mm., capacità 25 cm².	non specifica diam. collo				
		6	Fiasche per colture cellulari in materiale atossico, superficie otticamente trasparente per consentire l'esame diretto al microscopio, tappo a vite non ventilato. Collo inclinato diam. 20-25mm., capacità 75 cm².	non specifica diam. collo				
		7	Raschietto per colture cellulari tipo Cell Scraper in plastica sterile monouso, testa snodata, confezionamento singolo. Dimensioni tali da introdursi facilmente nelle fiasche da 50ml.	ok	collo inclinato diam. 32 mm vs diam. 20-25 mm richiesto			
		8	Raschietto per colture cellulari tipo CELL SCRAPER monouso, sterile, confezionato singolarmente - lunghezza 18 cm - lama 1,8cm.	ok	ok			
			VALUTAZIONE	Non conforme	Non conforme			
CIG BA64D85941	Lotto 73	Sub Lotto	DESERTO					

VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D86A14	74	1	Ancorette magnetiche cilindriche, con rivestimento in PTFE (Ø mm 6 x h 30 mm circa)	ok	ok		
		2	Ancorette magnetiche cilindriche, con rivestimento in PTFE (lunghezza 0,5 cm circa)	ok	ok		
		3	Ancorette magnetiche cilindriche, con rivestimento in PTFE (lunghezza 1 cm circa)	ok	ok		
		4	Ancorette magnetiche cilindriche, con rivestimento in PTFE (lunghezza 2 cm circa)	ok	ok		
		5	Asta magnetizzata in materiale plastico ad alta resistenza chimica e termica per recupero ancorette (lunghezza 300 mm)	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D87AE7	75	1	Veirini copri oggetto puliti, sgrassati, esenti da polvere e impurezze, resistenti agli acidi, alcoli e solventi, superficie piana regolare senza bolle o striature rotondo diametro 10 mm	ok			
		2	Veirini copri oggetto puliti, sgrassati, esenti da polvere e impurezze, resistenti agli acidi, alcoli e solventi, superficie piana regolare senza bolle o striature rotondo diametro 6 mm	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme			
CIG BA64D88BBA	Lotto 76	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl			
BA64D89C8D	77	1	Camera di Thoma in vetro per conteggio globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, completa di vetrino copricamera e sistema di bloccaggio dello stesso	ok			
		2	Camera di Bürker in vetro per conteggio globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, completa di vetrino copricamera e sistema di bloccaggio dello stesso	ok			
		3	Camera conta cellule tipo Nageotte con relativi vetrini e ferma vetrini per la lettura delle cellule del liquor	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme			
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	DAS CHIMICI & Co. srl	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.	
BA64D8AD60	78		Spruzzette in polietilene a bassa densità trasparenti, tappo a vite con beccuccio e foro centrale, tubo di aspirazione flessibile per orientare il flusso in uscita:	polietilene ad alta densità vs polietilene a bassa densità richiesto	ok	ok	
		1	da 100 ml		ok	ok	
		2	da 250 ml		ok	ok	
		3	da 500 ml		ok	ok	
			VALUTAZIONE	Non conforme	Conforme	Conforme	



VALUTAZIONE OFFERTE

CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	LABOINDUSTRIA S.p.A.			
BA64D8BE33	79		Fogli di carta bibula mis. 50x50, spessore circa 0,25 mm	ok			
			VALUTAZIONE	Conforme			
CIG BA64D8CF06	Lotto 80	Sub Lotto	DESERTO				
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D8DFD9	81	1	Scolavetria in polistirolo antiurto a parete (capacità 70 litri circa) con ganci di fissaggio inclusi	ok	ok		
		2	Scovolino in setola, punta a fiocco e manico in ferro zincato, per la pulizia della vetreria, lunghezza 20-30 mm circa, diametro del fiocco 15-20 mm circa	ok	ok		
		3	Scovolino in setola, punta a fiocco e manico in ferro zincato, per la pulizia della vetreria, lunghezza 300 mm circa, diametro del fiocco 25-30 mm circa	ok	ok		
		4	Scovolino in setola, punta a fiocco e manico in ferro zincato, per la pulizia della vetreria, lunghezza 400 mm circa, diametro del fiocco 50 mm circa	ok	ok		
			VALUTAZIONE	Conforme	Conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl	LABOINDUSTRIA S.p.A.		
BA64D8E0B1	82		Vaschette per Master Mix autoclavabili (121 °C) in polipropilene con coperchio. Capacità 60 ml.	capcità 125 ml vs 60 ml richiesto	ok		
			VALUTAZIONE	Non conforme	Conforme		
CIG	Lotto	Sub Lotto	Descrizione	KALTEK srl			
BA64D8F184	83	1	Cucchiato per prelievo midollo per test BSE in materiale plastico, lung. 22 cm circa	non specifico per test BSE			
		2	Cucchiato per prelievo midollo per test TSE per ovicaprini in materiale plastico 15 cm circa	non specifico per test TSE			
			VALUTAZIONE	Non conforme			